

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市第六人民医院
拟采购产品名称	新生儿高频有创呼吸机
拟采购产品金额	37 万元
采购项目所属项目名称	安阳市第六人民医院新生儿高频有创呼吸机采购项目
采购项目所属项目金额	37 万元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☒ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：1、进口设备拥有更先进技术和算法，能够根据用户呼吸状态自动调整。 2、进口呼吸机在噪音方面表现较好，能够在治疗过程中，保持较低分贝。3、进口呼吸机在稳定性和耐用性方面更好，能够长时间稳定运行，降低故障发生率。	
三、专家论证意见	
1. 新生儿高频有创呼吸机主要用于早产儿、新生儿呼吸生命支持，进口产品整机稳定性好，安全系数高，控制精确度高。国产设备在性能稳定性、精确性等方面与进口机尚有一定差距。 2. 该产品不属于国家禁止、限制进口产品。 3. 建议采购全新进口产品 专家签字： 邵云芳 2025 年 4 月 9 日	