

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	心脑血管及主动脉功能检测仪
拟采购产品金额	68 万元
采购项目所属项目名称	安阳市中医院心脑血管及主动脉功能检测仪 1 台
采购项目所属项目金额	68 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备检测结果的准确性、重复性较好，稳定性较强，可以直接测量脉搏波实际波形。国内产品无法达到相应标准及水平	
专家论证意见 该设备所用压电晶体传感器和误差控制系统有很高的技术要求，其在准确性、重复性、稳定性等方面，国内产品尚未达到相应技术水平，且该产品不在禁止和限制进口产品目录内。 专家签字： 杨西平 日期：2025 年 5 月 20 日	