

邓州市第二人民医院康养综合楼项目-更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：2025-11-46
- 2、原公告的采购项目名称：邓州市第二人民医院康养综合楼项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025年11月25日、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》、《万招采电子招投标交易平台（www.wanzhaocai.com）》
- 4、原响应文件提交截止时间：2025年12月09日09时00分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：采购文件

2、原文件获取时间：2025年11月26日 - 2025年12月02日（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2025年12月09日18时00分（北京时间）

3、原开标时间：2025年12月10日09时30分（北京时间）

开标时间变更为：2025年12月10日09时30分（北京时间）

- 4、原采购信息内容：

原竞争性磋商文件第二标段第二章采购需求，第2项颈椎牵引床及第20项电针治疗仪参数：

第2项颈椎牵引床，原技术参数：

核心参数：

1. 电源电压：220V±22V、50Hz±1Hz
2. 额定输入功率：80VA-160VA
3. 腰椎牵引行程：0-200mm
4. 腰椎牵引总时间：0-80min 可调
5. 腰椎牵引力：0-990N 可调
6. 持续牵引时间：0-9min 可调
7. 间隔牵引时间：0-90s 可调
8. 颈椎牵引力：0-300N 可调
9. 颈椎牵引行程：0-250mm
10. 持续牵引时间：0-9min 可调
11. 间歇牵引时间：0-90s 可调
12. 颈椎牵引角度：0-30° 可调
13. 远红外加热装置，该装置配有恒温传感器，≤56°C
14. 数字显示牵引时间、牵引力度、间隔时间

第 20 项电针治疗仪，原技术参数：

核心参数：

1. 输出波形为非对称双向三角尖波，输出基波为正矩形波。
2. 脉冲频率：1~100Hz 可调，允差范围±15%
3. 脉冲宽度：0.175ms，允差范围±20%
4. 输入功率：6VA
5. 输出电压峰峰值：
20V，允差范围±20% (250 欧姆负载)，仅适用于配合毫针电极使用。
6. 输出脉冲路数：6 路
7. 治疗仪应无直流分量输出。
治疗仪在 1000 立和 2500 负载最大输出电流有效值不超过 10mA (rms)。
8. 定时：1min~60min 可调，定时误差为±10%
9. 电源：一次性使用碱性干电池 R14 UMDX6，DC9V (+0.5V/-0.9V)；特定电源 II 类适配器)。
10. 脉冲波形：“连续波”、“断续波”、“疏密波”三种波形选择。

变更为：

第 2 项颈腰椎牵引床，技术参数：

核心参数：

1. 电源电压：220V±22V、50Hz±1Hz
2. 额定输入功率：80VA~160VA
3. 腰椎牵引行程：0~200mm
4. 腰椎牵引总时间：0~80min 可调
5. 腰椎牵引力：0~990N 可调
6. 持续牵引时间：0~9min 可调
7. 间隔牵引时间：0~90s 可调
8. 颈椎牵引力：0~300N 可调
9. 颈椎牵引行程：0~250mm
10. 持续牵引时间：0~9min 可调
11. 间歇牵引时间：0~90s 可调
12. 颈椎牵引角度：0~30° 可调
13. 远红外加热装置，该装置配有恒温传感器，≤56°C
14. 数字显示牵引时间、牵引力度、间隔时间

第 20 项电针治疗仪，技术参数：

核心参数：

1. 输出波形为非对称双向三角尖波，输出基波为正矩形波。
 2. 脉冲频率：1-100Hz 可调，允差范围±15%
 3. 脉冲宽度：0.175ms，允差范围±20%
 4. 输入功率：6VA
 5. 输出电压峰峰值：
20V，允差范围±20% (250 欧姆负载)，仅适用于配合毫针电极使用。
 6. 输出脉冲路数：6 路
 7. 治疗仪应无直流分量输出。
治疗仪在 1000Ω 和 250Ω 负载最大输出电流有效值不超过 10mA (rms)。
 8. 定时：1min-60min 可调，定时误差为±10%
 9. 电源：一次性使用碱性干电池 R14 UM2×6, DC9V (+0.5V/-0.9V)；特定电源 II 类适配器)。
 10. 脉冲波形：“连续波”、“断续波”、“疏密波”三种波形选择。
- 5、更正日期：2025 年 12 月 04 日 12 时 00 分

三、其他补充事宜

磋商公告及磋商文件中其他内容不变，相关内容随之变更，由此带来的不便，敬请谅解

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：邓州市第~~一~~人民医院

地 址：邓州市新华路119号

联 系 人：史美玲

联系方式：0377-60196510



2、采购代理机构信息

名 称：中政招采(河南)咨询有限公司

地 址：河南省南阳市卧龙区七里园乡龙祥路世纪家园9栋101室

联 系 人：刘果

联系电话：17538147491



3、项目联系方式

项目联系人：刘果

电 话：17538147491