

固始县卫生健康委员会固始县中医院医养结合中心建设项

目

招标文件

采购编号：固财招标采购-2025-51

采 购 人：固始县中医院

采购代理机构：中乐九建工程咨询（深圳）有限公司

日 期：2025 年 9 月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额 3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的 15%-20%（工程项目为 5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提

高至不低于合同金额的 70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话 0376-6699123、电子邮箱 czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

2025 年 3 月

目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	7
投标人须知前附表.....	7
1. 总则.....	10
2. 招标文件.....	11
3. 投标文件.....	12
4. 投标.....	14
5. 开标.....	15
6. 评标.....	15
7. 合同授予.....	16
8. 重新招标和不再招标.....	17
9. 纪律和监督.....	17
10. 需要补充的其他内容.....	17
第三章 评标办法.....	19
评标办法前附表.....	19
评标办法.....	21
第四章 合同主要条款及格式.....	25
第五章 采购项目产品技术标准与要求.....	27
第六章 投标文件格式.....	45
一、投标函及投标函附录.....	47
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）.....	49
二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）.....	50
三、分项报价表.....	51
四、商务及技术偏差表.....	53
五、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料.....	55
六、售后服务承诺.....	56
七、资格审查资料.....	57
八、中小企业声明函（如有）.....	60
九、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）.....	63
十、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）.....	64
十一、反商业贿赂承诺书.....	65
十二、其他材料.....	66
河南省政府采购合同融资政策告知函.....	70

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“固始县公共资源交易中心（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到固始县公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《固始县公共资源交易网》下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到固始县公共资源交易中心现场或线上办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见固始县公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件下载后需使用“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版）”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·固始县）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版）编制。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份，在会员系统指定位置上传。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（投标人）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件到会员系统的指定

位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、投标人编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标文件内。评委评审只需依法对投标文件进行评审，并以投标文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。

2、潜在投标人有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

3、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

第一章 招标公告

固始县卫生健康委员会固始县中医院医养结合中心建设项目招标公告

项目概况

固始县卫生健康委员会固始县中医院医养结合中心建设项目招标项目的潜在投标人应在“固始县公共资源交易中心(<http://gushi.xyggzyjy.cn/>)”网站,凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上报名投标;获取招标文件,并于 2025 年 月 日 08 时 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 固财招标采购-2025-51
- 2、项目名称: 固始县卫生健康委员会固始县中医院医养结合中心建设项目
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、预算金额: 3141622.39 元

最高限价: 3141622.39 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	固财招标采购 -2025-51-1	固始县中医院医养结合中心建设项目	3141622.39	3141622.39

- 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):

5.1 本次采购共分为 1 个包,采购内容为购置功能训练机、AI 跌倒报警器、医养结合智慧养老软件系统等共计 79 项医养结合相关设备设施,详细内容及参数见招标文件。

5.2 交货期: 合同签订后 30 天内完成供货、安装、调试工作。

5.3 质量要求: 合格,符合国家现行技术规范标准。

5.4 质保期: 1 年,供应商可自行延长质保期。

6、合同履行期限: 合同签订之日起至质保期满。

7、本项目是否接受联合体投标: 否。

8、是否接受进口产品: 否。

9、是否专门面向中小企业: 否。

二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。】本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商若为生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；供应商若为代理商（销售商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.2 投标产品须具有有效期内的医疗器械注册证。

4、其他说明：

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

4.2 本项目适用信用承诺（详见下述要求）。

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告（提供2024年度财务审计报告，成立不足一年的公司需提供其基本开户银行出具的资信证明）；

②依法缴纳税收的证明材料（提供2024年9月1日以来任意3个月纳税证明，新成立公司以实际成立时间为准，依法免税或无欠税的供应商，应提供相应证明文件或无欠税证明）；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供2024年9月1日以来任意3个月缴纳社会保障证明，新成立公司以实际成立时间为准，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照）；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（供应商作出承诺，并加盖本单位公章）；

⑥根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：

从公告发布之日起至投标截止之日止；

（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。

4.3 本项目实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

三、获取招标文件

1、时间：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 11 日；每天上午 08:00 至 12:00，下午 15:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）；

2、地点：“固始县公共资源交易中心（<http://gushi.xyggzyjy.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上报名投标；

3、方式：

（1）投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载采购文件及资料（操作程序详见网站下载中心栏目里投标人操作手册）。采购文件下载后需使用“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版）”打开（该工具软件可在“固始县公共资源交易中心（<http://gushi.xyggzyjy.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在采购文件领取页面下载）。

（2）请投标人下载采购文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025 年 10 月 21 日 8 时 30 分（北京时间）。

2、地点：在《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》交易系统中上传加密版电子投标文件。

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 10 月 21 日 8 时 30 分（北京时间）。

2、地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第一开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 各供应商应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认

回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>, 供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

3. 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

4. 逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

5. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—公共服务—下载专区—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：固始县中医院

地址：河南省固始县成功大道西段

联系人：饶龙杰

联系方式：18237649226

2、采购代理机构信息：

名称：中乐九建工程咨询（深圳）有限公司

地址：信阳市羊山新区政和花园 A 区 35 号楼 301 室

联系人：陈虎

联系方式：18637622699

3、项目联系方式

项目联系人：陈虎

联系方式：18637622699

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	名称：固始县中医院 地址：河南省固始县成功大道西段 联系人：饶龙杰 联系方式：18237649226
1.1.3	采购代理机构	名称：中乐九建工程咨询（深圳）有限公司 地址：信阳市羊山新区政和花园 A 区 35 号楼 301 室 联系人：陈虎 联系方式：18637622699
1.1.4	项目名称	固始县卫生健康委员会固始县中医院医养结合中心建设项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价(最高限价)	预算价（最高限价）：3141622.39 元 投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理
1.2.1	资金来源及落实情况	财政资金，已落实
1.3.1	采购内容	购置功能训练机、AI 跌倒报警器、医养结合智慧养老软件系统等共计 79 项医养结合相关设备设施，详细内容及参数见招标文件。
1.3.2	质量要求	合格，符合国家现行技术规范标准。
1.3.3	交货期	合同签订后30天内完成供货、安装、调试工作。
1.3.4	质保期	1 年，供应商可自行延长质保期。
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。】本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1 供应商若为生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；供应商

		若为代理商（销售商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； 3.2 投标产品须具有有效期内的医疗器械注册证。 4、其他说明： 4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动； 4.2 本项目适用信用承诺（详见下述要求）。 （一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2024 年度财务审计报告，成立不足一年的公司需提供其基本开户银行出具的资信证明）； ②依法缴纳税收的证明材料（提供 2024 年 9 月 1 日以来任意 3 个月纳税证明，新成立公司以实际成立时间为准，依法免税或无欠税的供应商，应提供相应证明文件或无欠税证明）； ③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供 2024 年 9 月 1 日以来任意 3 个月缴纳社会保障证明，新成立公司以实际成立时间为准，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）； ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照）； ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（供应商作出承诺，并加盖本单位公章）； ⑥根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止； （二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。 4.3 本项目实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人其投标将被否决。
--	--	--

1.5	付款方式	合同签订时另行约定。
2.2.2	投标截止时间	2025年 10月21日8时30分
2.2.3	供应商确认收到招标文件澄清的时间	一经发布，视为自动确认
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.3.2	供应商确认收到招标文件修改的时间	一经发布，视为自动确认
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.3	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。
3.5.6	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025年10月21日8时30分。 开标地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第一开标室。
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中业主评委1人，评审专家4人。专家从政府采购专家评审库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
7.3	履约保证金	无。
其他补充内容	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。

..	代理服务费	1. 代理费收费约定： 本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。 2. 本项目代理服务费按“豫招协（2023）002 号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段合计上限不得超过 10 万元。
..	所属行业	工业

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- （1）为采购人的附属机构（单位）；
- （2）被责令停业的；
- （3）被暂停或取消投标资格的；
- （4）财产被接管或冻结的；
- （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

(6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在固始县公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 1) 投标函及投标函附录
- 2) 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 2) 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 3) 分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 4) 商务及技术偏差表
- 5) 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 6) 售后服务承诺
- 7) 资格审查资料
- 8) 中小企业声明函(如有)
- 9) 残疾人福利性单位声明函(如有)（非专门面向中小企业适用）
- 10) 监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 11) 反商业贿赂承诺书
- 12) 其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、

安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号），对货物服务采购项目，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1 投标人通过“全国公共资源交易平台（河南省·固始县）（<http://gushi.xyggzyjy.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“固始县投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“固始县投标文件制作工具”软件制作生成加密版的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。签字盖章的其他要求详见投标人须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与投标文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人必须在投标截止时间前通过固始县公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子投标文件，本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件，视为自动放弃其投标。

4.2.2 投标人因固始县电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系新点软件技术人员联系电话：18537677109，交易中心信息科：4096606。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至固始县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>, 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前, 使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅, 在线签到并准时参加开标活动, 并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密 (当投标人过多时, 解密时间可以适当延长)。在投标文件解密过程中, 因投标人原因 (如投标人准备不到位、电脑网络问题等), 造成无法及时解密的, 将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜, 请查阅固始县公共资源交易中心网站首页一下载中心—投标人操作手册。

开标过程中, 投标人如有异议, 须在开标结束前通过系统提出, 否则视同认可开标记录。开标结束后, 对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2.2 资格审查

开标结束后, 由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组, 按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的, 按废标处理, 采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表, 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属;
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的;
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后, 直到授予中标人合同为止, 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式或在线向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。投标文件无效的，应告知投标人原因。

7.3 履约保证金

免收履约保证金（履约违约的，将报监管部门纳入不良信用记录）。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1-3个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
- （2）通过资格审查的投标人不足三家的；
- （3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10. 其他内容

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标办法

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		特定资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		落实政府采购政策	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查	
2.1.2	符合性 评审标 准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；
		投标人名称	与营业执照一致
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第3.5.3项规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

评分办法前附表

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分：30 分 技术部分：50 分 综合部分：20 分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.2(1) 商务部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1. 价格分计算保留小数点后二位； 2. 优惠政策：对小微企业、监狱企业、残疾人福利性等单位报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（非专门面向中小企业适用）。
2.2.2(2) 技术部分 (50 分)	投标设备技术性能指标的响应程度 (0-50 分)	所投产品基本技术配置和功能符合招标文件要求，计 50 分，★项每有一项负偏离扣 5 分，非★每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。提供相关证明材料，建议指明与技术规格相对应的证明材料的页码。
2.2.2(3) 综合部分 (20 分)	延保承诺 (0-2 分)	在投标文件中明确承诺质保期限，每增加一年加 1 分，最多加 2 分。
	安装调试及培训方案 (0-3 分)	投标人提供的本项目安装调试、检验、交工验收、培训计划等方案具体、详细可行，有利于项目实施，且科学、合理、符合国家相关标准及规定的，由评标委员会按照优、良、一般三个档次打分，分别计 3 分、2 分、1 分，缺项不得分。 ①优：内容完整、全面、清晰，得 3 分； ②良：内容较完整、全面、较清晰，得 2 分； ③一般：内容完整性一般、内容一般，得 1 分。
	服务质量保障措施 (0-3 分)	投标人提供产品具有相应的服务质量保障措施，根据其科学性、可靠性、先进性、稳定性，评标委员会对各投标人所述综合比较，优 3 分、良 2 分、一般 1 分，缺项不得分。 ①优：内容完整、全面、清晰，得 3 分； ②良：内容较完整、全面、较清晰，得 2 分； ③一般：内容完整性一般、内容一般，得 1 分。
	售后服务 (0-6 分)	1、评标委员会根据售后服务人员健全情况按优、良、一般三个档次打分，分别计 3 分、2 分、1 分，缺项不得分。 ①优：内容完整、全面、清晰，得 3 分；

		②良：内容较完整、全面、较清晰，得 2 分； ③一般：内容完整性一般、内容一般，得 1 分。
		2、评标委员会根据各投标人的售后服务承诺详实性及服务体系的完善性、备件情况和服务技术力量的专业性、维修响应时间及完成维修时间承诺等内容进行横向对比打分，优 3 分、良 2 分、一般 1 分，缺项不得分。 ①优：内容完整、全面、清晰，得 3 分； ②良：内容较完整、全面、较清晰，得 2 分； ③一般：内容完整性一般、内容一般，得 1 分。
	优惠承诺（0-3 分）	提供如设备出现故障需更换备件时，提供原厂全新备件并优先为医院发货的承诺得 3 分。（需提供承诺书并加盖投标人公章，否则不得分）
	整体响应（1-3 分）	评标委员会根据产品整体使用性能，针对本次采购提供证明文件的完整性以及其供应商的技术力量水平、投标文件的响应程度等内容进行横向对比打分，优 3 分、良 2 分、一般 1 分。 ①优：内容完整、全面、清晰，得 3 分； ②良：内容较完整、全面、较清晰，得 2 分； ③一般：内容完整性一般、内容一般，得 1 分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 商务部分：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

- (1) 商务部分：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 综合部分：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

备注：按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）

第五十八条“对于投标文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的投标文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章 合同主要条款及格式

(仅供参考)

采购人（招标人）：（以下简称甲方）

投标人（供应商）：（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后___日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：（不得设置履约保证金）

1. 预付款：签订合同后7个工作日内支付合同总价的___%；（建议预付比例不低于50%，对中小微企业预付比例建议不低于70%）

2. 全部货物发货至安装地点 15 天内支付至合同总价的____%;

3. 安装完成并验收合格支付至合同总价的____; (验收合格后发布验收公告, 验收公告发布时间至付款时间为 3 个工作日内, 开票时间至付款时间为 3 个工作日内)

九、违约责任:

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的, 应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金;

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定, 按违约处理, 并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

3、乙方不能按合同质保的, 应赔偿甲方的实际损失;

4、机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的, 应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的, 约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率; 未作约定的, 按照每日利率万分之五支付逾期利息。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由, 在取得有关权威部门的证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷, 甲乙双方协商解决, 协商不成时, 约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效, 甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜, 须经甲乙双方共同协商, 作出补充约定, 补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份, 甲方执四份、乙方执二份, 具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人(甲方): (公章)

投标人(乙方): (公章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

法定代表人或授权代理人: (签字)

地 址:

地 址:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

电 话:

电 话:

年 月 日

年 月 日

合同融资注意事项:

1) 供应商预进行合同融资的, 在签订合同时, 供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

2) 预进行合同融资的合同, 采购人在合同备案时, 需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号, 然后再提交合同备案。

第五章 采购项目产品技术标准与要求

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
1	防倾酒盘	1.防倾酒碗和防倾酒盘底部带有吸盘，吸附力持久，能防止碗滑动、倾斜。碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。 2.碗体材质为食品级 PP 塑料，吸盘为食品级硅胶，可微波加热，安全放心。 3.材质为：食品级 PP+食品级硅胶 适用人群：儿童、老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足以及吞咽功能异常的人群。 4.尺寸：直径$\geq 19\text{cm}$、高$\geq 6\text{cm}$、产品净重：$\geq 135\text{g}$	个	20	
2	防倾酒碗	1.防倾酒碗底部带有吸盘，吸附力持久，能防止碗滑动、倾斜。碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。 2.碗体材质为食品级 PP 塑料，吸盘为食品级硅胶，可微波加热，安全放心。 3.材质为：食品级 PP+食品级硅胶 适用人群：老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足以及吞咽功能异常的人群。 4.尺寸：直径$\geq 12.5\text{cm}$、高$\geq 5.9\text{cm}$、产品净重：$\geq 65\text{g}$	个	20	
3	辅助餐碗	1.碗身一侧配置把手，符合人体工学设计，同时也方便护理人员辅助喂食，增加用餐的舒适度和便利性。 2.材质为：食品级密胺树脂 适用人群：儿童、老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足以及吞咽功能异常的人群。 3.尺寸：直径$\geq 11.8\text{cm}$、碗底直径$\geq 8\text{cm}$、产品净重：$\geq 103\text{g}$	个	10	
4	吸盘辅助餐碗	1.底部带有吸盘设计，可紧密吸附于桌面，有效防止在进食过程中因手部不稳而打翻餐碗，极大地降低了在进食过程中因意外倾倒而被热食烫到的风险。 2.碗身一侧配置了把手，符合人体工学设计，同时也方便护理人员辅助喂食，增加用餐的舒适度和便利性。 3.材质为：食品级 A5 密胺碗+食品级硅胶吸盘 适用人群：儿童、老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、	个	10	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		抓握功能不到位、握力不足以及吞咽功能异常的人群。 4.尺寸：碗口直径 $\geq 12\text{cm}$ 、碗深度 $\geq 6.2\text{cm}$ 、产品净重： $\geq 218\text{g}$			
5	助食防抖筷	1.可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的患者自行进食。 2.其独特的设计，能解决手指无法正常弯曲或无法正常配合使用的情况。筷子前端自动弹开，进入夹取食物的准备阶段；也能解决无法完成筷子的夹紧动作的情况，使用户可较为轻松的夹起食物。 3.助食筷的材质：食品级 PP+天然竹子。 适用人群：手部曲痉挛、手指变形、手指颤抖者，老人、儿童、手部受伤或残疾人士。 4.尺寸：长 $\geq 24.5\text{cm}$ 、产品净重： $\geq 38\text{g}$	双	10	
6	助食防抖筷	1.可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的患者自行进食。 2.其独特的设计，能解决手指无法正常弯曲或无法正常配合使用的情况。筷子前端自动弹开，进入夹取食物的准备阶段；也能解决无法完成筷子的夹紧动作的情况，使用户可较为轻松的夹起食物。 3.助食筷的材质：食品级 PP+天然竹子。 适用人群：手部曲痉挛、手指变形、手指颤抖者，老人、儿童、手部受伤或残疾人士。 4.尺寸：长 $\geq 24.5\text{cm}$ 、产品净重： $\geq 38\text{g}$	双	10	
7	串指辅助筷	1.新升级环扣固定设计，能有效固定筷子不下掉，使用户可较为轻松的夹起食物。左右手通用。 2.可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的患者自行进食。 3.其独特的设计，能解决手指无法正常弯曲或无法正常配合使用的情况。筷子前端自动弹开，进入夹取食物的准备阶段；也能解决无法完成筷子的夹紧动作的情况，使用户可较为轻松的夹起食物。 4.助食筷的材质：食品级 PP+天然竹子。 适用人群：手部曲痉挛、手指变形、手指颤抖者，老人、儿童、手部受伤或残疾人士。	双	10	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		5.尺寸：长 $\geq 24.5\text{cm}$ 、产品净重： $\geq 43\text{g}$			
8	助食勺子	1.专为老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足的人群，通过扣带把餐具固定在手掌上，代替手抓握功能。 2.左右手通用、可 360 度旋转。 3.手握柄位置有硅胶皮带，可按手掌大小，调整松紧固定。 4.手握柄内部空间可以放置配重，以满足巴金森氏症手抖的病人使用。 5.助食叉勺 304 不锈钢柄可弯曲，食品级硅胶手柄包胶为 TPE、食品级 PP，以满足肘、腕关节僵硬的病人使用。 6.产品尺寸：助食叉、助食勺、助食叉勺一体，材质为 304 不锈钢+TPE 软胶+食品级硅胶。 7.长$\geq 25\text{cm}$、手柄直径$\geq 3.2\text{cm}$、产品净重：$\geq 108\text{g}$	件	10	
9	扁柄助食勺	1.专为老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足的人群，通过扣带把餐具固定在手掌上，代替手抓握功能。 2.能在手握柄轴向 360 度的空间范围内，任意调整及固定。 3.手握柄位置有硅胶皮带，可按手掌大小，调整松紧固定。 4.手握柄内部空间可以放置配重，以满足巴金森氏症手抖的病人使用。 5.产品尺寸：助食叉、助食勺、助食叉勺一体，材质为 304 不锈钢+TPE 软胶+食品级硅胶。 6.长$\geq 24.6\text{cm}$、手柄直径$\geq 3.2\text{cm}$、产品净重：$\geq 115\text{g}$	件	10	
10	微量护理杯	1.杯身本体设计两侧防滑防烫握把。双耳防滑设计，预防滑落，杯盖为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，微量出水，可防止吞咽异常老人呛到。 2.杯本体材质为食品级 PP,杯盖为食品级硅胶，可微波加热。 3.尺寸：直径$\geq 7.5\text{cm}$、高$\geq 15.5\text{cm}$、柄宽$\geq 12.7\text{cm}$、产品净重：$\geq 80\text{g}$ 4、适用人群：老年人及儿童、吞咽困难人群、产后护理、长期卧床者，术后康复病人、颈椎受伤无需仰头便可轻松喝水。	个	10	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
11	卧床护理杯	1.吸管可将水直接送入舌后部，方便吞咽。 2.仰头困难人群、产后妇女、长期卧床者等，无需仰头便可轻松喝水。 3.尺寸：直径约 7.5cm、高约 13.7cm、柄宽 12.7cm、产品净重：约 93g 4、适用人群：老年人及儿童、吞咽困难人群、产后护理、长期卧床者，术后康复病人、颈椎受伤无需仰头便可轻松喝水。	个	10	
12	流食护理杯	1.杯盖吸嘴靠杯口边设计，不必仰头就可完全吸光流食。 2.适合没有牙齿的老人或无法咀嚼需流食谁食的人群。 3、尺寸：容量≥300ml、产品净重：≥82g 4、适用人群：老年人及儿童、吞咽困难人群、产后护理、长期卧床者，术后康复病人、颈椎受伤无需仰头便可轻松喝水。	个	10	
13	双耳斜口护理杯	1.斜口杯缘圆弧造型设计，没有锐角顶到脸颊。喝水时也不会顶到鼻梁。 2.适合颈部肌肉僵硬/颈部受伤，可稍微仰头但无法大幅度仰头喝水者；适合咬功能异常患者 3.斜口水杯的设计，无需仰头便可轻松喝水。 4.尺寸：直径≥7.5cm、高≥13cm、柄宽≥14.7cm、产品净重：≥73g 5.适用人群：老年人及儿童、吞咽困难人群、产后护理、长期卧床者，术后康复病人、颈椎受伤无需仰头便可轻松喝水	个	10	
14	挂钩型椅用餐桌板	1.增加挂钩设计，两边各两个钩挂方便使用者钩挂自己的物品； 2.餐桌板采用杯槽设计，喝水方便又实用。 3.餐桌板采用魔术贴固定，安装和拆卸魔术贴都很方便。 4.餐桌板背部采用井字密布，稳定耐用，承受力大。 5.餐桌板采用加厚型全新 ABS 塑钢材质，无味，可以有效防止老化，表面光油处理。 6.材质：ABS 塑钢 7.适用人群：常用于轮椅使用者、康复病人、腿脚不灵活的人等。 8.尺寸：长≥53CM、宽≥58CM、产品净重：≥1.28kg	件	30	
15	围兜	1.防止病人吃饭时汤水弄脏衣服，隐形约束美观人性化。 2.材质：硅胶。 3.尺寸：≥长 52cm*宽 36cm*深 9cm	件	10	
16	电动鼓压按摩拍痰器	1.电动鼓压按摩拍痰器，适合长期卧床，拍背按摩促进血液循环防止压褥疮发生，或痰	套	6	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		多病人，辅助拍背咳痰防止肺炎，也适合肩颈酸痛腰痛背痛病人，辅助按摩促进血液循环。 2.适用人群：针对无力咳痰、长期卧床、痰液过多者。 3.材质：铝合金外壳+食品级硅胶			
17	大人拍痰杯	1.厚度经特别设计，使拍背能达鼓压效应，帮助咳痰和促进血液循环，让肌肉放松消除疲劳痠痛。 2.材质：医疗食品级硅胶 3.适用人群：针对无力咳痰、长期卧床、痰液过多者。 4.尺寸：直径 $\geq 10\text{cm}$ 、高 $\geq 5.5\text{cm}$ 、产品净重： $\geq 200\text{g}$	个	10	
18	握力球	1.中指、无名指套环设计，防止复健训练时掉落，并有分指功能，透气防臭功能。 2.材质：PU 3、适用人群：中风患者、手部痉挛、手腕无力患者康复训练。 3.尺寸：直径 $\geq 6\text{cm}$ 、长 $\geq 10\text{cm}$ （椭圆）、产品净重： $\geq 100\text{g}$	个	10	
19	青蛙握力球	1.特点：双指分指设计，防止溃烂且四孔串指不滑落，凹点透气不粘手。透气防臭功能，防止手掌挛缩，促进血液循环。 2.材质：环保无毒聚胺脂(PU) 3、适用人群：中风患者、手部痉挛、手腕无力患者康复训练。 3.尺寸：直径 $\geq 6.5\text{cm}$ 、长 $\geq 10\text{cm}$ 、产品净重： $\geq 40\text{g}$	个	10	
20	移位旋转盘	1.中心不锈钢珠，便于旋转。 2.底座止滑垫，增加稳定性。 3.材质：EVA 上下层止滑软垫、ABS 塑钢、钢珠内外环结构(32 颗钢珠组成) 4.适用人群：用于腿脚无力、行动不便、身体转向有困难的人群、过床移位时使用，也可配合瑜伽动作，健身锻炼使用。 5.重量： $\geq 0.94\text{kg}$	个	6	
21	移位习走带	1.内里透气网眼布，长期使用不闷热。主体加密编织带，坚固耐用。双向提把，适合各种使用情境。 2.可拆卸式胯下带，佩带于照顾者时，患者可利用照顾者腰上提把做为施力点以方便站立。佩带于患者时，照顾者可利用患者腰上提把协助患者站立与移位。 3.系于胯部，残疾人或老年人锻炼行走时用，陪护人员可一旁抓握以防突然摔倒；也可用于他们站起时，陪护人员抓握起身带帮助其起身；产品侧面有七个拉手。 6.材质：棉布、尼龙织带、PU 皮、塑料卡扣。	个	4	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		7.适用于需要腰部支撑或辅助移位的人群，如老年人、腰部受伤或手术后的康复者，以及因疾病或残疾导致行动不便的人。移位腰带可以提供额外的支撑和稳走性，帮助他们更轻松地进行站立、行走或转移等活动。 8.可承受重量：≥80kg			
22	人体工学摆位凝胶坐垫	1.采臀部取模，臀形分压坐骨点释压设计适当分散压力，久坐不易疼痛。 2.人体工学摆位设计，让骨盆保持中立正中位，不左右倾斜适合脊椎侧弯病人，骨盆后倾设计适合腰痛病人，保持正确坐姿体位 3.坐垫后倾摆位设计，防止腰椎滑脱和椎间盘凸出，并让腰椎滑脱和椎间盘凸出造成腰痛。坐骨神经痛病人，慢慢矫正回正中位，舒缓腰痛症状。 2.适用人群：上班久坐人群、老人、残疾人、痔疮痔漏患者、尾椎骨折患者、脊柱侧弯患者、坐骨神经痛患者、坐骨结节痛患者、腰痛患者、孕期/产后妇女以及需要矫正坐姿的儿童。 3.材质：全透气分子乳胶、薄凝胶+透气分子乳胶 4.尺寸：≥42cm*42cm*7cm(透气分子乳胶)≥42cm*42cm*8cm(薄凝胶+透气分子乳胶)	件	6	
23	凝胶护理臀型防褥疮垫(带布套)	1.采用臀部取模，适当分散压力，久坐不易疼痛。 2.三圆交叠设计，适合任何部位、任何伤口大小使用。 3.每条边沿和角度都采用圆弧面设计，病人躺在褥疮垫上体位很舒服。 4.髌骨摆位定位设计，病人躺在压褥疮垫上定位精准，褥疮伤口部位不移位。 5.臀型摆位设计，病人躺在压褥疮垫上，舒适不移位。 6.适用人群：上班久坐人士、老人、残疾人、痔疮痔漏患者、尾椎骨折患者、脊柱侧弯患者、坐骨神经痛患者、坐骨结节痛患者、腰痛患者、孕期/产后妇女以及需要矫正坐姿的儿童。 7.材料：外套:蝴蝶网眼布+防滑布，内芯材质：记忆棉+凝胶 8.适用体重：≥100 公斤	件	6	
24	四方垫圈带拉链外套	1.为压褥疮病人照护伤口设计，垫开伤口防止恶化 2.可做痔疮病人坐垫和尾椎骨骨折坐垫 3.带拉链可拆开清洗 4.表层透气网布，不闷热。 5.材质：天鹅绒布、珍珠棉、拉链。 6.适用人群适用于尾椎骨折病人躺时防褥疮垫开伤口用。	个	6	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		7.尺寸：外径 $\geq 40\text{cm}$,内径 $\geq 15\text{cm}$			
25	南瓜垫圈	1.可任意塑形适应身体各部位需求(如后枕骨、跟踝部位、手肘、肩胛骨、大转骨、尾骶骨等),以防止褥疮.压疮; 2.材质：天鹅绒布、保丽珍珠 3.用人群：用于防止跟踝压疮大转子压疮、尾骶骨压疮、后脑勺(后枕骨)压疮等人群。 4.尺寸： 外径 $\geq 30\text{cm}$,厚 $\geq \text{cm}$,重量 $\geq 120\text{g}$	个	10	
26	三角枕中密度透气网布	1.高度适合放松腰椎压力，睡觉时腰椎不疼痛。适合翻身固定体位。 2.材质：3D 网眼布、中密度泡棉 3.适用人群：老人、病人、长期卧床等人群。 4.尺寸： 长 $\geq 50\text{cm}$,宽 $\geq 20\text{cm}$,高 $\geq 20\text{cm}$	件	10	
27	多功能约束手套 (有拉链)	1.特点： 1)带拉链分指固定防止手指挛缩 2)拉链拉开透气凉爽 3)方便量手指头的血氧浓度 4)棉织固定带，坚固耐用。 5)表层透气网布，不闷热。 2.适用人群：专为意识不清病人所设计，具有约束功能，防止乱抓尿裤、氧气管、鼻管、喂食管、尿管等。 3.材质：网眼布、内衬绒布/冷感布 PE 板、尼龙绑带(长约 1 米)。 4.尺寸： $\geq 29\text{cm} \times 18\text{cm}$, $\pm 2\text{cm}$	个	10	
28	透气网状球拍约束手套 (无拉链)	1.材质：网眼布、棉织固定带、扣环。 2.适用人群：专为意识不清病人所设计，具有约束功能，防止乱抓尿裤、氧气管、鼻管、喂食管、尿管等。 3.尺寸： $\geq 29\text{cm} \times 18\text{cm}$, $\pm 2\text{cm}$	个	10	
29	深蓝色硬板约束手套	1.材质：牛津布面料、背面 3D 网眼布、绑带采用加粗棉线编织带。 2.适用人群：专为意识不清病人所设计，具有约束功能，防止乱抓尿裤、氧气管、鼻管、喂食管、尿管等。 3.尺寸： $\geq 29\text{cm} \times 18\text{cm}$, $\pm 2\text{cm}$	个	10	
30	四肢约束带	功能：对可能自伤的病人限制肢体活动，保证安全安全护理，躁动约束，松紧可调，结实牢固，柔软棉质，操作简单。各款病床及居家床或轮椅均可用； 材质：内置绵密海绵、棉织透气布、棉织固定带高黏度魔术贴、金属环 重量： $\geq 0.12\text{kg}$	个	40	
31	移位防尿中单(红色)	1.病人在床上，上下左右移位，和防止病人尿及排泄物渗入床垫使用。 2.材质：T/C 布、防水涂层、吸水棉、织带 3.适用人群：长期卧床老人、孕妇、残疾人。	件	6	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		4.尺寸：≥98cm*67cm,±5cm			
32	多功能移位垫	1.方便瘫痪病人上下楼梯使用。附两条坚固耐用铁扣环肩带。 2.材质：外层加厚加密牛津防水布、内层棉感布 3.适用人群：长期卧床老人、孕妇、残疾人。 4.尺寸：≥62.5*94CM,承重≥80KG	件	3	
33	加大款起身辅助带	1.加长加厚设计，增强支撑力，提升了其承重与支撑能力； 2.用于偏瘫卧床、腿脚不便的病人上下床，移位使用。 3.材质：尼龙复合布、棉质夹层 4.适用人群：长期卧床老人、孕妇、残疾人。 5.尺寸：长≥97cm,宽≥23cm	件	6	
34	男性尿袋	1.30片男士尿袋送2个绑带。老人塑料一次性小便尿袋尿套卧床失禁男接尿器； 2.材质：橡胶丝，涤纶 3.适用人群：各种原因所致的尿频，尿急，尿失禁者及昏迷，瘫痪，骨折手术后需要卧床休息的患者。同时也适用不方便随时入厕小便的长途旅行和各种特殊作业人士。 4.尺寸：长≥80cm,宽≥8cm,重量≥189g;30条/包+3个绑带	包	20	
35	助行车	1.专业研发设计，可以快速收合和组装，不占空间，是中风脑受伤病人，和帕金森氏症以及痴呆失智病人，康复习走的最佳辅具，在臀部庭下有安全坐垫，练习行走时不会跌倒，旁边陪护康复者，既省力又安全，适合居家病人，养老院和护理之家病人，以及医院康复科，训练病人行走使用。 2.座架升降最高：≥1200mm、最低：≥970mm 3.扶手升降最高：≥1300mm、最低：≥1100mm 4.座垫离地最高：≥700mm、最低：≥470mm 5.重量：毛重≥23kg、净重≥20kg 6.座宽：≥620mm 座深：≥860mm 7.最大承重：≥120kg 8.适用人群：痴呆症、中风脑受伤、帕金森等人群	台	2	
36	多功能护理椅	1.为避免病人因长时间卧床造成之姿势性低血压问题，除病床外提供病人另一种舒适的休息方式，可躺、可坐，附刹车轮，可当作轮椅将病患推出室外赏景。附可收纳式餐桌，可于椅上用餐，并具备约束功能，避免病患随意起身而跌倒。 2、适用人群：适用与需要护理的人群。	台	2	
37	智能康复训练系统-核心肌群功能训	额定输入功率：300VA。使用电源：交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 显示方式：≥10英寸液晶触摸屏显示。	台	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
	练机	工作模式：柔韧伸展、速度控制、协调节律、功能性肌力、自定义模式。 柔韧伸展：慢速和低阻力的伸展训练，腰骶关节弯曲至最大伸展角度停留，角速度默认为 $30^{\circ}/s$，负荷可调节，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 速度控制：速度和负荷调节训练，腰骶关节弯曲及伸直，角速度默认为 $80^{\circ}/s$，负荷可调节，可记录当前训练时间。 协调节律：快速和适中阻力的训练，腰骶关节交替反复动作 功能性肌力：慢速和中高阻力的训练，腰骶关节交替反复动作，角速度默认为 $50^{\circ}/s$，负荷可根据患者实际健康状况调节，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 康复报告：具有查看及导出功能，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能。 阻力类型：电磁阻力。阻力调节范围：1~20 档。阻力调节方式：手动、自动。 角度校准模式：可自定义设置初始位置。 训练方式：坐位、跪位。			
38	智能康复训练系统-上肢功能训练机	额定输入功率：300VA。 使用电源：交流电压 $220V \pm 22V$，频率 $50Hz \pm 1Hz$。 显示方式：≥ 10 英寸液晶触摸屏显示。 工作模式：柔韧伸展、速度控制、协调节律、功能性肌力、自定义模式。 柔韧伸展：肩关节弯曲并维持在最大伸展角度，角速度默认为 $35^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s，伸展时间 1s~20s 可调，步进 1s。 速度控制：肩关节交替弯曲及伸直，阻力随摆动速度变化自动调整。角速度默认为 $80^{\circ}/s$，负荷可调，可记录当前训练时间。 协调节律：肩关节交替反复动作，角速度默认为 $70^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 功能性肌力：肩关节交替反复动作，角速度默认为 $30^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 康复报告：具有查看及导出功能，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、	台	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		平均耗能。 阻力类型：电磁阻力。阻力调节范围：1~20档。阻力调节方式：手动、自动。 角度校准模式：可自定义设置初始位置。座椅调节范围：旋转 0° ~180°（左右各 90°）。具备语音提示功能。			
39	智能康复训练系统-下肢功能训练机	额定输入功率：300VA。使用电源：交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 显示方式：≥10 英寸液晶触摸屏显示。 工作模式：柔韧伸展、速度控制、协调节律、功能性肌力、自定义模式。 柔韧伸展：下肢推至最大伸展角度停留，角速度默认为 35° /s，负荷可调节，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s，伸展时间 1s~20s 调节，步进 1s。 速度控制：下肢自主伸展，角速度默认为 80° /s，负荷可调节，可记录当前训练时间 协调节律：下肢交替反复动作，角速度默认为 70° /s，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 功能性肌力：下肢交替反复动作，角速度默认为 30° /s，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 康复报告：具有查看及导出功能，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能。 阻力类型：电磁阻力。阻力调节范围：1~20档。阻力调节方式：手动、自动。 角度校准模式：可自定义设置初始位置。 座椅调节范围：前后 0~200mm，允差±10%。旋转 0° ~180°（左右各 90°）。具备语音提示功能。	台	1	
40	智能康复训练系统-全身协调功能训练机	额定输入功率：300VA。使用电源：交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 显示方式：≥10 英寸液晶触摸屏显示。 工作模式：柔韧伸展、速度控制、协调节律、功能性肌力、自定义模式。 柔韧伸展：上肢前推至最大伸展角度停留，搭配腿部屈伸，角速度默认为 35° /s，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s，伸展时间 1s~20s 可调，步进 1s。 速度控制：上肢自主推拉，双脚踩踏，角速度默认为 80° /s，负荷可调节，可记录当前训练时间。 协调节律：四肢交替反复动作，角速度默认为 70° /s，负荷可调，训练时间 30s~50min 可	台	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		调，步进 30s。 功能性肌力：四肢交替反复动作，角速度默认为 $30^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 康复报告：具有查看及导出功能，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能。 阻力类型：电磁阻力。阻力调节范围：1~20 档。阻力调节方式：手动、自动。 角度校准模式：可自定义设置初始位置。 座椅调节范围：前后 0~200mm，允差 $\pm 10\%$。 旋转 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$（左右各 90°）。 具备语音提示功能。			
41	智能康复训练系统-髋部功能训练机	额定输入功率：200VA。 显示方式：≥ 10 英寸液晶触摸屏显示。 工作模式：柔韧伸展、速度控制、协调节律、功能性肌力、自定义模式。 柔韧伸展：双腿伸展至最大伸展角度停留，角速度默认为 $35^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s，伸展时间 1s~20s 可调，步进 1s。 速度控制：双腿自主伸展，阻力随速度变化调整。角速度默认为 $80^{\circ}/s$，负荷可调节，可记录当前训练时间。 协调节律：双腿交替反复动作，角速度默认为 $70^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 功能性肌力：下肢交替反复动作，角速度默认为 $30^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。 康复报告：具有查看及导出功能，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能。 阻力类型：电磁阻力。阻力调节范围：1~20 档。阻力调节方式：手动、自动。 角度校准模式：可自定义设置初始位置。 座椅调节范围：前后 0~200mm，允差 $\pm 10\%$。 旋转 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$（左右各 90°）。 具备语音提示功能。	台	1	
42	智能康复训练系统-平衡功能训练机	额定输入功率：300VA。使用电源：交流电压 $220V \pm 22V$，频率 $50Hz \pm 1Hz$。 显示方式：≥ 10 英寸液晶触摸屏显示。 工作模式：柔韧伸展、速度控制、协调节律、	台	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		功能性肌力、自定义模式。 柔韧伸展：躯干前弯并维持在最大伸展角度，角速度默认为 $35^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 $30s \sim 50min$ 可调，步进 $30s$，伸展时间 $1s \sim 20s$ 可调，步进 $1s$。 速度控制：身体交替前弯及后倾，阻力随速度变化调整。角速度默认为 $80^{\circ}/s$，负荷可调，可记录当前训练时间。 协调节律：躯干交替反复动作，角速度默认为 $70^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间 $30s \sim 50min$ 可调，步进 $30s$。 功能性肌力：躯干交替反复动作，角速度默认为 $30^{\circ}/s$，负荷可调，训练时间默认 $5min$，时间 $30s \sim 50min$ 可调，步进 $30s$。 自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间 $30s \sim 50min$ 可调，步进 $30s$。 康复报告：具有查看及导出功能，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能。 阻力类型：电磁阻力。阻力调节范围：$1 \sim 20$ 档。阻力调节方式：手动、自动。 角度校准模式：可自定义设置初始位置。 座椅调节范围：前后 $0 \sim 200mm$，允差 $\pm 10\%$。 旋转 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$（左右各 90°）。 具备语音提示功能。			
43	OT 综合训练工作台	规格(mm)：$\geq 1930 \times 1065 \times 940$ 左右操作面板：$\geq 500 \times 390$（长$\times$宽）mm 后操作面板：$\geq 980 \times 390$（长$\times$宽）mm 操作面板调节范围：$0 \sim 350mm$ 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮	组	2	
44	认知症预防干预机器人（行走式）	1、运行内存：$\geq 4G$ LPDDR4 2、总存储：$\geq 16G$ 3、显示屏分辨率：$\geq 1366 \times 768$ 4、预装操作系统：Android 8.1.0 5、WiFi 制式：支持 $2.4G$ $802.11b/g/n$ 6、产品尺寸：$\geq 50 \times 60 \times 150cm$ 7、产品重量：$\geq 35KG$ 8、启动方式：按钮开/关 9、提供遥控器 1 套 10、认知症风险的智能化评估：采取漫画和语音提示、触屏应答实时提供可视化评估结果的	台	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		方式开展以下评估：认知障碍评估 AD8；认知障碍评估 MoCA；认知症风险 DASC 评估；老年痴呆患病概率预测；认知功能测评；认知症症状 BPSD 评估。 11、分级/多维度康复训练 根据认知症的不同程度和特点，自动生成“分级/多维度”康复训练计划书； （1）轻度认知症干预课程：准备运动、双重课题训练、大脑赋能训练、身体机能训练等； （2）中度认知症干预课程：准备运动、双重课题训练、大脑赋能训练、日常生活能力训练等； （3）重度认知症干预课程：有氧运动、大脑赋能训练等； （4）认知症综合干预课程：认知功能训练套餐（记忆力训练、注意力训练、计算力训练、判断力训练、空间识别力训练、综合训练） 12、健康管理：机器人可以为老年人提供营养状态测评/口腔健康自我测评/跌倒风险/膳食营养管理日记/睡眠尺度自我测评/精神健康等健康管理。 13、服务管理：老年人基本信息管理、评估履历管理、服务计划书管理、训练履历管理等。 14、后台管理系统：机器人配备后台管理系统，在后台管理系统上可以批量导入导出老人信息、生成评估报告书等；			
45	AI 跌倒报警器	通讯方式：Cat.1 通讯 工作电压：DC 5V/2A 工作电流：<300mA 工作温度：-10℃~+55℃ 外观尺寸：Φ70*29mm 数据传输方式：4G Cat.1 报警通知方式：PC 平台、小程序、电话、短信 安装方式：吸顶式 安装高度：2-3m 探测方式：毫米波雷达 探测角度：水平 100 度、俯仰 100 度 人体跌倒探测范围：3M*3M 区域内，约 9 m² 人体静止驻留探测范围：3M*3M 区域内，约 9 m² 人体存在感知探测范围：4M*4M 区域内，约 16 m² 人体运动感知探测范围：5M*5M 区域内，约 25 m² 工作方式：60GHz 毫米波雷达传感器，适用于浴室、卫生间、卧室等 报警类型：人体存在感应、人体跌倒感应（适用于单人卫生间、厨房场景）	台	70	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		有人报警：可以用于入侵检测、智能联动等场景 无人报警：0~24 小时可设置，可用于老人看护场景 跌倒报警：适用于单人卫生间、厨房场景 驻留报警：1~60 分钟可设置 支持数据上传至智慧医养结合信息化平台			
46	智慧医养结合信息化平台	（一）大数据分析管理系统 1、首页 ★便捷式工作台：提供综合查看整体运营情况功能：具有咨询登记、老人建档、入住评估、养老协议、入住、退住、请假等功能快捷导航，展示床位情况、入住老人自理情况、欠费情况、疾病人群统计和接待统计数据等，支持统计数据导出。 2、医养大屏 数据可视：涵盖入住老人相关统计数据，如区域统计（楼栋）总人数、年龄分布、疾病分布、性别、自理能力、床位动态（入住、空余、入住率）、以及月度入住统计和异常告警提示及处理情况、工单处理情况等数据的可视化。支持为机构运营管理定制开发更多纬度数据分析展示。整合全维的信息，实时业务监控、动态风险预警，建立各类数据模型，输出有价值的信息服务，医养项目运营情况一目了然。 3、床态图 ★可视化床态图：以卡片形式展示院内楼栋、楼层、房间的维度显示具体床位信息，鼠标点击卡片亦可查看老人基本信息，具有标记当天生日老人功能。包含：老人编号、入院信息、床位、护理级别、账户情况、家庭住址、慢病标签、护理评估等，并进行相关业务快捷式操作，如缴费、新增工单、请假、医嘱等。 （二）医养业务系统 1、咨询接待 老人建档：对前来入住的老人建立健康档案，以便日后管理和服。建档时可使用身份证刷卡，或者直接手动录入。主要包含老人基本信息，医疗信息，身体状况，家人信息等。 老人评估：支持民政部最新版评估标准、长护险评估标准等。支持对老人入住前评估，入住后常规评估，入住时状态发生变化后及时评估，根据评估结果可确定老人的自理能力、护理级别及餐饮类型。包含老人综合能力评估、照护需求评估、坠床/跌倒风险因子评估、Barden 压疮评估、噎食/误吸风险评估、烫伤风险评估、管路滑脱风险评估、自杀/他伤风险评估、营养不良风险评估、走失风险评估、中医体质评估、疾病风险评估、心理健康评估	套	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		等测评内容。 养老协议；可新增老人养老电子版协议，可上传合同的扫描件，支持接入手写板在线签字。 ★入住办理：给老人办理入住手续，确定床位、自动生成老人专属二维码床头卡，确定护理级别，床位费、管理费、餐饮费的收费标准。 2、老人管理 ★老人档案：主要包含老人基本信息、医疗保险、身体基本情况、亲属信息、自理情况、护理级别、疾病人群等，支持批量导出。老人基本信息，展示老人基本信息情况。通过左侧索引栏可快速查询、查看老人的健康档案信息，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记录、健康报告、健康趋势、随访记录、诊疗记录、医嘱管理、医嘱执行、健康记录、医生巡诊、用药记录、护理计划、护理执行。 老人合同：根据初次评估签订入住合同，支持电子版合同上传、打印纸质合同存档及在线签名。 更换床位：入住老人床位更换 请假：登记老人请假，完成、销假的操作，支持打印 退住：老人退住办理，并对老人进行出院评估；支持按老人维度、楼栋楼层房间维度和退住日期维度筛查及导出 老人消费：登记老人除床位费、护理费、餐饮费、管理费等月度费用外的其他消费，消费登记后，需在单据结算页结算。支持作废消费记录，并退还消费金额 3、医护服务 健康档案：可快速查询、查看老人的健康档案信息，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记录、健康报告、健康趋势、随访记录、用药记录 诊疗记录：老人首次入住养老时，医生对老人进行疾病评估，判断是否住院，以及阶段性诊疗记录，支持导出、打印 健康记录：护士定期对老人进行健康体征数据录入及记录老人病情变化及处理措施，医生巡诊时可查看健康记录，支持历史记录查询及打印 护理计划：根据老人护理级别帮助老人制定、修改护理计划，可定义多项目组合的护理模板护理任务；按照老人的医护计划可支持自动生成或手动制定护理工单 护理执行：每日护理任务执行查看及执行确认 医护组：对医护组成员角色进行分配定义管理，可查看、自定义修改本组管辖床位数据			

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		评价管理：支持老人和家人对院内各维度服务标准进行满意度评价，支持查看院内和不同楼栋老人或家人对院内各项服务满意度评价情况。 护理交接班：上下班工作交接班，包括交接班时间、交接事宜和老人情况及注意事项，交接班内容支持系统自动回显并可修改，支持导出、打印 消息提醒：支持异常告警提醒、护理评估提醒、本周健康记录提醒、本周巡诊提醒 4、财务管理 充值缴费：为老人账户办理充值缴费，登记充值缴费记录，支持自定义筛查导出 催费提醒：对账户余额不足的老人进行催费提醒 余额：支持查看、导出老人的账户余额 押金：为老人账户办理押金充值，支持查看、导出、作废、打印 退费：登记老人因退住发生的退费，支持自定义筛查导出 月标准费结算：对老人的月度费用进行结算扣费，支持自定义筛查结算、导出 日常单据结算：对老人日常消费登记结算，支持按按楼栋，楼层查询 单据查询：查询老人的所有单据，包括充值，月度结算，消费等，支持查看和打印 费用流水：可查看、导出、老人的费用流水及导出 费用标准：床位费，护理费，餐饮费，管理费，请假/就医等费用标注设置 费用月度账单：可查看在院老人月度各项目（床位费，护理费，餐饮费，管理费，其他费用，日常消费，点餐消费）消费情况。支持按月度、楼栋、楼层筛查并导出 月度费用汇总：可查看老人各月账单汇总及导出 5、统计分析 入住老人自理情况统计：按入住老人自理情况进行统计，支持图表、数据呈现方式，支持报表 Excel 导出 欠费统计：统计欠费信息，包含老人编号、老人姓名、身份证号、联系方式、床位号、入住日期、余额及各项费用信息，支持报表 Excel 导出 疾病人数统计：按老人疾病情况进行统计，支持图表、数据呈现方式，支持报表 Excel 导出 护理执行报表统计：支持按时间或老人维度对医护人员进行工单执行情况的统计，并支持导出			

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		护理工单统计：支持按患者、医生、时间等维度查询护理工单并支持导出报表 退住原因报表统计：支持按照日期、楼栋楼层等维度查看退住情况、占比情况及退住原因，并支持导出 6、基础设置 基本类型设置：对房间，护理级别，套餐，管理费等类型进行设置管理 护理项目管理：自定义护理项目名称、单价、执行时长、项目描述等 协议模板管理：自定义合同/协议名称、类型、备注、正文内容等 护理模板：可定义多护理项目组合的护理模板，用于制定老人护理计划时快捷选择 床位管理：楼栋管理、楼层管理、房间管理、床位管理、房态图 套餐类型设置：自定义套餐类型 管理费类型设置：自定义管理费类型 模板管理：健康报告模板维护管理 7、短信管理 ★短信推送：支持向全体老人、单个或多个老人、疾病人群、机构、团体、员工、老人家属等发送短信。支持自定义短信模板，方便发送短信时选取调用 8、运营管理 员工管理：支持机构为健管师/医生，护士，护工等各类员工开通账号，设置角色、密码等 角色管理：提供角色自定义管理，根据业务需求新增角色并分配功能权限 9、健康管理 多维度健康档案：老人档案建档，查看，修改，健康档案管理（包括基本信息、既往史、现患病、家族史、遗传史、残疾史、生活环境史等，可修改，动态保存），手动添加/自动获取（需接口对接）体检报告、病历报告 老人综合能力评估：对老人能力、护理需求等进行评估，自动出具老人能力评估结果 疾病风险评估：提供多种疾病风险评估，自动计算健康风险并出具评估报告 中医体质辨识：进行 9 种基本类型和 25 种兼杂体质中医体质辨识，并提供改善建议，自动输出分析报告 心理健康测试：包括 scl-90、SDS、SAS 等多种心理测评表，自动输出分析报告 ★老人生命体征监测：支持实时监测老人的血压、心率、血氧等生命体征数据，重点监测长期卧床老人的健康数据，包括离床状态、心率、呼吸实时数据及波形图，声音报警提示离床报警、心率异常报警、呼吸异常报警等			

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		智能健康检测: 支持智能健康检测设备数据同步至 app 端及医养平台, 可为老人形成动态健康趋势图 (如血压、血糖、尿酸、血氧、心率、体脂等) 智能检测设备支持和统计: 支持智能健康检测设备的数据自动传输导入和健康趋势统计分析 (如血压、血糖、尿酸、血氧、心率、体脂等) 个人健康报告: 出具个人健康报告, 包含个人健康信息汇总、疾病风险评估、生活方式分析、心理评估与中医体质辨识、异常解释及健康指导, 支持常见慢病人群健康报告自动输出 异常告警: 异常数据指标识别及弹窗告警服务 个性化健康报告: 根据体检异常指标自动出具包括临床、营养、心理、运动、生活作息等五大处方的健康指导方案 统计分析: 自动生成老人建档记录报表; 自动生成待生成健康报告的老人报表; 自动生成团体数据统计报表, 包括年龄分布、性别分布、健康状态统计、人员的异常统计、体检异常 TOP 统计等 (三) 智慧医养移动端应用 1、老人 (家属) 端 APP 我的消息: 后台管理系统推送的通知、文章等消息 健康自测: 问卷包含疾病史、家族史、躯体症状、生活方式等, 自动判断“健康得分”和“健康风险”, 并生成个性化体检方案 健康得分: 结合基础评估问卷作出的一个健康得分 健康状态提醒: 结合基础评估问卷和近期测量的上传的数据得出的一些健康或疾病风险以及近期的健康趋势 健康评估: ≥ 18 种疾病风险评估、≥ 16 种心理健康测试评估和中医体质辨识评估 健康计划: 有多套健康学习计划包括糖尿病日常护理、≥ 14 天健康生活养成、高血压改善、糖尿病饮食、糖尿病运动、食品交换份、睡眠改善等干预计划 健康数据采集: 可以检测血压、血氧、血糖、体脂体重、BMI、血脂四项、尿酸、心电、腰围、体温、糖化血红蛋白、运动、睡眠、止鼾枕等数据, 可以通过接入的智能检测设备自动上传和手动录入两种方式。呈现方式有数据记录 and 动态趋势两种 健康知识: 按科室可查询相关疾病的概要 养生食谱: 可根据需求查询食谱 健康资讯: 定期更新的健康科普文章 我的健康评估: 可实时查看老人评估记录			

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		我的健康报告:可实时查看老人健康动态数据及健康指导方案 我的随访记录:可实时查看老人随访记录 我的医护记录:可实时查看老人护理计划、护理执行等记录 我的账单:可实时查看老人在院消费账单 2、医护端 APP 我的消息:异常告警提醒、发起提醒、护理评估消息提醒、报修新增任务和派工提醒 用户列表:显示管理的老人列表,显示老人姓名、性别、年龄、编号、床号、所属疾病人群、所属团体等信息 健康档案:可查看老人评估报告、体检报告、健康报告、日常健康动态指标 护理执行:可查看老人护理计划、护理工单,护理人员可以根据护理计划、工单执行,并支持护理人员在移动端扫描老人“床头卡”二维码打卡完成工单任务 护理评估:床旁对老人及时进行十大护理评估操作、支持评估结果的自动判定及自动推送下次评估提醒 随访计划:在移动端查看随访计划,并开展随访 健康记录:护士定期对老人进行健康体征数据录入及记录老人病情变化及处理措施 健康检测:护士可上门或床旁使用智能设备帮助老人测量体温、血压、血糖、血氧、尿酸、心电、体重体质、糖化血红蛋白等健康数据 ★扫一扫:支持移动端扫描老人“床头卡”二维码,查看老人病历、体检报告、健康报告、健康问卷、随访记录、健康数据、关怀记录等,可快捷进入护理评估、健康记录等业务模块 查询:支持通过姓名、手机号、老人编号、床号等条件搜索相应的老人			
47	智能睡眠监测垫	多维度采集用户生理体征参数,包括心率、呼吸率、睡眠体动等,通过睡眠时长、睡眠质量、睡眠分期信息等,对用户的睡眠质量进行综合评价,并提出睡眠建议。【支持数据上传至医养信息化平台进行监控预警】	套	70	
48	护理床	1、外形尺寸:≥长:2050mm、宽:1000mm、高:400mm(不含床垫) 背部倾斜角度 0~75°,腿部倾斜角度:0~30° 2、产品材料:床体采用优质冷轧碳素钢管≥60×40×1.0mm,床腿为优质冷轧碳素钢管≥50×50×1.0mm。整板冲孔床面采用优质冷轧钢板,一次模压成型工艺,四角均无焊接缝,钢板厚度≥1.0mm,钢板内填加强筋增加强度,有透气孔,床板四周内焊接加强筋,增加	套	70	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		承载力；病床靠背与腿板升降连接采用 2.5 壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。 3、床体承载$\geq 240\text{Kg}$；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4、两组 ABS 强化塑胶摇把，隐藏式设计。摇杆全不锈钢设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置，外套 ABS 塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。 5、侧面护栏总长$\geq 1150\text{mm}$，D 型铝合金扶手，表面硬化处理，五支不锈钢立柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度$\geq 3.0\text{mm}$，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6、实木颗粒板床头（带软包），床尾，围板易清洁，不变形，床头床尾暗藏锁定开关，稳定可靠，对称式快速挂钩座，可快速拆卸。 7、采用 5 寸高档双面脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 8、床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命。 9、床垫：床套采用绿色单面牛津防水布材料；内层采用高密度海绵及机压整形环保椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理；床垫总体厚度为$\geq 80\text{mm}$，其中海绵$\geq 40\text{mm}$、3E 椰棕$\geq 40\text{mm}$。			
49	餐桌+活动桌	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀； 4.尺寸：$\geq 140*80*75\text{cm}$	张	24	
50	圆桌(评估室)	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 4.尺寸：直径$\geq 1.2\text{m}$	张	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
51	六角形活动桌	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 4.尺寸：直径 $\geq 140*70\text{cm}$	组	5	
52	餐椅(5色混色)	1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵； 4.面料：采用PU皮； 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 6.尺寸：常规尺寸	张	120	
53	洗澡椅	1.座宽：45CM,座深：42CM 2.扶手到地面高度：69CM 3.坐垫到地面高度：52CM 4.推把到地面高度：95CM 头枕到地面高度：98-112CM 5.总宽：59CM,侧面总长：85CM 6.脚踏板尺寸：19*52CM 7.前轮：5英寸带刹万向轮，后轮：12英寸免充气PU轮，带刹车 8.铝合金阳极亮面，管径：25.4mm 管厚：1.2MM 坐垫厚度：4.6CM 前端5.6CM 9.靠背角度15°/30°/45°三挡可调节，头枕与推把可随时替换使用，方便不同场景使用 10.环保PP扶手，表面人体工学纹理设计 11.脚踏可向上90°折叠收合 12.靠背PE塑胶+EVA软垫，头枕和坐垫高弹防水皮质软坐垫，防水易清洗，不易滋生细菌 13.承重：100KG 14.净重：11.35KG 毛重：13.2KC 15.外箱尺寸：69*27*70CM (1台/箱,赠送安装工具)	把	35	
54	3人沙发	1.面料：选用优质透气棉麻布料； 2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$,回弹率 $\geq 35\%$,压缩永久变形 $\leq 10.0\%$,抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》。 3.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。 4.尺寸： $\geq 212*83*88\text{cm}$	张	8	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
55	茶几	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 4.尺寸：常规尺寸	张	8	
56	升降洗澡床	外形尺寸：长 2160*宽*870*高 720-950mm（含护栏） 内径尺寸：长 1960*宽 600*高 440-670mm（不含护栏） 功 能：电动整体升降、电动前倾调节角度： 床面整体升降范围：440-670mm（不含护栏） 背部倾斜角度：0-15° 配置：折叠式不锈钢全包围式护栏，皮划艇材质床垫、5寸双面带刹车静音轮	套	2	
57	智能药浴机	工作原理：利用水温、药物、静水压作用等综合因素通过神经或体液引起局部及全身的各种生理反应，皮肤血管扩张、充血、血流加速、新陈代谢加快及调整中枢神经系统功能等。 技术参数： 额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。额定功率：450VA。 时间设置范围：0~99min，允差±1min。 容积：≥265L。承重：≥300kg。 显示方式：数码显示 配备扶手，方便患者出入。恒温注水：设备装有恒温阀，可设定温度，恒温注水。冲洗装置：可用于淋浴和设备冲洗。 高温报警：当水温大于 50℃时，自动报警。 药浴池恒温功能：一体式缸壁加热系统，便于维护，非浸入式加热避免药液污染。 外形尺寸（长宽高）：≥1970×800×850mm，允差±50mm。槽内尺寸（长宽高）：≥1560×560×440mm，允差±50mm。	台	1	
58	长者移位机	1、执行标准：GB/T 20404-2014 国家标准《功能障碍者移位机要求和试验方法》 2、材质工艺：304 不锈钢主框架，扶手、靠背、座板选用 PU+海绵材质 3、产品尺寸：≥850*540（920-1120）mm，座宽 ≥470mm，离地高度在 450-650mm 之间，高度调节幅度≥200mm 4、产品功能：	台	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		①操作便捷：采用脚踩式液压设计，仅需轻轻踩踏，即可根据使用需求自由调节高度，实现轻松移位，操作简单省力。 ②功能实用：配备餐桌，满足使用者在移位过程中的用餐或其他日常活动需求，增加产品实用性。 ③材质优良：整体采用 304 不锈钢材质，坚固耐用，抗腐蚀性强，有效延长产品使用寿命。扶手、靠背、座板选用 PU+海绵材质，柔软舒适，提供良好的支撑和触感。 ④移动灵活：前轮配备 3 寸万向带刹静音轮，转向灵活，移动方便，且刹车装置可确保使用时的稳定性，静音设计减少使用过程中的噪音干扰。 ⑤尺寸合理：产品尺寸为 $\geq 850 \times 540$ （920-1120）mm，座宽 ≥ 470 mm，离地高度在 450 - 650mm 之间，高度调节幅度 ≥ 200 mm，可适应不同身高和使用场景的需求。 ⑥承重可靠：净重 ≥ 29 kg，毛重 ≥ 32 kg，承重能力 ≥ 100 kg，能够满足大多数使用者的体重需求，安全可靠。			
59	听力音叉	1.128HZ*4.4CM*21.5CM	个	1	
60	视力灯箱+视力检查配套(挡眼板、指挥棒)	1.常规 5 米 LED 灯箱	套	1	
61	贴墙身高尺	1.粘贴式 2M	个	1	
62	红外额温枪	1.红外线感应距离 0-5M	个	2	
63	时钟(指针式)	机芯：静音扫描机芯 材质：ABS 材质+金属支架 尺寸： $\geq 20 \times 20 \times 3.3$ cm； ≥ 200 g	个	2	
64	1.5 米卷式皮尺	长宽： $\geq 1.5\text{m} \times 7\text{mm}$ 净重： ≥ 20 g 毛重： ≥ 27 g	个	2	
65	评估双向阶梯+平衡杠	评估双向阶梯： 规格（mm）：3550x800x1350~1550 扶手杠调节范围（mm）：0~200 扶手杠侧向额定载荷（kg）：70 阶梯额定载荷（kg）：135 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm 中间台高度 600mm 材质：型材、多层板、地板革 结构形式：阶梯、扶手 平衡杠： 规格（mm）：3500×1150×800~1250，矫正板坡度 15°	个	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		杠杆直径(mm): $\Phi 38$ 杠杆宽度调节范围 (mm): 340~600 允差: $\pm 20\text{mm}$. 额定载荷(kg): 135 矫正板坡度: 15° 用途: 借助上肢帮助进行步态训练, 矫正行走 中的足外翻、髋外展, 增加行走的稳定性。适 合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步 态练习。 材质: 型材、多层板、橡胶、地板革 结构形式: 底架、扶手、矫正板			
66	日历	尺寸: $\geq$ 长 26.6*高 11cm 材质: PP+纸 净重: $\geq 90\text{g}$ 毛重: $\geq 95\text{g}$	个	1	
67	轮椅体重计	称重范围:1Kg-300Kg 精确度:0.1Kg 工作电压:AC110-220V 50/60Hz 电压:5VDC A/D 转换速度:50 次/秒 输入信号:1.0-2.0mV/V 充电电池:免维护电池 台面净尺寸: $\geq 80\text{cm} \times 80\text{cm}$ 工作温度: -10°C - 40°C 工作湿度: $<85\%\text{RH}$ 整机自重:60Kg	台	1	
68	电动升降移位机	1、具有电动抱放、电量显示、刹车、膝 靠调节、急停等功能; 2、抱起最高状态时: 长 815mm $\times$ 宽 500mm $\times$ 高 1240mm 放下最低状态时: 长 930mm $\times$ 宽 500mm $\times$ 高 940mm; 3、承重: 120kg; 4、额定输入电压: AC220V; 5、电流: 0.5A; 6、频率: 50Hz/60Hz; 7、充电时间: 10h。	台	3	
69	怀旧博物馆 场景制作	1.60-70 年代场景	组	1	
70	怀旧博物馆 及陈列物品	1.60-70 年代老物件一组件	组	1	
71	音乐治疗室 及用品用具	1.音乐疗法乐器用品用具一组件	组	1	
72	艺术疗法及 用品用具	1.艺术疗法用品用具一组件	组	1	
73	园艺疗法及 用品用具	1.园艺疗法用品用具一组件	组	1	
74	芳香疗法及	1.芳香抚触疗法用品用具一组件	组	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
	用品用具				
75	触摸(认知训练)墙	1.触摸认知训练墙用品用具一组件	组	1	
76	音响套装	音响套装包含： ①≥10 寸音响 2 台 ②1 台≥12 寸重低音炮； ③一套 4 合一功放机(包含功放机，音频处理器；无线话筒接收器；≥7 寸屏幕点歌机) ④音响支：2 个或者吊架供客户选择； ⑤立式触控屏点歌机一台； 具体参数如下： 1.音箱：四频 10 喇叭单元 箱体尺寸：≥300×280×525mm(单箱) 喇叭：≥10 寸低音喇叭*1+≥3 寸中音*2+≥2.5 寸高音*4+26mm 猫眼超高音*3，四频十一单元大腔体音响设计，低音-澎湃有力，中音-温和饱满，高音-清脆通透，超高音-尖锐有力。 输出功率：450W+450W 阻抗：8Ω 灵敏度：102DB 频率响应：60Hz--20kHz 2.功放：600W 三路输出功率 功放尺寸：≥295×130×435mm 采用 5.2 芯片蓝牙模块，支持手机，平板等带蓝牙设备播放音乐的设备，高速稳定蓝牙传输，给你尽享愉悦的无线音乐播放体验。 输出功率：600W*3 阻抗：8Ω 灵敏度：102DB 频率响应：20Hz--20kHz 话筒配置：真分集高保真充电话筒，内置防啸叫 IC，有效削弱干扰信号； 3.低音炮：双≥12 寸重低音长冲磁低音炮 低音炮尺寸：≥380×400×400mm 五大核心技术（重低音喇叭单元双 12 吋大功率+震撼低音+声学技术配合内部结构细节+优选木质材质+匠心工艺无源音响可外接设备） 输出功率：≥600W 阻抗：8Ω 灵敏度：102DB 频率响应：45Hz--180Hz 赠送：木支架、电池、彩灯、鼠标、高清线、卡依线 4.木支架尺寸：≥300×230×700mm 5.立式触控屏点歌机：屏幕≥19 寸硬盘内存有 500G 采用和音元视正版曲库将近 90 万首歌曲，时时更新	套	1	
77	移动音箱	峰值功率：≥600W 喇叭配置：≥10"低音+5"中音+80 磁高音 频率响应：40Hz-16KHz 系统：直播+安卓+KTV 系统 内存：≥1G+8G+320G 屏幕：≥19 英寸触摸高清屏	套	1	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		结构：黑色木质贴皮箱体 电池：12V/7Ah 天能电池 续航：4-6 小时 话筒：U 段调频无线充电话筒 适合人数：200+ 电源：15V/3A 适配器； 箱体规格：≥460*315*655mm(长*宽*高)（包含屏升起高度） 外音输入、AUX 输入、双有线话筒输入、电容麦输入、双 U 盘/TF 卡播放； 双直播插孔、声卡功能、监听/重复、优质蓝牙方案、HDMI 高清接口； 男女变声、WiFi 功能、语音提示、8 种特效功能、DSP 高性能处理器、话筒优先/原唱； 手机点歌、手机投屏、离线语音点歌、KTV 点歌系统、DSP 高性能处理芯片； 立体声 HIFI 音质、音乐独立调节、话筒声音独立调节、监听音量独立调节、录音音量独立调节；卖点：立体声三路五单元阵列，全对称平衡放声系统，大口径长冲程超重低音，高保真，智能语音点歌、U 段双调频话筒，还原度更高，使用广泛，电池续航时间长，性价比高 配件：适配器 1 个，遥控器 1 个；调频无线话筒 2 只；说明书及保修卡 1 本			
78	多媒体显示屏	1.双系统一键切换、安卓 13.0 系统 内存 ≥8G+128G 2.无线投屏、远程视频 3.电子白板、20 点红外触控式 1mm 精度，会议记录重点随页批注，会议内容扫码带走 4.显示屏：16:9LED 超清显示屏 5.分辨率：≥3840(H)x2160(V) 6.可视角度：178 degree(H):178 degree(V) 7.亮度：350cd/m2 8.对比度：5000:1 9.响应时间：≤7ms 10.色域：72% 11.扫描频率：4K-60HZ 12.背光源：DLED 13.显示输出：HDMI 14.彩色制式：PAL、NTSC 15.声音：3 维立体声音效输出功率 2*10W 16.显示屏保护：4mm 全钢化防爆玻璃 17.尺寸：≥98 英寸，±2：≥2158*1213*107mm,±2	套	1	
79	条式双摇床	1.调节范围：背部倾斜 70° ±5° ,腿部倾斜 40° ±5° ,床体动态承载重量：≥240kg。 2.床板：采用 1.0mm 厚冷轧钢带一次压制成型，整床使用 M 型设计槽板，兼有防滑功能，床板除模压造型设计外，有加强骨。	套	200	

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
		2.背部床板：采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管，均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松。 3.床体骨架：床体主架采用 40*80*1.2mm 优质钢管焊接而成。 4.传动装置：摇手为不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，操作轻松自如，加装双向到位无极限过盈保护装置、并有到位保护功能。 5.床头床尾板：采用优质 ABS 强化塑料一次性吹塑成型，配有防撞角，弧线形欧式款设计，床头床尾板采用挂式装置，拆卸方便，可兼作 CPR 急救，床尾板外侧有病人信息卡插槽。 6.五档护栏：护栏采用铝合金护栏，横梁采用电泳铝合金制作，立柱采用 5 根铝合金异型管制作，上下关节为钢制关节，铝合金立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。 7.脚轮：万向及单刹车制动脚轮，插杆固定，脚轮主架采用钢结构，轮芯采用强承载能力的尼龙材质。轮面采用耐磨 TPR 作为轮面材质，轮外采用 ABS 材质包壳，万向转动采用滚珠方式。 8.输液架插座：床边具备四个输液架插孔。			

备注：参数中若出现品牌型号，并不是指定，而是等于或者优于此项参数。

第六章 投标文件格式

（封面格式）

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或电子签章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 四、商务及技术偏差表
- 五、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 六、售后服务承诺
- 七、资格审查资料
- 八、中小企业声明函
- 九、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）_____

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标总报价，质保期_____年，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

地址：

电话：

年 月 日

（二）投标函附录

项目名称	
投标人名称	
投标报价（元）	
质保期	
投标有效期	
质量要求	
交货地点	采购人指定地点
交货期	
价格折扣 （非专门面向中 小企业采购时使 用）	符合小微企业价格折扣（ <u>是</u> / <u>否</u> ）
备 注	

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明 （适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

二、授权委托书 (适用于有委托代理人的情况)

本人_____ (姓名)_____ 系(投标人名称)的法定代表人,现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____ (项目名称) 投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限: 本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附: 法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

投标人: (单位电子签章)

法定代表人: (电子签名或电子签章)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签名或盖章)

身份证号码: _____

年 月 日

三、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日 期： 年 月 日

(二) 小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的,请在括号内打“√”: () 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 () 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的,请填写下表内容:						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求:

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. **制造商**为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。(监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)
3. 请投标人正确填写本表,所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
4. 如产品较多时,投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人 _____ (电子签名或电子签章)

供应商: _____ (单位电子签章)

日 期:

四、商务及技术偏差表

(一) 商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

(二) 技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

年 月 日

五、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

（内容及格式由投标人自拟）

六、售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

七、 资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
注册资金				成立时间		
联系方式	联系人			电 话		
	邮 箱			网 址		
法定代表人	姓 名		技术职称		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型： 等级： 证书号：					
基本账户开户银行						
基本账户银行账号						
近三年营业额						
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）						
经营范围备注						

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 本项目的特定资格要求：需提供相应的证明材料。

附件：

信阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。**相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

附件：

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

九、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

十、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十一、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：

日期： 年 月 日

十二、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或电子签章）

日期：_____

2、采购代理服务费用承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或电子签章）

日期：_____

3、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：
<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：

1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。
2. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

我县合作融资平台：

1、中原银行固始支行

联系人：吴宵

联系方式：13526070966

2、中国农业银行固始县支行

联系人：姚玉烛

联系方式：18037601233