

浚县人民医院良性阵发性位置性眩晕诊疗系统采购项目
中标公告

一、项目基本情况

- 1. 采购编号：浚财磋商采购-2025-51
- 2. 采购项目名称：浚县人民医院良性阵发性位置性眩晕诊疗系统采购项目
- 3. 采购方式：竞争性磋商
- 4. 招标公告发布日期：2025 年 7 月 22 日
- 5. 评审日期：2025 年 8 月 5 日

二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：

- 1. 采购内容：采购良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 1 套（具体内容详见第四部分 技术标准和要求）。
- 2. 质量要求：符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。

三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	联系人	联系方式	成交金额	单位
/	采购良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 1 套（具体内容详见第四部分 技术标准和要求）。	济南齐宜医疗器械有限公司	山东省济南市历城区华山街道渔洋路 286 号华山国际广场 3C-111 室	赵秀东	19260139882	740000.00	元
	其他						
	详见附件						

四、评标委员会成员名单： 李海岳、王玉峰、李松歌

五、代理服务收费标准及金额：

参照豫招协【2023】002 号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知中河南省招标代理服务收费计算标准收取。由成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构支付： 。

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》上发布。

中标公告期限为 1 个工作日。2025 年 8 月 5 日-2025 年 8 月 6 日

七、其他补充事宜

投标供应商有合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。

各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告发布之日起七个工作日内提出，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号令）第十二条要求。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

1. 监督单位：浚县财政局政府采购监督管理科

联系电话：0392-6631853

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系 1. 采购人信息：

名称：浚县人民医院

地址：浚县浚州大道西段路北

联系人：田若宇

联系电话：13140420707

2. 采购代理机构信息

名称：河南古基工程管理有限公司

地址：浚县浚州大道浚州街道办事处西100米路南九州通医药公司

联系人：单彦飞

联系电话：15039221553

3. 联系方式

联系人：田若宇

联系电话：13140420707

二、 初次报价一览表

单位：元（人民币）

项目名称	浚县人民医院良性阵发性位置性眩晕诊疗系统采购项目
项目编号	浚财磋商采购-2025-51
初次报价 (基础报价)	大写：柒拾伍万元整 小写：750000.00 元
是否为中小微企业	是
投标范围	良性阵发性位置性眩晕诊疗系统1套
供货期	合同签订后20日内物资交付完毕，并具备验收条件。
质量	符合国家现行相关标准 and 规范要求，达到合格标准。
质保期	3年
技术标准和要求	符合竞争性磋商文件“第四部分 技术标准和要求”中的技术要求
报价承诺	现承诺我单位如能进入再次报价环节,同意以再次报价函中的报价为最终报价。并在结算时按成交后的报价进行结算。
备注	无

供应商名称（企业电子签章）：济南齐信医疗器械有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或电子签章）：赵秀东

日期：2025 年 07 月 25 日



推荐中标候选人名单

工程名称： 浚县人民医院良性阵发性位置性眩晕诊疗系统采购项目

序号	投标人名称	投标报价（元）	综合得分	排名	评审结论
1	济南齐宜医疗器械有限公司	750000.00	87.66	1	第1中标候选人
2	河南贝若电子技术有限公司	975000.00	72.09	3	第3中标候选人
3	河南华润医疗器械有限公司	980000.00	77.10	2	第2中标候选人
4	北京沐兆医疗科技有限公司	980000.00	70.48		

李海龙 王亚峰 李松鹤

评标委员会签字：

评标时间：2025年8月5日

附件 1：中小企业声明函（自行声明）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浚县人民医院（单位名称）的 浚县人民医院良性阵发性位置性眩晕诊疗系统采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 山东斯睿美医疗科技集团有限公司（企业名称），从业人员 37 人，营业收入为 2547 万元，资产总额为 4960 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于 /（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 /（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / 中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：济南齐道医疗器械有限公司
日期：2025年07月25日



五、投标报价明细表

项目名称：汶县人民医院良性阵发性位置性眩晕诊疗系统采购项目

采购编号：汶财磋商采购-2025-51

单位：元（人民币）

序号	货物名称	制造商	品牌、型号	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	良性阵发性位置性眩晕诊疗系统	山东斯睿美医疗科技有限公司	斯睿美、SRM-IV	1. 产品适用范围 适用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗，适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查。 能够进行运动病（晕车、晕船、晕机）以及非典型 BPPV 的诊断和治疗。并配有预装方案。 2. 产品构成 由主机、控制台、眼罩组成。系统为诊断治疗一体机。 3. 转动装置 具有两个独立控制并相互垂直的旋转轴和一个随旋转轴进行旋转的体位固定椅。正常诊疗时，噪音不超过 75dB。 3.1、转动主轴：主转动轴处于水平方向 转动角度：不限，梯度 1°，误差 $\leq \pm 2^{\circ}$； 转速：可数字输入，梯度 $1^{\circ}/s$，最大 $180^{\circ}/s$，误差 $\leq \pm 5\%$； 加速度：可数字输入，梯度 $0.5^{\circ}/s^2$，最大 $180^{\circ}/s^2$，误差 $\leq 5\%$。 3.2、转动辅轴：辅转动轴处于与主转动轴垂直方向 转动角度：不限，梯度 1°，误差 $\leq \pm 2^{\circ}$； 转速：可数字输入，梯度 $1^{\circ}/s$，最大 $180^{\circ}/s$，误差 $\leq \pm 5\%$； 加速度：可数字输入，梯度 $0.5^{\circ}/s^2$，最大 $180^{\circ}/s^2$，误差 $\leq 5\%$。 3.3、患者座椅 最大载重 135kg，最大患者身高 195cm； 具有 9 道航空插扣式安全带，分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿；	1	套	750000.00	750000.00	无

			具有液压式安全杠，旋转角度$\leq 70^{\circ}$； 座椅为皮质材料，并配备有 U 型头枕。 4. 头位装置：直立及前倾 30° 自由转换，无需另加头垫。 5. 指示灯：具有 3 个三色指示灯，实时指示系统各部分状态。 6. 眼罩 具有 2 个红外视频摄像头，双眼视频图像可左右任意切换，无需翻转使用，方便左右眼对照观察。对单眼有疾患的患者不影响诊疗； 具有两个固视抑制灯，可进行固视抑制试验； 眼震数据信号传输，避免干扰和信号图像失真。 7. 控制台 具有两个显示器，分别用于显示软件操作界面和全屏显示眼部视频。i5-12 代处理器，内存 16G，硬盘 1T，显卡 4G。 配有黑白激光打印机。 8. 软件 预装正版 Windows 操作系统、系统组件、设备驱动，以及设备控制软件。 预装相关诊疗应用软件。 8.1、诊疗方案 具有 42 个诊断、治疗、检查方案； 可手动数字输入自设和修改诊断、治疗、检查方案； 所有方案可预览、修改、存档； 诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调阅回放、备份。 8.2、眼震曲线 眼部视频、耳蜗位置图、座椅位置图、运动轨迹（速度）、体位曲线同步显示； 可自动数据计算、分析、研判眼震的慢相速度、快相速度、方向、个数、频率、持续时间、时间常数，						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			可分析增益、相位及对比数据，可显示和打印对比图及各项数据、图表、结论； 可分析水平及垂直眼震，眼震分析显示标度可调整； 速度阶梯试验、SHAT（正弦谐波试验）、旋转急停实验时可显示对比图、叶型图等，可分析相位、增益及对比数据； 眼震曲线描记可回放，分析结果、图形均可打印； 具有衰减曲线拟合功能和正弦曲线拟合功能。 9. 运动控制 9.1、角度模式：控制转椅转动到一定角度，角度、方向、转动时间、加速度可输入。用于 BPPV 的检查和治疗。 9.2、速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、匀速时间、减速时间均可输入。用于前庭功能的检查和康复训练。 9.3、摆动模式：控制转椅以一定的振幅、频率、次数摆动，振幅、频率、次数均可输入。用于中枢性与外周性眩晕的鉴别和前庭功能检查。 10. 安全应急装置 具有安全杠解锁手动开关、主轴解锁手动开关； 急停装置：具有 5 个急停开关。在控制台台面、诊疗主机侧面和后面、地台、电脑软件上都具有应急停止开关或按钮；按下任意急停开关，设备均可停止运行； 配有应急电源。在 UPS 未充电时，可用于解锁安全杠、主轴； 具有应急锁定功能。应急停止运行或突然断电时，主轴立刻自动锁定； 具有防误入监测功能。当设备运转时，如有人员或物品误入诊疗区，设备会立刻停止转动。 11. 供电				
--	--	--	--	--	--	--	--

				使用医院墙壁电源 AC 220V 50Hz；配 UPS 不间断电源对整机供电，在断电情况下，可维持整机（主机和工作站）正常工作不少于 30 分钟。 12. 尺寸与重量 12.1、主机（诊疗台） 尺寸（长×宽×高）：240cm × 200cm × 200cm。重量≤1120kg。 12.2、控制台 尺寸（长×宽×高）：120cm × 100cm × 120cm。重量≤75kg。 13. 产品使用期限：7 年。产品使用期限内免费更新及加装新研发方案。					
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
.....	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总计：大写：柒拾伍万元整 小写：750000.00									

注：1、如本表格内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货运输费、装卸费、保险费、检验费、安装费、调试费、配件备品、售后服务、优惠承诺、税金、采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料及磋商文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

供应商名称（企业电子签章）：济南齐宜医疗器械有限公司
委托代理人（签字或电子签章）：赵秀东
日期：2025年07月25日

