

浚县中医院 64 排 CT 球管采购项目
成交公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：浚财单一采购-2025-1
- 2、项目名称：浚县中医院 64 排 CT 球管采购项目
- 3、采购方式：单一来源
- 4、评审日期：2025 年 9 月 26 日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位
浚财单一采购-2025-1	采购 64 排 CT 球管 1 支(具体内容详见第四部分 采购清单及技术要求)。	上海联影医疗科技股份有限公司	上海市嘉定区城北路 2258 号	635000.00	元
	名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
	浚县中医院 64 排 CT 球管采购项目	上海联影	MCS-7171A	1	635000.00

三、评审专家名单：宋月彬、王玉峰、耿志涛（采购人代表）

四、代理服务收费标准及金额：按照《河南省招标投标协会关于印发<河南省招标代理服务收费指导意见>的通知》（豫招协【2023】002 号）规定标准计取；

收费金额：10795.00 元

五、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本成交公告同时在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》上发布，成交公告期限为 1 个工作日。

六、采用单一来源采购方式的原因及说明

我院目前在用上海联影 UCT760（型号）64 排 128 层螺旋 CT，主要配件球管损坏，无法满足使用需求，现需更换。联影 CT 球管为联影医疗专有设计，具有独特的技术参数和接口标准，根据《中华人民共和国医疗器械注册证》及药监局相关条例明确 X 射线管组件为产品组成，即球管不是单独使用的设备，是 CT 重要组成部分。不同型号的 CT 对应不同型号的球管，CT 对球管有严格的精准性和匹配性的要求，以保证操作的安全性、诊断的准确性，需从原厂采购。非原厂球管无法保证与主机系统的完全兼容性，第三方球管可能影响图像质量、设备稳定性和安全性。只有原厂能提供符合知识产权要求的正品部件，经专家组讨论，一致认为联影 CT 球管具有技术唯一性和不可替代性，符合政府采购法第三十一条第一款规定的情形，建议采用单一来源采购方式采购。

本项目于 2025 年 08 月 28 日在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》发布竞争性磋商公告。于 2025 年 09 月 08 日在鹤壁市公共资源交易不见面开标大厅进行开标。开标现场只有“上海联影医疗科技股份有限公司”一家公司递交响应文件。且因主机与球管兼容性原因，因此提出采用单一来源方式实施采购。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

采 购 人：浚县中医院
地 址：浚县黄河路南段路西
联 系 人：侯毅杰
电 话：15720168855



2.采购代理机构信息

招标代理：鹤壁浚泽项目管理有限公司
地 址：浚县中原建材商贸城B2807
联 系 人：马宇
联系电话：15003920699



3.项目联系方式

联系人：马宇
联系电话：15003920699