

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况		申请单位	淇县人民医院
拟采购产品名称		生化酸液、生化碱液、系统清洗液 IM cleaner、电解质校准液 A、电解质校准液 B、生化灯泡冷却液、清洗液、生化洗针液 1、生化洗针液 2、试剂探针清洗液 2、试剂探针清洗液 4、水溶添加剂、样本稀释液、清洗液	
拟采购产品金额		889173.61 元	
采购项目所属项目名称		淇县人民医院检验科急诊化验室、生化室耗材、试剂采购项目	
采购项目所属项目金额		1100000 元	
二、申请理由			
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取； <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的； <input type="checkbox"/> 5. 其他。			
专家论证意见		国内设备为进口，国内境内有类似产品但无法满足 是实际需求，故需进口配套耗材。	
专家签字：		2025年12月24日 [Signature]	

注:1.本表应组织 5 人及以上单数专家手工填写,其中必须包含 1 名法律专家;  
 2.本表应一人一表填写,备案时需将扫描件在"电子化采购系统"上传;  
 3.本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。

