

单一来源采购专家论证意见表

时间:2025年 7 月 22 日

采购单位	郑州大学第五附属医院
项目名称	郑州大学第五附属医院体部伽玛刀更换钴60放射源采购项目
项目金额	人民币360.00万元
专家论证意见	采购人所采购的体部伽玛刀换源项目,由于该项目设备核心技术存在垄断和壁垒、相关TPS系统资料多层授权管理、源代码需另行收取、更换放射源需具备暗造器和相关工具,如换源罐、热室、机械臂等,目前只有原厂深圳工匠公司具备该设备核心技术。本项目在河南省政府采购网、河南省公共资源交易中心网发布两次公告,只有深圳工匠伽玛刀科技有限公司响应并报价,且目前该设备售后服务只有深圳工匠,为保障设备正常运行,尤其是保证患者生命健康安全,同意该项目采取单一来源采购。 专家姓名: 孙国印 工作单位: 郑州人民医院 职称: 主任医师