

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	彩色多普勒超声波诊断仪
拟采购产品金额	250 万元
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）康复院区二期购置彩超诊断仪项目
采购项目所属项目金额	250 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 此次申请购买设备主要用于河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）康复院区二期，开展腹部、浅表、肌肉骨骼、神经、介入、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官等方面的临床诊断和科研教学工作。 1、进口设备成像分辨率高，图像衰减程度低，使用寿命长，国产设备图像相对衰减快，图像衰减后对于诊断造成很大影响。 2、进口设备相关智能软件可以帮助临床更有效、更便捷的获取标准切面。 3、进口彩超采用单晶体技术，真正在探头材料上解决对于肥胖病人的图像分辨率问题。 同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。	

三、专家论证意见

专家姓名:

李亚明

工作单位:

重庆二联医院

专家意见:

超声设备超声诊断仪进口设备,性能稳定,分辨率高,图像失真程度低,使用寿命长,国产设备图像和对比度欠佳。

进口设备相关软件更有意义,更便捷,以获取准确数据。

进口设备采用单晶体技术,在探头技术上,解决对于肥胖病人图像分辨率问题。

目前国内同类设备尚有一定差距,为满足临床患者需求,同意采购进口设备。

技术专家签字:

李亚明

2025 年 8 月 13 日