

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	彩色多普勒超声波诊断仪
拟采购产品金额	250 万元
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）康复院区二期购置彩超诊断仪项目
采购项目所属项目金额	250 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 此次申请购买设备主要用于河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）康复院区二期，开展腹部、浅表、肌肉骨骼、神经、介入、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官等方面的临床诊断和科研教学工作。 1、进口设备成像分辨率高，图像衰减程度低，使用寿命长，国产设备图像相对衰减快，图像衰减后对于诊断造成很大影响。 2、进口设备相关智能软件可以帮助临床更有效、更便捷的获取标准切面。 3、进口彩超采用单晶体技术，真正在探头材料上解决对于肥胖病人的图像分辨率问题。 同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。	

三、专家论证意见

专家姓名: 梁敬方

工作单位: 河南省医疗器械检验所

专家意见:

目前, 国产产品探头频率达不到 3.3 MHz, 达不到表面精度检查取样宽度达不到小于 0.3 mm. 不能满足精用血管的检查. 另外国产产品在技术标准上与进口产品存在一定差距. 不能满足医院特需病人的检查与科研的要求. 同意采购进口产品.

技术专家签字:

梁敬方

2025年8月13日