

高清电子胃肠镜系统技术参数

主要要求：

一、治疗型电子胃镜（1条）

- 1、视野角： $\geq 140^\circ$
- 2、视野深度： $\geq 3—100\text{mm}$
- 3、视野方向： 0° 前视
- 4、弯曲角度： 向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 115^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
- 5、先端部外径： $\leq 9.9\text{ mm}$
- 6、插入部外径： $\leq 10.0\text{mm}$
- *7、活检孔内径： $\geq 3.15\text{mm}$
- 8、具有副送水功能
- 9、具备窄带光成像观察功能
- 10、送气量 $\geq 29\text{cm}^3/\text{s}$

*11、一键式插拔内镜（洗消时无需防水帽）

二、高清放大电子胃镜（1条）

- *1、视野角： 普通观察 $\geq 140^\circ$ 放大观察 $\geq 90^\circ$
- 2、视野深度： 普通观察 $\geq 7—100\text{mm}$ 放大观察 $\geq 1.5—2.5\text{mm}$
- 3、视野方向： 直视
- 4、弯曲角度： 向上 $\geq 200^\circ$ ，向下 $\geq 85^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$
- 5、先端部外径： $\leq 9.9\text{mm}$
- 6、插入部外径： $\leq 9.6\text{mm}$
- 7、活检孔内径： $\geq 2.75\text{mm}$
- 8、具备窄带光成像观察功能
- 9、具备副送水功能
- 10、导光束 ≥ 3 条，保证布光均匀，图像明亮清晰

*11、一键式插拔内镜（洗消时无需防水帽）

三、高清电子结肠镜（1条）

*1、视野角： $\geq 170^\circ$

2、视野深度： $\geq 5-100\text{mm}$

3、视野方向： 0° 直视

4、弯曲角度： 向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 180^\circ$ ，向左 $\geq 160^\circ$ ，向右 $\geq 160^\circ$

*5、先端部外径： $\leq 12.3\text{mm}$

*6、插入部外径： $\leq 12.1\text{mm}$

7、活检孔内径： $\geq 3.1\text{mm}$

8、有内镜信息记忆功能.

*9、具有副送水功能

8、具有硬度可调、智能弯曲、强力传到功能，方便内镜检查

9、导光束 ≥ 3 条，保证布光均匀，图像明亮清晰

*12、一键式插拔，无需佩戴防水帽

13、具备窄带光成像观察功能

附：配置清单

名称	单位	数量
治疗型电子胃镜	条	1
高清放大电子胃镜	条	1
附送水泵	个	1
管道塞	个	10
清洗刷	个	50
小毛刷	个	50
副送水管（带金属头）	个	10
灌流管	套	50
送气送水按钮	个	50
活检帽	个	50
内镜转运车	辆	4
测漏气	个	1
活检孔刷	个	50
治疗用透明帽	个	5
放大观察用黑帽	个	2