

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年12月15日

采购单位	郑州大学第二附属医院
项目名称	郑州大学第二附属医院双源 CT 球管1套采购项目
项目金额	1300000元
专家论证意见	<p>该院双源CT拟购买球管一套。球管本身属于医疗器械，具有医疗器械注册证，且与整机匹配注册。该球管由西门子厂家生产，其它厂家生产的球管与整机无法完全匹配。根据国家医疗器械监督管理条例及其他法规，使用无注册证和来源不明的医疗器械，会受到监管部门的处罚，故只能从生产厂家获得配件。该项目符合政府采购法第31条第1款之规定，为保证设备使用的安全性及合理性，同意采用单一来源采购。</p>

专家姓名：马强

职称：工程师

工作单位：郑州市三院