

## 专家论证意见

### 一、基本情况

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 申请单位       | 固始县陈集镇卫生院         |
| 采购项目所属项目名称 | 固始县陈集镇卫生院购置CT设备项目 |
| 技术参数       | 详见技术参数            |
| 采购代理机构     | 中科公诚设计集团有限公司      |

### 二、专家论证意见

固始县陈集镇卫生院购置CT设备项目，拟购置CT设备一台，根据招标文件参数意见，结合该镇卫生院实际情况，充分合理利用财政资金，合理设置设备参数。

1. 根据该镇院方要求，CT机需先满足216排。
  2. 结合该镇医院实际情况，合理设置参数，至少保证符合参数要求的设备品牌不少于3个。
  3. 经核查，本参数为国产设备，符合政府采购要求。
- 综上，参数内容不存在唯一指向性，可作为本次招标参数使用。

郑剑萍

2026.1.19