

2024年河南省彩票公益金医养结合建设 项目设备采购 招 标 文 件

项目编号：滑财购招-2025-25

采购编号：HJYZG[202511]031号



采 购 人：滑县卫生健康委员会

采购代理：北京建智达工程管理股份有限公司

日 期：二零二五年十一月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 供应商须知	6
第三章 评标办法	26
第四章 合同条款及格式	33
第五章 采购清单及技术要求	37
第六章 投标文件格式	71

第一章 招标公告

2024 年河南省彩票公益金医养结合建设项目设备采购 招标公告

项目概括

2024 年河南省彩票公益金医养结合建设项目设备采购招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站。获取招标文件，并于 2025 年 12 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：滑财购招-2025-25

项目名称：2024 年河南省彩票公益金医养结合建设项目设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：3180860 元

最高限额：3180860 元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价
1	滑财购招-2025-25	1 包	3180860	3180860

采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购内容：病床 30 套、茶几 6 个、超短波治疗仪 1 台、床头柜 258 个、安全设施 2 套、 办公椅 66 张、办公桌 4 张、冰箱 4 台、电视 100 台、 防滑垫 14 个、防褥疮气床垫 35 张、打印机 6 台、电动起立床 1 台、电动吸痰机 4 台、高低床 8 张、红光治疗仪 2 台、开水机 3 台、康复大厅设备 2 套、房间家具 15 套、分餐餐车 5 辆、微波炉 5 台、料理机 5 台、分餐区(餐桌椅)40 套、护理床 190 张、护理档案车 6 辆、经颅磁治疗仪 1 台、麻将桌 5 张、排痰机 3 台、平衡功能评估及训练系统 1 套 、评估室模拟生活用品 4 项、其他零星材料 4 项、空调 50 台等。（详见第五章 采购清单及技术要求）

资金来源：省级彩票公益金

项目地点：滑县境内采购人指定地点

供货安装期限（合同履行期限）：合同签订后 10 日历天完成供货。

质量要求：合格

质保期：2 年

本项目是否接受联合体投标：否

是否接受进口产品：否

是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，但本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格要求；供应商应按采购文件要求提供《供应商资格条件及履约承诺函》，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

- 3.2 对供应商的限制性规定：

(1) 供应商应当无不良信用记录。（未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”）

供应商递交投标文件后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密投标文件之前对参加本项目的投标人信用记录进行查询，投标人有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商应按采购文件要求提供《供应商资格条件及履约承诺函》，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

(3) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本招标项目。供应商应按采购文件要求提供《供应商资格条件及履约承诺函》，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

- 3.3 项目的特定资格要求：

(1) 供应商具有有效的营业执照、银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。
(2) 供应商具有符合《医疗器械监督管理条例》(国务院令第 739 号) 和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相适应的经营资格。采购产品属于第二类医疗器械的：具有有效的医疗器械经营备案凭证；采购产品属于第三类医疗器械的：具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证（供应商为生产商提供）。

- (3) 本项目不接受联合投标。

注:1. 本项目采取资格后审，开标后，将由采购人或者采购代理机构对投标人的资格证明材料（文件）等进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，投标人应自负其风险费用。

2. 所有证照均应为有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

3. 资格证明材料（文件）应附于投标文件中并经投标人电子签章。投标人对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

4. 政府采购监督管理部门将依据“双随机一公开”原则，定期或不定期随机抽取政府采购项目进行监督检查，审查供应商投标(响应)文件的真实性，重点审查中标、成交供应商，财政部门认为有必要的，可以对其他参加采购活动的供应商一并审查。如发现提供虚假材料谋取中标的情形，将按照政府采购法顶格给予处罚。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年11月26日至2025年12月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站

3. 方式：登录“全国公共资源交易平台（河南省·滑县）”网站，凭滑县公共资源交易中心CA证书登录并下载采购文件。未登记入库的供应商，须信息登记入库后才可以办理CA数字证书并网上下载招标文件。

网上注册、CA办理链接地址：<https://ggzy.anyang.gov.cn/hxggzy/>

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年12月16日9时00分（北京时间）。

2. 地点：加密电子投标文件须在招标文件提交的截止时间前通过“全国公共资源交易平台（河南省·滑县）”电子交易平台加密上传。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年12月16日9时00分（北京时间）。

2. 地点：滑县公共资源交易中心

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

2、根据豫财购〔2017〕10号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，有意向金融机构申请合同融资的，请登录滑县政府采购网（<http://ccgp-henan.gov.cn/huaxian>），进入网站操作指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到滑县公共资源交易中

心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录“《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站”进入“不见面开标大厅”在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清、开标记录表电子签章等。（错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

4、政府采购电子交易中，供应商网上电子交易的系统操作规则应以滑县公共资源交易平台即时发布的相关规则为准。

注：投标人在规定的开标时间前进入“不见面开标大厅”后，须按照主持人在文字互动中的提示进行投标文件电子解密及开标记录表电子签章等操作，不得擅自离开，直至“不见面开标大厅”中开标状态显示“开标已结束”方可离开，否则，后果自负。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名 称：滑县卫生健康委员会

地 址：滑县人民路与黄河路交叉口

联 系 人：王胜军

联系方式：0372- 3805898

2.采购代理机构信息

名 称：北京建智达工程管理股份有限公司

地 址：郑州市金水区金成时代广场 9 号楼 1509 室

联 系 人：王婷

联系方式：13103626133

3.项目联系方式

联 系 人：王胜军

联系方式：0372- 3805898

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名称	内容
1	项目名称	2024年河南省彩票公益金医养结合建设项目设备采购
2	项目编号	详见招标公告
3	采购方式	公开招标
4	资金来源	省级彩票公益金
5	采购人	滑县卫生健康委员会
6	代理机构	北京建智达工程管理股份有限公司
7	采购内容	详见第五章 采购清单及技术要求
8	供应商资格条件要求	详见招标公告
9	供货安装期限（合同履行期限）	详见招标公告
10	质量要求	详见招标公告
11	质保期	详见招标公告
12	投标截止时间及地点	详见招标公告
13	开标时间及地点	同招标公告开标时间和地点
14	投标文件的份数	无须提供纸质投标文件，采用全流程电子化交易评标，评标专家以电子投标文件为依据评标。
15	投标有效期	90 日历天，从开标之日起计算，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。
16	签字或盖章要求	按采购文件格式要求。
17	付款方式	按照相关规定依法拨付，未尽事宜另行签署合同。（货物类增值税一般纳税人中标企业适用一般计税方式的，在结算时提供 13% 的增值税发票；小规模纳税人中标企业适用征收税率，提供 3% 的增值税发票。税率随国家最新财税政策调整执行）。
18	采购人预算价	人民币：3180860 元（货物类增值税一般纳税人中标企业适用一般计税方式的，在结算时提供 13% 的增值税发票；小规模纳税人中标企业适用征收税率，提供 3% 的增值税发票。税率随国家最新财税政策调整执行）。

		注：若供应商的投标总报价超过招标人预算价即按废标处理。
19	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共 5 人组成。采购人代表参加评标小组，需向代理机构出具授权函。</p> <p>评标专家确定方式：在河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取。</p> <p>采购人、采购代理机构在开标前逐一查询评审专家的信用信息情况。对于受到行政处罚禁止一定期限内参与评审活动的，以及有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的，禁止其参与评审活动，并及时报告本级财政部门补抽专家。财政部门应依照有关规定将该专家在专家库中予以限制或清理出库。</p>
20	推荐中标候选人	3 名；采购人依据评审委员会推荐的中标候选人名单确定中标人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
21	质疑	<p>供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果等内容有异议的，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件一并提交（传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未递交或未按照要求递交的质疑函将不予受理。</p> <p>提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。</p> <p>供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； (二) 质疑项目的名称、编号； (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； (四) 事实依据； (五) 必要的法律依据； (六) 提出质疑的日期。

		供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（本项目只能授权一人且为参加开标的人员）或者盖章，并加盖公章。 （具体程序按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）执行。）
22	中标结果公告	本次中标供应商情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期1个工作日。
23	招标文件解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
24	投标人提出问题的截止时间及形式	时间：获取招标文件 7 个工作日内。 形式：以书面形式递交至采购人及采购代理机构。
25	招标人澄清（或修改）的时间及形式	时间：采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 形式：自招标文件澄清、修改、变更等在《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》系统内发布起，即默认为投标人收到，请各投标人及时关注。
26	开标程序	本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到滑县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录“《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站”进入“不见面开标大厅”在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清、开标记录表电子签章等。（错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） 注：投标人在规定的开标时间前进入“不见面开标大厅”后，须按照主持人在文字互动中的提示进行投标文件电子解密及开标记录表电子签章等操作，不得擅自离开，直至“不见面开标大厅”中开标状态显示“开标已结束”方可离开，否则，后果自负。
27	中小企业扶持	在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，

	政策及行业划分标准	<p>享受本办法规定的中小微企业扶持政策：</p> <p>(一) 在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；</p> <p>(二) 在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；</p> <p>(三) 在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小微企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>根据财政部、民政部、中国残疾人联合会“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”（财库〔2017〕141号）及财政部司法部“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”（财库〔2014〕68号），参加政府采购活动的残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业，享受小型和微型企业在政府采购活动中价格扣除同等待遇。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审过程中不予认可。</p> <p>注：残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号”本项目属于：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> <p>注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>
28	验收内容标准	<p>合格。</p> <p>验收小组针对项目中所有供货产品，按照招标文件、采购合同和投标文件约定承诺的时间、内容、标准对项目中的每一项参数、技术、服务、安全标准、现场调试及书面提供随箱的出厂合格证书、产品说明书、技术标准、供货安装调试报告、履约情况逐一进行验收。</p>

29	履约验收	<p>履约验收时间：采购人应在项目完成或供应商履约完毕提出验收申请1个工作日内组织履约验收。</p> <p>履约验收程序：1. 达到采购合同约定的履约验收条件时，供应商及时向采购人书面提出履约验收申请。采购人应当自收到供应商提出的履约验收申请之日起1个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，供应商履约完成，由采购人委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构按照采购合同约定验收条件，对所有采购标的物组织一次性验收；未达到履约验收条件的，书面告知供应商。</p> <p>2. 乙方应严格按采购合同约定的履约验收要求，积极配合采购人做好验收工作，及时提供与验收相关的技术、数量、质量、安全等资料，做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证据和证明材料。</p> <p>3. 第三方验收完毕确认合格后，并编写政府采购合同履约验收报告，所有参加验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格完毕后将验收报告依法公开发布。</p> <p>履约验收内容：本项目采购标的及技术要求的全部内容。</p> <p>履约验收方式：1. 供应商履约完成，由采购人委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构按照采购合同约定验收条件，对所有采购标的物组织一次性验收。</p> <p>2. 第三方验收完毕确认合格后，并编写政府采购合同履约验收报告，所有参加验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格完毕后将验收报告依法公开发布。</p>
30	核心产品	<p>提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>本项目核心产品为：医养服务管理系统。</p>
31	政府强制性采购节能产品	<p>其中：电视、打印机、开水机、空调、热水器、外部显示器、饮水机。以上为政府强制性采购节能产品，需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，否则将视为无效响应。</p>

32	勘察现场	采购人不组织。 供应商可自行踏勘现场，供应商自行负责在现场勘察中所发生的人身伤亡和财产损失。采购人不承担责任。
33	知识产权	供应商须保证采购人使用所投货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应性文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 本项目取得的相关知识产权归甲乙双方共同所有，如需进行技术转让需由甲乙双方共同商定并达成协议。
34	农民工工资	本项目不涉及农民工工资。
35	履约保证金 (电子履约保函)	此项目不收取履约保证金或保函。
36	融资政策告知函	广大政府采购供应商： 为更好满足中小微供应商短、频、急的资金需求，帮助中小微企业解决融资难题，提升金融服务实体经济能力，服务市场主体推动经济稳健发展，我县各金融机构着力优化产品服务、优惠贷款利率、简化审贷程序、缩短审贷周期，为供应商合同融资贷款提供便利条件，现编制《滑县财政局政府采购合同融资政策告知函》，方便中小企业供应商朋友们进一步了解政府采购融资政策和获取贷款的流程。 特别提醒：该告知书仅统计了我县部分可以提供线上融资的金融机构，凡参与我县政府采购项目，有融资需求的中标（成交）供应商，均可通过“滑县政府采购网”进入“河南省政府采购合同融资平台”，申请融资服务，凡在政府采购合同融资平台登记的金融机构均可开展融资贷款业务。对“政采贷”工作开展过程中发现的新问题、新情况或者建议意见，及时向滑县财政局反馈。

37	采购代理服务费	<p>1、本项目采购代理服务费由中标供应商支付，按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002号文件足额计取。</p> <p>2、采购代理服务费的交纳方式：中标供应商在领取中标通知书的同时缴纳采购代理服务费，此费用由供应商在投标报价中综合考虑。</p> <p>注：参与本项目投标响应的供应商，视同对此代理服务费的条款完全认可接受并执行，否则视为放弃中标权利，所产生的一切后果由中标供应商自行承担。</p>
38	采购人声明	<p>1、供应商因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负，费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任及其他不利影响。</p> <p>2、采购人声明招标文件中附带的参考资料是采购人掌握的现有的和客观的信息，采购人不对供应商由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策负责。</p>
39	异议（投诉）受理部门及渠道	<p>(一) 采购人、采购代理机构联系方式（异议受理）：</p> <p>1、采购人信息 名 称：滑县卫生健康委员会 地 址：滑县人民路与黄河路交叉口 联系人：王胜军 联系方式：0372- 8632709</p> <p>2、采购代理机构信息 名 称：北京建智达工程管理股份有限公司 地 址：郑州市金水区金成时代广场 9 号楼 1509 室 联系人：王婷 联系方式：13103626133</p> <p>(二) 行政监督部门联系方式（投诉受理）：</p> <p>监督部门：滑县财政局 地 址：人民路与滑州路交叉口 联系电话：0372-8127088</p>
40	未尽事宜	<p>1、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 2、第三方验收费用由中标人支付。</p>

一、总则

1. 项目说明：

1.1 项目名称：2024年河南省彩票公益金医养结合建设项目设备采购

1.2 资金来源：省级彩票公益金

1.3 采购人：滑县卫生健康委员会

1.4 代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

1.5 采购内容：详见招标文件第五章采购清单及技术要求

2. 供应商资格要求

供应商参加本招标活动应当符合供应商须知前附表中供应商资格条件要求的规定。请供应商务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误。凡参加本次投标的供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

3. 费用承担

3.1 供应商应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何，采购代理机构和采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同条款及格式
- (5) 采购清单及技术要求
- (6) 投标文件格式
- (7) 其他资料

根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.2 供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和服务需求、采购清单及技术要求，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

4.3 招标文件的澄清、修改

4.3.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，

以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

4.3.2 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明问题来源。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.3.3 自招标文件澄清、修改、变更等在《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》系统内发布起，即默认为投标人收到，请各投标人及时关注。

4.3.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在规定时间以后的任何澄清要求，在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

4.4 招标文件的修改

4.4.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

4.4.2 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.4.3 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

4.5 招标文件的质疑

供应商或者其他利害关系人对招标文件任何部分若有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出，不论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在投标截止时间前在招标公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的供应商查看，不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由供应商自负。

三、投标文件

5. 投标文件的构成

投标文件应包括下列内容（但不限于）：

- 一、投标函及开标一览表
- 二、已标价的采购清单
- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、供应商资格性证明文件

五、服务及履约承诺书

六、技术性能参数的详细描述

七、商务和技术偏差表

八、其他资料

注 1. 投标文件应以中文书写。专用术语使用外文的，应附有中文注释。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

2. 投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

6. 投标报价

6.1 供应商应按第六章中“开标一览表”的顺序、格式、要求填写相应表格。对未按要求填报的，其投标文件将按无效投标文件处理。

6.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“开标一览表”中的相应报价。

6.3 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6.4 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

6.5 除非合同中另有规定，供应商开标一览表中的价格均包括完成该项目的成本、组织与技术措施费、风险费、政策性文件规定费用及其伴随的服务范围等所有费用，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

6.6 供应商的投标报价不得超过本招标文件规定的采购人预算价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

7. 供应商证明文件

7.1 依据招标文件要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

7.2 供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在招标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可追究供应商的法律责任。

8. 投标文件有效期

- 8.1 在供应商须知前附表规定的投标文件有效期，供应商不得要求撤销或修改投标文件。
- 8.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标文件有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

9. 投标文件的编制

9.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应当对招标文件有关要求的实质性内容作出响应。供应商可以在满足招标文件实质性要求的基础上，提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

9.2 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统（<https://ggzy.anyang.gov.cn/hxggzy/>），按照最新的投标人手册进行投标文件的编制。

9.3 投标文件因字迹或表述不清所引起的后果由投标人自行负责。

9.4 投标文件格式仅为对投标文件部分内容的格式化规范，并非投标文件所应具备的全部内容。

9.5 未按上述要求提供的投标文件将视为无效投标。

10. 投标文件的制作和要求

10.1 按招标文件要求制作、按系统要求加密上传。

11. 投标文件的提交

11.1 电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前提交至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统。

11.2 除供应商须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

11.3 逾期送达/上传的投标文件或未按规定加密的投标文件，电子招投标交易平台将予以拒收。

12、投标文件的修改和撤回

12.1 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

12.2 从投标截止时间至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标文件。

四、开标、评标、定标

14、开标：

14.1 开标时间：见招标公告，开标地点：见招标公告。

14.2 本项目采用远程不见面交易的模式；开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录“《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站”进入“不见面开标大厅”在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清、开标记录表电子签章等。（错过解密时长者

视为自动放弃本次投标。)

14.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

14.4 投标人不足3家的，将不予开标。

14.5 资格审查工作

14.5.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

15、评标工作

15.1 评标委员会

(1) 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，详见供应商须知前附表。

(2) 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

(3) 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

(4) 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

(5) 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16. 评标原则

符合《中华人民共和国政府采购法》等法律的有关规定。

17. 评标纪律

17.1 评标委员会成员和服务评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

17.2 任何供应商均不得对其投标有关的问题与评标委员会成员发生联系。如果供应商试图对评标委员会的评标施加影响，则将导致其投标文件被拒绝。

18. 投标文件的审查与响应性确定

在详细评标之前，评委首先根据招标文件规定，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的实质性条款、条件和规范相符。

19. 投标文件有下列情况之一者，其投标将按废标处理：

19.1 投标文件未按给定的投标文件格式要求签字或/和盖章；

19.2 投标文件附有招标人不能接受的条件；

19.3 不响应招标文件中规定的其他实质性要求；
19.4 供应商报价超过了招标人预算价的；
19.5 在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.6 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在自收到通知起30分钟内提供合理说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20. 投标文件的评价与比较

20.1 评标委员会将仅对按照招标文件第19条款被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评分。

20.2 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

21.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

21.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑间的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

22. 评分标准(采用综合评分法)

22.1 本项目评标办法按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规结合本项目具体情况制订。

22.2 评标办法详见第三章评标办法。

23. 计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分标准，所有评委打分之和的算术平均值，作为该供应商的最终得分；计分过程和最后结果保留小数点后2位。

24. 定标

24.1 评标委员会按照招标文件中的评标原则、评标程序及评分标准评定供应商名次，供应商的排名按得分顺序从高到低排列。

24.2 评标委员会起草评标报告，并向采购人每标段推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。采购人原

则上应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.3 评标和定标应当在投标有效期结束日前完成。

五、授予合同

25. 中标公告

25.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

25.2 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。公告期限为 1 个工作日。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃中标。中标通知书将作为进行合同签订的依据。

25.4 中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

25.5 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）要求，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

26. 合同授予

26.1 采购人将把合同授予投标文件实质上响应招标文件且具有合理投标价格的评委推荐的中标候选人。

26.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.3 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 合同的签署

27.1 合同签订时间时限：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，

按照采购文件确定的事项签订政府采购合同（鼓励按照营商环境要求时限完成合同签订）。按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2 中标供应商应配合采购人（采购代理机构）自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.3 合同备案时限：政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。中标单位应配合采购人或采购代理机构携带中标通知书、采购合同等原件报滑县财政局政府采购股和有关部门进行采购合同备案（中标通知书与合同原件留存县财政局政府采购股一份）。

27.4 验收公告时限：采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内在河南省政府采购网（滑县政府采购网）公告验收结果。

27.5 合同期限：此次项目交货完毕，通过验收合格交付使用，并完成合同中所约定的各项条款后，合同自行终止。

注：采购人在验收过程中，如发现中标单位未按合同约定时间、地点或方式履约，提供的服务达不到合同约定要求，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定，采购人应将违约情形和事项及时通知相关监督部门。中标价格一经确认不得以市场价格上涨为由增加资金。

27.6 本项目招投标过程结束后，如中标单位、采购单位之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及其他招投标文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

28. 验收

由采购人成立验收小组，根据滑县财政局印发的《关于进一步规范政府采购履约验收程序的通知》（滑财购〔2024〕17号文）规定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收小组共同签署。

六、项目落实的政府采购政策

29.1 根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号），参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），未填写中小企业声明函的在评审过程中不予以认可。

29.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”（财库〔2017〕141号）及财政部司法部“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”（财库〔2014〕68号），参加政府采购活动的残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业，享受小型和微型企业在政府采购活动中价格扣除同等待遇。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审过程中不予认可。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

29.3根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号），财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2006〕90号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等政策规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。相关产品供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在同等条件下评委将优先推荐为中标候选人。

如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的无论采购文件是否特别指明，供应商均需投报节能产品，须在响应文件中附具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将视为无效投标。

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构以市场监管总局最新发布的认证机构名录为准，《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以财政部、发展改革委及财政部、生态环境部最新印发品目清单为准，品目清单通过中国政府采购网等网站查阅，敬请供应商及时查阅。

29.4采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其投标文件无效。

29.5关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

29.6采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其投标文件无效。

29.7本项目强制采购强制节能产品，优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、支持绿色建筑、绿色建材，扶持不发达和少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。

七、纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

30. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31. 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。在开标过程中，供应商如向评标委员会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

32. 对评标委员会成员的纪律要求

32.1 评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

(3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(7) 其他不遵守评标纪律的行为。

注：评标委员会成员有本章第32.1项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费，如属于违法行为，则向有关监督主管部门报告。

32.2 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

33. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

33.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

33.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

33.3 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

33.4 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

33.5 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

33.6 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

33.7 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

34. 质疑

34.1 供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果等内容有异议的，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件一并提交（传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未递交或未按照要求递交的质疑函将不予受理。逾期递交或未按照招标要求递交的质疑函将不予受理。如对采购人或采购代理机构的答复仍有异议，可向行政监督部门提出书面投诉函。或按照《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《中华人民共和国财政部令第 94 号—政府采购质疑和投诉办法》等相关规定依法投诉。

注：（1）质疑函、投诉书格式按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》下载网址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）。

（2）供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。

34.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

35. 投诉

35.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

34.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

书面投诉函须按照招标文件要求送达（传真件不予受理），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件一并提交，必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以书面投诉函接受确认日期作为受理时间。

35.3 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- (一) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (二) 投诉书内容符合本办法的规定；
- (三) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (五) 财政部规定的其他条件。

35.4 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

36. 监督

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合。

37. 处罚

本次招标的采购人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失。

八、 保密及安全

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

参与公开招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，投标人应在投标文件中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

依据政府采购中标结果及合同公告规定，中标(合同)标的名称、规格型号、单价及中标(合同)金额等内容不得作为商业秘密。

投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

九、保险、货物包装

保险：

投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。

在中标人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任等，均由中标人承担责任。供应商可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。

包装和运输：中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。商品包装、快递包装执行财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》财办库【2020】123号。

十、未尽事宜

未尽事宜按国家有关规定执行。

十一、需要补充的其他内容

本招标文件解释权属采购人。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准	
2.1.1	资格评审标准	第一章“招标公告”第二条各项资格要求	符合第一章“招标公告”第二条各项资格要求所需证件材料及证明材料。	
1、资格审查由采购人或采购代理机构进行审查。 2、请各投标人认真阅读招标文件资格审查要求，依据投标文件格式要求上传对应内容。因投标人上传错误而导致资格审查不通过的，后果由投标人自行承担。				
2.1.2	形式及响应性 评审标准	供应商名称	与营业执照等证件一致	
		投标文件签字盖章	符合招标文件要求	
		投标文件格式	符合招标文件要求	
		报价唯一	只能有一个有效报价，投标总报价不超过对应的采购人预算价	
		投标范围	符合第二章“供应商须知”第7条规定	
		供货安装期限(合同履行期限)	符合第二章“供应商须知”第9条规定	
		质量	符合第二章“供应商须知”第10条规定	
		质保期	符合第二章“供应商须知”第11条规定	
		投标有效期	90日历天，从开标之日起计算，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。	
条款号		条款内容	编列内容	
2.2.1		分值构成 (总分100分)	投标报价：30分 技术部分：40分 商务部分：30分	
条款号	评分因素	评分标准		

		价格扣除： 根据供应商所提供的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5 号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。 同一供应商（包括联合体）小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：若投标人的投标报价超过采购人预算金额（最高限价）的按无效投标处理。投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的需提供证明材料，否则将承担不被接受的风险。
2.2.2 (2)	技术部分 (技术指标配置 40 分)	供应商完全满足招标文件中产品技术参数要求的得满分 40 分，其中“★”标注的条款每有一项不满足的扣 1 分；非“★”标注的条款每有一项不满足的扣 0.04 分，扣完为止。 注：评标委员会成员需记录每一项扣分理由，最后汇总成项目“详细评审说明”随评审报告一起签字打印。
以上技术部分（技术指标配置）中①针对所投产品的“★”号条款技术参数，供应商应提供参数中所列的证明材料，不提供的不得分。没有要求提供证明材料的条款以技术偏差表的响应情况为准。②如技术指标和配置在响应性文件中未对应出现或在响应性文件中存在自相矛盾之处的视为不满足。		
2.2.2 (3)	商务部分 (30 分)	具体的实施方案包括但不限于： 1. 实施进度；2. 到货安装措施；3. 质量控制措施；4. 人员配备计划；5. 现场服务措施等； 以上 5 项内容表达描述完整且方案流程基于本项目而制定；具备有效性、科学严谨、无缺项、无漏洞且为采购人的整体实施优化考虑全面有利于采购人并满足采购需求的得 5 分；

		每有一项存在缺陷或漏洞或不利于采购人或不满足采购需求的该项不得分。
	医养服务管理系统（11分）	<p>本系统基于云计算、互联网、物联网等信息技术，厂家具备 ISO9001 质量管理体系认证证书；ISO27001 信息安全管理体系建设证书；ISO2000 信息技术服务管理体系认证证书的，每提供 1 项符合要求的证书得 1 分；最高得 3 分。</p> <p>为更高效、专业、精准的服务于采购人，投标人拟派的项目负责人具备：</p> <p>1、拟派项目负责人具备信息系统项目管理师高级职称的得 2 分。</p> <p>2、拟派项目负责人取得信息系统项目管理师高级职称年限大于等于 3 年得 1 分，大于等于 6 年得 2 分，大于等于 10 年得 3 分。</p> <p>注：提供相关证件和厂家为其缴纳的 2025 年以来任意一个月社保证明。（新成立企业从成立之日起计算）</p> <p>为验证供应商的技术实力与服务适配性，确保医养服务高效、合规、可追溯；避免依赖第三方软件导致的服务中断、数据安全风险，同时保障医养服务标准化、智能化落地。</p> <p>提供 3 个以上养老相关软件著作权证书得 1 分，5 个以上养老相关软件著作权证书得 2 分，8 个以上养老相关软件著作权证书得 3 分。</p>
	售后服务（6 分）	<p>供应商结合本项目特点制定出符合本项目需求的售后服务方案，核心围绕“持续保障医养服务质量、快速响应需求、降低运营风险”，需包含以下关键内容：</p> <p>1、具体服务内容及服务承诺和标准 2、应急处置机制和售后保障体系 3、合规与风险保障</p> <p>售后服务方案流程基于针对本项目制定；具备有效性、科学严谨、无缺项、无漏洞且为采购人的整体售后考虑全面并有利于采购人的得 6 分；</p> <p>每有一项存在缺陷或漏洞或不利于采购人的扣 2 分，扣完为止。</p>
	培训方案（8 分）	<p>培训方案符合本项目采购需求包含但不限于以下内容：</p> <p>1、培训基础信息包含但不限于明确培训对象、锁定培训目标、确定培训时长； 2、核心培训内容包含但不限于设备适配场景、理论知识及设备原理、实操技能及数据记录与传输、维护与应急； 3、提供现场演示：演示内容贴合度、实操流程合理性、专业适</p>

		<p>配性、互动响应与应急处理；</p> <p>4、培训实施与保障包含但不限于培训方式、核评估、后续支持。方案包含以上内容，整体培训方案内容详尽、全面细致、针对本项目可行性强、完全贴合采购需求得 8 分；每有一项内容缺失、漏洞或表述与本项目无关扣 2 分；每有一项内容实际可操作性不强扣 1 分；未提供不得分。</p>
<p>注：1、非单一产品采购项目，提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>2、投标综合得分=投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分。</p> <p>3、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。</p> <p>4、评分办法中要求提供的证明材料原件扫描件附于投标文件中（评分标准中有要求的，按要求提供），否则不予认可。</p>		

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过资格审查的供应商进行形式评审及响应性评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式及响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成： 投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分。

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 审查招标文件：评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。如招标文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

3.1.2 资格性检查：本项目采用智能辅助资格评审系统，供应商按照《供应商资格条件及履约承诺函》要求格式填写，开标结束后，由系统智能分析，采购人进行审查复核。通过资格审查并满足3家的供应商将进入评标环节。合格投标人不足3家的，不得继续评标。

3.1.3 符合性检查：评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并形成符合性审查评审结果。对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

3.1.4 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在自收到通知起30分钟内提供合理说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.1.5 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的采购代理机构；
- (6) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 附有采购人不能接受的条件的；
- (8) 对招标文件的实质性条款没有作出逐条响应的；
- (9) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (10) 法律法规规定的其他情形。

3.1.6 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效。

(一) 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
(二) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
(三) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

- (四) 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (五) 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (六) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (七) 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (八) 其它涉嫌串通的情形。

3.1.7 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会对通过初步评审的供应商按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照第三章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。所有评委打分分值的算术平均值即为该

供应商的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标委员会按照得分从高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.4.3 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

甲方：

乙方：

根据采购代理机构_____签发的的中标通知书（项目名称及项目编号：_____），

甲方所需的_____（货物名称）由乙方供给；按照项目实施方案、采购招标文件、中标供应商投标文件等内容，及《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，经双方平等协商，达成以下合同条款，以共同遵守：

一、合同文件组成：

- 1、合同条款
- 2、中标通知书
- 3、中标供应商投标文件
- 4、采购招标文件
- 5、约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与招标文件要求、投标文件响应性内容一致。

二、合同金额及供货安装期限（合同履行期限）

2.1 合同金额：包括_____（货物名称）_____的供货等一切费用。金额为_____（大写），
¥_____（小写），以人民币作为结算单位。

货物名称	规格	数量	备注
.....

2.2 供货安装期限（合同履行期限）：_____合同签订后10日历天完成供货。自____年____月____日至____年____月____日。

2.3 质保期：2年_____。

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）：

- 1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，完全符合甲方技术标准关于质量、规格和性能的要求。
- 2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在_____小时以内到达现场，_____小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。

四、付款方式：为进一步优化营商环境，根据安财购〔2022〕8号文件落实政府采购中小企业预付款的规定，采购人可在政府采购合同签订后，向中标人预付合同金额50%的预付款，中标人应向采购人提交

预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。（按税法规定，开具增值税发票）。满足合同约定支付条件的货物，开付约定的发票且财政资金到达甲方账户后5个工作日内支付款项，并根据实际情况，尽量缩短资金支付期限，鼓励当日支付。严禁出现政府采购项目合同欠款，各采购人要着力加强项目资金管理，科学安排项目验收、资金支付时间，缩短支付时限，依法依规完成支付。

五、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

1、验收时限：采购人应在项目完成或供应商履约完毕提出验收申请1个工作日内组织履约验收。

2、验收内容标准：合格。

验收小组针对项目中所有供货产品，按照招标文件、采购合同和投标文件约定承诺的时间、内容、标准对项目中的每一项参数、技术、服务、安全标准、现场调试及书面提供随箱的出厂合格证书、产品说明书、技术标准、供货安装调试报告、履约情况逐一进行验收。

3、履约验收方式：1. 供应商履约完成，由采购人委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构按照采购合同约定验收条件，对所有采购标的物组织一次性验收。2. 第三方验收完毕确认合格后，并编写政府采购合同履约验收报告，所有参加验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格完毕后将验收报告依法公开展示。

4、履约验收程序：1. 达到采购合同约定的履约验收条件时，供应商及时向采购人书面提出履约验收申请。采购人应当自收到供应商提出的履约验收申请之日起1个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，供应商履约完成，由采购人委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构按照采购合同约定验收条件，对所有采购标的物组织一次性验收；未达到履约验收条件的，书面告知供应商。2. 乙方应严格按照采购合同约定的履约验收要求，积极配合采购人做好验收工作，及时提供与验收相关的技术、数量、质量、安全等资料，做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证据和证明材料。3. 第三方验收完毕确认合格后，并编写政府采购合同履约验收报告，所有参加验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格完毕后将验收报告依法公开展示。

5、履约验收内容：本项目采购标的及技术要求的全部内容。

6、需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后个工作日内进行运行效果验收。在验收前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

A、重新调试直至合格为止；

B、要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用

均由乙方承担。

六、维保的承诺：_____

七、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、在本合同有效期内，若无特殊情况（特殊情况指有关法律、法规及上级政策的调整，或乙方不能正常履行合同义务等情况）发生，甲方不得将乙方承包的项目再授予他方，如遇上级政策调整或不可抗力原因，甲方有权终止合同，双方互不承担责任。

2、甲方应按照有关规范和要求及本合同约定，对乙方进行业务指导、监督、管理、检查和考核。

(二) 乙方的权利和义务

1、乙方有权根据本合同约定的付款方式取得货款。

2、乙方可对甲方的管理工作提出合理化建议。

3、乙方应严格接受甲方的指导、检查和监督。

4、乙方应严格按照本合同约定的货物清单和技术标准要求进行货物的供应。

乙方应遵守法律、法规、规章或相关规范性文件的规定，并承担其违法违规所引起的全部责任与费用。

5、如乙方擅自违约终止合同，乙方赔偿甲方由此所产生的一切经济损失。

八、违约责任：

乙方如不按规定时间及时供货，一经调查属实，取消其中标供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，并在全国公共资源交易平台（河南省•滑县）上予以通报，在规定时间内不允许参加滑县境内任何政府采购活动。

九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。合同履约保证金不退还（如有）：

- (1)、乙方不履行合同规定义务的；
- (2)、破产或无理赔能力的；
- (3)、擅自更改投标价及服务及履约承诺书的；
- (4)、弄虚作假的；
- (5)、被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还履约保证金（如有）；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：此次项目交货完毕，通过验收合格交付使用，并完成合同中所约定的各项条款后，合同自行终止。

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式____份，采购人持有____份，中标人持有____份，财政局备档1份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：：

乙方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电话：

统一社会信用代码：

开户银行：

帐号：

合同签订地点：_____。

年 月 日

注：合同格式及内容可以由采购单位与中标人共同协商签订，但不能改变合同中的实质性内容。

第五章 采购清单及技术要求

序号	工程名称	规格、参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	病床	<p>1. 规格: 2000*1000*520mm</p> <p>2. 床面: 4 块 1.2mm 厚钢板冲压而成 每块床面相互连接相互固定 中间穿防滑丝 经久耐用 床面背面有支撑钢管 2 根 使床面不变形 不塌陷 承重力高, 承载力>300KG</p> <p>3. 床体采用 1.2mm 厚 40*80mm 尺寸方管。</p> <p>4. 床腿采用 50*50*1.2mm 加厚方管, 超声波除锈, 表面静电粉末喷塑, 抗冲击耐腐蚀无味环保。所有手能触及的外表面均是平整光滑, 没有锋棱. 毛刺. 尖角等, 各管孔端部均加了封头。喷塑件表面没有明显的鼓泡. 孔隙. 粗糙. 裂纹. 漏喷等缺陷。</p> <p>5. 床头: 宽 1000mm, 采用橡木实木板材, 软包床头 皮质选用优质西皮 耐脏易清除污渍 内部采用高弹性海绵 不易变形 回弹性好 外形美观, 坚固耐用, 卡扣式安装, 轻松装卸。无味环保, 易清洗。</p> <p>6. 铝合金木纹护栏: 采用航天铝型材制作而成电泳黄转木纹, 缓释升降, 防夹手, 方便易用。铝合金护栏氧化膜表面色泽均匀, 无色差. 无可见缺陷。</p> <p>7. 单独制动橡塑静音万向轮, 对角全刹, 内镶双轴承, 承载力大, 无噪音, 转向灵活。</p> <p>8. 可折叠式摇杆, 不占空间, 双向使用寿命长, 静音省力, 轻盈自如。</p> <p>9. 床垫子采用 8cm 半棕半高弹海棉材质, 海绵在上面, 舒度好, 优质棕丝, 耐压不易变形。</p> <p>注: 提供医疗器械备案证否则投标无效。</p>	套	30	2300	69000
2	茶几	<p>1. 材质: 优质松木 经久耐用不易掉色</p> <p>2. 尺寸: 120*60*47cm 桌面导圆角设计 平滑性高</p> <p>3. 桌面下边三段式分布 更加科学实用</p> <p>4. 中间对立两面设有储物抽屉 轨道选用静音耐锈材质</p> <p>5. 抽屉两侧设有置物区</p> <p>6. 实木脚腿≥5cm 更牢固承重力强 不易晃动</p> <p>7. 桌子下边有 4 个抽屉在主座位和对面均有 两边都方便放物品</p> <p>8. 饰面工艺: 还有一些采用木皮贴面工艺, 0.6mm 厚胡桃木皮覆面, 搭配 8mm 厚实木封边, 工艺精细, 美观耐用。</p> <p>9. 结构工艺: 榫卯结构, 连接牢固, 稳定性强, 同时也体现了传统工艺的精湛。</p>	个	6	950	5700
3	超短波治疗仪	<p>★1. 振荡频率: 40.68MHz ± 1.5% (提供制造商公开发布的相关资料或国家认可的检测机构出具的检测报告。)</p> <p>2. 输出功率: 200W ± 20%</p> <p>——连续模式: 0~200W 连续可调;</p>	台	1	48000	48000

	<p>——脉冲模式 P1: 0~100W 连续可调;</p> <p>——脉冲模式 P2: 0~33.5W 连续可调;</p> <p>——脉冲模式 P3: 0~24.0W 连续可调。</p> <p>3. 电容式电极板规格: 240×200mm² 和 200×130mm²</p> <p>4. 输出电缆长度: 1 米。</p> <p>5. 输出定时: 定时精准, 定时范围: 0~30min, 误差不大于±1min (结束治疗自动停机, 并发出声音提示)</p> <p>6. 电源电压: 交流 220V±10%, 50Hz±2%。</p> <p>7. 输入功率: ≤1000VA。</p> <p>8. 工作环境: 温度 +5~+40°C, 相对湿度小于 80%。</p> <p>9. 运输储存: 环境温度为 -40~+75°C, 相对湿度 93%, 无腐蚀性气体通风良好。</p> <p>★10. 具有全自动调谐功能 (提供制造商公开发布的相关资料或国家认可的检测机构出具的检测报告。)</p> <p>11. 输出功率显示: 数字功率显示和电流表指示。</p> <p>★12. 输出方式: 连续模式; 脉冲模式 P1; 脉冲模式 P2; 脉冲模式 P3。(提供制造商公开发布的相关资料或国家认可的检测机构出具的检测报告。)</p> <p>13. 输出功率显示: 数字功率显示和电流表指示。</p> <p>14. 调谐方式: 全自动快速调谐</p> <p>15. 定时: 电子可调定时</p> <p>16. 输出功率: 电子设定值, 输出功率连续可调.</p> <p>17. 适用范围: 对腰椎退行性病变患者的疼痛、腰椎前屈活动度和患肢直腿抬高。</p> <p>注: 提供二类医疗器械注册证否则投标无效。</p>				
4	<p>1. 规格尺寸: 480*480*760mm 柜面附加一层不锈钢板 厚度 ≥ 0.8mm 不易划伤 经久耐用 好清理污渍 耐腐蚀</p> <p>2. 床头柜整体颜色可选择, 采用优级改性塑料注塑成型, 板材料强度高, 外形美观大方;</p> <p>3. 床头柜由柜体. 面盖. 柜门. 抽屉. 拉板. 毛巾架等组成;</p> <p>4. 柜体正面形状为圆弧形, 左右两侧面配以折叠隐藏式毛巾架, 需用时将伸出, 不用时收拢, 放置在柜体侧面型体内, 角度范围 90 度; 柜体底部可安装万向轮便于移动; 抽屉面板外形为圆弧状, 面板下方有抽屉拉手孔, 便于拉. 关抽屉;</p> <p>5. 柜门内侧设有内置储物盒, 存取小型物品更为便捷;</p> <p>6. 柜体内设有隔板, 可根据物品的高度调节隔板的位置, 具有两层调节功能;</p> <p>7. 柜体侧板有圆弧形加强筋, 柜体支撑强度和牢固性更佳; 加强筋内凸位置与隔板凹槽配合, 增加隔板位置稳定性;</p> <p>8. 材质参数: 材质应选用防水、易清洁的材料, 高密度板和不锈钢结合, 以确保耐用性和卫生性。</p> <p>9. 外型高雅坚固, 耐老化、耐褪色。</p> <p>10. 功能参数: 抽屉、可调节隔板、隐藏式毛巾架、加深水壶底座等设计。</p>	个	258	295	76110

		11. 柜体结构多为多层次设计，带有灵活伸缩护理台，以满足不同的储物和使用需求。 12. 承重≥150kg				
5	安全设施	灭火器： 2 支 1. 使用温度： -20--+55°C 2. 灭火级别： 2A55B 3. 压力指示器： 指针绿区为正常 4. 水压试验压力： 2. 1MPa 5. 消防 3c 认证 6. 充装重量： 4KG 7. 类型： 手提式干粉灭火器 灭火器箱： 1 个 1. 材质 304 不锈钢防腐防锈 2. 圆弧设计防火防潮 3. 加固门锁更牢固 4. 容量 4KG 防火毯： 1 件 1. 材质玻璃纤维 2. 双面硅胶图层 3. 尺寸 150*160cm 4. 厚度 0. 66mm	套	2	500	1000
6	办公椅	1. 使用电镀钢脚 0. 9mm 加厚加粗 28mm 直径钢制弧形脚，承重加强加固设计，脚部加有防滑防响脚垫，承托更稳固。 2. 护腰椅背采用全新的透气网，使承重力更好，韧性好，防水，不易变形，设计缓解背部压力，坐感舒适，具有抗静电，抗菌功能。 3. 高回弹海绵填充坐垫，软硬适中，不易塌陷，不易变型，坐感舒适，柔软性能好. 软硬适中，回弹性能好，回弹率≥35%， 4. 流线型一体扶手，不易脱落，可以缓解手臂手腕疲劳，适配键盘/鼠标操作姿势，减少肩颈压力。 5. 尺寸： 54*49*105cm 6. 腰部附带海绵腰靠枕头 弹性适中 腰部不空荡 7. 脚部带有橡胶防滑垫 螺丝固定不易脱落 8. 可防滑 使椅子挪动静音安静 9. 座椅承重≥300kg、海绵（支撑性强，选高密度冷泡海绵，久坐不塌陷）。 10. 适合大体重人群	张	66	205	13530
7	办公桌	1. 桌面采用环保材料，E1 级环保板材、桌面木纹贴纸饰面、精良工艺、无醛添加粘合剂+PVC 严密封边。 2. 尺寸≥140*60*76cm 3. 桌面耐磨、耐污性强、桌面中间有防滑图层、久放键盘鼠标等物品不易造成划痕 。 4. 右边脚腿抽屉三层附带上锁设计， 锁芯纯铜、带钥匙 3 把，开锁关锁顺滑不卡。	张	4	667	2668

		5. 左边桌腿开门设计可放电脑主机文档等。 6. 封边细腻圆润边角光滑不易磕伤碰上人或物品。 7. 桌面设有穿线孔 可拆卸可旋转调节口径 桌面物品不易从中掉落 8. 胡桃色或红棕色 颜色可选 9. 桌面材质：人造板钢木结质感好、耐用、则兼具坚固性和现代感。 10. 桌腿设计：直腿形式。 11. 抽屉：配有很多个抽屉，用于分类存放文件、文具等物品；				
8	冰箱	1. 容量：≥200 升无霜变频。 2. 能效：I 级能效 双变频 3. 门数：三门三温控 触摸式按键 调节清晰明了 4. 尺寸：宽≥53cm 深≥60cm 高≥173cm 5. 开门方式：上门可以左右开门 空间自由掌控左右皆顺手 左右开门是专利技术，用户使用起来更加方便 6. -20~5°C 宽幅变温 压缩机运行稳定 7. 噪音：≤35db 8. 带有自清洁功能 可去除异味 保持新鲜 9. 分区合理 不浪费一点空间 让物品面面俱到 10. 机内带 LED 照明功能 亮度高不刺眼 夜晚用更方便 11. 机内多一套调节旋钮 可控制机内微小温度调节 湿度调节 12. 金属机身 耐指纹 耐划伤 13. 循环系统：双循环或多循环冰箱冷藏冷冻独立控温，能有效避免串味，食材存储更卫生。 14. 变频：变频压缩机运行静音平稳，能根据温度变化自动调节功率，省电且温度恒定，保鲜效果更好。 15. 能效等级：一级能效省电，节能。 16. 冷冻能力：12 小时内能够冷冻的食物重量≥10KG。	台	4	2271	9084
9	电视	1. 尺寸：55 寸 4K 高刷 具备护眼模式 不累眼更护眼 2. 操作系统 Android12 3. CPU Cortex-A53*4CPU 支持的功能：H.265 主频最高 1.0GHz 4. GPU Mali450*2 5. DDR/Flash DDR3 1GB/8GB EMMC 6. 数字电视 DTMB，支持 DVB-C 清流解码 7. HDR 芯片支持 8. 图像处理技术 HDR10. 原色真彩 9. 彩色制式（接收制式）PAL/NTSC 10. 色温支持自定义红色增益. 绿色增益. 蓝色增益 11. 缩放模式全屏、4:3、字幕、电影 12. 视频解码（USB 支持）TS、MPG、MKV、MOV、MP4、FLV 等常见多媒体视频格式 13. 音频解码（USB 支持）MPEG1/2 Layer1/2、MP3、AAC、HE-AAC 等 14. 图片格式（USB 支持）JPEG、PNG、BMP 等常见图片格式	台	100	1668	166800

		15. 射频参数 1. 频段. 带宽: 2400MHz ~ 2483.5MHz ≤ 40MHz 16. 调制方式: DBPSK/DQPSK/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 17. 协议: 802.11b/g/n (1x1) 18. 对有孩子的家庭, 观看动画、儿童节目时, 高刷画面能减少孩子眼睛的疲劳感; 19. 日常浏览网页、滑动 APP 界面, 高刷屏幕的“跟手度”更高, 操作体验接近高端手机 / 平板; 20. 视频通话、在线会议时, 若画面中有快速移动(如手势、肢体动作), 高刷能保证画面清晰, 避免“模糊卡顿”影响沟通。		
10	防滑垫	1. 尺寸 ≥ 80*120cm 2. 洗浴防摔吸地 防滑 防粘 力度刚好 3. 带麻点按摩 不刺脚 4. 快速漏水 不易留下污渍发霉发臭 5. 带有气泡云朵刷 6. 材质 TPE 7. 垫子表面多采用凸起纹路(如吸盘纹、波浪纹、网格纹), 增大脚底与垫子的摩擦力, 即使脚底沾有水或泡沫, 也能通过纹路“抓牢”脚部, 避免脚底打滑。 8. 针对浴室“长期潮湿、易滋生皂垢”的特点, 优质防滑垫的防滑性能不易受积水、清洁剂残留影响——即使地面有少量积水, 垫子底部的吸盘仍能保持吸附力, 避免因水层导致垫子与地面脱离。 9. 能起到缓冲作用, 即使意外滑倒, 也能减轻身体与地面的撞击力, 降低关节(膝盖、手肘)受伤风险; 同时, 站立时垫子的柔软度能缓解脚底压力, 避免长时间站立导致的脚部酸痛。 10. 沐浴后脚底的水分可快速被垫子吸收, 避免脚底带水踩出浴室导致外间地面打滑; 且优质材质的防滑垫透气性好, 不易积水闷湿, 减少细菌滋生的环境。	个	14 86 1204
11	防褥疮气床垫	1. 防褥疮充气床垫是由充气床垫. 充气泵和导气管泵组成。适用于长期卧床患者, 预防褥疮发生。整体气垫长 1850 mm ± 100 mm, 宽 900 mm ± 100 mm, 充气后床垫高 50 mm 2. 充气垫是由气室、垫布和连接管组成, 每个床垫是由 22 条气室组成, 条形气室与垫布采用四合扣连接, 每条气室之间是由硅胶管连接。 3. 产品的布料是有 190T 尼丝纺 + PVC 组合成, 尼丝纺表面西洁光滑, 质地坚韧, 弹性和强力良好, 手感柔软, 易洗快干等特点。 4. 充气泵主要由外壳. 压力调节开关. 气泵. 同步电机. 气道转换器. 集成电路板. 熔断器/座等组成。 5. 导气管是连接气床垫和气泵, 运输气体的作用。 6. 静音泵带有睡眠功能, 分贝不超过 45DB, 不影响病人休息。 工作原理: 通过充气泵对气垫的奇. 偶数气室交替循环充. 放气, 使患者身体卧床部位间歇接触垫面, 不断改变身体受力点, 改善血液循环。气室上面的微型喷气孔可均匀的向外喷射气流, 使患者皮肤保持干燥, 进一步预防褥疮的发生。	张	35 378 13230

		7. 气泵的工作条件简单 7.1 电源条件：额定电压 220V±22V，额定频率：50HZ±1hz 7.2 充放气性能，最大不低于 12Kpa, 7.3 工作噪音：小于 45dB, 相当于电空调的分贝，不影响患者和家人的休息。 7.4 气密性：气床垫充气到最大时可承载 135Kg. 历时 24h。 7.5 使用交替式防褥疮气垫后，翻身间隔可延长至 4-6 小时（需结合患者皮肤状况），大幅降低护理压力。 7.6 可满足长期卧床、轮椅使用者、术后恢复期等不同人群的需求，且安装操作简单，无需专业工具。 7.7 气垫需配合基础护理（如定期清洁皮肤、合理营养），才能最大化发挥防褥疮效果。 注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。				
12	打印机	1. 产品速度：33ppm (A4) 35ppm(Letter) 58ppm (A5 长边) 2. 分辨率：物理分辨率：600*600dpi；软件增强分辨率： 1200*600dpi 3. 内存容量：≥256MB 4. 处理器：≥525MHz 5. 首页打印时间：≤8.2 秒 6. 功能：打印自动双面. 复印. 扫描 7. 复印功能：身份证复印. 票据复印、多页合一复印、克隆复印、 海报复印、手动双面复印、逐份复印 8. 扫描：平板+ADF (50 页) 9. 扫描输出功能：扫描到 PC、邮件、FTP、U 盘； 10. 纸盒输入：自动纸盒：250 页；手动进纸器：1 页 11. 介质重量：自动纸盒：60-105g/m ² 手动进纸盘：60-200g/m ² 12. 接口：高速 USB2.0; 有线网络：IEEE802.310/100Base-Tx 13. 打印语言：PCL5e、PCL6、PS、PDF 14. 最大月打印量：25000 页 15. 鼓粉分离鼓组件：12000 页粉盒：1500 页	台	6	2128	12768
13	电动起立床	1. 外形尺寸：1880*610*850mm±50mm；挡板长宽：76*47cm；床直立时的高度：1930mm； 2. 电源电压：AC220V, 50Hz; 3. 额定输入功率 < 300 VA; 4. 床体调节角度：0° 至 85° 可调； 5. 脚踏板内外翻角度为-30° ~40° 可调，旋转区域为 70° ； 6. 脚踏板上下翻角度为-33° ~17° 可调，旋转区域为 50° ； 7. 扶手板角度为-22° ~29° 可调，旋转区域为 51° ； 8. 采用品牌电机推杆； 9. 配有二键手控器 1 台； 10. 配有 4 只医用万向轮，使得床体移动方便； 11. 配有升降刹车系统，升起万向轮后落地稳固； 12. 配有固定绑带 1 套，扶手板角度调节旋钮 2 个，扶手板前后调节旋钮 2 个，扶手板高低调节旋钮 2 个，方便康复师角度调节；	台	1	19000	19000

		<p>13. 床体最大承载力 200kg;</p> <p>14. 材质：主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保人革 PU 皮，桌面挡板为木制；</p> <p>适用范围：适用于医院骨科、康复科、脊骨神经科、运动损伤康复中心承载患者用。</p> <p>通过调整倾斜角度使患者产生自身重力作用，帮助患者完成从仰卧位到站立位，重心从低到高的过渡，使患者适应立位状态。</p> <p>用于偏瘫、脑瘫及脑外伤等障碍者进行恢复性站立训练。在训练的同时可调节训练者踝关节的背屈度。</p> <p>注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。</p>			
14	电动吸痰机	<p>一、性能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 适用于吸出患者上呼吸道中的分泌物，是医疗单位及家庭急救、护理的理想医疗设备； 适用范围广，可用于专用医疗环境和家庭护理环境，如医院、护理院、康复中心、养老院和家庭； 全新设计：符合最新版医用吸引器行业标准 YY/T0636.1、国家医疗器械通用安全标准 GB9706.1 和家庭护理环境使用标准 YY9706.111，整体达到 IP22 级防护要求，可防止意外淋水和儿童手指插入； 采用无油真空泵，负压调节系统可作无级调压，配备溢流保护装置及空气过滤器； 外壳采用品牌 V0 级防火材料，更加安全、可靠； 贮液瓶采用高强度、高透亮 PC 材料，容量大、清洗方便，能够配合使用一次性引流袋； 体积小、噪声低，操作简单，重量轻、携带方便。 <p>二、主要技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 极限负压值：不低于 0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定； 负压调节范围：0.01MPa (75mmHg) ~ 极限负压值 抽气速率： ≥20L/min 噪声：≤60dB(A) 贮液瓶：1000ml (PC) 电源：~220V, 50Hz 输入功率：150VA 毛重：5.5kg；净重：4.3kg 外包装尺寸：45cm×21.5cm×40.5cm <p>注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。</p>	台	4	692 2768
15	高低床	<ol style="list-style-type: none"> 床体 1 套+实木床板 2 张+床垫 2 张组成 采用扇形立柱 ≥75mm 不容易变形摇晃 床腿≥75mm，材质组成为五层，高碳钢层 高温封孔层 阳极氧化层 防锈耐磨层 密封防锈层。 护栏加高加密加固 不容易折弯 护栏高度≥28cm 无胶椰棕床垫厚度≥3cm 无甲醛 不变形 不塌陷 多层加厚床板厚度≥2cm 平整结实 底部加有防滑垫片 	张	8	585 4680

		8. 加宽脚蹬 不硌脚 不晃动 9. 床体尺寸 \geqslant 200*100*180cm 10. 总承重力 \geqslant 500KG 11. 通过“向上延伸”的设计，直接节省50%以上的地面空间，剩余区域可灵活摆放书桌、衣柜、储物柜或活动区，让小空间更显宽敞 12. 避免因床具过多导致房间拥挤、动线堵塞 13. 灵活改造的多功能房间，是兼顾“居住需求”与“空间优化”的优质选择			
16	红光治疗仪	性能参数： 1、光源:高功率 LED 带状冷红光光源 2、波长：最长波长可达 660nm（高于同类产品）； 3、有效红光辐照度的均匀性 $>0.4\text{ m}^2$ 。 4、有效红光辐照度的不稳定度 $<\pm 10\%$ ； 5、使用寿命 >50000 小时： 6、可作用于皮下 10–15 公分； 7、运行方式:具备连续运行和自定义运行功能； 8、 ABS 高档台车，一次压膜成型，更坚固，更耐用。 9、 10.1 英寸高清液晶、触摸显示屏 10、产品结构:C型旋转的单头治疗臂，可 360 度无死角旋转，使用更方便。 11、五个机械关节可调，可多角度治疗 12、时间设置:治疗时间 0–90 分钟可调。 13、相对湿度范围: $\leqslant 80\%$ ； 14、输入电源: a. c. 220V, 50Hz 15、输入功率: 250VA 注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。	台	2	10999 21998
17	开水机	1. 触摸式出水方式 2. 无人关水自动停水功能 3. 出水方式：二开二温 4 个出水口 4. 实时数字显示水位 5. 内胆容量：30L 食品级 304 不锈钢内胆 6. 加热管：304 食品级不锈钢耐酸碱耐腐蚀 7. 智能电子恒温实时热水供应 8. 智能电子防干烧防止突然停水烧干 9. 接线方式：自带空气开关 10. 接水方式：纯铜进水口压力范围 $\geqslant 400\text{ kpa}$ 11. 过滤级别：五级过滤（滤杂. 活水. 抑菌. 阻垢. 净化）达到卫生安全标准 12. 尺寸： $\geqslant 120*45*152\text{ cm}$ 13. 患者、陪护家属、医护人员需 24 小时随时取水，适配门诊、病房、护士站等不同区域的高频使用 14. 机身外壳为防刮、防腐蚀的金属材质，可承受医院复杂环境（如清洁用水溅落、推床碰撞），减少故障频率，降低医院运维成本	台	3	3239 9717

		15. 内置防干烧保护（缺水时自动断电）、超温保护（水温异常过高时停机）、漏电保护（电路故障时切断电源）等装置，避免因设备故障引发烫伤、触电等安全事故，保障医患使用安全。 16. 操作面板设计简洁（如大字体、清晰图标、语音提示），方便老年患者、行动不便者或视力不佳人群快速上手；部分机型带有“开水就绪”指示灯，直观提示是否可取水，避免无效等待，提升使用体验。			
18	康复大厅设备	设备包括 训练八件套+双向阶梯+平行杠+脚踏车 训练八件套： 1. 肩关节康复训练器 2. 前臂康复训练器 3. 腕关节康复训练器 4. 复式墙拉力器 5. 肩梯 6. 肋木 7. 滑轮吊环训练器 8. 滑轮吊环训练器 9. 参数：外形尺寸（长×宽×高）：225×167×248cm 双向阶梯： 由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 1. 外形尺寸（长×宽×高）：335×87×136cm 2. 梯面高度：10cm. 12cm 3. 扶手高度调节范围：0~34cm 4. 阶梯踏板安全工作载荷：135 kg 5. 扶手杠侧向额定载荷 70kg 平行杠： 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 1. 外形尺寸（长×宽×高）：300cm×115cm×79-123cm 2. 扶手杆高度：最低 780mm，最高 1200mm，分 10 档可调，每档调节尺寸为 20mm； 3. 两扶手杆中心调节范围：310mm~650mm 4. 扶手杆直径：Φ 38mm 5. 脚踏板安全工作载荷：100kg 6. 矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15° 脚踏车： 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 1 外形尺寸：137×57×98cm 2 最大承重：135 kg 3 净重：32 kg 4 阻力系统：8 段磁控阻力调节 5 输入电压：DC6V	套	2	14113 28226
19	房间	包括三人沙发 1 个、茶几 1 个	套	15	1254 18810

	家具	<p>三人位沙发</p> <p>1. 尺寸$\geqslant 188*78*80\text{cm}$ 重量$\geqslant 38\text{kg}$</p> <p>2. 加厚耐磨西皮，全包裹设计，皮下为加厚海绵，回弹性高不易变形，久坐不累人，更好打理卫生。</p> <p>3. 内置全实木框架，榫卯设计牢固性高。</p> <p>4. 脚腿下边有防滑静音橡胶垫</p> <p>5. 三人沙发带有储物功能，方便收纳家庭杂物</p> <p>6. 承受人体重量，也能保持良好的性能，使用寿命较长</p> <p>茶几</p> <p>1. 密度板材质 环保卫生</p> <p>2. 尺寸 $120*60*45\text{cm}$</p> <p>3. 双层设计 置物更多</p> <p>4. 拐角处都有固定墩、更牢固</p> <p>5. 有储物空间，如抽屉、开放式收纳格、搁板等，方便分类收纳书籍、杂物、茶具等，保持客厅整洁有序。</p> <p>6. 采用防撞圆角设计，避免磕碰受伤，尤其是对老人和小孩更友好，同时也符合现代家装审美。</p> <p>7. 木纹茶几采用传统榫卯结构，无金属连接件，呈现纯粹自然美感，结构稳固性也更强。</p>				
20	分餐 餐车	<p>1. 整体材质 304+201 级不锈钢混用合成</p> <p>2. 具有保温功能 温度可调节 附带五孔插板 给其他电器供电更方便。</p> <p>3. 尺寸 $122*70*90\text{cm}$</p> <p>4. 不锈钢盒子 8 个 折弯处 光滑无毛刺</p> <p>5. 材质 304 食品级不锈钢 卫生安全</p> <p>6. 2 个中盒尺寸$\geqslant 32.5*26.5*15\text{cm}$</p> <p>7. 6 个小盒尺寸$\geqslant 32.5*17.5*15\text{cm}$</p> <p>8. 静音轮 推起来不费劲 更安静</p>	辆	5	830	4150
21	微波 炉	<p>1. 微晶大平板底盘</p> <p>2. 700W 大火力</p> <p>3. 一键解冻</p> <p>4. 智能菜单轻松上手</p> <p>5. 五档时间设定</p> <p>6. 一键杀菌除味</p> <p>7. 额定电压 220v</p> <p>8. 产品容量 20L</p> <p>9. 尺寸 $440*325*274\text{mm}$</p> <p>10. 加热剩菜剩饭仅需 1-3 分钟，相比燃气灶复热节省 50% 以上时间</p> <p>11. 解冻冷冻食材（如冻肉、冻蔬菜）效率突出，1 块 500g 的冻肉解冻需 5-8 分钟，且解冻后食材不易出现“外熟内生”或水分流失过多的情况，能更好保留食材新鲜度。</p> <p>12. 可直接制作蒸蛋、煮汤圆、热牛奶、烤土豆、加热罐头等简单餐食，无需额外使用锅具。</p>	台	5	352	1760

		13. 加热过程不产生火焰，避免因明火引发的火灾、烫伤风险。				
22	料理机	<p>1. 四叶刀片 2. 具有预约功能 3. 一键蒸汽清洗 4. 触控键大字体 5. 高速破壁 30000r/min 6. 容量 1.75 升 7. 底部多孔散热 8. 盖中盖设计中途加料不停机 9. 输入电源 220v 10. 尺寸 188*188*472mm 11. 快速完成切菜（切丁、切片、切丝）、绞肉（肉馅、肉糜）、碎冰、磨粉（干粉、香料粉）、打浆（豆浆、米浆）等，无需手动操作，避免食材飞溅或手部劳累。 12. 自带加热功能，可直接完成“打浆 + 加热”（如热豆浆、米糊），或支持低温慢煮、真空保鲜，进一步拓展烹饪边界。 13. 多数机型采用“安全锁扣”设计（如杯体未扣紧则不启动），刀片隐藏在杯体内，避免手动切菜、绞肉时的划伤风险；部分品牌还优化了杯体材质（如 Tritan 食品级材质），耐高温、抗摔，使用更安心。</p>	台	5	224	1120
23	分餐区(餐桌椅)	<p>一套包括 1 张桌子 4 把椅子</p> <p>桌子</p> <p>1. 实木框架；选用适老化专用木材 2. 产品台面采用橡胶木指接板，无缝拼接。 3. 桌角处采用倒圆工艺，无锐角。 4. 桌面有适老化导水槽； 5. 环保油漆，纹理清晰，表层饱满，光泽润亮。 6. 底部配有防滑脚垫，整体稳固。 7. 安全性是适老化餐桌椅的核心设计目标，针对老年人平衡能力下降、骨骼脆弱等特点，通过细节设计规避潜在风险 8. 所有边角（餐桌边缘、椅腿转角、扶手末端）均做“圆角打磨”或“软包包裹”处理，避免老人起身、转身时因碰撞造成磕碰伤。 9. 餐桌边缘加装 1-2cm 高的“防坠挡条”，防止餐具、水杯意外滑落。</p> <p>参考尺寸：140*80*75cm</p> <p>椅子</p> <p>1. 实木框架 2. 扶手圆角木条设计 3. 无缝拼接角处采用倒圆工艺 4. 防水防污耐磨科技皮 5. 高密度原生海绵 6. 底部配有防滑脚垫整体稳固 7. 尺寸 50*55*85cm</p>	套	40	1021	40840

		<p>8. 餐椅配备扶手（高度约 25-30cm），老人起身时可双手撑扶扶手，借助手臂力量支撑身体，避免单靠腿部发力导致膝盖负担过重。</p> <p>9. 靠背多为“弧形设计”，贴合老人脊柱曲线，避免久坐导致腰背酸痛。</p> <p>10. 靠背还会在腰、肩部位增加软包支撑，增强舒适度。</p>				
24	护理床	<p>一. 基本参数：</p> <p>1. 规格：外径尺寸：2050*900*500mm，内径尺寸：1950*900*500mm</p> <p>2. 床体承载重量 200KG</p> <p>3. 调节范围：背部可调为：0—80° 可调；腿部可调为：+25-75° 可调；翻身角度：0-45° 可调；便孔尺寸：230*190mm；</p> <p>二. 工艺要求：</p> <p>1. 床头. 床尾板：采用高级工程塑料 ABS 床头床尾板，（床头颜色可选）床尾架配有床头牌，床头锁紧件采用对称式快速挂座，可快速拆卸。</p> <p>2. 餐板：采用木质餐桌板。</p> <p>3. 床体：冷轧方管床架，床面板，整床体采用内外防锈处理工艺，表面静电喷塑工艺。</p> <p>4. 护栏：侧面护栏总长≥1200mm 高≥350，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位；</p> <p>5. 脚轮：方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径 125MM</p> <p>6. 摆柄：钢制折叠式手摇柄；床体采用五根摇柄调节功能（背部；腿部；左翻身；右翻身；便孔）</p> <p>7. 便门双轨道设计；助于加长使用寿命；</p> <p>8. 床垫：床垫为 1930×900×60mm。床垫与床的各段匹配，床垫由一层 40mm 椰丝垫，一层 20mm 高弹海绵和一层防水布制成，床垫套全脱设计，方便拆洗。</p> <p>三. 配置</p> <p>1. 6 公分床垫 1 套。</p> <p>2. 木质餐桌板 1 个。</p> <p>3. 铝合金折叠式护栏 1 对。</p> <p>4. 输液架 1 根。</p> <p>5. 洗头盆，便盆 1 套。</p> <p>6. 静音轮：4 个。</p> <p>7. ABS 床头一对。</p> <p>8. 床头可灵活升降（0-80° 可调），患者进食、饮水或有咳痰需求时，可调整至半坐卧位，避免食物反流、痰液堵塞气道，降低窒息风险。</p> <p>9. 可拆卸床板或中部升降机构，方便患者进行背部按摩、更换床单，或配合医疗操作（如插尿管、换药）。</p> <p>10. 床体设计预留适配空间，可搭配轮椅、转移板、输液架、氧气</p>	张	190	1671	317490

		管等医疗设备，方便患者在床旁接受治疗。 注：提供医疗器械备案证否则投标无效。				
25	护理档案车	<p>档案车+病历夹 50 本 规格:750*410*895mm</p> <p>1. 材质:车体由 ABS 工程塑料,选用的有材料质检报告的优质材质 病历车台面上边附带一层软胶垫 耐磨、易清洁、四柱塑钢； 2. 正面:双排 50 格病历夹隔层,每隔隔层的高度为 22mm; 有抽屉, 抽面尺寸:290*100mm*内空:213*312*85mm; 有相应的标识序号, 标 识数字清晰. 易于辨识; 病历夹滑道抽拉自如, 无顿挫感; 3. 车体底部: 豪华万向轻声脚轮, 其中两只带刹车功能, 脚轮材 料为高强度聚氨酯。防静电. 防毛发缠绕. 移动轻便灵活; 4. 配有安全锁以确保病历夹资料安全。 5. 附赠 50 个 abs 病历夹 6. 通过科学的结构设计, 直接优化档案的“存、取、理”流程, 减少护理人员在档案管理上的时间成本。 7. 护理档案车配备多层抽屉、分区隔板或标签卡槽, 即可快速定位 目标档案, 尤其适合病房、护士站等高频调取档案的场景 8. 推车设计灵活, 可一次性将某一病区、某一时间段的档案从护 士站转运至病房、治疗室或病案室, 减少护理人员往返次数, 提 升工作效率。</p>	辆	6	1668	10008
26	经颅磁治疗仪	<p>★1. 入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目 (2011 版第一批)”, 提供国家中医局文件。</p> <p>2. 适用范围: 适用于缺血性脑血管病. 神经症(焦虑. 神经衰弱. 失眠. 脑疲劳等症状). 脑损伤性疾病的辅助治疗;</p> <p>3. 主要构成: 由一台主机和磁治疗帽组成</p> <p>4. 结构形式: 不可分拆的柜机推车式</p> <p>5. 显示方式: 液晶屏幕显示界面</p> <p>★6. 按键方式: 一键飞梭的操作方式(提供专利证书作为佐证), 所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部 完成。</p> <p>7. 治疗功能要求: 具备交变电磁场治疗帽功能</p> <p>8. 输出路(线)数: 2 路磁疗</p> <p>9. 定时功能: 可在 1-99min 范围内设定所需时间</p> <p>10. 磁疗部分</p> <p>10. 1. 治疗强度: I 档: 3-15mT(最高可达到 15mT); II 档: 15-30mT (最高可达到 30mT)</p> <p>10. 2. 微振功能: 分四档可调, 振频: 0-10Hz; 振幅: 0-30V</p> <p>11. CMD 颁发的. 针对本产品的 ISO13485:2016 和 ISO9001:2015《质 量管理体系认证证书》</p> <p>★12. 提供具有自主知识产权的软件著作权(含: 计算机软件著作 权登记证书. 软件产品登记证书)</p> <p>注: 提供二类医疗器械注册证否则投标无效。</p>	台	1	57186	57186
27	麻将桌	供暖麻将桌 不惧严寒 1. 一键降噪系统, 电机自动调频	张	5	1898	9490

	<p>2. 48 分贝洗牌，对机舱要求严格</p> <p>3. 腿部立柱可供暖 冬天不怕冷</p> <p>4. 桌面折叠 90 度 放墙角不碍事</p> <p>5. 麻将室紫外线消毒</p> <p>6. 龙骨加钢筋更稳固</p> <p>7. 变压器 180V</p> <p>8. 尺寸 94*94*77cm</p> <p>9. 折叠尺寸 58*110*115cm</p> <p>10. 优势是通过内置电机和机械结构，实现 “洗牌、理牌、升牌” 全流程自动化，彻底替代手动操作，解决传统麻将桌的核心痛点</p> <p>11. 适合长时间娱乐场景（如家庭聚会、朋友休闲），减少等待时间，提升对局节奏。</p> <p>12. 通过优化电机噪音和减震结构，洗牌时噪音可控制在 50 分贝以下（类似正常交谈声），避免打扰其他人。</p> <p>13. 桌面多采用高密度防火板、亚克力或岩板材质，防水、防刮、耐高温（如不小心洒上饮料，擦拭后无痕迹）。</p> <p>14. 桌体底部多配备加重底座或防滑脚垫，整体重心低，即使有人倚靠或轻微碰撞，也不易倾倒；桌腿连接处采用加固螺丝，长期使用不易松动，减少安全隐患。</p>				
28	<p>★1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011 版第一批）”，提供国家中医局文件。</p> <p>2、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。</p> <p>3、主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成。</p> <p>4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。</p> <p>5、显示方式：液晶显示界面。</p> <p>6、操作方式：一键飞梭的操作方式，提供专利证书作为佐证，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。</p> <p>7、输出路数：两路 X 型轻便传动形式。</p> <p>8、轻便传动形式：动力头外径尺寸 50mm，配备 10 个不同型号的治疗头。</p> <p>9、传动动力头偏心距：1.7mm±1mm。</p> <p>10、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。</p> <p>11、工作模式：手动模式和自动程序模式。</p> <p>12、手动模式频率范围：10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为 1Hz。</p> <p>13、手动模式定时范围：1min～60min，连续可调，步距 1min。</p> <p>14、自动程序模式：共有四种自动程序模式。</p> <p>15、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。</p> <p>16、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合 YY9706.102-2021 的相关要求。</p> <p>17、CMD 颁发的、针对本产品的 ISO13485:2016 和 ISO9001:2015</p>	台	3	24200	72600

		《质量管理体系认证证书》 ★18、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） 注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。				
29	平衡功能评估及训练系统	<p>配备 16 颗传感器 能分析结果并打印报告</p> <p>1. 主要功能</p> <p>(1) 评估和分析下肢前后左右的平衡状况和功能。病人能够站立(无论是有帮助站立还是无帮助站立)，均可用足板在直站位检测下肢前后左右的平衡状况和功能。另外本系统独有的站立位双轴系统可检测一侧下肢前后左右的平衡状况，提高检测的敏感性，更适用于运动员群体及矫形术后群体的检测和训练。</p> <p>(2) 评估分析上肢的精细活动功能。本系统独创的手稳定检测装置可检测和评估上肢精细动作功能，评定作业治疗效果。</p> <p>(3) 评估和分析坐位平衡功能。当病人在病程的某一阶段无法站立，仅能在有帮助或无帮助下保持坐位时，可采用坐位平衡系统评估和分析坐位平衡功能，评估治疗效果。</p> <p>(4) 评估和分析机体静态或等长收缩重力的力学特征。</p> <p>2. 诊断和鉴别诊断的应用</p> <p>(1) 平衡功能障碍 a. 中风/脑外伤 b. 脊髓损伤 c. 帕金森氏综合症 d. 老年性痴呆； (2) 骨关节和肌肉疾患 a. 骨关节炎症及损伤 b. 外周神经损伤 c. 肌痉挛/肌萎缩/肌力减退 d. 肌痛； (3) 其它书写痉挛症。</p> <p>3. 康复训练</p> <p>(1) 平衡功能训练：本系统采用视觉生物反馈机理，使患者根据控制板上红灯闪亮的多少看到自己的重心偏移情况，自觉进行调整。另外红灯的闪亮也使治疗师及时了解患者情况，并有助于患者及治疗师双方观察治疗指令的执行情况。由于本系统设计的全面性，因此不仅可用于坐位平衡的训练，也可用于站立平衡，坐站平衡及单侧下肢平衡的训练。</p> <p>(2) 精细动作训练：本系统特有的手稳定检测训练装置，可作为作业治疗的一部分，通过视觉反馈机理训练手的精细动作功能。</p> <p>(3) 特定重心转移训练：在某些疾病中，如中风、脑外伤等，为了加名患侧的负重能力，需刻意将重心转移至患侧。患者及治疗师均可通过观察患侧红灯的闪亮情况了解是否达到了前述治疗目标。</p> <p>(4) 趣味游戏训练：拥有四款正对性游戏训练，摆脱了传统康复训练的枯燥，在玩游戏的过程中进行训练，增加了训练的趣味性。</p> <p>4. 系统模块</p> <p>(1) 实时训练. 语音提示功能。</p> <p>(2) 打印输出检测平衡评估报告，评估过程中数据进行实时显示。</p> <p>(3) 具有双脚. 左脚独立. 右脚独立. 坐位. 左手握位. 右手握位 6 种平衡功能评估</p> <p>(4) 评估报告包含重心分布图. 特征频率分析图. 实时显示曲线图。</p>	套	1	95000	95000

		实时远程培训, 远程指导; 软件免费升级 5. 硬件配置 型号:系统分析报告机 操作系统:双系统 处理器:六核心十二线程 内存:2x4GB 硬盘:m2 512g 显示器:曲面屏(27 英寸) 多媒体音箱: 2.0 移动型多媒体有源音箱 报告方式: 激光打印 手握位 4 传感器. 座位 4 传感器. 站位 8 传感器 注: 提供二类医疗器械注册证否则投标无效。				
30	评估室模拟生活用品	一共 4 项 体能评估、洗漱评估、进食评估、就寝评估 体能评估: 包含上下阶梯、角度尺、握力计、听诊器、体温计、音叉。 洗漱类包括: 洗手洗头池、牙刷、水杯、梳子、毛巾、搓背巾、香皂、剃须刀。 进食类包括: 叉子、勺子、筷子、盘子、碗、水杯。 就寝评估: 坐式马桶带扶手、上衣、下衣、袜子、鞋子。 1. 配备相应的日常生活用品, 能准确评估老年人穿衣、洗漱、做饭等日常生活自理能力。 2. 使用模拟生活用品可以观察被评估者在接近真实生活情境中的行为表现, 从而更准确地评估其能力、功能或心理状态。	项	4	2700	10800
31	其他零星材料	笔架: 材质: PVC 尺寸: 总高: 36cm 宽度: 34.5cm 脚宽: 10.2cm 针数十二针 纸压石: 材质: 玻璃 尺寸: 20*5*2cm 重量: 500g	项	4	33	132
32	空调	空调机采用铜管制作 稳定用的更久 制造日期不得低于 2025 年 款式为近年新款 1. 制冷量≥3500w 2. 制热量≥4640w 3. 全年能源消耗≥4. 29 4. 循环风量≥695 立方米每小时 5. 室内噪音≤18 分贝 6. 能耗: I 级能耗 7. 匹数: 1. 5 匹 8. 空调内置初效滤网, 可过滤空气中的灰尘、毛发、宠物皮屑等大颗粒杂质, 减少室内扬尘, 降低呼吸道感染风险。 9. 能有效减少雾霾、装修残留甲醛、细菌 (如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌) 对人体的影响。	台	50	2299	114950

		10. 静音运行（多数空调静音档噪音低于 30 分贝）不影响睡眠，同时稳定控温让睡眠更舒适。 11. 通过手机 APP 可远程开启 / 关闭空调				
33	老年健康评估设备（多参数检测一体机）	<p>人脸识别/刷身份证测量、识别电子医保卡测量</p> <p>1. 身高、体重、BMI（体质指数）、体型</p> <p>2. 血压、（高压、低压、脉搏）</p> <p>3. 人体成分（体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪量、皮下脂肪率，除脂肪量、细胞内液、细胞外液、矿物质质量、其他成分）</p> <p>4. 血氧饱和度，心率</p> <p>5. 体温</p> <p>6. 血糖、尿酸、胆固醇</p> <p>7. 血红蛋白检测</p> <p>8. 12 导心电检测</p> <p>9. 血脂四项（总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白）</p> <p>10. 尿液分析 14 项（白细胞、潜血、PH 值、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、维生素 C、葡萄糖、胆红素、酮体、比重、微量白蛋白、肌酐、钙离子。）</p> <p>11. 腰臀比</p> <p>12. 中医体质辨识（阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质）</p> <p>13. 视力（视力、散光、色弱）</p> <p>14. 心理健康评估</p> <p>15. A4 激光打印体检报告</p> <p>注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。</p>	台	1	72000	72000
34	轮椅	<p>1. 钢质多功能手动坐便轮椅</p> <p>2. 可拆扶手</p> <p>3. 可调整靠背角度</p> <p>4. 活动脚托</p> <p>5. 带手刹</p> <p>6. U 型坐板</p> <p>7. 8 寸 PVC 前轮 24 寸实心后轮</p> <p>8. 总宽:65CM 折叠宽:31CM 座宽:48CM 总高:95/118CM</p> <p>9. 总长:115CM 座深:46.5CM 靠背高:42CM 座高:48CM</p> <p>10. 承重:100KG</p> <p>11. 包装尺寸:99*38*74CM</p> <p>注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。</p>	台	21	488	10248
35	三角翻身垫	<p>1. 高密度海绵 回弹迅速 换部位时间已恢复完成</p> <p>2. 纯棉布料 亲肤柔软</p> <p>3. 形状为 R 型 更实用</p> <p>4. 侧躺头枕屈膝都可用</p>	个	20	280	5600

		5. 依照人体曲线设计 6. 尺寸 60*25*20cm				
36	沙发椅	1. 大角度可躺 2. 双层软硬支撑 3. 360 度旋转 4. 10CM 上下升降幅度 5. 配备柔软腰枕 6. 推拉脚部托盘 7. S 型人体工学设计 8. 轻音万向轮≥5 个 9. 尺寸≥111*50*43cm		张	8	259 2072
37	上下肢主动被动康复训练系统	1. 系统动力系统采用特殊的结构设计，高度可以调节。 2. 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 3. 采用 10.4 寸彩色液晶触摸屏显示技术的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 4. 具有六种针对性的训练模式： (1) 神经模式：连续旋转运动的训练模式，可智能接受患者自主运动功能反馈，自动调整训练等级； (2) 骨科模式：定位的角度往复训练模式，设置调节角度等级为±5°； (3) 心肺模式：完全的主动运动训练模式，阻力调节等级为±5N； (4) 反馈模式：建立协调性的训练模式，通过动画实时反馈； (5) 被动模式：强化训练肌力. 耐力的训练模式； (6) 游戏模式：通过互动游戏增添训练者的康复趣味性，使其提高肌力. 肢体控制能力； 5. 具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护. 声控保护. 靶心率保护. 磁控保护。且痉挛敏感等级. 声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。靶心率设定范围：0~150（设定级数每次 5），精度±5 次/min。设备能智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全； 6. 电器参数： AC220V±10%50Hz； 输入功率：上下肢<800VA； 熔断器：F1AL250V, F3AL250V； 7. 可调参数： 定时范围：0~120min±1min； 速度显示范围：0~99r/min±10%； 速度设定范围：0~60r/min±10%； 角度设定范围：0~330 度±5； 阻力设定等级：1~20； 阻力力矩：0~20Nm； 心率设定范围：0~150（设定级数每次 5），精度±5 次/min		台	1	67322 67322

		8. 能够实时显示患者主被动做功情况。 9. 可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节, 显示屏幕可 220 度转动, 充分考虑了患者训练体位。 10. 可根据患者的身高、肢体长度、关节活动度 (ROM) 限制 (如术后避免膝关节过度屈曲), 精准设置运动范围 (如膝关节屈伸角度 0° -120°)、运动速度 (如 5° /s-30° /s)、训练时间 (如每次 20-30 分钟), 避免因动作幅度过大导致关节损伤或肌肉拉伤 11. 具备 “防碰撞 / 防过载保护, 实时监测与报警 12. 符合 “循序渐进” 的康复原则, 加速肌力、关节活动度的恢复 注: 提供二类医疗器械注册证否则投标无效。				
38	棋牌 (象棋/跳棋/五子棋)	象棋: 颗数 32 颗 直径 4.8cm 材质红花梨木 跳棋: 颗数 60 颗 尺寸 2.6*1.2cm 材质: 玻璃 五子棋: 颗数 60 颗 尺寸 1.5cm 带磁性棋盘 防水字体不易脱落	副	13	293	3809
39	起身辅助带	1. 尺寸 25*98cm 2. 安全绑带设计 3. 牛津布料	个	4	60	240
40	抢救设备	除颤仪 2.1. 采用双相截断指数波除颤技术, 成人最大能量≤150J, 根据病人胸阻抗进行自动补偿, 提高除颤成功率, 最大程度保护病人的心肌功能。 2.2. 电击次数: 最大能量除颤放电总次数≥300 次或者工作≥4 小时; 2.3. 心电分析时间≤6 秒; 3. 除颤电极片 3.1. 成人电极片面积≥95 平方厘米, 电缆长度约≥1.5 米; 3.2. 具有成人和儿童模式, 自动识别患者类型, 自动选择能量; 具有电极片粘贴方式示意图, 具有电极片粘贴位置动画提示; 3.4. 电极片到期前 3 个月, 设备会发送提醒信息, 用户可通过设备显示屏界面、APP 端或 PC 端查看到相关信息数据。 4. 电池 4.1. 可检测电池低电量并给出报警提示, 电池电量低报警时, 主机至少还可以持续工作 30 分钟或至少提供 10 次电击;	套	1	26000	26000

		<p>★4.2. 主机配有电量显示屏，在不开机不开盖状态下监测电池电量指示功能，防止电量过低或电池失效。（提供制造商公开发布的相关资料或国家认可的检测机构出具的检测报告。）</p> <p>4.3. 电池待机时间≥5年。</p> <p>5. 屏幕/操作</p> <p>5.1. 主机≥7英寸 TFT 彩色显示屏，≥800*480 像素，使用者在操作过程中有实时的动画指导；</p> <p>★5.2. 能通过设备进入后台进行系统设置，可设置模式、系统、时间等相关参数，也可通过设备查看日志记录和自检报告；（提供制造商公开发布的相关资料或国家认可的检测机构出具的检测报告。）</p> <p>5.3. 在模式设置中可设置换气指导语音提示、按压速率100-110-120 可调；</p> <p>5.4. 设备可一键切换语言，也可进入系统设置语言，中英文可调；</p> <p>★5.5. 设备可调节屏幕亮度，默认2级，可调范围：1~5级；（提供制造商公开发布的相关资料或国家认可的检测机构出具的检测报告。）</p> <p>注：提供三类医疗器械注册证否则投标无效。</p>				
41	热水器	<p>1. 圆桶 80 升 持久供热水 水温稳定</p> <p>2. I 级能效 更省</p> <p>3. 远程控制 手机平板都可控制</p> <p>4. 有漏电保护 安全可靠</p> <p>5. 加热管为钼金加热管 可降低加热时间</p> <p>6. 加厚金刚三层内胆 持久保温</p> <p>7. 长效保温</p> <p>8. 尺寸 76*41*45cm</p>	台	13	1049	13637
42	手功能综合训练桌	<p>桌面配重柜选择密封式训练组 档位调节方便 清晰可见</p> <p>12 种手部训练器：</p> <p>1. 手掌抓握训练器</p> <p>2. 前臂旋转训练器</p> <p>3. 手指屈伸训练器</p> <p>4. 手指对称位训练器</p> <p>5. 手指捏力训练器</p> <p>6. 拇指力量训练器</p> <p>7. 手柄提升训练器</p> <p>8. 手指平拉训练器</p> <p>9. 手指抓握训练器</p> <p>10. 腕关节背屈背伸训练器</p> <p>11. 腕关节尺偏桡偏训练器</p> <p>12. 前臂伸展训练器</p> <p>产品保修卡及说明书一套</p> <p>规格：120x120x136cm</p> <p>重量（kg）：200</p> <p>产品特点：</p>	张	2	33835	67670

		可满足多位患者同时进行康复训练和治疗 配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：500g-3000g, 患者可根据康复需求合理调节阻力，有效保证康复训练中的安全 适应范围： 神经康复. 骨科康复. 儿童康复. 残疾康复. 老年康复. 运动医学康复. 精神康复等 13. 桌面自带凹槽、孔洞、滑轨等结构，可搭配串珠、插板、螺丝螺母、拼图等工具，训练手指对指、捏取、放置等精细动作，改善“无法扣纽扣、握笔困难”等问题 14. 桌面高度可根据患者坐姿（轮椅使用者 / 正常座椅使用者）调节，避免弯腰或抬手导致的不适。 15. 患者可从“易完成”项目建立信心，逐步向高难度进阶。 16. 桌面多采用防水、防刮的医用级 PVC 或实木材质，边缘经圆角打磨，避免磕碰划伤。 17. 桌面宽度、深度适配手臂自然放置姿势，避免长时间训练导致的肩颈、手腕疲劳，提升患者训练耐受性。				
43	书画桌椅	一套（包括 1 张桌子 1 张椅子） 桌子： 1. 160*80*80cm 2. 材质：北方老榆木 稳固沉重不易挪动 3. 桌子由脚踏 2 个面板 1 个组成 4. 安装简单 搬运方便 5. 纹理大气美观 椅子： 1. 86*53*43cm 2. 北方老榆木纹理大气美观 3. 椅子拐角处都经过导圆角设计 4. 贴下边装有防滑减震垫	套	4	2500	10000
44	书架报刊架	1. 尺寸 63*36*124cm 2. 内镶嵌螺丝更美观 3. 增加资料网带横栏防风防掉落 4. 不锈钢夹扣能夹≥30 张报纸 5. 万向轮带刹车 360 度旋转 6. 优质碳钢喷塑 7. 极简金属款则适合现代简约或商务空间，让“收纳工具”本身成为空间亮点。 8. 金属款承重性强，可堆叠多本厚重书籍 9. 组合式报刊架可拆分或拼接，随着书籍、报刊数量的增加，可逐步扩展收纳空间。	个	4	237	948
45	四肢联动康复训练仪	1. 外形尺寸:165*65*110cm 重量 120 公斤。 2. 档位调节：15 调节。 3. 座椅功能:左 90 度旋转定位锁，右旋转 90 度定位锁，座椅两侧有扶手可调。	台	1	60008	60008

		4. 手柄:可以根据自身需要进行随意伸缩. 旋转调节。 5. 适用范围: 150-180CM 身高人群使用, 最大承受重量 130 公斤。 6. 显示屏: 显示运动时间, 运动的速度, 踏步次数, 心跳次数。 注: 提供二类医疗器械注册证否则投标无效。				
46	投影机+幕布	<p>投影仪:</p> <p>1. 显示技术: 3LCD (需原厂产品, 非 OEM/ODM 产品 (3C 证书委托方、生产方、制造方为一家公司或者关联公司))</p> <p>2. 液晶板尺寸: $\geq 0.63"$ 无机配向膜技术</p> <p>3. 亮度: ≥ 3800 流明 (符合 ISO21118 标准)</p> <p>4. 分辨率: 1024x768 (标准)</p> <p>5. 对比度: $\geq 20000:1$</p> <p>6. 镜头: F:2.1-2.25, f=19.109-22.936, 光学变焦≥ 1.2 倍</p> <p>7. 投射比: 1.48-1.78:1</p> <p>8. 均匀度: $\geq 90\%$</p> <p>9. 灯泡寿命: 节能模式 20000 小时, 正常模式 10000 小时</p> <p>10. 灯泡更换方式: 顶部抽屉式更换</p> <p>11. 梯形校正: 手动垂直梯形校正$\pm 30^\circ$</p> <p>12. 灯泡功率: ≥ 225 瓦 (提供一种光源系统及投影装置实用新型专利证书)</p> <p>13. 采用全通散热和大涡轮散热风扇, 急速超静音散热; (提供内循环散热专利和风速检测装置专利证书)</p> <p>14. 菜单语言: 26 种语言</p> <p>15. 输入接口: VGA*1. HDMI1.4×1. VIDEO*1, 控制口: RS232. USB-B</p> <p>16. 功能要求: 快速开关机; 即拔即走; 自定义开机画面; 具有动态、标准、电影院、黑板、调色板图像模式; 灯泡及滤网计时 (提供防尘网堵塞检测专利证书); 双重密码锁定及双重防盗功能; 自动同步; 自动搜索信号; 一键空白. 局部缩小. 放大. 平移. 自动关机. 断电保护. 画面自动翻转。</p> <p>影布:</p> <p>尺寸: 100 寸</p> <p>颜色: 白色</p> <p>1. 投影幕布具有特殊的涂层或材质, 能减少色彩偏差, 准确还原图像的色彩</p> <p>2. 幕布表面平整, 光线分布均匀, 不会出现像白墙那样因表面不平整</p>	套	1	6418	6418
47	外部显示器	<p>带数据无线传输功能 内容更换便捷 上传即可 每秒写入速度达 300M</p> <p>1. 尺寸 85 寸清晰度 4K 高亮度 低频闪</p> <p>2. 整机亮度 (典型值) : 300nits</p> <p>3. 亮度均匀性: $\geq 55\%$</p> <p>4. 背光类型: 直下式</p> <p>5. 色域: (BT709) 107%</p> <p>6. 色温: 10500K</p> <p>7. 对比度 5000: 1</p>	台	6	5798	34788

		8. 是否低蓝光: 是 9. 分辨率: 3840*2160 10. 扫描频率: 60HZ 11. 哈曼卡顿音质 声音大 不叉音 12. 大屏 + 高分辨率让文字更清晰, 缓解眼疲劳 13. 144Hz + 高刷减少拖影, 操作更跟手 14. 外部显示器的核心价值之一是支持 “多屏扩展” (而非简单的 “屏幕复制”), 实现 “一主一辅”的分工。			
48	身高体重体检设备	1. 智能系统采用专业为健康体检深度定制安卓 6.0 智能 OS 操作系统, 全自动智能自检系统 2. 测量系统采用毫米波传感器, 高频毫米波信号测距, 并通过球型天线对信号角度进行约束 3. 测量范围 20~210cm 4. 检测精度±0.5cm 分度值: 0.5cm 或 0.1cm(可调) 5. 测量系统精密平衡梁电阻应变式传感器 6. 测量范围 2.0~500kg 7. 检测精度±0.1kg 分度值: 0.1kg 或 0.01kg(可调) 8. BMI 测量采用最新 WHO 标准或者中国九城市标准(客户可以根据自己的需求进行自由调整) 9. 液晶屏幕高清液晶 10.2 寸显示触摸系统. 智能引导语音/动画提示. 多媒体播放 10. 数据存储可存储 100 万条以上测量数据, 并支持 U 盘导出 11. 打印输出时间. 日期. 体重. 身高. BMI(体型); 健康指导. 饮食建议. 运动建议. 用户单位名称及广告语 12. 电源电压 AC100V~240V(50Hz/60Hz) 13. 额定功率≤15W(大约连续工作 60 个小时一度电) 14. 外形尺寸 550*390*2350mm/长*宽*高(单位 mm); 重量: 净重 40kg, 加包装 45kg 15. 可额外测量体脂率、肌肉量、BMI (身体质量指数) 、基础代谢率等, 提供健康评估报告	套	1	9880 9880
49	生活用品(床品等)	1. 被套: 尺寸为 160x210cm 2. 床单: 尺寸为 160x230cm 3. 枕套: 尺寸为 48x78cm, 适用于标准枕头尺寸 4. 褥套: 尺寸为 160x210cm, 重量在 3-3.5 斤之间 5. 被芯: 尺寸为 150x200cm, 适用于 1.2 米单人床 6. 褥芯: 4-5 斤之间 7. 可定制指定文字面料使用涤棉布料制成 8. 纯棉纤维柔软细腻, 手感丰满厚实, 与皮肤接触时不会产生摩擦刺激, 给人温柔的呵护感 9. 具有良好的耐用性, 不易起球或变形, 能够经受住多次洗涤和磨损, 可长期使用 10. 采用含抗菌成分的面料 (如抗菌棉、抗菌涤纶混纺), 或通过后整理技术 (如抗菌涂层、高温定型) 赋予面料持久抗菌性, 能有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见致病菌	套	300	551 165300

		的滋生。 11. 采用高支高密的棉、涤纶混纺或纯涤纶材质，纱线强度高、抗撕裂性好 12. 面料透气性和导湿性好，洗涤后能快速烘干，缩短周转时间，满足医院“随脏随换、快速补给”的需求 13. 被套、枕套的开口处多采用拉链或魔术贴设计（而非家用的纽扣），方便快速更换，同时避免纽扣脱落造成患者误吞或划伤				
50	实木四方桌	1张桌子（带2把椅子） 桌子： 1. 尺寸 90*90*75cm 橡胶实木制作 结构稳固 2. 桌面厚度≥3cm 3. 桌腿宽度≥3cm 4. 圆润边角打磨 椅子： 1. 尺寸 57*47*88cm 2. 实木制作 结构稳固 3. 扶手椅腿直径≥3cm 4. 圆润打磨 5. 密度高、木质坚硬，抗磨损、抗变形能力强 6. 木材经过合理的干燥处理后，含水率稳定，能适应不同环境湿度变化，长期使用不易出现开裂、翘曲等问题 7. 优质实木经过清漆、木蜡油等环保涂装后，不仅能保护木材，还能凸显其天然色泽，且随着使用时间推移，木材会逐渐形成“包浆”，色泽更温润有质感，呈现独特的岁月痕迹 8. 实木桌通常只有天然木材的淡淡清香，无需像板材家具那样长时间通风散味，可快速投入使用 9. 采用榫卯结构、手工打磨等传统工艺，这些工艺不仅保证了家具的稳固性	张	5	1308	6540
51	适老化诊桌椅	包括1张桌子1把椅子 诊桌： 1. 加厚钢架称重 500kg 2. 带副柜副柜可指定方向 3. 采用医用抗菌板材 4. 附带密码锁保护隐私空间 5. 产品拐角双尺寸 1200*400*650mm 1200*600*750mm 7. 圆弧直径≥600mm 椅子： 1. 实木框架 2. ≥8cm 加厚座包 3. 加宽 6*3cm 扶手 4. 尺寸 54*54*85cm	套	6	1240	7440
52	室内活动康复	四合一组合（活动平板、坐式腹背训练器、坐式上肢康复训练器，踏步训练器） 活动平板：	台	1	17942	17942

	<p>设备</p> <p>1. 输出功率：(1500W) 2.5HP 2. 输入电压：220V (50HZ) 3. 展开尺寸：1650*700*1300mm 4. 包装尺寸：1640*780*330mm 5. 有效跑步面积：1200*430*1.6mm</p> <p>坐式腹背训练器：</p> <p>1. 尺寸（长宽高）：970*805*1030mm 2. 净重：40kg，承重150kg以上； 3. 阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4. 主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 5. 坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，座垫外层皮套可替换；</p> <p>坐式上肢康复训练器：</p> <p>1. 尺寸（长宽高）：980*770*1185mm 净重：40kg，承重150kg以上； 2. 阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 3. 主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 4. 靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适. 透气性好，外层皮套可替换；</p> <p>踏步训练器</p> <p>1. 依赖液压杆提供阻力，核心参数围绕“阻力调节”与“运动监测” 2. 通过调节液压杆压力实现，常见3-10档。档位越高，踏步所需发力越大 3. 产品重量：8-15kg 4. 产品尺寸：80*80*100mm 5. 可统计“踏步次数”，进阶款增加“运动时间”“消耗卡路里 6. 踏板宽度（≥30cm，避免脚滑）、带“防滑纹路”“护边”，带“扶手高度调节”</p>				
53	<p>文娱室设施</p> <p>包括音响4个、功放1台</p> <p>1. 双磁重低音 可调节重低音效果 可切换主题 2. 高音单元12寸 低音单元4寸 3. 高密度木质箱体 声音浑厚 有好音质 4. 可吊装可支架可壁挂安装方法 吊装配备掉价和膨胀丝 壁挂配备壁挂架和膨胀丝 5. 功率 ≥300W 大功率 6. 尺寸 36*60*36cm</p> <p>功放1台</p> <p>1. 自带话筒 2只 金属话筒送花罩 结实耐用掉地不容易坏 2. USB直读 各种U盘 SD卡均支持 3. AUX扩展 可连接其他设备共享音质 4. 场景预设 可连接灯光等增加氛围 5. 无线蓝牙 传输距离最高达100米 6. 超大功率</p>	套	1	6565	6565

		7. FM 收音 8. 光线同轴 9. 混响芯片 10. 蓝牙芯片支持 11. 尺寸≥43*91*22cm			
54	洗衣池	1. 尺寸：1000*580*800mm 2. 材质为石英石 经久耐用 光泽适中 3. 一体式搓衣板 洗衣更方便 4. 不发霉不怕太阳晒 5. 360 度旋转水龙头 内芯材质 纯铜 6. 带不生锈下水器 永不生锈 7. 防臭下水管 臭味不上反	个	4	410 1640
55	洗衣机	1. 能效等级 I 级 节省高效 2. 滚筒洗衣机 横向开门更实用 3. 洗涤容量 20KG 轻松掌握几套床单被罩 4. 具有高温消杀功能 健康除螨 剥离表面螨虫 温和舒展纤维降低螨虫附着力 5. 触控+旋钮双控 手湿不影响操控 6. 洗烘一体 更全面 7. BLDC 变频电机强劲安静 动力强 洁净更彻底 高速运转时依然保持静稳运行 8. 尺寸≥595*850*560mm 9. 四脚有高低调节功能 地面不平也不怕	台	11	2800 30800
56	转移垫	1. 用于运送移动患者 两侧有拉手 承重力大于 200N 2. 尺寸 1760*600mm 3. 3cm 厚海绵芯 4. 安全绑带设计 5. 牛津布料 6. 能紧密贴合床面、轮椅座面，避免使用者在转移过程中因接触面打滑而摔倒 7. 带把手的款式，还能让使用者借力抓握，进一步稳定身体重心 8. 采用柔软面料	个	4	280 1120
57	转移推车	规格：1950*660*750mm 1. 车整体采用优质不锈钢制成，美观大方，抗老化，不生锈，坚固耐用； 2. 床架由担架及车体两部分组成，担架可离开车体，担架配有自锁式护栏； 3. 车体大轮采用豪华型防滑静音轮方便推行，其中 2 只带刹车功能； 4. 车身下配有储物框，可盛放所需物品； 5. 方便转移病患和急救需求； 6. 车身带有不锈钢护栏和伸缩式输液架，为医护人员对病者进行急救提供方便。 7. 可调节护栏（如医用转移床的两侧可拆卸护栏）、安全带（腰	辆	3	2351 7053

		部 / 胸部固定带），避免人员在移动中滑落。 8. 底盘宽大且重心低，搭配防滑静音轮（部分带刹车锁止功能），推行时不易侧翻，停驻时可完全固定，防止推车意外滑动。 9. 自带储物篮（放护理用品）、输液架接口（供病人转移时持续输液）、折叠扶手（方便上下），无需额外携带工具，提升护理效率。 10. 车轮带减震功能，推行过门槛或不平路面时，能减少颠簸感，提升老人、术后病人的转移体验。 11. 医用转移推车配备可折叠围帘，在病区内转移时可遮挡，保护使用者隐私。				
58	坐式体重秤	1. 身高测量 $\geq 195\text{cm}$ 总高度 210cm 2. 最大承重 $\geq 300\text{kg}$ 宽度接近 80cm 3. 数码管显示 实时显示 不用时自动熄灭 4. 精度误差-10g 5. 内置锂电池 可充电 6. 支持蓝牙功能可与手机互联 7. 可选配打印机打印报告 8. 带轮子移动方便 9. 整体重量 $\geq 60\text{kg}$ 10. 秤体带有稳固的座椅和防滑底座，配备扶手，提升测量时的身体支撑，减少意外发生的可能。 11. 坐式秤配备大尺寸显示屏（方便老年人读取）、语音播报、数据存储（可连接手机 APP 记录长期变化）等功能，进一步提升使用体验。	台	3	2804	8412
59	适老化餐桌椅	一套包括 1 张桌子 4 把椅子 桌子 1. 橡胶实木框架； 一款专为老年人设计的桌子 桌面厚度 $\geq 55\text{mm}$ 2. 产品台面采用橡胶木指接板，无缝拼接，带弧形凹槽。 3. 桌角处采用倒圆工艺，无锐角，带手柄孔扶手。多一份安全与责任 方便老人借力起身。 4. 桌面有适老化导水槽；圆角打磨 精心设计 预防老人磕伤碰伤 5. 环保油漆，纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮。 6. 底部配有防滑脚垫，整体稳固。 7. 橡胶木脚腿 承重力强 不易开裂 。 8. 腿脚与桌面连接部位 有加固螺栓 经久耐用。 参考尺寸： 140*80*75cm 椅子 1. 实木框架 2. 扶手圆角木条设计 3. 无缝拼接角处采用倒圆工艺 4. 防水防污耐磨科技皮 5. 高密度原生海绵 6. 底部配有防滑脚垫整体稳固 7. 尺寸 50*55*85cm	张	4	1649	6596

		8. 实木桌通常只有天然木材的淡淡清香，无需像板材家具那样长时间通风散味，可快速投入使用。 9. 采用榫卯结构、手工打磨等传统工艺，这些工艺不仅保证了家具的稳固性。			
60	适老化接待台	1. 尺寸 280*60*100cm 2. 结构为环保高密度纤维板 3. 高亮光面板钢琴烤漆 4. 抽屉底盘脚造型实木雕刻 5. “新视觉”氛围灯发光设计 6. 抽屉带锁静音托盘 7. logo 字体可定制 8. 台面材质多选用防滑耐磨的板材，避免水杯打翻后积水打滑 9. 可调节角度的书写板（避免低头弯腰）	个	4	3291 13164
61	休闲沙发	1. 尺寸 170*60*64cm 2. 大三人位 四人也能坐得下 3. 前边柔弹加厚座包 采用优质西皮 时间长不起皮不掉色 柔软亲肤 有燃性。 4. 高挑有型扶手 光滑如玉 设计独特 5. 高密度海绵柔软回弹 迅速回弹 6. 侧面升级猫抓布防水防污 7. 加高金属椅脚 8. 带 2 个抱枕 柔软性高 可抱可枕 9. 能自然贴合腰部、背部、颈部曲线，避免久坐导致的腰颈酸痛 10. 弹簧 + 高回弹海绵的填充结构不易塌陷，面料（如科技布、防污棉麻）经过防污、耐磨处理，长期使用不易起球、褪色，使用寿命可达 5-10 年 11. 外套支持拆卸清洗（如拉链款棉麻外套），日常污渍可通过湿布擦拭（科技布）或局部清洁处理 12. 搭配弧形靠背、加宽扶手、加深坐深的设计（如懒人沙发、L 型休闲沙发），能自然贴合腰部、背部、颈部曲线，避免久坐导致的腰颈酸痛	个	6	820 4920
62	药柜	1. 尺寸 1200*500*1800mm 2. 台面材质 304 不锈钢 3. 设计六门三抽屉上边 3 个门 1 个对开门 1 个单开门 设计有锁功能 时间久不卡顿 4. 门上带 3C 钢化玻璃 5. 下边 3 个门 1 个对开门 1 个单开门 设计有锁功能 时间久不卡顿 6. 中间 3 个抽屉 抽拉手处 有塑料凹槽保护手指不伤手 7. 全静音滑轨 不生锈 不掉漆 耐用持久 8. 防潮透气耐酸碱 9. 通过专业设计直接规避药品变质、污染或失效风险 10. 避免不同剂型混合导致的取用混乱 11. 柜体多采用冷轧钢板），不仅耐磕碰、不易变形，且表面光滑，	个	5	2014 10070

		日常可通过湿布擦拭清洁，避免药品残留、污渍堆积导致的交叉污染				
63	衣柜	1. 700*584*2040mm 轻松容下生活用品 2. 实木生态板，厚度 \geqslant 1.5cm 3. 落地背板稳固不摇晃 4. 金属挂钩挂件 时间久不生锈不掉漆 5. 带门锁 纯铜锁芯 终身不坏 开锁流畅 6. 对开两门，门内有小储物空间 2 个，尺寸 \geqslant 15*25*40cm 7. 触摸时能感受到木材的温润触感，远优于板材的“工业复制感” 8. 具备感应灯带、挂衣杆高度调节孔 9. 实木的天然纤维结构更紧密，经过专业干燥处理 10. 使用中出现轻微划痕、磕碰，可通过打磨、补漆修复，恢复原有质感	个	98	1714	167972
64	医养服务管理系统	<p>大数据统计中心、营销管理、档案管理、入住在住退住管理、长者食堂、费用结算、健康管理、园内事务、养老评估、智能硬件管控、医护中心、药品管理、基础维护、AI 长者健康管理。系统管理后台支持 web 电脑端、windows 系统平板使用。移动端支持安卓系统和小程序双部署。</p> <p>评估监测配备 3 套基础装置(包括身份识别器、防跌倒识别预警地脚灯、睡眠监测等)，病房呼叫器配备 20 套(包括呼叫中心控制器、床头呼叫分机、走廊抬头显示等)。</p> <p>三年内免费提供所部署平台的现有数据接口，供其他平台进行数据调用。</p> <p>1. 面向养老机构的智能化管理平台，核心功能是整合医疗服务资源与养老服务需求，通过数字化手段实现老人健康监测、照护服务调度、医疗资源对接、运营管理等全流程高效协同，解决传统养老中“医疗与养老脱节”“服务效率低”“管理不规范”等痛点，为老人提供“医养结合”的高质量服务。</p> <p>2. 家属可通过微信小程序或 APP 查看相关健康，账单，智能设备报警信息。</p> <p>3. 系统自动推送老人重要信息(如“健康数据异常”“需续费提醒”)</p> <p>4. 强化照护任务调度、医疗协同、费用 / 物资运营管理，支持多楼层 / 多区域服务统筹。</p> <p>5. 建立机构养老运营数据库，实现机构养老业务的数据可视化，包括长者数量、床位入住情况统计、长者生活能力能力等级分布，护理等级及看护情况、健康检查异常监控、养老活动实时动态，实时照护计划实时滚动显示、健康监测数据滚动显示。</p> <p>6. 需包含长者档案信息的维护，包括家属信息、居住信息、补助信息、需求情况、健康情况，档案的多维度查询、批量导入、模板下载、长者档案 Excel 批量导入。</p> <p>7. 包括 AI 健康干预模块:应支持调用\geqslant5 种预置 AI 干预提示词模板，并提供自由问答交互功能。必须集成 DeepSeek, 大模型技术实现个性化报告生成，报告应包含长者基础数据、生活方式及\geqslant5 项可配置的健康检测数据分析结果。</p>	套	5	170000	850000

65	医用平车	<p>1、规格：长≥1930mm（±10mm）、宽≥640mm（±10mm）、高≥540/840mm（±10mm）。</p> <p>2、升降高度：520~810±10mm。</p> <p>3、起背角度：0~75±5°。</p> <p>4、净重：≤85kg。</p> <p>5、承重：≥250kg。</p> <p>6、床面：采用 ABS 工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，床板四角分别设计有把手。</p> <p>7、护栏：台面两侧配二片可提升式护栏，ABS 工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命通过提手开关实现上下提升功能，护栏的上部呈易于握持的形状可作病人起立时的助。</p> <p>8、给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。</p> <p>9、车体钢体喷塑，床板为 PP 树脂材料一次注射成形，两段式床面板。</p> <p>10、双片中控三档静音轮，刹车、万向、导向三档操控。采用中控技术，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。</p> <p>11、脚轮为 4 个中控脚轮，带有中央导向轮。外罩包 ABS 防缠绕，坚固耐用，推车尾部带中控开关。脚轮转动灵活，无变形和卡滞现象。</p> <p>12、辅助装置：带有厚度≥3CM 牛津布车垫，带有 2 条安全绑带。</p> <p>13、隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。</p> <p>14、车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。</p> <p>15. 医用平车并非单纯“运输工具”，而是可配合医疗操作的“移动诊疗平台”，减少患者二次转移的痛苦与风险。</p> <p>16. 可与病床、手术台、检查床（如 CT、X 光机）高度对齐，实现患者“平移转移”（无需抬抱）</p> <p>17. 平车可调节背部、腿部角度（如床头抬高 30° 用于半卧位吸氧，腿部抬高用于下肢骨折消肿），甚至支持俯卧位（适配背部手术患者转运），无需额外借助枕头、靠垫，简化操作且保证体位稳定。</p> <p>18. 车身表面采用抗菌 ABS 材质，无接缝、无死角，可直接用含氯消毒剂擦拭消毒。</p>	辆	5	3185	15925
66	饮水机	<p>1. 语音提醒功能 音量大清晰</p> <p>2. 快速切换模式水温 可一边加水一边加热</p> <p>3. 热水温度≥90℃</p> <p>4. 冷水温度≤15℃</p> <p>5. 制热功率 550w</p> <p>6. 额定总功率 620w</p> <p>7. 制冷功率 70w</p> <p>8. 净重 9kg</p> <p>9. 按压或触控按钮即可出水，老人、小孩都能轻松操作，无需掌</p>	台	2	399	798

		握复杂步骤。 10. 储水胆（或与桶装水的连接口）多为封闭设计，可避免空气中的灰尘、细菌落入水中，相比“敞口晾白开水”或“反复倾倒的大桶水”，减少了细菌滋生的机会。 11. 热水出水口会设计防烫外壳，避免误触烫伤；还带有“防干烧保护”功能。				
67	坐浴凳	1. 主架：主要由高强度铝合金管材组成，管的厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，表面阳极氧化处理，采用交叉螺丝安装方式设计； 2. 座靠板：坐板和靠背板采用 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹； 3. 脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用； 4. 高强铝合金管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，采用免焊连接工艺，承重 100kg； PE 吹塑座板；小脚垫，高度 6 档可调； 5. 总高：73–85cm 可调，总宽： $\geq 57\text{cm}$ ，坐宽： $\geq 40\text{cm}$ ，坐高：43–55cm 可调，坐深： $\geq 33\text{cm}$ ，靠背高度： $\geq 33\text{cm}$ 。 6. 凳面多为防滑材质（如硅胶防滑垫、纹理塑料），底部带防滑脚垫，接触地面时摩擦力强，避免凳体移位。 7. “加宽凳面”“加固支架”设计，进一步提升承重稳定性。 8. 双脚平稳踩地，减少因“起身 / 落座时重心不稳”引发的跌倒风险。 9. 支持 3–5 档高度调节（范围约 30–50cm），可根据使用者身高、坐浴盆 / 浴缸深度灵活调整，确保坐下时双脚自然踩地、膝盖呈 90° 舒适弯曲，避免“踮脚悬空”或“弯腰驼背”。 10. 材质以 PP 塑料、304 不锈钢为主，表面光滑无缝隙，不易藏污纳垢。	个	8	208	1664
68	座椅	1. 材质橡胶木 更加牢固 2. 垫厚 8cm 耐磨防滑 3. 回弹性佳 恢复弹性较快 4. 加宽 6*3cm 扶手不易变形 5. 座位颜色可自由选择 6. 人体工程学弧度设计 7. 尺寸 54*54*85cm 8. 座椅通过合理的结构设计（如弧形座面、分区靠背），将人体重量均匀分散到臀部、背部、腿部（尤其是大腿下侧），避免局部压力集中（例如久坐时臀部或腰部单点受力过大），从而减少肌肉紧绷感，延长舒适坐姿的持续时间。 9. 座面深度设计（通常 45–50cm），可让大腿前侧不被座沿挤压，避免腿部血液循环不畅。 10. 人体工学的座椅（如带腰枕的办公椅、弧形靠背的餐椅）能主动贴合脊柱生理曲度。	张	32	307	9824
69	制氧设备	1. 组成部分：AB 塔空压机冷干机空气储罐 2. 总重量大于 900KG 3. 流量 $3\text{Nm}^3/\text{h}$	套	1	165000	165000

	<p>4. 出氧压力 0.4~0.6Mpa</p> <p>5. 工作噪音<65db(A)</p> <p>6. 氧浓度≥90%</p> <p>7. 占地面积≈18~25m²</p> <p>8. 空压机选择的是品牌 运行稳定，维保成本低。</p> <p>9. 分子筛锂基分子筛可用十年也可更换</p> <p>10. 在线氧分析系统实时监测氧浓度。</p> <p>11. 可远程实现手机控制</p> <p>12. 运行稳定、故障率低，维保成本也不高。</p> <p>13. 分子筛都是采用医用锂基分子筛，制氧效果稳定持久，可保用10年左右。</p> <p>14. 设备单独安装在线氧分析仪，可实时监测制氧浓度。</p> <p>15. 装有 10 寸智能 PLC 控制系统，触摸屏操作，实时显示制氧设备状态，压力、浓度、开机时间等参数。配套手机操控软件，可实现手机远程操控。</p> <p>15. 能根据患者病情（如慢性阻塞性肺疾病、肺炎、心力衰竭、呼吸衰竭等）调整氧流量（0.5~10L/min 甚至更高）。</p> <p>16. 制氧设备可 24 小时连续运行，无需中断供氧。</p> <p>17. 制氧设备通过空气分离制氧（无高压存储），需避免潮湿、粉尘环境，使用中无爆炸、泄漏隐患。</p> <p>注：提供二类医疗器械注册证否则投标无效。</p>				
70	<p>毛笔：实木笔杆 手工制造 飞花雅令 狼毫 聚锋佳 弹性足 好写不开叉 适合行书、草书、国画写意、山水等 口径 1cm 出锋 4.3cm 杆长 24.5cm</p> <p>墨汁：250g 颜色：黑色 瓶子为塑料黑色带盖 标识有黑色标识</p> <p>毛毡：50*70cm 可重复使用</p> <p>毛边纸： 尺寸 30*39cm 9cm*12 格</p>	套	4	106	424
71	<p>1、规格：2150*780*(790~1080)mm ±10mm(长宽高)，背部调节：15°；床体承重不小于 200KG；床面采用优质不锈钢面，美观牢固；床框采用优质冷扎钢管 30mm*60mm*1.2mm 成型加工，矩形结构形式，牢固、美观。</p> <p>2、床板连接件：采用 3mm 厚全钢件连接，活动支架，背部床板采用双“V”型双支撑卸力结构，结构卸力均匀、分散。很大程度上</p>	张	4	4354	17416

		<p>提高了病床的安全性能以及最大限度减少摇杆受力，有效延长摇杆及病床使用寿命，后期的维修、维护更简单。</p> <p>3、防腐：床体表面防腐采用酸洗磷化，超声波除锈，静电粉末喷塑，塑粉喷涂厚度≥1mm，抗冲击耐腐蚀，且具有良好的透气性和耐用性；</p> <p>4、护栏：双侧设有折叠式不锈钢加长护栏，护栏上端达到115公分，金属连接件加固更安全耐用，带有锁件，防夹手装置，护栏放下后可180°旋转，使用方便、安全、牢固/方便上下床，减少二次伤害。可承受上下100公斤的拉力或压力等负荷。</p> <p>5、静音轮：带5寸豪华静音脚轮，分控独立刹车装置，脚轮为万向脚轮，轮面耐磨材料，内置自润滑轴承，不缠异物，静音耐磨；脚轮材质适合在PVC地板上使用的材质，确保不会损坏PVC地板表面。</p> <p>6、床垫：采用高韧性环保皮划艇料制成，材料通过ROSH/EN71等标准；垫内夹高密度EVA；柔软舒适，耐高温、严寒，不易变形，不易老化；可拆下清洁消毒。</p> <p>7、两组电机：电机始终以推力为导向，受力均匀，动力稳定，整床倾斜功能，整体升降功能一个电机负责一项功能，延长电机使用寿命。</p> <p>8.自带防滑台面 / 床垫，接触水后不易打滑，且部分产品边缘有防护栏，防止身体侧翻。</p> <p>9.配备防水漏电保护装置，浴床主体防水等级达IPX7及以上，杜绝水电接触的安全隐患。</p> <p>10.使用者可从“平躺”调整为“半坐”，方便清洗上半身，无需用力支撑头部。</p> <p>11.腿部调节功能，可抬高或放平腿部，方便清洗脚部或缓解下肢水肿。</p> <p>12.无需手动抬升或搬动使用者，只需按按钮调整浴床高度、角度</p> <p>13.带万向轮（带刹车锁），可推动至浴室喷头下，无需搀扶行走。</p>				
72	转移板	<p>1. 加厚竖槽聚丙烯材质</p> <p>2. 尼龙+纳米丝+背面涂蜡工艺</p> <p>3. 转移患者护理患者更轻松</p> <p>4. 轻便可折叠不占空间</p> <p>5. 尺寸 178*48*2cm 折叠尺寸 86*48*4cm</p> <p>6. 尼龙布套 两边带拉手孔 方便</p> <p>7. 净重 2KG</p> <p>8. 纹路选择斜纹 与受理点正好对称增加受力</p> <p>9. 使用者或照护者过度用力抬举身体，只需推动或滑动身体即可完成转移，减轻照护负担。</p> <p>10. 替代身体与座椅 / 床面的直接接触，避免皮肤擦伤、压疮，同时降低肌肉拉伤风险。</p> <p>11. 环保塑料（无异味、耐磨损）或防滑木质，无尖锐边缘。</p>	个	4	559	2236
73	诊断床(诊	<p>1. 尺寸：长*宽*高 1800*600*650mm</p> <p>2. 床面材质：选用优质钢管，表面内衬海绵，外包皮革，坚固舒</p>	张	6	410	2460

	疗床)	<p>适耐用。</p> <p>3. 床框尺寸：2*4cm 方管。</p> <p>4. 床腿材质：床腿均可选用 4*4cm 方管。</p> <p>5. 可满足内科（体格检查、听诊触诊）、外科（伤口处理、局部清创）、妇科（妇科检查、分泌物取样）、皮肤科（全身皮肤视诊）、放射科（配合 X 光、超声等影像检查，部分型号带透 X 线面板）等多科室需求，减少科室间设备重复采购。</p> <p>6. 配备侧方抽屉（存放检查器械、消毒用品）、输液架挂钩。</p> <p>7. 床面材质（如 PU 皮革、不锈钢）防水、防腐蚀，可直接用含氯消毒剂擦拭或紫外线消毒，符合医院感染控制标准。</p> <p>注：提供医疗器械备案证否则投标无效。</p>				
74	助行器	<p>1. 材质：铝合金+PE 塑料 带轮子 一键折叠 实用便捷</p> <p>2. 尺寸：75-90*48*50cm 双弯型设计 可助力不方便人员起立站起更省力。</p> <p>3. 产品承重：125kg</p> <p>4. 产品重量：2. 1kg</p> <p>5. 档位高度：8 档可调节</p> <p>6. 底部配有橡胶防滑垫，在瓷砖、木地板等光滑地面行走时，能增强摩擦力，避免打滑。</p> <p>7. 高度可调节，用户坐下时可双手撑住扶手，借助上肢力量缓慢起身；坐下时也能依托助行器保持平衡，避免直接“蹲坐”导致的头晕或摔倒。</p> <p>8. “带座助行器”，行走累时能直接坐下休息，无需额外寻找座椅。</p> <p>9. 室内（狭窄通道、卫生间）可选用轻便的折叠款，方便收纳。</p> <p>注：提供医疗器械备案证否则投标无效。</p>	台	40	228	9120
合计：						3180860

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投标文件

项目编号:_____

采购编号:_____

供应商（盖单位公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、已标价的采购清单
- 三、法定代表人身份证明及授权委托书
- 四、供应商资格性证明文件
- 五、服务及履约承诺书
- 六、技术性能参数的详细描述
- 七、商务和技术偏差表
- 八、其他资料

一、投标函及开标一览表

(一) 投标函

致: 采购人

1、在研究了该项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究服务内容及其它有关文件后，对该项目我们愿意参与报价，投标报价为（大写）_____，（小写）_____。供货安装期限（合同履行期限）_____，质量要求_____，质保期_____。按采购招标文件、合同条款、技术规范的条件要求服务并修补任何缺陷。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到按照规定时间完成本项目服务的全部内容，达到合同规定的要求。

4、我们同意在投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，你单位不一定接受最低报价的投标。

7、我们同意按照按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协（2023）002号文件的规定，采购代理服务费由中标单位向采购代理机构支付。

8、其他补充说明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 开标一览表

供应商名称	
项目名称	
投标报价	大写： 小写：
供货地点	
质量	
投标有效期	
备注：	

注：供应商企业应结合自身实力对本项目采购范围内全部内容进行报价。合同总价即为投标报价，投标报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费等），以人民币为单位。投标报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用和各项税金等本项目所需的一切费用。报价不得超过采购预算价。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

二、已标价的采购清单

项目名称及标段：_____

产品名称	品牌（如有）	生产厂家名称	规格型号	数量	单价（元）	合计（元）
合计（元）						

注：

- 1、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理，该表可扩展。
- 2、供应商单项报价均不能超出清单相对应的单价（若有），其中任何一项超出单项预算价均视为无效投标文件。
- 3、响应参数中应准确填写规格型号，且应和响应文件所附佐证说明材料或产品官网公示内容相符。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

(1) 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单 位 性 质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：_____

_____年_____月_____日

(2) 授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____（采购人）的_____（项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号：

被授权人（签字或盖章）：

身份证号：

日期： 年 月 日

注：后附法定代表人及被授权人身份证复印件（加盖单位公章）

四、供应商资格性证明文件

注：招标文件对供应商提供资格证明要求中所有涉及到的原件或复印件等，需加盖公章。

4.1 资格声明

致：_____（采购人名称）

我单位愿意对_____项目进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

我单位在此郑重承诺，如有以下情形之一的，我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 1、在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- 2、在投标文件中提供虚假材料；
- 3、中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- 4、未能按招标文件规定提交履约保证金；
- 5、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- 6、拒绝履行合同义务；
- 7、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- 8、在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同等约定，提供货物、工程和服务；
- 9、未按招标文件规定缴纳采购代理服务费，或中标后，非采购人及采购代理机构原因导致废标的，要求退还代理服务费；
- 10、存在其他违法违规行为。

特此声明！

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

4.2 供应商资格条件及履约承诺函

致: _____(采购人名称)_____

在采购编号为_____的_____(项目名称)____采购活动中,我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺:

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件(具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;法律、行政法规规定的其他条件。)。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标,严格遵守政府采购相关法律法规,不造假,不围标、串标、陪标。我公司已清楚,如违反上述要求,投标文件将作无效处理,被列入不良记录名单并在网上曝光,同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核实了投标文件的全部内容,所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责,如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的,则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料,我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺中标后项目不转包,未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证,所提供的货物通过合法正规渠道供货,在提供给采购人前具有完全的所有权,采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷;如有纠纷,我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容,包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件;除我公司在《招标文件》规定期间内提出的质疑外,我公司放弃对这方面不明及误解的权力,并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的,并按采购人现有条件及要求编制投标报价;我公司的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投

标报价保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

4.3 供应商基本情况表

供应商			组织形式		
邮政编码		联系电话		联系人	
注册资金			注册号		
经营范围					
生 产 及 服 务 能 力					

五、服务及履约承诺书

致：

承诺内容：

- 注：1、详细说明服务的内容、形式、解决质量的响应时间、解决问题时间、联系方式。
2、质量保障措施。
3、服务承诺。
4、中标后，按照采购文件约定的验收程序、验收标准、资金支付等进行履约，如我单位违反或不履行约定和义务的，自愿承担由此导致的一切责任、承担一切相关费用。
5、供应商认为需要说明的其它服务计划...（供应商可提出额外的承诺）

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

六、技术性能参数的详细描述

七、商务和技术偏差表

序号	名称	招标文件规格	投标文件规格	偏离说明

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格，该表可扩展；

2、商务部分应注明以下几项：质量、合同履行期限、质保期、供货安装期限、付款方式等，但不限于上述几项。

3、响应文件技术参数应与提供的检验检测报告等证明材料相符，照搬招标文件技术参数的，将其作为无效响应处理。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

八、其他资料

注：评标办法中所有涉及到的原件或复印件等及供应商认为有必要提交的其它材料。

8.1 享受政府采购政策扶持的证明材料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：
日期： 年 月 日

注：不属于残疾人福利性单位的投标单位投标文件中可不附此项。

8.3 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）