

四、报价明细表

项目名称：沁阳市中医院高清关节镜采购项目（二次）

金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌、型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	4K内窥镜光源摄像系统	瑞朗泰科/RL05001	1	套	280000	280000	/
2	手柄摄像头	瑞朗泰科/RL05002	1	套	80000	80000	/
3	刨削主机	瑞朗泰科/RL090001	1	台	100000	100000	/
4	手柄	瑞朗泰科/RL090002			60000	60000	/
5	等离子手术主机	瑞朗泰科/RL550001	1	台	100000	100000	/
6	关节镜镜头	德美德/DA030054KA	1	套	60000	60000	含：双阀、可旋转套管、穿刺锥
7	探钩	瑞朗泰科/均型	1	把	2000	2000	/
8	直行篮钳	瑞朗泰科/RL0240101	1	把	8000	8000	/
9	头左弯篮钳	瑞朗泰科/RL0240103	1	把	8000	8000	/
10	头右弯篮钳	瑞朗泰科/RL0240104	1	把	8000	8000	/
11	软组织抓钳	瑞朗泰科/RL0240127	1	把	8000	8000	/
12	交换棒	瑞朗泰科/均型	1	根	2000	2000	/
13	抓线钳	瑞朗泰科/RL0240126	1	把	8000	8000	/
14	器械消毒盒	瑞朗泰科/均型	1	盒	2000	2000	/
投标报价：（大写）柒拾贰万陆仟元整 （小写）：726000.00元							

重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；

2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）

投标人名称（公章）：河南捷律电子科技有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

2024年12月25日

4、技术偏离表

序号	采购文件需求	投标文件响应	偏离情况	备注
2.1、	4K 医用内窥镜摄像系统	4K 医用内窥镜摄像系统	符合	/
1、	图像传感器：逐行扫描 8MPIXCOS 传感器	图像传感器：逐行扫描 8MPIXCOS 传感器	符合	/
2、	摄像头防水等级：不低于 IPX7	摄像头防水等级：不低于 IPX7	符合	/
3、	最低照度 $\leq 0.5\text{Lux}$	最低照度 $\leq 0.5\text{Lux}$	符合	/
4、	摄像头有效像素应不低于 6000KPixel	摄像头有效像素应不低于 6000KPixel	符合	/
5、	信噪比 $\geq 50\text{dB}$	信噪比 $\geq 50\text{dB}$	符合	/
6、	静态图像宽容度：100-200	静态图像宽容度：100-200	符合	/
7、	具有自动白平衡,自动背光补偿功能	具有自动白平衡,自动背光补偿功能	符合	/
8、	电子放大倍数不低于 3 倍	电子放大倍数 1-10 倍	符合	/
*9、	摄像头按键具备：抓拍、冻结、录制、白平衡等功能	摄像头具有支持 ≥ 5 个快捷键,和 ≥ 10 种预设功能。可设置 PUSH 白平衡、拍照、录像、亮度、对比度、饱和度、锐利度、图像冻结、图像变倍等功能。	符合	详见彩页和检验报告
10、	摄像主机自带图像录制、存储功能	具有拍照/录像及存储功能,主机可拍照/录像及存储至 USB	符合	/
11、	不低于 5 组场景设置	可保存 ≥ 11 种客户个性化设置,可设置 ≥ 8 种工作场景。	符合	/
*12、	能够通过遥控器冻结、抓拍、录制、回放、白平衡等功能光源：	能够通过摄像头遥控器冻结、抓拍、录制、回放、白平衡、放大、缩小等功能光源：	正偏离	详见彩页和检验报告
13、	显色指数： >90	显色指数： >90	符合	/
14、	相关色温：3000~7000K	相关色温：3000~7000K	符合	/
15、	照度： $\geq 700,000\text{Lux}$	照度： $\geq 700,000\text{Lux}$	符合	/
16、	具备监视和提示光源寿命功能	具备监视和提示光源寿命功能	符合	/
17、	连续无级可调	连续无级可调,手柄摄像头可定制,固定焦距耦合器焦距 22mm、可变倍耦合器焦距 14-32mm	符合	/
*18、	摄像、光源、图像录放存储功能于一体	摄像、光源、图像录放存储功能于一体	符合	详见彩页和检验报告
2.2、	内窥镜手术刨削器	内窥镜手术刨削器	符合	/
1、	可以实现正转、反转、往复转等功能	可以实现正转、反转、往复转等功能	符合	/
*2、	转速不低于 8000r/min 且往复转不低于 5000r/min、扭矩不低于 40N	刨刀转速：500r/min-5000r/min,往复运动频次可调,磨头模式的转速：6000r/min-12000r/min	符合	详见彩页和检验报告
3、	手柄吸引通道流量不低于 400ml/min	手柄吸引通道流量不低于	符合	/

		400mL/min		
4、	电缆长度：不低于 3m	电缆长度：不低于 3m	符合	/
5、	脚踏开关防水等级不低于 IPX8	脚踏开关防水等级不低于 IPX8	符合	/
6、	脚踏开关具备正转、反转、往复转以及档位调节等功能	脚踏开关具备正转、反转、往复转以及档位调节等功能	符合	/
2.3、	等离子手术设备	等离子手术设备	符合	/
1、	具备切割和凝血功能	具备切割和凝血功能	符合	/
2、	自动检测连接状态	自动检测连接状态	符合	/
3、	设置消融或凝血的档位和定时输出周期	设置消融或凝血的档位和定时输出周期	符合	/
4、	基本频率:100-110khz	基本频率:100-110khz	符合	/
5、	最大输出功率：不高于 400W@100K	最大输出功率：不高于 400W@100K	符合	/
6、	根据电极种类确定基础档位	根据电极种类确定基础档位	符合	/
7、	可以在 1-99 秒范围内设置定时	可以在 1-99 秒范围内设置定时	符合	/
2.4、	关节镜	关节镜	符合	/
*1、	4K 关节镜（带 4K 标志），视野角 ≥ 105 度， $30^{\circ} \times 4\text{mm}$ 关节镜（支持高温高压消毒）	4K 关节镜（带 4K 标志），视野角 ≥ 105 度， $30^{\circ} \times 4\text{mm}$ 关节镜（支持高温高压消毒）	符合	详见质检报告
2、	物镜采用蓝宝石物镜	物镜采用蓝宝石物镜	符合	/
3、	关节镜可用于膝、肩、髌等关节手术使用	关节镜可用于膝、肩、髌等关节手术使用	符合	/
4、	配套双阀、可旋转套管	配套双阀、可旋转套管	符合	/
5、	配套穿刺锥	配套穿刺锥	符合	/
2.5、	手术工具	手术工具	符合	/
	手术工具明细：探钩一把、直行篮钳一把、头左弯篮钳一把、头右弯篮钳一把、软组织抓钳一把、交换棒一根、抓线钳一把、器械消毒盒一个。	手术工具明细：探钩一把、直行篮钳一把、头左弯篮钳一把、头右弯篮钳一把、软组织抓钳一把、交换棒一根、抓线钳一把、器械消毒盒一个。	符合	/
2.6、	其他	其他	符合	/
1、	手动平板小推车一辆	手动平板推车一辆	符合	/
*2、	所有设备为同一品牌	所有设备为同一品牌	符合	详见彩页
3、	关节镜镜子消毒盒一个	关节镜镜子消毒盒一个	符合	/