

表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	济源市动物疫病预防控制中心
拟采购产品名称	全自动微生物鉴定及药敏分析系统一台
拟采购产品金额	625000 元
采购项目所属项目名称	济源市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心 建设项目
采购项目所属项目金额	2500000 元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、中国境内无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其他	
原因阐述： 全自动微生物鉴定及药敏分析系统：①自动化程度更高，性能更加稳定可靠，可有效减少人员操作，降低污染率；②数据库更丰富，配套试剂种类丰富，可鉴定微生物种类更多，可满足日益复杂的微生物检测需求；③工作效率更高，实验所需时间更短，可满足快速鉴定需求。	
三、专家论证意见	
进口设备稳定性强，数据库强，可鉴定多种类别，在2次中可以进一步提高效率，建议购买进口设备。	
专家签字：刘伟 2023年11月28日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	济源市动物疫病预防控制中心
拟采购产品名称	显微成像系统一台
拟采购产品金额	40000 元
采购项目所属项目名称	济源市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心 建设项目
采购项目所属项目金额	2500000 元

二、申请理由

☐1、中国境内无法获取

☐2、中国境内无法以合理的商业条件获取

☒3、其他

原因阐述：

显微成像系统：①进口显微成像系统色彩还原度和像素更高，可以保证拍摄分辨率高、质量好的图片，便于临床诊断细菌等微生物类型；②软件性能稳定，可使用年限较国产长。

三、专家论证意见

进口显微成像系统较国产设备更先进，使用性能稳定，图像清晰，便于实验室工作人员分变，因此可以购买进口设备。

专家签字：王小平

2023年 11月 28日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	济源市动物疫病预防控制中心
拟采购产品名称	单道移液器 10 把、8 道移液器 6 把
拟采购产品金额	74000 元
采购项目所属项目名称	济源市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心 建设项目
采购项目所属项目金额	2500000 元

二、申请理由

☐1、中国境内无法获取

☐2、中国境内无法以合理的商业条件获取

☒3、其他

原因阐述：

单道移液器和多道移液器：①材质坚固，耐高温抗腐蚀，可整只高压灭菌，满足实验室生物安全要求；②精确度更高，精准满足微量移液需求；③设计合理，操作用力小，能有效避免手部重复性劳损。

三、专家论证意见

进口设备相较国内设备精度更高、更准、使用寿命长、操作简单，能降低实验室生物安全风险。建议采购进口产品。

专家签字： 

2023年11月28日