

表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	济源市动物疫病预防控制中心
拟采购产品名称	全自动微生物鉴定及药敏分析系统一台
拟采购产品金额	625000 元
采购项目所属项目名称	济源市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心 建设项目
采购项目所属项目金额	2500000 元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、中国境内无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其他	
原因阐述： 全自动微生物鉴定及药敏分析系统：①自动化程度更高，性能更加稳定可靠，可有效减少人员操作，降低污染率；②数据库更丰富，配套试剂种类丰富，可鉴定微生物种类更多，可满足日益复杂的微生物检测需求；③工作效率更高，实验所需时间更短，可满足快速鉴定需求。	
三、专家论证意见	
进口全自动微生物鉴定及药敏分析系统，经相较于国产同类产品，性能更优，操作更方便，可鉴定微生物种类更多，结果更准确可靠，故建议购买进口产品。 专家签字：王军峰 2023 年 11 月 28 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	济源市动物疫病预防控制中心
拟采购产品名称	显微成像系统一台
拟采购产品金额	40000 元
采购项目所属项目名称	济源市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心 建设项目
采购项目所属项目金额	2500000 元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、中国境内无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其他	
原因阐述： 显微成像系统：①进口显微成像系统色彩还原度和像素更高，可以保证拍摄分辨率高、质量好的图片，便于临床诊断细菌等微生物类型；②软件性能稳定，可使用年限较国产长。	
三、专家论证意见	
进口显微成像系统相较于国产同类产品成像更清晰、操作方便、使用寿命长、故障率低、软件操作简单稳定、认可度高，故建议购买进口产品。 专家签字：王军红 2023年 11月 28日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	济源市动物疫病预防控制中心
拟采购产品名称	单道移液器 10 把、8 道移液器 6 把
拟采购产品金额	74000 元
采购项目所属项目名称	济源市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心 建设项目
采购项目所属项目金额	2500000 元

二、申请理由

☐1、中国境内无法获取

☐2、中国境内无法以合理的商业条件获取

☒3、其他

原因阐述：

单道移液器和多道移液器：①材质坚固，耐高温抗腐蚀，可整只高压灭菌，满足实验室生物安全要求；②精确度更高，精准满足微量移液需求；③设计合理，操作用力小，能有效避免手部重复性劳损。

三、专家论证意见

进口移液器相较于国产同类产品，精度更高，使用寿命更长，操作用力小，能整只高压灭菌，降低实验室生物污染风险，故建议购买进口产品。

专家签字：王军

2023 年 11 月 28 日