

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许瑞友		
	职称: 中级		
	工作单位: 济源市肿瘤医院		
项目信息	项目名称: 济源市人民医院飞利浦数字减影系统维保采购项目		
	供应商名称: 飞利浦(中国)投资有限公司		
专业人员 论证意见	一、由于维保的飞利浦数字减影设备拟更换的全新原厂的球管、探测器等为该设备的核心部件,而球管属于第二类医疗器械监管的必备件。为保证备件渠道的合法性、及时性,只能从飞利浦公司获取。 二、由于该设备价值高,技术水平高,维护要求的技术高,所以需要原厂家的技术支持,这是其他第三方维保公司所不能比拟的。 三、飞利浦(中国)投资有限公司全权负责中国境内飞利浦产品的销售和售后服务,只有该公司或其授权的代理商提供服务,故建议采用单一来源采购方式。		
专家签字	许瑞友	日期	2024.10.25

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。