

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	开封市中心医院
采购项目名称	开封市中心医院人体成分分析仪采购项目
采购项目金额	16 万元
采购项目所属项目名称	开封市中心医院人体成分分析仪采购项目
采购项目所属项目金额	16 万元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

我科因业务发展需要，申请购买人体成分分析仪设备，经科室人员论证，认为进口设备有点如下：能满足科室开展新的临床应用需求，现申请购买进口产品的理由如下：

1、进口产品在仪器质量以及售后服务上优于国产产品，可有效减低医院维修成本：

2、进口产品数据稳定性更强，测量误差(尤其是躯干电阻抗)小于国产产品，能更好地应用于体重管理、营养评估、营养诊断、水肿判定、人体基础代谢测定等方面的人体成分测量、分析和科研，同时能够更好地服务于患者和临床；

3、该申购设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品。

综上所述，医院申请购买进口医疗设备。

三、专家论证意见：（技术专家一）

该进口设备与国产设备在临床及实验室对比，进口设备成份分析仪量程范围更广，结果更为精准，其稳定性更佳，操作更为便捷，基于其以上性能，建议购买进口产品，便于临床开展科研和精确治疗。

专家签字：

陈露

工作单位：

开封市医学科

2025年7月21日

专家论证意见：（技术专家二）

该进口设备在质量和售后服务方面优于国产设备；数据稳定性较高，测量误差小，能较好地应对体重管理、营养诊断、营养评估、水肿判定、人体基础代谢测定等方面的人体成分测量、分析和科研，更好地服务于患者和临床。

专家签字：

李春莲

工作单位：

开封市人民医院

2025年7月24日

专家论证意见: (技术专家三)

目前人体成分分析仪设备以进口设备为主, 国产同类产品具备以下优势:

一、阻抗测量范围: 进口产品人体阻抗范围可达 10-1000Ω, 国产产品可测量最小阻抗为 20Ω, 阻抗测量范围有限。

二、进口产品配有电极可测量截肢患者等特殊人群, 国产产品电极是粘夹手指式足部, 对于特殊人群进口产品更有优势。

综上所述, 建议采购进口人体成分分析仪设备。

专家签字:

李科

工作单位:

河大一附院

2025 年 7 月 24 日

专家论证意见: (技术专家四)

据了解目前人体成分分析仪设备以进口设备较多, 以国产进口设备具备以下优势:

1. 进口产品测量电阻的电流频率误差可控制在 ±1% 以内, 国产产品的电流频率误差范围基本在 ±3% 左右。

2. 进口产品配有钳形电极, 可测量截肢患者等特殊人群, 国产电极是粘夹在手指或足底, 无法测量截肢患者, 不够全面。

专家签字:

王刚

工作单位:

开封市疾控中心

2025 年 7 月 24 日

专家论证意见：(法律专家五)

该产品符合国家产品进出口的相关规定，不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》范围内禁止或限制产品。同意采购进口产品。

专家签字：



工作单位：

五新新及胡法律所

2025 年 7 月 29 日