

# 漯河市第三人民医院

## 关于产床采购进口设备的情况说明

我院妇产科为市级重点专科，妇产科近年来在院领导的支持和全科同事的努力下不断进步和发展。

医疗技术的快速发展与进步，以及人民生活水平的提高，很多产妇对生产的舒适度要求也越来越高，鉴于我院妇产科的实际情况，为提升我院现代妇产领域的发展，我院所采购产床进口设备原因如下：

1、进口产床具备五种以上自由分娩体位，助产师可根据产妇胎位情况进行选择，适应产科学科现在及未来发展的需要。

2、进口产床具有多功能置脚板，可快速隐藏在坐板下方，无需拆卸。置脚板的可调节设计，可为医护人员提供了足够的操作空间，当置脚板处于倾斜角度时，又能起到腿部支撑的作用。

3、进口产床配有多功能腿架，腿架采用双关键设计，可旋转调节角度及高低，并可作为脚蹬使用，方便助产接生；

以上功能国产产品无法全部满足，故采购进口产品。

为了给产妇提供最佳的分娩体验，提高手术质量和工作效率，建立省内外先进的妇产科重点专科，提升医疗水平，特申请购置进口产品。

综上所述，国产的产品无法满足上述需求，进口产品具有不可替代性，因此我院申请购置进口产品。



2022年10月21日

## 医疗机构医用设备采购进口产品申请表

|            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申请单位       | 漯河市第三人民医院                                                                                                                                                                                                                          |
| 申请文件名称     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 采购项目名称     | 产床                                                                                                                                                                                                                                 |
| 采购项目金额     | 75 万                                                                                                                                                                                                                               |
| 采购项目所属项目名称 | 漯河市第三人民医院（漯河市妇幼保健院）疫情防控能力提升医疗设备采购项目                                                                                                                                                                                                |
| 采购项目所属项目金额 | 110 万                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目使用单位     | 漯河市第三人民医院                                                                                                                                                                                                                          |
| 申请理由       | <p>申请进口理由如下：</p> <p>1、进口产床具备五种以上自由分娩体位，助产师可根据产妇胎位情况进行选择，适应产科学科现在及未来发展的需要。</p> <p>2、进口产床具有多功能置脚板，可快速隐藏在坐板下方，无需拆卸。置脚板的可调节设计，可为医护人员提供了足够的操作空间，当置脚板处于倾斜角度时，又能起到腿部支撑的作用。</p> <p>3、进口产床配有多功能腿架，腿架采用双关键设计，可旋转调节角度及高低，并可作为脚蹬使用，方便助产接生。</p> |

以上功能国产产品无法全部满足，故采购进口产品。

为了给产妇提供最佳的分娩体验，提高手术质量和工作效率，建立省内外先进的妇产科重点专科，提升医疗水平，特申请购置进口产品。



# 医疗机构医用设备采购进口产品所属行业

## 主管部门意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                              | 漯河市第三人民医院                           |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                           | 产床                                  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 万                                |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                        | 漯河市第三人民医院（漯河市妇幼保健院）疫情防控能力提升医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 万                               |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <p>申请进口理由如下：</p> <p>1、进口产床具备五种以上自由分娩体位，助产师可根据产妇胎位情况进行选择，适应产科学科现在及未来发展的需要。</p> <p>2、进口产床具有多功能置脚板，可快速隐藏在坐板下方，无需拆卸。置脚板的可调节设计，可为医护人员提供了足够的操作空间，当置脚板处于倾斜角度时，又能起到腿部支撑的作用。</p> <p>3、进口产床配有多功能腿架，腿架采用双关键设计，可旋转调节角度及高低，并可作为脚蹬使用，方便助产接生；</p> <p>以上功能国产产品无法全部满足，故采购进口产品。</p> |                                     |
| 三、行业主管部门意见                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <p>王向良</p> <p>盖章</p> <p>年 月 日</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |

漯河市第三人民医院（漯河市妇幼保健院）疫情防控能力提升医疗设备采购项目  
产床进口产品专家论证签到表

| 采购单位 |     |                  | 漯河市第三人民医院 |                    |                 |             |
|------|-----|------------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|
| 时间   |     | 2022 年 10 月 26 日 |           | 地点                 | 河南四方建设管理有限公司会议室 |             |
| 序号   | 姓名  | 专业职称             | 工作单位      | 身份证号               | 签到时间            | 联系电话        |
| 1    | 陈华伟 | 工程师              | 郾城区人民医院   | 411123196806060032 | 9:15            | 13703443002 |
| 2    | 陈向东 | 高级经济师            | 漯河市中心医院   | 410728198408287615 | 9:15            | 13348869998 |
| 3    | 位杰  | 高级               | 漯河市中医院    | 411102197112131521 | 9:20            | 13839572686 |
| 4    | 司超  | 工程师              | 漯河市中心医院   | 411121197810170517 | 9:20            | 13938025228 |
| 5    | 张合达 | 律师               | 河南信博律师事务所 | 411231198201204020 | 9:30            | 13939510018 |

## 政府采购进口产品专业论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                | 漯河市第三人民医院                                                                           |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                             | 产床                                                                                  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                             | 75 万                                                                                |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                          | 漯河市第三人民医院(漯河市妇幼保健院)疫情防控能力提升医疗设备采购项目                                                 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                          | 110 万                                                                               |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 原因阐述：<br>申请进口理由如下：<br>1、进口产床具备五种以上自由分娩体位，助产师可根据产妇胎位情况进行选择，适应产科学科现在及未来发展的需要。<br>2、进口产床具有多功能置脚板，可快速隐藏在坐板下方，无需拆卸。置脚板的可调节设计，可为医护人员提供了足够的操作空间，当置脚板处于倾斜角度时，又能起到腿部支撑的作用。<br>3、进口产床配有多功能腿架，腿架采用双关键设计，可旋转调节角度及高低，并可作为脚蹬使用，方便助产接生；<br>以上功能国产产品无法全部满足，故采购进口产品。 |                                                                                     |
| 三、专家论证意见：（写不下可另附附件）                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <p style="font-size: 1.2em;">进口多功能电动产床，在待产、分娩等可进行任意三维调整，实现自由体位，能有效缩短产程，降低分娩风险，清洁卫生方便舒适，能有效降低感染风险。</p>                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 专家签名：                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022年10月26日                                                                         |

## 政府采购进口产品专业论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 漯河市第三人民医院                           |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产床                                  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 万                                |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 漯河市第三人民医院(漯河市妇幼保健院)疫情防控能力提升医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 万                               |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <p>原因阐述:</p> <p>申请进口理由如下:</p> <p>1、进口产床具备五种以上自由分娩体位,助产师可根据产妇胎位情况进行选择,适应产科学科现在及未来发展的需要。</p> <p>2、进口产床具有多功能置脚板,可快速隐藏在坐板下方,无需拆卸。置脚板的可调节设计,可为医护人员提供了足够的操作空间,当置脚板处于倾斜角度时,又能起到腿部支撑的作用。</p> <p>3、进口产床配有多功能腿架,腿架采用双关键设计,可旋转调节角度及高低,并可作为脚蹬使用,方便助产接生;</p> <p>以上功能国产产品无法全部满足,故采购进口产品。</p>                                                                 |                                     |
| <p>三、专家论证意见: (写不下可另附附件)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">由于国产产床装置不能同时具备用户所需功能和技术要求,无法满足临床需求,建议采购进口产品。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">             专家签名: <span style="font-family: cursive; font-size: 1.5em;">P8108</span> </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2022 年 7 月 14 日</p> |                                     |

## 政府采购进口产品专业论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                | 漯河市第三人民医院                                                                           |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                             | 产床                                                                                  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                             | 75 万                                                                                |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                          | 漯河市第三人民医院(漯河市妇幼保健院)疫情防控能力提升医疗设备采购项目                                                 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                          | 110 万                                                                               |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 原因阐述：<br>申请进口理由如下：<br>1、进口产床具备五种以上自由分娩体位，助产师可根据产妇胎位情况进行选择，适应产科学科现在及未来发展的需要。<br>2、进口产床具有多功能置脚板，可快速隐藏在坐板下方，无需拆卸。置脚板的可调节设计，可为医护人员提供了足够的操作空间，当置脚板处于倾斜角度时，又能起到腿部支撑的作用。<br>3、进口产床配有多功能腿架，腿架采用双关键设计，可旋转调节角度及高低，并可作为脚蹬使用，方便助产接生；<br>以上功能国产产品无法全部满足，故采购进口产品。 |                                                                                     |
| 三、专家论证意见：（写不下可另附附件）                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <p style="font-size: 1.2em;">为适应产科学科目前及未来诊疗发展的需要，对产床的要求越来越需要适应诊疗的方便及适应性。进口产床具备五种以上自由分娩体位，可根据产妇胎位情况进行选择，并具有多功能置脚板，无需拆卸，可调节提供了足够的操作空间，同时配有多功能腿架，可角度调节，方便助产操作。目前国产产品无法完全满足条件。</p>                                                                      |                                                                                     |
| 专家签名：                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2022 年 10 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |

## 政府采购进口产品专业论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 漯河市第三人民医院                           |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产床                                  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 万                                |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 漯河市第三人民医院(漯河市妇幼保健院)疫情防控能力提升医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 万                               |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <p>原因阐述:</p> <p>申请进口理由如下:</p> <p>1、进口产床具备五种以上自由分娩体位,助产师可根据产妇胎位情况进行选择,适应产科学科现在及未来发展的需要。</p> <p>2、进口产床具有多功能置脚板,可快速隐藏在坐板下方,无需拆卸。置脚板的可调节设计,可为医护人员提供了足够的操作空间,当置脚板处于倾斜角度时,又能起到腿部支撑的作用。</p> <p>3、进口产床配有多功能腿架,腿架采用双关键设计,可旋转调节角度及高低,并可作为脚蹬使用,方便助产接生;</p> <p>以上功能国产产品无法全部满足,故采购进口产品。</p>                                           |                                     |
| <p>三、专家论证意见: (写不下可另附附件)</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">进口产床设备性能稳定,故障率低,使用周期长,更能满足临床病人的需求.故建议购进口产床设备.</p> <p style="margin-top: 100px;">专家签名: </p> <p style="text-align: right; margin-top: 50px;">2022年10月26日</p> |                                     |

## 政府采购进口产品专业论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                           | 漯河市第三人民医院                                                                                                                                                                                             |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产床                                                                                                                                                                                                    |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 万                                                                                                                                                                                                  |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                     | 漯河市第三人民医院(漯河市妇幼保健院)疫情防控能力提升医疗设备采购项目                                                                                                                                                                   |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 万                                                                                                                                                                                                 |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| <p>原因阐述:</p> <p>申请进口理由如下:</p> <p>1、进口产床具备五种以上自由分娩体位,助产师可根据产妇胎位情况进行选择,适应产科学科现在及未来发展的需要。</p> <p>2、进口产床具有多功能置脚板,可快速隐藏在坐板下方,无需拆卸。置脚板的可调节设计,可为医护人员提供了足够的操作空间,当置脚板处于倾斜角度时,又能起到腿部支撑的作用。</p> <p>3、进口产床配有多功能腿架,腿架采用双关键设计,可旋转调节角度及高低,并可作为脚蹬使用,方便助产接生;</p> <p>以上功能国产产品无法全部满足,故采购进口产品。</p> |                                                                                                                                                                                                       |
| 三、专家论证意见: (写不下可另附附件)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">上述设备不在国家禁止进口限制进口产品目录,不违反法律规定。</p>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
| 专家签名:                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2022 年 10月26 日 </div> |