

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	漯河医学高等专科学校第二附属医院
采购项目名称	漯河医学高等专科学校第二附属医院数字减影血管造影系统球管更换项目
采购金额	125 万元
专家 论证意见	数字减影血管造影系统属于精密的大型医疗专用设备,而球管是该机器的核心部件,为保证设备的正常运转,需采购与主机相匹配的原厂原装球管,以达到最佳的图像质量,保证临床治疗工作的正常开展和患者的安全。原厂球管兼容性好,运行稳定性好。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”条款规定及第三款“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求”。因此建议申请采用单一来源方式采购。 专家姓名: 司超 工作单位: 漯河市中心医院 职称: 工程师

日期: 2025 年 1 月 2 日