


## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 漯河市中医院                  |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 高分辨胃肠动力学诊疗系统            |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 万元                   |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 漯河市中医院胃食管反流博士团队医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 万元                  |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| <p>原因阐述:</p> <p>我院建设消化中心必备设备,目前科室没有该设备,为配合博士团队工作、建设我院消化中心,需购置该产品。</p> <p>国产胃肠动力学诊疗系统厂家少、发展晚,精确度还不够满足患者与工作人员的需求,特申请采购进口设备。</p> <p>胃肠动力学测定是诊断胃肠动力学疾病的金标准。要求同一系统可完成食管测压和肛肠测压,可以升级吞咽研究、Oddis 括约肌测压,十二指肠/小肠测压、结肠测压等更多功能,测压通道数<math>\geq 20</math>通道,具有校准和补偿;胃电通道数:<math>\geq 6</math>通道,并有 1 通道呼吸运动,电共模抑制比:<math>\geq 100\text{dB}</math>,灌注通道:<math>\geq 24</math>通道,微量灌注量:<math>\leq 0.15</math> 毫升/分,球囊自动充气,满足婴幼儿微量自动充气,生物反馈通道数:<math>\geq 2</math>通道,可以连接<math>\geq 4</math>通道 pH 梯电极,自动统计标记和分析反流事件,包括:酸反流、弱酸反流和无酸反流事件分类统计,反流物性质自动识别分类,同时具有手动和自动模式的 pH—阻抗全时同步仿真系统。目前国产产品不能全部达到上述技术要求,无法满足我院临床需求。故申请采购进口产品。</p> |                         |
| <p>三、专家论证意见</p> <p style="font-size: 1.2em;">此次采购产品不属于我国禁止进口,限制进口产品目录中禁止或限制进口的产品,不违反我国法律规定,采购论证会程序合法,采购产品精确度优于国产同类产品,建议采购。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>专家签字: </p> <p>2025 年 04 月 16 日</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 漯河市中医院                  |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 便携 24 小时动态测酸仪           |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 万元                   |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 漯河市中医院胃食管反流博士团队医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 万元                  |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 原因阐述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <p>我院建设消化中心必备设备,目前科室没有该设备,为配合博士团队工作、建设我院消化中心,需购置该产品。</p> <p>国产便携 24 小时动态测酸仪厂家少、发展晚,精确度还不够满足患者与工作人员的需求,特申请采购进口设备。</p> <p>24 小时食管 PH 值监测是确定有无胃食管返流的重要方法,该法具有在符合生理状态下对食管内的 PH 值变化进行动态监测及定量分析,提供食管是否存在过度酸返流的客观证据。PH&lt;4.0 总时间百分比作为酸暴露的标志,是区分生理性及病理性返流的客观有效指标。研究显示,在胃镜诊断的胃食管反流病患者中,24h 食管 PH 值监测敏感性 96%,特异性 100%,提示 24h 食管 PH 监测对 GERD 诊断具有很高实用价值。该设备设计合理、技术先进、检测结果准确度优于国产设备。</p> |                         |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <p>此次采购产品不属于我国《禁止、限制进口货物目录》,中禁止或限制进口的产品,不违反我国法律规定,采购论证会程序合法,采购产品精确度优于国产同类产品,建议采购。</p> <p style="text-align: right;">专家签字:董晓东</p> <p style="text-align: right;">2025 年 04 月 16 日</p>                                                                                                                                                                                           |                         |