



政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院
拟采购产品名称	CT 高压注射器
拟采购产品金额	35 万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院眼科设备及高压注射器采购项目
采购项目所属项目金额	233 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：	
1. 进口高压注射器具备智能高效、操作快、精准的优点。安装便捷、操作灵活。 2. 进口高压注射器可根据患者情况进行个性化的注射方案设定，全方位保障优质图像质量，进行精准诊断。智慧化的个性方案也能保证图像的一致性，有利于质控和长期随访。 3. 进口高压注射器可进行空气检测与去除的主动空气管理技术、提升系统在压力敏感度方面灵活度的自适应流速技术双重保障了患者的安全及临床需求。 故申请购置进口产品。	
三、专家论证意见	
进口CT高压注射器与国内同类产品技术性能比较：(1)进口高压注射器智能高效，操作便捷，精准；(2)具有个性化的注射方案，全方位保障图像质量，精准诊断，利于长期随访；(3)具有自适应流速技术，双重保障患者的安全，以上性能国内产品不具备，故建议购置进口产品。	
专家签字：	
	
2025 年 7 月 14 日	

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院
拟采购产品名称	MRI 高压注射器
拟采购产品金额	28 元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院眼科设备及高压注射器采购项目
采购项目所属项目金额	233 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1. 进口高压注射器具备智能高效、操作快、精准的优点。安装便捷、操作灵活具备 KVO 保持静脉开放功能及秒表功能。 2. 进口高压注射器可根据患者情况进行个性化的注射方案设定，全方位保障优质图像质量，进行精准诊断。智慧化的个性方案也能保证图像的一致性，有利于质控和长期随访。 3. 进口高压注射器可进行空气检测与去除的主动空气管理技术、提升系统在压力敏感度方面灵活度的自适应流速技术双重保障了患者的安全及临床需求。 故申请购置进口产品。	
四、专家论证意见	
进口高压注射器与国内产品的主要技术指标和性能比较：进口产品具有倾斜传感器功能，防止空气堵塞，保证患者安全；而国内产品不具有此功能；（2）进口产品具有 KVO 保持静脉通畅功能，探查血管堵塞无封闭，而国内产品不具有此功能；（3）进口产品具有自适应流速技术双重保障患者的安全，国内产品不具有此功能。综上所述建议购置进口产品。	
专家签字：	
 2025 年 7 月 14 日	