

政府采购进口产品专家论证意见

申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院（洛阳市中医院）
采购项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院（洛阳市中医院）智慧医院建设和医疗设备建设项目康复科设备第一批采购项目
采购项目金额	2260000.00 元
拟采购进口产品名称及金额	表面肌电分析系统 450000.00 元
申请理由： ☐ 1. 中国境内无法获取 ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取 ☐ 3. 其他	
采购单位阐述原因： 1、考虑医学装备的先进性、实用性、合理性进行选购。 2、该项目可有效提升康复科就诊患者的治疗和康复效果，提升患者依从性，提高患者生活质量。 3、在康复评定中的量化评定已经发展成为临床医师、科研学者、疾病患者的共同需求，表面肌电分析系统（Flexcomp Infiniti System）作为一个专业化医疗设备，拥有着康复评定中迫切需要的“量化评定”和“完美方案”这两个重要特色。 4、10 个通道，强大的医院客户群体是具有国产设备无可比拟的优势，表面肌电除了能够提供方案式的定量评估之外，还可以进行生物反馈的训练，提供了评定+训练+评定的康复新模式。 5、在定量评定中，特别是较为开放性的数据采集方式中，就需要特定的方案在数据采集过程进行使用。而在不同的研究领域中需要使用不同的方案，这就要求每个方向都需要切合临床需求的定制方案，即：不同的研究方向给予定制不同的方案内容，如此才能最大程度的满足临床科研的准确需求，也为临床科学研究提供了操作上的最大效率和最大便利。	
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 表面肌电分析系统是一种精准运动测量设备 进口产品其传感器具有较远的精度，要求准确	



块化10通道数字化信号解码器，具有较好的兼容性
和稳定性，该设备应用于临床医学、神经科学
及运动人体科学有着重要作用，建议采购进口产品。

专家签字：

张书青

2025年8月21日

本表专家一人一表填写论证意见并签字

