

政府采购进口产品专家论证意见

一、项目基本情况	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	快速冷冻切片机
拟采购产品金额	350000.00 元
采购项目所属项目名称	洛阳市妇幼保健院术中快速冷冻切片机和石蜡切片机项目
采购项目所属项目金额	500000.00 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取; ☐ 2.无法以合理的商业条件获取; ☒ 3.其他。	
原因阐述: 1、进口快速冷冻切片机的冷冻温度降温较快, 且精度较高, 精准控温, 对有些温度控制要求较高的组织, 能够冻的较好, 切出来的片子较为完整, 镜下便于诊断; 2、箱体密闭性较好, 除温度控制较好外, 能有效保护医务人员的安全和病人标本的安全性; 3、进口机的消毒功能较好, 性能比较完善; 4、进口机带有负压吸引功能, 可有效的清理箱内垃圾。 综上所述, 进口快速冷冻切片机, 产品精度高、性能稳定、且较为成熟。且我院病理科已开展相关业务多年, 具备丰富的临床经验, 特申请采购进口产品, 满足广大群众就医体验及医院现阶段的发展需求。	

三、专家论证意见

经论证洛阳市妇幼保健院所采购的快速切片机和石蜡切片机项目，快速冷冻切片机(进口)冷冻温度降温较快，精度高、控温精准，切出来的片子较为完整，箱体密闭性较好，进口机消毒功能好，性能完善。进口机带有负压吸引功能，可有效的清理箱内垃圾，便于诊断治疗，能够满足广大基层医疗机构发展需求。因此，建议采购进口产品。

专家签字：

张仁伟

日期：2025 年 11 月 13 日