

洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升
项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第六批

论 证 报 告

洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及
危重新生儿诊断救治能力提升项目第六批论证小组

二〇二五年十二月五日

论证报告

- 一、项目名称：洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第六批。
- 二、论证时间：2025 年 12 月 05 日 09 时 30 分（北京时间）。
- 三、论证小组成员名单：

序号	姓名	工作单位	职务（职称）
1	乔晓敏	河南洛太律师事务所	法律
2	郭敏	洛阳市中医院	医疗
3	程元洛	洛阳市洛铜医院	医疗
4	王宇川	洛阳市疾控中心	医疗
5	马锦琦	河南科技大学	医疗

- 四、论证内容：技术参数。
- 五、论证情况：

1、论证小组对本项目技术参数建议详见附件。

六、论证结论：论证小组建议本项目技术参数不存在倾向性、排他性、歧视性内容，符合相关法律条款的规定。

附件

1 包

- (1)：建议把 三、适用人群：成人，去掉
- (2)：近红外组织脑氧监测模块：建议修改为：近红外组织氧监测模块
- (3)：▲5.17 踝肱指数：可检测 ABI 踝肱指数，用于检测外周血管动脉硬化的指标，软件自动计算。（提供软件截图）建议去掉。

2 包

- (1)：2.2 近红外组织脑氧监测模块：建议修改为：近红外组织氧监测模块
- (2)：5.1 摄像头：网络高清摄像头，分辨率最高可达 1920*1080，建议修改为：摄像头：网络高

程元洛 郭敏 王宇川 马锦琦 乔晓敏

消摄像头，分辨率 $\geq 1920*1080$

3 包

(1) 2.1.8 高频滤波和 2.1.9 低频滤波建议改为区间值

4 包

(1) 3.2 近红外组织脑氧监测模块：建议修改为：近红外组织氧监测模块

(2) ▲4.2.4 踝肱指数：可检测 ABI 踝肱指数，用于检测外周血管动脉硬化的指标，软件自动计算。（提供软件截图）建议去掉。

(3) 摄像头：网络高清摄像头，分辨率最高可达 1920*1080, 建议修改为：摄像头：网络高清摄像头，分辨率 $\geq 1920*1080$

5 包：无

6 包

(1) ▲2.1 设备为全新最新款设备,可以升级到 100 瓦（提供 100w 注册证或检验报告）。建议修改为：▲2.1 设备为全新最新款设备,激光输出功率 $\geq 70W$ ，可以升级到 100 瓦（提供 100w 注册证或检验报告）。

论证小组签字：

程琳 邵敏 马玮琦 陈川 乔晓敏
2025 年 12 月 05 日