

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: <u>吕军</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|          | 职称: <u>工程师</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|          | 工作单位: <u>洛阳中心医院</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 项目信息     | 项目名称: 洛阳市第六人民医院 NeuViz 128 CT、NeuViz Epoch CT 球管采购项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|          | 项目预算金额: 3,910,000.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|          | 供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)</p> <p>CT 设备核心部件是球管, 具有技术<br/>的唯一性, 根据医疗器械注册管理要求, CT 机<br/>作为二类医疗器械, 在整机 NMPA 注<br/>册已包含, 不可任意更改, 以避免因<br/>此而引发的 CT 机安全性和有效性失败<br/>且与整机注册类型一致的球管, 方<br/>能作为合格产品使用。</p> <p>东软医疗系统股份有限公司拥有独<br/>自主知 识 产 权, 该型号主要部件均按<br/>照医疗器械监督管理法规注册部件更换,<br/>测试与以往安全对应技术标准符合<br/>并受医疗器械监督管理法规约束。</p> <p style="text-align: center;">建议、从东软医疗系统股份有限公司<br/>单一来源采购</p> |                     |
| 专业人员签字   | <u>吕军</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日期: 2026 年 元 月 21 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。