

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈杰丽	
	职称: 副高	
	工作单位: 南阳市宛城区妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 南召县中医院飞利浦 MX16 CT 机配件球管采购项目	
	供应商名称: 河南长佑君医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	CT球管工作在高电压、高真空、高温环境中,对安全性要求极高。原厂球管因其设计、材料和工艺的差异,可能存在无法预估的安全隐患,如高压打火、真空度下降导致射线泄漏等,严重威胁患者、操作人员和设备本身的安全。医学影像的诊断价值直接依赖于图像的稳定性和可靠性。原厂球管能确保X射线能谱稳定、焦点尺寸精确,从而产生一张、可靠的诊断图像,且与原厂机型相匹配,原装球管更能匹配CT机器一体化的需求,且球管产品匹配具有唯一性。河南长佑君医疗科技有限公司是针对本项目的唯一代理商。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定符合下列情形之一的货物或者服务,可以依照本法采用单一来源方式采购。因此建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	陈杰丽	日期 2025年 11月 26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

