

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周超	
	职称：高工	
	工作单位：卧龙综合保税区	
项目信息	项目名称：南召县中医院飞利浦 MX16 CT 机配件球管采购项目	
	供应商名称：河南长佑君医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	飞利浦CT设备的硬件和软件系统是 针对该球管进行定制和优化的，只有原 厂的球管才能确保球管的尺寸，安装接 口、冷却油路、高压连接器等与CT设备 完全匹配，无安装风险。非原厂的球管 无法被系统识别或提示有误，还可能导 致参数错误，影响诊断分析；非原厂球 管很容易引发系统报错，扫描中断，设 备自动停机，严重影响正常诊断秩序， 甚至给患者造成不必要的麻烦。北京天勤安 捷技术发展集团有限公司作为飞利浦（中国）投资 有限公司的授权经销商，授权河南长佑君医 疗科技有限公司作为该球管采购项目的经销商。	
专业人员签字	周超	日期2025年11月26日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

依据《政府
采购法》第三
十五条规定，应采
用单一来源采
购方式。唯一供
应商为河南长佑
君医疗科技有限
公司。

