

# 方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目单一来源采购方式专业

## 人员论证意见

|                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 申请单位                                                                                                                                                                                                             | 方城县人民医院                           |
| 项目信息                                                                                                                                                                                                             | 拟采购项目名称：方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目 |
|                                                                                                                                                                                                                  | 拟采购项目金额：145 万元                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | 拟供应商名称：西门子医疗系统有限公司                |
| 专业人员信息                                                                                                                                                                                                           | 姓名：孔琳                             |
|                                                                                                                                                                                                                  | 职称：高级                             |
|                                                                                                                                                                                                                  | 工作单位：南阳技师学院                       |
| <p>原因阐述：</p> <p>1、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备必须通过国家食品药品监督管理局球管与 CT 机整机的匹配性测试检验，才能保证安全、高效和更佳的图像质量。</p> <p>2、西门子原厂球管设有不可替代的专利、其它品牌的球管与机器不能匹配。也不能提供与西门子 CT 机整机匹配性测试报告。</p> <p>综上所述：现申请采用单一来源采购方式采购西门子 64 排 CT 球管。</p> |                                   |
| <p>专家论证意见：</p> <p>经对本项目相关资料认真研读，认为本次采购内容为方城县人民医院西门子 64 排 CT 球管项目中球管是 CT 的核心部件，西门子原厂球管设有不可替代的专利，其它品牌的球管与机器不能匹配。同时，也不能提供与西门子 CT 机整机匹配性测试报告。依据《政府采购法》第三十一条第一项条款，本项目应采用单一来源方式采购，唯一供应商为西门子医疗系统有限公司。</p>               |                                   |
| <p>专家签字：孔琳</p> <p>日期：2025 年 12 月 18 日</p>                                                                                                                                                                        |                                   |