

方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目单一来源采购方式专业

人员论证意见

申请单位	方城县人民医院
项目信息	拟采购项目名称：方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目
	拟采购项目金额：145 万元
	拟供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员信息	姓名：魏福星
	职称：高级
	工作单位：财政局
原因阐述： 1、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备必须通过国家食品药品监督管理局球管与 CT 机整机的匹配性测试检验，才能保证安全、高效和更佳的图像质量。 2、西门子原厂球管设有不可替代的专利、其它品牌的球管与机器不能匹配。也不能提供与西门子 CT 机整机匹配性测试报告。 综上所述：现申请采用单一来源采购方式采购西门子 64 排 CT 球管。	
专家论证意见： 西门子 64 排 CT 球管是 CT 设备的核心部件，也是设备的损耗部件，因原设备为西门子 64 排 CT 使用别的品牌的球管不能保证与原厂设备的兼容性、可靠性和检测质量，也未做过与原整机的匹配性测试检验。鉴于此特殊情况，只能根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“第（一）”只能从唯一供应商处采购的”规定，采用单一来源方式采购，唯一成交商为 西门子医疗系统有限公司。 专家签字：魏福星 日期：2015 年 12 月 18 日	