

医疗设备验收报告单

验字第: 20260120

器械名称	经颅重复磁刺激仪	器械注册证名称	磁刺激仪
规格型号	MagneuroT230	数量	4台
放置地点	神经调控中心	设备序列号	280P-252045, 230P-236047.
产地品牌	南京伟思医疗科技有限公司	设备单价	283000 元
捐赠公司名称	/	总价	1132000 元

验收项目	备注	验收项目	备注
实际配置与合同一致	☒ 是 ☐ 否	设备外观是否完好	☒ 是 ☐ 否
设备运行正常	☒ 是 ☐ 否	合格证或商检报关单	☒ 有 ☐ 无
供应商资质	☒ 有 ☐ 无	医疗器械注册证号	第械注准: 20222091956
操作培训记录	☒ 是 ☐ 否	技术资料(使用手册、维修资料等)	☒ 有 ☐ 无
检测报告、计量首检证	☐ 有 ☐ 无	应用软件光盘	☐ 有 ☐ 无
维保计划和内容	☐ 有 ☐ 无	维修密码	☐ 有 ☐ 无
合同编号	/	发票复印件(发票号)	264120000038096611 2541200000295142591
中标通知书和招标编号	中标通知书:/ 招标编号: 濮财市直招标采购-2025-21	合同保修年限	6 年
生产厂商/电话	南京伟思 4006964936	售后公司/电话	南京伟思 4006964936
经销商联系人/电话	吴秀玲 13213933033	售后工程师/电话	赵冠峰 13347712745

技术性能验收:

该产品经验收规格型号、配置、服务及安全标准符合合同规定, 安装调试后可正常使用。

厂家工程师验收签字及电话:

赵冠峰 13347712745

启用日期	2025年12月21日	验收日期	2026年1月20日
销售公司授权人员及联系电话	吴秀玲 13213933033	使用部门负责人	刘瑞粉
药械科验收人员	仝润英	财务、审计、纪检验收人员	白兴明 刘月明
药械科负责人	仝润英		

药械科制

