

台前县中医医院 2024 两专科一中心  
建设医疗设备采购项目  
竞争性磋商文件

采购编号：台财磋商采购-2025-7

采购人：台前县中医医院

采购代理机构：河南恒大建筑工程有限公司

日期：二〇二五年月

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章竞争性磋商公告 .....                | 2  |
| 第二章供应商须知 .....                  | 6  |
| 供应商须知前附表 .....                  | 6  |
| 供应商须知正文 .....                   | 11 |
| 一、说明 .....                      | 11 |
| 二、磋商文件 .....                    | 13 |
| 三、响应文件 .....                    | 14 |
| 四、响应文件的递交 .....                 | 17 |
| 五、信用查询 .....                    | 17 |
| 六、评审、磋商 .....                   | 18 |
| 七、合同授予 .....                    | 19 |
| 八、纪律和监督 .....                   | 20 |
| 九、需要补充的其他内容 .....               | 21 |
| 第三章资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法） ..... | 22 |
| 第四章采购需求 .....                   | 29 |
| 第五章政府采购合同条款（草案） .....           | 29 |
| 第六章响应文件格式 .....                 | 41 |

## 第一章竞争性磋商公告

### 台前县中医医院 2024 两专科一中心建设医疗设备采购项目 竞争性磋商公告

#### 一、项目基本情况

- 1、采购编号：台财磋商采购-2025-7
- 2、项目名称：台前县中医医院 2024 两专科一中心建设医疗设备采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额（最高限价）：51 万元（其中 A 包：40 万元、B 包：11 万元）。
- 5、A 包、B 包采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
  - 5.1 采购内容：A 包：四肢联动训练仪等康复设备 13 样，具体详见第四章采购需求；B 包：高频电刀、监护除颤一体机，具体详见第四章采购需求。
  - 5.2 标包划分：共 2 个标包：
  - 5.3 资金来源：财政资金，已落实；
  - 5.4 质量标准：合格；
  - 5.5 供货地点：采购人指定地点；
  - 5.6、供货期限：10 天；
  - 5.7、质保期：3 年；
  - 5.8、本项目是否接受联合体投标：否
  - 5.9、是否接受进口产品：否
  - 5.10、是否专门面向中小企业：否

#### 二、申请人资格要求：

##### 1、落实政府采购政策满足的资格要求：

1.1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12 号）文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）文件规定，给予小微型企业投标人的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300

号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见竞争性磋商文件附件）。

1.2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

1.4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 2、A包、B包本项目的特定资格要求

### 2.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告（公司成立不足一年的从成立之日算起）或基本开户银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件（格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意1个月的纳税和社保凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录供应商自行作出承诺，并加盖本单位公章；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人在投标时，按照濮财购【2022】9号文规定提供《濮阳市政府采购供应商信用承诺书》（格式见投标文件格式），无需再提交上述证明材料。

2.2、投标产品属于医疗器械的，投标人须为设备生产商或经销商，投标人若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证；投标人若为设备经销商，则应具有备案凭证或经

## 营许可证

2.3、投标人需提供所投产品的医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证。

2.4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标文件递交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

2.5、本次采购不接受联合体磋商,实行资格后审。

## 三、获取采购文件

1. 时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyssggzy.cn/>）

3. 方式：登陆濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyssggzy.cn/>）下载招标文件

4. 售价：0 元

## 四、响应时间及地点

1. 时间：2025 年 7 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：濮阳市公共资源交易中心

## 五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 7 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：濮阳市公共资源交易中心

3. 本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyssggzy.cn/>（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、

提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布，竞争性磋商公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

无

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

##### 1、采购人：台前县中医医院

联系人：郭延强

联系电话：0393-2211295

地址：台前县中医院门诊医技楼七楼招标办

##### 2、采购代理机构：河南恒大建筑工程有限公司

联系人：张杰

联系方式：18939351561

地址：濮阳市胜利路与华安路交叉口往东 100 米路北

本公告解释权归采购人

发布人：河南恒大建筑工程有限公司

发布时间：2025 年 7 月 16 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 条款号   | 条款名称           | 编列内容规定                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | 采购项目名称         | 台前县中医医院 2024 两专科一中心建设医疗设备采购项目                                                                                                                                               |
| 2.1   | 采购人            | 采购人：台前县中医医院<br>联系人：郭延强<br>联系电话：0393-2211295<br>地址：台前县中医院门诊医技楼七楼招标办                                                                                                          |
| 2.2   | 采购代理机构         | 采购代理机构：河南恒大建筑工程有限公司<br>联系人：张杰<br>联系方式：18939351561<br>地址：濮阳市胜利路与华安路交叉口往东 100 米路北                                                                                             |
| 2.3   | 供应商的邀请方式       | <input checked="" type="checkbox"/> (1) 发布竞争性磋商公告<br><input type="checkbox"/> (2) 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取<br><input type="checkbox"/> (3) 采购人和评审专家分别书面推荐邀请不少于 3 家符合相应资格条件的供应商 |
| 3.1   | 采购内容           | A 包：四肢联动训练仪等康复设备 13 样，具体详见第四章采购需求；B 包：高频电刀、监护除颤一体机，具体详见第四章采购需求。                                                                                                             |
| 3.2   | 标包划分           | 共 2 个标包                                                                                                                                                                     |
| 3.3   | 供货地点           | 采购人指定地点                                                                                                                                                                     |
| 3.4   | 质量要求           | 符合国家相关标准和强制性规定要求                                                                                                                                                            |
| 3.5   | 供货期限           | 10 天                                                                                                                                                                        |
| 3.6   | 质保期            | 3 年                                                                                                                                                                         |
| 3.3.7 | 付款方式           | 中标后，采购人与中标人协商确定                                                                                                                                                             |
| 4.1   | 资金来源           | 财政资金，已落实                                                                                                                                                                    |
| 4.2   | 预算金额           | 51 万元（其中 A 包：40 万元、B 包：11 万元）                                                                                                                                               |
| 4.3   | 最高限价           | 51 万元（其中 A 包：40 万元、B 包：11 万元）                                                                                                                                               |
| 5.1   | A 包、B 包供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：<br>(1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人或者                                                                                                                |

| 条款号 | 条款名称  | 编制内容规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <p>其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明)；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2024 年度经审计的财务报告(公司成立不足一年的从成立之日算起)或基本开户银行出具的资信证明；</p> <p>(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件(格式自拟)；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2025 年以来任意 1 个月的纳税和社保凭证,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件)；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录供应商自行作出承诺,并加盖本单位公章；</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注:投标人在投标时,按照濮财购【2022】9 号文规定提供《濮阳市政府采购供应商信用承诺书》(格式见投标文件格式),无需再提交上述证明材料。</p> <p>2、投标产品属于医疗器械的,投标人须为设备生产商或经销商,投标人若为设备生产商,则应具有医疗器械生产许可证;投标人若为设备经销商,则应具有备案凭证或经营许可证</p> <p>3、投标产品属于医疗器械的,投标人需提供所投产品的医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证(非医疗器械不提供),不纳入医疗器械管理的医疗设备(无需提供医疗器械注册证)要提供食品药品监督管理部门发布的产品分类界定通知。</p> <p>4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定,采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动(截止时点:投标文件递交截止时间)。在本公告规定的查询时间之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。</p> <p>5、本次采购不接受联合体磋商,实行资格后审。</p> |
| 5.2 | 联合体形式 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不接受</p> <p><input type="checkbox"/>接受</p> <p>联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 条款号     | 条款名称           | 编列内容规定                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                | 商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动                                                                                                                                                                                                 |
| 5.4 (3) | 供应商不得存在的其他情形   | /                                                                                                                                                                                                                       |
| 6       | 投标有效期          | 90 日历天                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.1    | 现场勘察           | 供应商自行勘察                                                                                                                                                                                                                 |
| 11      | 采购进口产品或服务      | <input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品或服务参加磋商<br><input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部门审核同意购买的进口产品或服务为。                                                                                                          |
| 12.1    | 实质性要求和条件       | 带“*”条款；响应文件无效条款；磋商文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许”、“否决”、“无效”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。                                                                                                                                         |
| 12.2    | 偏差             | 实质性要求和条件不允许偏差，其他条款允许偏差。<br>允许偏差范围：详见采购需求<br>最高项数：/。                                                                                                                                                                     |
| 13.3    | 磋商过程中可能实质性变动内容 | 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、采购要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，未经采购人书面同意的条款不得变动。                                                                                                                                           |
| 15      | 磋商文件澄清或修改发出的形式 | 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负；                                                                                                                                           |
| 16.1    | 其他资料           | /                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.6    | 报价的其他要求        | /                                                                                                                                                                                                                       |
| 18      | 资格审查资料的特殊要求    | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体要求：                                                                                                                                               |
| 18.2    | 近年财务状况的年份要求    | 2024年度                                                                                                                                                                                                                  |
| 19.1    | 磋商保证金          | 是否要求供应商提交保证金：<br><input checked="" type="checkbox"/> 不要求<br><input type="checkbox"/> 要求：<br>1、保证金的形式：保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。保证金应于提交首次响应文件截止时间前交纳至指定帐户。<br>（供应商应注明“此款为项目保证金”）<br>2、保证金的金额：<br>3、保证金缴纳账户： |

| 条款号     | 条款名称           | 编列内容规定                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                | 账户名称：<br>开户银行：<br>帐号：                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.5(5) | 保证金不予退还的其他情形   | /                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.3(B) | 响应文件签字或盖章要求    | 所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都应用投标人（供应商）单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人（供应商）的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，投标人（供应商）须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换到相应格式中。                                                                 |
| 21.1(B) | 响应文件加密要求       | 加密的电子响应文件为公共资源交易中心网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。                                                                                                                                                                                                               |
| 22.1    | 提交首次响应文件截止时间   | 2025 年 7 月 29 日 10 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25.3    | 磋商小组的组成        | 磋商小组成员人数 3 人，其中采购人代表 1 人，技术、经济等方面专家 2 人<br>技术、经济等方面专家的确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。                                                                                                                                                                                    |
| 26.1(B) | 响应文件解密时间       | 按交易中心或监督部门具体规定执行                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30.1    | 履约保证金          | 是否要求成交人提交履约保证金： <b>不要求</b><br>履约保证金的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交<br>履约保证金的金额：政府采购合同金额的%                                                                                                                                                                |
| 37      | 是否采用电子招标投标（采购） | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是：<br>具体要求：                                                                                                                                                                                  |
| 38.1    | 政府采购合同融资政策     | 河南省政府采购合同融资政策告知函<br>各供应商：<br>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！<br>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。<br>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省 |

| 条款号  | 条款名称               | 编列内容规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    | 政府采购合同融资平台”查询联系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38.2 | 专门面向中小企业采购         | <p>本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是：本项目是专门面向中小企业采购</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38.3 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | <p>1. 为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人所投产品由小型、微型企业制造生产的，给予投标报价20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。</p> <p>2. 本项目享受中小企业扶持政策的货物制造商行业为：其他未列明行业。</p> <p>3. 监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>4. 中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。</p> <p>5. 投标人必须根据划型规定对照所投产品制造商情况进行中、小、微企业划型，如实填写《中小企业声明函》，所投产品制造商不属于中、小微、企业的，可以不提供《中小企业声明函》，不享受扶持政策。</p> <p>6. 成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。成交供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。</p> |
| 38.4 | 享受扶持政策获得政府采购合同的要求  | <p>依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38.5 | 采购代理服务费用           | <p>1、本项目采购代理服务费由成交供应商缴纳，收费标准代理服务收费标准及金额按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）计取。</p> <p>2、缴纳时间：领取《成交通知书》时交纳。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 条款号  | 条款名称 | 编列内容规定                                                                         |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 38.6 | 其他   | 1、供应商需提供生产日期在合同签订日期时半年内的全新机器。<br>2、招标文件内容前后不一致的以投标人须知前附表为准，投标人须知前附表没有的以最后内容为准。 |

## 供应商须知正文

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于供应商须知前附表中所叙述的采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见**供应商须知前附表**。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**供应商须知前附表**。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过**供应商须知前附表**所述方式，经磋商小组确定。

2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

#### 3. 采购内容

**\*3.1 采购内容：见供应商须知前附表。**

3.2 标包划分：见供应商须知前附表。

**\*3.3 供货地点：见供应商须知前附表。**

**3.4 质量要求：见供应商须知前附表。**

#### 4. 资金来源及预算金额

4.1 资金来源：见供应商须知前附表。

**\*4.2 预算金额：见供应商须知前附表。**

**\*4.3 最高限价：见供应商须知前附表。**

#### **\*5. 供应商资格要求**

5.1 供应商资格要求见供应商须知前附表。

5.2 供应商须知前附表规定接受供应商以联合体形式参加磋商的，联合体除应符合本章第 5.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交的项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录

5.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动。

5.4 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

#### 6. 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

#### 7. 保密

参与竞争性磋商的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 8. 语言文字

磋商文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 9. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10. 现场勘察

10.1 供应商须知前附表规定组织勘察现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商勘察项目现场。

10.2 供应商勘察现场发生的费用自理。

10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在勘察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

10.4 采购人在勘察现场中介绍的现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## **11. 采购进口产品和服务**

**\*11.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品或服务参加竞争性磋商采购活动。**

11.2 本章第 11.1 款规定同意购买进口产品或服务的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品或服务参与竞争性磋商。

**\*11.3 本章第 11.1 款规定允许采购进口产品或服务时，成交人应保证负责办理成交进口产品或服务的合法报通关手续并进入中国关境内，保证在供货验收时提供办理进口产品或服务业务的合法手续和证明材料。**

## **12. 响应和偏差**

**\*12.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。**

**\*12.2 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决。**

12.3 响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

# **二、磋商文件**

## **13. 磋商文件的组成**

13.1 磋商文件包括：

第一章竞争性磋商公告

第二章供应商须知

第三章资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）

第四章采购需求

第五章政府采购合同条款（草案）

第六章响应文件格式

13.2 根据本章第 14.3 款、第 15 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

13.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服

务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。

#### **14. 磋商文件的质疑**

14.1 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

14.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.3 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；

14.4 供应商提出质疑的形式和内容应符合法律法规和磋商文件的要求。

#### **15. 磋商文件的澄清或者修改**

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以供应商须知前附表规定的形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。提交首次响应文件截止时间见本章第22.1款。

### **三、响应文件**

#### **16. 响应文件的组成**

16.1 响应文件包括下列内容：

- 一、响应函；
- 二、首次报价一览表；
- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明；
- 四、商务和技术偏差表；
- 五、资格审查资料；
- 六、项目实施方案内容；
- 七、享受政府采购政策扶持的证明材料；
- 八、承诺函；
- 九、濮阳市政府采购供应商信用承诺函；
- 十、其他资料。

16.2 在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式的最后报价(或者重新提交的响应文

件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

16.3 供应商人在磋商过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。

16.4 磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商如有变动应当在《商务和技术偏离表》中对应内容注明。

16.5 供应商须知前附表规定不接受联合体磋商的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第 16.1（4）目所指的联合体协议书。

16.6 供应商须知前附表规定不缴纳保证金的，响应文件不包括本章第 16.1（5）目所指的保证金。

16.7 无论成交与否，供应商的响应文件不予退还。

## 17. 报价

17.1 报价应包括国家规定的税金。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函及报价一览表中进行报价并填写分项报价表。

17.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

17.3 供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应函及报价一览表中的报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 23.1 款的有关要求。

**\*17.4 报价不得超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价，否则响应文件无效。预算金额或最高限价见本章第 4.2、4.3 款。**

17.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.6 报价的其他要求见供应商须知前附表。

## 18. 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 5.1 款规定的资格条件和要求。

18.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照或事业单位法人证书、自然人的身份证明（自然人投标时）、其他组织的相关证明等。

18.2 “财务状况报告”应提供 2023 年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明的复印件。如供应商提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见供应商须知前附表，供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。

18.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供 2025 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录）。

18.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

18.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

**注：供应商在投标(响应)时，按照濮财购【2022】9 号文规定提供《濮阳市政府采购供应商信用承诺函》(格式详见投标文件格式)，无需提交上述证明材料。**

18.6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，拒绝参与本项目政府采购活动（项目开标后资格审查时，采购人通过互联网对供应商信用信息进行查询并负责保留查询信息。）。

18.7 满足特定资格条件要求的相关证明材料。

18.8 供应商须知前附表规定接受联合体磋商的，本章第 18.1 项至第 18.8 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

## **19. 保证金**

19.1 供应商应按**供应商须知前附表**规定的形式和金额交纳保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商以支票形式提交的保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明和交纳凭证复印件。

19.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

**\*19.3 供应商未按磋商文件规定提交保证金的，磋商小组将否决其响应文件。**

19.4 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还或者转为成交供应商的履约保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）采购文件规定的其他情形。

19.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

## **20. 响应文件的编制**

20.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

20.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性

承担法律责任。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

**\*20.3 (B)** 响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

**\*20.4** 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章，否则将导致响应文件无效。

## **四、响应文件的递交**

### **21. 响应文件的密封和标记**

**\*21.1 (B)** 供应商应当按照磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

### **22. 响应文件的递交**

**22.1 (B)** 供应商应当在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，**通过下载磋商文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件**，供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

**22.2 (B)** 供应商通过下载磋商文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件。

**\*22.3 (B)** 在截止时间后送达的响应文件为无效文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### **23. 响应文件的补充、修改或者撤回**

**23.1** 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

**23.2 (B)** 供应商补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第 20.3 (B) 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

**23.3** 补充、修改的响应文件应按照磋商文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”、“修改”字样。

## **五、信用查询**

### **24. 供应商信用记录查询**

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，采购人或采购代理机构应当在供应商递交投标文件或响应文件时查询

供应商信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

查询渠道：失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)））。

## 六、评审、磋商

### 25. 竞争性磋商小组

25.1 竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组或者询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

25.2 采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

25.3 磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

25.4 竞争性磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- （1）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；
- （2）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （4）编写评审报告；
- （5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

25.5 竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- （3）参与评审报告的起草；
- （4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- （5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

### 25.6 保密

磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 26. 评审、磋商

**\*26.1（B）供应商在供应商须知前附表规定的时间解密响应文件。**

26.2 竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件第三章规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。**\*未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。**

## **27. 成交无效**

**\*供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：**

- (1) 提供虚假材料谋取中标或成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的。
- (6) 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标、成交候选人，或者重新组织采购。

## **七、合同授予**

### **28. 确定成交供应商**

28.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

28.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照 28.2 规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### **29. 成交通知和成交结果公告**

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在原公告发布媒体上公告中标、成交结果。

中标、成交公告期限为1个工作日。

### **30. 履约保证金**

30.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和磋商文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的 10%。成交供应商为联合体的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

**\*30.2 成交供应商不能按本章第 30.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其保证金不予**

退还，给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

### 31. 签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和采购要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和采购要求等实质性内容的协议。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

### 32. 采购资金的支付

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

### 33. 履约验收

采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

### 34. 采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项规定的情形除外。

## 八、纪律和监督

### 35. 回避要求

在政府采购活动中，采购人员、磋商小组成员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### **36. 疑问和质疑**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

## **九、需要补充的其他内容**

### **37. 是否采用电子招标投标（采购）**

本采购项目是否采用电子招标投标（采购）方式，见供应商须知前附表。

### **38 其他**

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）

## 1、A包、B包资格审查

磋商小组按资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其响应文件按无效响应处理。

资格审查标准

| 序号 | 审查因素                                  | 资格审查标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资格审查内容及要求                                                                 | 备注 |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定 | <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告（公司成立不足一年的从成立之日算起）或基本开户银行出具的资信证明；</p> <p>（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件（格式自拟）；</p> <p>（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意1个月的纳税和社保凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录供应商自行作出承诺，并加盖本单位公章；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注：投标人在投标时，按照濮财购【2022】9号文规定提供《濮阳市政府采购供应商信用承诺书》（格式见投标文件格式），无需再提交上述证明材料。</p> | 注：供应商在投标（响应）时，按照濮财购【2022】9号文规定提供《濮阳市政府采购供应商信用承诺书》（格式详见投标文件格式），无需提交上述证明材料。 |    |
| 2  | 特定资质                                  | <p>1、投标产品属于医疗器械的，投标人须为设备生产商或经销商，投标人若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证；投标人若为设备经销商，则应具有备案凭证或经营许可证</p> <p>2、投标人需提供所投产品的医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证</p> <p>3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记</p>                                                                                                                                                     |                                                                           |    |

|                                     |      |                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                     |      | 录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标文件递交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。<br>3、本次采购不接受联合体磋商, 实行资格后审。 |  |  |
| 2                                   | 其他要求 | 符合第一章“磋商公告”的要求                                                                                                                                                                |  |  |
| 注：供应商提交的响应文件中应附以上资格要求的资料扫描件等相关证明资料。 |      |                                                                                                                                                                               |  |  |

## \*2、A 包、B 包符合性审查

磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，符合性审查不合格，其响应文件按无效响应处理。

### 符合性审查标准

| 序号 | 审查因素             | 审查标准                                                                                                      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 响应函、首次报价一览表及签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“响应文件格式”的规定 |
| 2  | 投标文件签字盖章         | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章                                                                                     |
| 3  | 供货期限             | 符合第二章“投标人须知前附表”规定                                                                                         |
| 4  | 质保期              | 符合第二章“投标人须知前附表”规定                                                                                         |
| 5  | 供货地点             | 符合第二章“投标人须知前附表”规定                                                                                         |
| 6  | 质量要求             | 符合第二章“投标人须知前附表”规定                                                                                         |
| 7  | 投标有效期            | 符合第二章“投标人须知前附表”规定                                                                                         |

|   |      |                            |
|---|------|----------------------------|
| 8 | 投标报价 | 不高于最高限价，且满足磋商文件要求          |
| 9 | 其他   | 符合法律法规规定的以及磋商文件中要求的其他实质性内容 |

## 响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**\*磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。**

## 4、磋商（综合评分法）

4.1 磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

4.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、采购要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容（如合格供应商的资格条件、采购方式和采购程序等）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、采购要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、采购要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

4.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

**\*4.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应磋商文件要求的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。**

## 5、综合评分

5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.3 磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.4 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.6 供应商最终得分为磋商小组所有成员打分的算术平均值。

5.7 分值构成与评分标准

详见评分分值构成与评分标准表

5.8 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：

5.8.1 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为 20%；

5.8.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为 4%；

5.8.3 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

5.8.4 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 6、评审报告

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，

并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 评审、磋商结束磋商小组应编写评审报告，评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 7、重新评审

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

### A包、B包评分分值构成与评分标准表

| 内容   | 分值  | 评分因素项         | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 价格部分 | 30分 | 评标价格<br>(30分) | <p>评标基准价计算方法：</p> <p>评标基准价=最低投标报价，有效投标人指通过资格审查、符合性审查的投标人。</p> <p>投标报价采用低价优先法计算，即最低投标报价为评标基准价，其报价分为满分30分。</p> <p>投标人的投标报价按下列公式计算</p> <p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30</p> <p>报价说明：</p> <p>供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>注：价格分计算保留小数点后二位；</p> |

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术部分<br>评分标准<br>(30分) | 技术参数<br>(30分)   | <p>1、技术参数：完全满足招标文件技术参数与要求，得30分；技术参数要求备注栏内带“▲”标注为必备的重要技术参数，若投标设备技术指标与该项要求相比出现负偏离者，每有一项扣3分，扣完为止。</p> <p>2、不带▲号的技术指标是重要参数，在允许的范围内，低于技术要求的（负偏离）每项扣1分；扣完为止。</p> <p>3. 投标人必须如实填写技术性能偏离表，如果出现技术性能偏离表上的描述与投标产品相关资料（注册证、检验报告、白皮书、宣传彩页等）上的描述不一致，评标委员会有权将其投标作废标处理。</p> <p>4. 如果投标人对于技术指标项不做响应，则认定该项为负偏离。</p>                                                                                                                                                      |
| 商务部分<br>评分标准<br>(40分) | 业绩<br>(4分)      | <p>供应商自2022年1月1日以来完成的类似产品业绩，每提供一种产品业绩得2分，最多得4分。</p> <p>注：须提供合同原件扫描件、成交（中标）通知书原件的扫描件，有一样未提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 服务方案<br>(25分)   | <p>1. <b>优惠服务承诺（5分）</b>：保修期满后易损部件、配件报价：提供保修期满后易损部件、配件报价且价格合理有优惠幅度的，得5分；提供保修期满后易损部件、配件且报价较为合理，符合市场水平的得2分；未提供得0分。</p> <p>2. <b>安装调试方案（10分）</b>：（1）安装、调试方案全面、详尽、合理、技术质量有保障、完全满足招标要求的，得10分；（2）方案基本全面、详尽、合理、技术质量基本有保障、满足招标要求的，得5分；（3）方案不全面不详尽，但部分满足招标要求的，得2分；（4）方案不全面不合理的得1分。无方案的得0分。</p> <p>3. <b>培训方案（10分）</b>：（1）培训内容全面合理、培训计划详尽周到，完全满足招标要求的得10分。（2）培训内容基本全面合理详尽周到，基本满足招标要求的得5分。培训方案不全面不详尽的，得2分。（3）无培训方案不得分。</p> <p>以上项目若有缺项或不能满足要求或与该项目要求不相符，该项为0分。</p> |
|                       | 售后服务方案<br>(10分) | <p>根据投标人所提供的售后服务承诺中售后服务的内容、形式、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、维修单位实力进行打分。（1）售后服务方案全面合理、培训计划详尽周到得10分。（2）售后服务方案基本全面合理详尽周到得5分（3）售后不全面不详尽的，得2分，（3）无服务方案不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 节能清单<br>产品<br>(0.5分) | 投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的，每有一项加0.5分，最多加0.5分。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站( <a href="http://www.mof.gov.cn">http://www.mof.gov.cn</a> )、中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> )查阅。 |
|  | 环保清单<br>产品<br>(0.5分) | 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加0.25分，最多加0.5分。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站( <a href="http://www.mof.gov.cn">http://www.mof.gov.cn</a> )、中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> )查阅。    |

## 第四章 采购需求

### A 包

| 序号 | 名称      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位 | 数量 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 四肢联动训练仪 | <p>1、供电方式可自由转换：①内部电源供电②外部电源供电</p> <p>2、<math>\geq 7</math> 寸液晶触摸显示屏。</p> <p>3、最大承重<math>\geq 2000\text{N}</math>。</p> <p>▲4、显示指标：</p> <p>A、至少显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级；</p> <p>B、步频范围：0-250 步/分；</p> <p>C、功率范围：0-800 瓦特；</p> <p>D、累积计步可达<math>\geq 9999</math> 步；</p> <p>E、阻力调节：<math>\geq 10</math> 级阻力；</p> <p>F、卡路里消耗：0—999 卡。</p> <p>5、座椅和把手调节：</p> <p>A、调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：0～325mm, 允差<math>\pm 5\%</math>，向后移动时，座椅高度会自动向上升高 0～40mm，允差<math>\pm 5\%</math>；</p> <p>B、把手长度可调，调节范围 0～400mm，允差<math>\pm 5\%</math>；</p> <p>C、座椅可以分别向左或者向右旋转 <math>90^\circ</math>，旋转至 <math>90^\circ</math> 时自动锁定，允差<math>\pm 2^\circ</math>。</p> <p>D、人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；</p> <p>E、运动角度为 <math>31^\circ</math>，允差<math>\pm 5^\circ</math>。</p> <p>▲6、阻力训练仪：阻力是永久性的磁性涡电流训练仪，至少包括阻力 0～20Nm, 允差<math>\pm 10\%</math>，10 档可调，步进 2Nm。</p> <p>▲7、髌膝关节腿部支撑系统长度分<math>\geq 5</math> 档可调。</p> <p>8、座椅配备安全绑带，确保患者训练时安全。</p> <p>9、训练仪工作噪音<math>\leq 60\text{dB(A)}</math>。</p> | 台  | 1  |
|    | 电脑中频治   | 1、额定输入功率： $\geq 180\text{VA}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台  | 4  |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>疗仪</p> | <p>2、额定电源：电压 220V 士 22V，频率 50Hz 士 1Hz。</p> <p>▲3、至少四路中频加透热输出、两路干扰电输出。</p> <p>4、工作频率：1kHz~10kHz，单一频率允差±10%。</p> <p>5、调制频率：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取最大值。</p> <p>6、中频载波波形：至少包括双向方波，脉宽：50us~500us，允差±10%。</p> <p>▲7、中频调制波形至少包括：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。</p> <p>▲8、调制方式至少包括：连续、断续、间歇、变频和交替调制。</p> <p>9、中频调幅度至少包括：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。</p> <p>10、干扰电性能：</p> <p>10.1 工作频率：4kHz，允差±10%。</p> <p>10.2 调制频率：0.125Hz，允差±10%。</p> <p>10.3 差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。</p> <p>10.4 调幅度：0%~100%，允差±5%。</p> <p>10.5 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。</p> <p>▲11、治疗处方：≥100 个固定处方可选。</p> <p>12、输出电流：在 500Ω 的负载下，每路输出电流不大于 100mA；至少分 0~99 级可调。</p> <p>13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。</p> <p>14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。</p> <p>15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行≥10min 后再短路运行≥5min，治疗仪应能正常工作。</p> <p>16、治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出，并有声音提示。</p> <p>▲17、电极片温度范围：37℃~55℃，≥6 档可调，允差±3℃。</p> |  |  |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3 | 立 体 动 态 干<br>扰 电 | <p>1、<math>\geq 10.4</math> 寸真彩触摸屏显示。</p> <p>▲2、治疗仪工作频率：<math>\geq</math>四档可选。</p> <p>3、治疗仪输出波形至少包括：正弦波。</p> <p>▲4、治疗仪差频频率范围</p> <p>低：1Hz~20Hz；</p> <p>中：40Hz~60Hz；</p> <p>高：80Hz~120Hz；</p> <p>广域：1Hz~120Hz；</p> <p>低/高：低模式和高模式交替运行，低模式 1 分钟后高模式 1 分钟，依次循环。</p> <p>5、治疗仪输出通道：至少二组两维输出。</p> <p>6、治疗仪每路输出电流有效值：不大于 40mA。</p> <p>7、输出电流变化率：不大于 5%。</p> <p>8、治疗仪动态节律至少六档可选：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>9、差频周期至少四挡可选：1/F（随机变化）、15s、30s、60s，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>10、治疗时间：1min~99min 连续可调，级差 1min，允差<math>\pm 10\%</math>，治疗时间结束，有蜂鸣提示声。</p> <p>▲11、治疗处方：不低于 3 个固定处方和 1 个自编处方处方存储功能。</p> <p>12、治疗仪调制波至少包括正弦波，调制频率 1Hz~120Hz，允差<math>\pm 5\%</math>。</p> <p>13、治疗仪调幅度至少五档可调：0%、25%、50%、75%、100%，允差<math>\pm 5\%</math></p> <p>14、负压装置吸附负压调节范围：-8kPa~-40kPa 连续可调，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>15、额定输入功率：<math>\geq 200\text{VA}</math>。</p> <p>16、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附电极线和电极。</p> <p>17、配备负压泵采用吸附式电极大、小至少各两套，治疗同时有近似拔罐功能。</p> <p>18、负压泵压力连续可调。</p> | 台 | 1 |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 4 | 等速上肢内收外展训练器   | 1、尺寸(长宽高): 980×1080×1260mm, 允差: ±10mm;<br>2、主架采用 $\geq 50 \times 100 \times 2/2.5\text{mm}$ ,<br>3、平椭圆管和 $\geq 40 \times 80 \times 3\text{mm}$ ,<br>4、椭圆管: 靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型<br>5、阻力油缸: 采用双向液压阻尼油缸 $\geq 10$ 档可调, 最大阻尼力 $\geq 160\text{kg}$ 。        |   | 1 |
| 5 | 等速手臂屈伸训练器     | 1、主机外形尺寸(长×宽×高): 925mm×740mm×920mm, 允差: ±20mm。<br>2、主架采用 $\geq 50 \times 100 \times 2/2.5\text{mm}$ ,<br>3、平椭圆管和 $\geq 40 \times 80 \times 3\text{mm}$ ,<br>4、平椭圆管: 靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型。<br>5、阻尼装置参数: 阻尼力量 $\geq 10$ 档可调, 最大阻尼力 $\geq 160\text{kg}$ 。  | 台 | 1 |
| 6 | 等速腿部推举康复训练器   | 1、主机外形尺寸(长×宽×高): 1775mm×740mm×1030mm, 允差: ±20mm。<br>2、主架采用 $\geq 50 \times 100 \times 2/2.5\text{mm}$ ,<br>3、平椭圆管和 $\geq 40 \times 80 \times 3\text{mm}$ ,<br>4、平椭圆管: 靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型<br>5、阻尼装置参数: 阻尼力量 $\geq 10$ 档可调, 最大阻尼力 $\geq 130\text{kg}$ 。 | 台 | 1 |
| 7 | 等速下肢内收外展康复训练器 | 1、长×宽×高: 1340mm×740mm×1185mm, 允差: ±20mm。<br>2、主架采用 $\geq 50 \times 100 \times 2/2.5\text{mm}$ ,<br>3、平椭圆管和 $\geq 40 \times 80 \times 3\text{mm}$<br>4、平椭圆管: 靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型<br>5、阻尼装置参数: 阻尼力量 $\geq 10$ 档可调, 最大阻尼力 $\geq 150\text{kg}$ 。           | 台 | 1 |
| 8 | 等速下肢屈伸康复训练器   | 1、长×宽×高: 995mm×740mm×1230mm, 允差: ±20mm。<br>2、主架采用 $\geq 50 \times 100 \times 2/2.5\text{mm}$                                                                                                                                                           | 台 | 1 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   | 器         | <p>3、平椭圆管和<math>\geq 40 \times 80 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、平椭圆管；靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型。</p> <p>5、阻尼装置参数：阻尼力量<math>\geq 10</math> 档可调，最大阻尼力<math>\geq 150\text{kg}</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
| 9 | 多关节主被动训练仪 | <p>1、显示屏：<math>\geq 8</math> 寸液晶触摸显示屏。</p> <p>▲2、立杆高度可调范围：0~80mm，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>▲3、训练模式至少包括：主动模式、主被动模式。</p> <p>4、主动模式力矩至少包括：1Nm~15Nm 分 15 档可调，允差<math>\pm 5\%</math> 。</p> <p>5、训练时间：调节范围 0min~60min，步进为 1min，默认 15min，允差<math>\pm 30\text{s}</math> 。</p> <p>6、训练速度：调节范围 4rpm~60rpm，步进 1rpm，默认 4rpm，允差<math>\pm 10\%</math>或<math>\pm 2\text{rpm}</math>，取最大值。</p> <p>7、屏幕水平方向 <math>0^\circ \sim 180^\circ</math> 可调；上肢训练部分水平旋转<math>\geq 180^\circ</math>，允差<math>\pm 5\%</math>。</p> <p>8、旋转方向至少包括：有正和逆两种旋转方向，在训练过程中可以改变方向。</p> <p>▲9、痉挛功能：可自主设置开启关闭，痉挛次数在训练结束后会在屏幕上显示。</p> <p>▲10、痉挛方向：痉挛方向可调，其方向至少包括正向、逆向和转换 3 个方向，正向是痉挛后都会正向旋转，逆向是痉挛后都会逆向旋转，转换是痉挛后旋转方向都与原方向反向 。</p> <p>11、痉挛阻力</p> <p>上肢至少包括：9Nm（高）、6Nm（中）、3Nm（低）三档，允差<math>\pm 30\%</math>；</p> <p>下肢至少包括：15Nm（高）、10Nm（中）、5Nm（低）三档，允差<math>\pm 30\%</math>。</p> <p>12、训练中任何需要停止的时候，按下急停按钮，机器将立即停止运行。</p> <p>13、训练结束后，屏幕上至少会显示总的训练时间（分钟，秒）、总的训练距离（千米）、痉挛发生的次数、</p> | 台 | 1 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |        | <p>主动训练的比率（%）。</p> <p>14、可选配情景互动。</p> <p>▲15、功能性电刺激</p> <p>15.1 输出脉冲与波形至少包括：双向不对称方波，输出脉冲周期为 1s~2s 可调，允差±20%。</p> <p>15.2 输出脉冲宽度：0.1ms~0.5ms 可调，允差±20%。</p> <p>15.3 输出电流的有效值：在 500Ω 的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于 5mA。</p> <p>15.4 输出延时：第二路输出比第一路输出延时，延时范围 0.1s~1.5s 可调，步进 0.1s，允差±20%。</p> <p>15.5 治疗时间至少包括：5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档可调，允差±10%，治疗结束后输出停止，治疗时间结束时有蜂鸣提示声。</p> <p>15.6 输出电压峰值：输出端开路时，输出电压峰值应不大于 300V。</p> <p>15.7 最大输出能量：单个脉冲最大输出能量不超过 300mJ。</p> <p>16、训练仪工作噪音≤60dB（A）。</p> |   |   |
| 10 | 痉挛肌治疗仪 | <p>▲1、至少一组两路脉冲输出。</p> <p>2、交流电压 220V ± 22V，频率 50Hz ± 1Hz。</p> <p>3、额定输入功率：≥20VA。</p> <p>4、脉冲周期和延迟时间有条形指示灯显示。</p> <p>5、工作频率：0.5Hz~1Hz，连续可调，允差± 5%</p> <p>6、输出脉冲周期为 1s~2s，连续可调，允差± 10%。</p> <p>7、输出脉冲宽度为 0.1ms~0.5ms 连续可调，允差± 10%。</p> <p>8、治疗仪在 500Ω 的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于 50mA，允差± 10%。</p> <p>9、两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。</p> <p>10、延时时间：第二路输出比第一路输出延时，延时范围为 0.1s~1.5s 可调，步进 0.1s，允差± 20%。</p> <p>▲11、误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，即 <math>T_1 &lt; T</math>，否则，仪器不能正常工作，同时误调指示灯闪烁。</p>                 | 台 | 2 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |       | <p>▲12、保护功能:接通电源后若仪器强度输出旋钮没有复位,有蜂鸣提示音,将各路强度输出旋钮逆时针调回零位后蜂鸣提示音消失,防止误操作。13、治疗时间至少 5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档可调,允差± 10%,治疗结束后输出停止,治疗时间结束时蜂鸣提示声。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 11 | 中药湿热敷 | <p>1、恒温控制: 30℃~99℃可调,可选择理想的临床温度以达到最大的治疗效果。</p> <p>2、恒温加热箱的容积: ≥37L;</p> <p>3、湿热敷装置装入水和热敷袋后重量: 80kg, 允差± 10% 。</p> <p>4、安全装置至少包括: 漏电保护和过载保护。</p> <p>5、采用高品质的 304 不锈钢材质、方便使用,易于保养,并且能确保治疗热敷袋的恒温。</p> <p>6、操作简单的机械式旋钮设置理想温度。</p> <p>7、湿热敷装置相关尺寸:</p> <p>a) 外型尺寸: 长 470mm, 宽 355mm, 高 660mm , 允差±10% ;</p> <p>b) 恒温加热箱内箱尺寸: 长 340mm, 宽 240mm, 高 460mm , 允差±10% 。</p> <p>8、热敷袋相关尺寸:</p> <p>a) 手部热敷袋: 320mm×170mm, 允差±10%;</p> <p>b) 标准热敷袋: 300mm×250mm, 允差±10%;</p> <p>c) 颈肩热敷袋: 570mm×170mm, 允差±10%。</p> | 台 | 1 |
| 12 | 中医艾灸床 | <p>1. 触摸显示屏操作, 一键启动。</p> <p>2. 自动点火, 使用三元催化系统排烟净化使排放符合环保要求;</p> <p>3. 通过机电一体化实现旋转、摇摆悬灸系统, 可以在≥ 6cm 范围均匀摆动悬灸, 取代手工悬灸, 保证悬灸临床效果;</p> <p>4. 仰卧, 灸到脖子到腰椎位置的督脉和膀胱经及大腿、小腿。</p> <p>5. 俯卧, 灸到两肩到下腹位置任脉经及大腿、小腿。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 2 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         | 6. 全身、局部艾灸可自由选择，根据实际情况可进行部位或全身自动治疗。<br>7. 共配置 $\geq 12$ 个自动点火器，全身上、中、下各 $\geq 4$ 个。<br>8. 艾灸温度检测，实时显示艾灸温度；<br>9. 优质金属结构床架、坚固耐用。<br>10. 环保 PU 皮质床面、床底面采用优质防火面料，配用静音移动脚轮。<br>11. 产品尺寸： $\geq 2000*600*700\text{mm}$ ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
| 13 | 电脑中频治疗仪 | 主要技术参数<br><b>▲1、工作频率：</b> 基波工作频率为 $1\text{kHz}\sim 10\text{kHz}$ ，允差 $\pm 10\%$ 。<br>2、输出电流：在 $500\Omega$ 负载电阻下，最大输出电流应不小于 $50\text{mA}$ ，输出电流极限应不大于 $100\text{mA}$ 。<br>3、调制频率：调制频率应在 $0\sim 150\text{Hz}$ 范围内。<br>4、调幅度：双极输出方式的调幅度应为 $0\sim 100\%$ 范围内，允差 $\pm 5\%$ 。<br><b>▲5、调制波形至少包括：</b> 方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波。<br><b>▲6、差频频率：</b> $0\sim 200\text{Hz}$ ，允差 $\pm 10\%$ 或 $\pm 1\text{Hz}$ 取较大值。<br><b>▲7、差频变化周期：</b> 差频变化周期为 $24\text{s}$ ，允差 $\pm 10\%$ 。<br>8、脉动直流输出电压：至少包括离子导入输出方式脉动直流输出电压应不大于 $100\text{V}$ 。<br><b>▲9、治疗时间：</b> $0\text{min}\sim 99\text{min}$ 可调，步长 $1\text{min}$ ，允差 $\pm 5\%$ 。<br><b>▲10、电极加热温度：</b> 加热至少分 8 档可调，热温度范围应在“室温” $\sim 55^{\circ}\text{C}$ 之间。<br>11、安全类型：I 类、BF 型。<br>12、运行模式：连续运行。<br><b>▲13、输出通道数：</b> 至少四通道。双极中频输出至少四路，脉动直流输出至少四路，干扰电输出至少两路。<br>14、治疗方式：至少包括脉冲波调制中频电疗、干扰电 | 台 | 2 |

|  |  |                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>治疗（同步或异步控制，多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电）。</p> <p>15、治疗处方数：≥100 种治疗处方。</p> <p>16、输出开路 and 短路性能：在最大输出时，电极经短路≥5s，再开路≥15s，关闭输出≥1min，重复试验≥10次，设备应能正常工作。</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## B 包

| 序号 | 名称     | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 高频电刀技术 | <p>1、单极频率≥460KHZ, 双极频率≥990KHZ。</p> <p>2、I 类 CF 型，带防除颤保护应用部分，I 类输出。</p> <p>3、负载：单极≥500Ω、双极凝≥100Ω。</p> <p>4、最大输出功率≥350W。</p> <p>▲5、具备工作模式≥7 种，切割模式≥4 种，电凝模式≥3 种。</p> <p>6、输出功率为步进式可调，最小可调范围为：±1W。</p> <p>7、输出功率调节模式≥2 种，具有手控开关和脚踏开关。</p> <p>8、具有断电自动记忆功能。</p> <p>9、启动时有 10-50 毫秒的缓启，防止功率的突然增大造成组织损伤。</p> <p>▲10、具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险。</p> <p>▲11、具备单、双片中性电极自动识别功能，具有中性电极&lt;60%声光自动报警。</p> <p>12、内设开机自动检测系统和自动报警提示功能。</p> <p>▲13、 配备专门医用脚踏开关。</p> | 台  | 1  |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2 | 监护除颤一体机 | <p>1. 电池容量：<math>\geq 10000\text{mAh}</math>，支持快速充电</p> <p>2. 屏幕<math>\geq 7</math> 英寸 LED 彩色触摸屏，分辨率<math>\geq 800 \times 480</math> 像素。</p> <p>3. 成人 1-360J，儿童 10-100J，支持手动调节；同步电复律和非同步电除颤模式。</p> <p>4. 采用双向指数截断波（BTE 技术），根据患者阻抗自动调整电流与放电周期，提高成功率。</p> <p>5. 充电至 200J<math>\leq 3\text{S}</math>，支持快速能量切换。</p> <p>6. 内置心律失常自动分析算法，指导除颤和心肺复苏（CPR）操作。</p> <p>7. 具备 3/5/6/12 导联心电监测，含格拉斯哥 12 导联心电算法，可进行心律失常分析。</p> <p>8. 具备体外无创起搏，包括按需起搏（按患者心律触发）和固定起搏模式。</p> <p>9. 具备 ECG（心电）、RESP（呼吸）、SPO2（血氧饱和度）、NIBP（无创血压）、体温（TEMP）等。</p> <p>10. 血氧饱和度、心率等参数异常时触发声光报警。</p> <p>11. 可记录心电、呼吸、血氧等数据，支持通过 USB 接口导出，便于后续分析。</p> <p>12. 存储容量：<math>\geq 500</math> 组患者数据。</p> <p>13. 配套附件包括体外/胸内电极板、多功能电极片、血氧探头、无创血压袖带等。</p> <p>14. 支持同步除颤功能，能量分<math>\geq 25</math> 档，最小<math>\leq 1\text{J}</math>，最大<math>\geq 360\text{J}</math>。</p> <p>15. ECG 恢复时间<math>\leq 3</math> 秒，适用于快速急救场景。</p> <p>16. 阻抗监测：实时显示患者阻抗，优化电流释放。</p> | 台 | 1 |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

## 第五章 政府采购合同条款（草案）

### 合同主要条款及格式 (参考格式)

供方:

需方:

供需双方根据年月日河南恒大建筑工程有限公司签发的政府采购招标中标通知书和招标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、技术参数、数量、单价及金额。

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后等服务要求按谈判文件相应条款制订）。

售后服务：。保质期限：。

三、交货时间、地点、方式：

\_\_\_\_\_年月日至月日，供方负责将货物按需方要求在交货、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付货物合格证及相关资料等。

五、成交单位需在本地对采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式：

七、违约责任：

7.1、需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付部分货物款总额 5%的违约金。

7.2、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定,需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理。

7.3、供方不能交付货物，供方向需方支付未交付部分货物款总值 5% 的违约金。

7.4、供方逾期交付货物,供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值 0.05%的违约金。

八、合同签定后,采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任,因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，由濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式叁份，供、需双方各执一份，监督部门一份。

供方：需方：地址：地址：

法定代表人：法定代表人：委托代理人：委

托代理人：联系电话：联系电话：

开 户

银行：

帐号：

签约时间：签订地址：

## 第六章响应文件格式

\_\_\_\_\_项目\_\_\_\_包

### 竞争性磋商响应文件

采购编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 目录

- 一、响应函；
- 二、首次报价一览表；
- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明；
- 四、商务和技术偏差表；
- 五、资格审查资料；
- 六、响应货物技术性能指标的详细描述和技术支持资料；
- 七、享受政府采购政策扶持的证明材料；
- 八、承诺函；
- 九、濮阳市政府采购供应商信用承诺函；
- 十、其他资料。

## 一、响应函

致(采购人):

我方已仔细研究了(项目名称+标包)的竞争性磋商文件(采购编号: )的全部内容,愿意以人民币大写: 小写: 的投标总报价提供竞争性磋商文件要求的全部服务,并按合同约定履行义务,同时我方承诺如下:

一、我方已详细研究磋商文件及磋商文件的澄清和修改(如果有时),我们完全理解并接受本磋商文件的全部内容和要求,我方同意放弃对磋商文件提出不明或误解的权力。

二、我方愿意遵守磋商文件的各项规定,自愿参加磋商,并将严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

四、我方愿意如实向磋商小组提供与本此磋商有关的任何数据、情况和技术资料。

五、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外,我方响应磋商文件的全部要求。

六、如我方成为成交供应商我方承诺:

(1) 在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

(3) 在签订合同时不向你方提出附加条件;

(4) 按照磋商文件要求提交履约保证金;

七、我方若违反本承诺,愿承担相应的法律责任。

供应商名称(盖单位章):

法定代表人(或负责人)或其委托代理人(签字或盖章):

日期: 年月日

## 二、首次报价一览表

|            |             |
|------------|-------------|
| 项目名称+标包    |             |
| 供应商名称      |             |
| 投标总报价（人民币） | 大写：<br>小写：元 |
| 响应范围       |             |
| 供货期限       |             |
| 质保期        |             |
| 供货地点       |             |
| 质量要求       |             |
| 其他声明       |             |

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 分项报价表

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商（产地） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|----|------|---------|----|-------|-------|----|
|    |    |      |         |    |       |       |    |
|    |    |      |         |    |       |       |    |
|    |    |      |         |    |       |       |    |
|    |    |      |         |    |       |       |    |
|    |    |      |         |    |       |       |    |
|    |    |      |         |    |       |       |    |
|    |    |      |         |    |       |       |    |
| 总计 |    |      |         |    |       |       |    |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

### 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

（法定代表人参加磋商）

供应商名称：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_年龄：\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商名称(盖单位章)：

日期：年月日

## 3.2 授权委托书

(委托代理人参加磋商)

本人(姓名、职务)系(供应商名称)的法定代表人,现授权(姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义:(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交(项目名称、采购编号)响应文件;(2)签署并重新提交响应文件及最后报价;(3)退出磋商;(4)签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担;(5)询问、质疑、投诉等相关事项,其法律后果由我方承担。

委托期限:。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

附:委托代理人身份证复印件(盖单位章)

供应商名称(盖单位章):

法定代表人(或负责人)(签字或盖章):

委托代理人(签字):

日期:年月日

#### 四、商务和技术偏差表

| 序号    | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
|-------|------------|------------|------|
| 1     |            |            |      |
| 2     |            |            |      |
| 3     |            |            |      |
| 4     |            |            |      |
| 5     |            |            |      |
| ..... |            |            |      |

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 五、资格审查资料

基本情况表

|                                                    |                    |  |              |        |                |  |
|----------------------------------------------------|--------------------|--|--------------|--------|----------------|--|
| 供应商名称                                              |                    |  |              |        |                |  |
| 注册地址                                               |                    |  |              | 邮政编码   |                |  |
| 联系方式                                               | 联系人                |  |              | 电话     |                |  |
|                                                    | 传 真                |  |              | 邮箱     |                |  |
| 法定代表人                                              | 姓名                 |  | 技术职称<br>(如有) |        | 电话             |  |
| 技术负责人<br>(如有)                                      | 姓名                 |  | 技术职称         |        | 电话             |  |
| 企业资质证书<br>(如有)                                     | 类型：    等级：    证书号： |  |              |        |                |  |
|                                                    | 类型：    等级：    证书号： |  |              |        |                |  |
|                                                    | 类型：    等级：    证书号： |  |              |        |                |  |
| 质量管理体系证书<br>(如有)                                   | 类型：    等级：    证书号： |  |              |        |                |  |
|                                                    | 类型：    等级：    证书号： |  |              |        |                |  |
|                                                    | 类型：    等级：    证书号： |  |              |        |                |  |
| 营业执照号                                              |                    |  |              | 员工总人数： |                |  |
| 注册资本                                               |                    |  |              | 其中     | 中、高级职称<br>人员数量 |  |
| 成立日期                                               |                    |  |              |        | 技术人员数量         |  |
| 基本账户开户银行                                           |                    |  |              |        | 各类注册人员         |  |
| 基本账户银行账号                                           |                    |  |              |        | 其他人员数量         |  |
| 经营范围                                               |                    |  |              |        |                |  |
| 供应商关联企业情况<br>(包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |                    |  |              |        |                |  |
| 备注                                                 |                    |  |              |        |                |  |

注：供应商应根据供应商须知第 18.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

## 六、响应货物技术性能指标的详细描述和技术支持资料

(格式自拟)

## 七、享受政府采购政策扶持的证明材料

### 1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

” ”

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
- 3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 八、承诺函

致：（采购人）

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件(采购编号: )的全部内容, 并承诺如下:

1、遵守中华人民共和国、河南省等有关政府采购法律法规规定，自觉维护政府采购市场秩序。否则，同意被废除响应资格并接受处罚。

2、服从竞争性磋商文件规定的时间安排，遵守政府采购有关会议现场纪律。否则，同意被废除响应资格并接受处罚。

3、接受竞争性磋商文件全部内容。否则，同意被废除响应资格并接受相关行政主管部门依法进行的处罚。

4、保证响应文件无任何虚假内容。若磋商过程中查出有虚假内容，同意作无效响应文件处理，若成交之后查出有虚假响应，同意废除成交资格，并接受相关行政管理部门依法进行的处罚。

5、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

6、保证成交之后密切配合采购单位开展工作，服从采购单位及相关项目监管人员的监督管理。

7、保证不参与串通报价等法律法规规定的其他违法行为，否则，愿意接受相关行政主管部门依法进行的处罚。

8、若我方有幸成为成交人,我方承诺按照相关要求及规定向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费用。

9、承诺法律、行政法规规定的其他要求和条件。

若出现有违反上述情形之一的，我单位自愿接受被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称: (盖单位章)

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 九、濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

法定代表人:

统一社会信用代码:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业公章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注:1.投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应磋商文件要求,按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3.供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由采购代理机构发出(成交)通知书。

## 十、其他资料