

台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设  
项目-皮肤科、功能检查科一批设备项目

# 公开招标文件

项目编号:台财招标采购-2025-12

采购人:台前县人民医院

代理机构:河南龙华工程咨询有限公司

日期:二〇二五年九月

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章 招标公告 .....        | 2  |
| 第二章 投标人须知 .....       | 6  |
| 第三章 评标办法（综合评估法） ..... | 18 |
| 第四章 合同条款及格式 .....     | 23 |
| 第五章 采购需求 .....        | 31 |
| 第六章 投标文件格式 .....      | 48 |

# 第一章 招标公告

## 项目概况

台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设项目-皮肤科、功能检查科一批设备项目的潜在投标人应在濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>)获取招标文件,并于2025年09月28日10时00分(北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号:台财招标采购-2025-12
- 2、项目名称:台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设项目-皮肤科、功能检查科一批设备项目
- 3、采购方式:公开招标
- 4、预算金额(最高限价):4480000.00元

| 序号 | 包号                          | 包名称                                                | 包预算(元)     | 包最高限价(元)   |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | E4109005080D<br>04386001001 | 台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设项目-皮肤科、功能检查科一批设备项目第一标段(包) | 2580000.00 | 2580000.00 |
| 2  | E4109005080D<br>04386001002 | 台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设项目-皮肤科、功能检查科一批设备项目第二标段(包) | 1900000.00 | 1900000.00 |

- 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
  - 5.1. 采购内容:台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设项目-皮肤科、功能检查科一批设备,具体内容详见招标文件。
  - 5.2. 交货及安装期限:合同签订后30天内安装调试完成;
  - 5.3. 交货地点:招标人指定地点;
  - 5.4. 质量要求:符合国家行业标准,并满足采购人需求(没有国家标准的,应符合部颁标准或行业标准。没有国家标准、部颁标准或行业标准的,应能满足院方的使用要求)
  - 5.5 标段(包)划分:本项目共分为2个标段(包)。
- 注:各潜在投标人可以同时报名2个标段(包),但只能中一个标段(包)。若同一投标人同时被推荐为2个标段(包)的第一中标候选人,则按照标段(包)序号“取前舍后”。
6. 质保期:≥三年
7. 合同履行期限:合同签订后30天内安装调试完成
8. 本项目是否接受联合体投标:否
9. 是否接受进口产品:否
10. 是否专门面向中小企业:否

## 二、申请人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
  - (1)具有独立承担民事责任的能力;
  - (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6)法律、行政法规规定的其他条件。

## 2、落实政府采购政策满足的资格要求:

2.1 为促进中小企业发展,根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)文件规定,给予小微型企业供应商的投标报价20%的扣除,用扣除后的投标报价参与评审,中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),供应商提供《中小企业声明函》。(格式见招标文件附件)。

2.2、监狱企业视同中小型企业,享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除,用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

2.4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 3、本项目的特定资格要求

### 3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(1)具有独立承担民事责任的能力(提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明);

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(2023或2024年度经审计的财务审计报告或基本开户行银行开具的资信证明,公司成立不足一年的从成立之日算起);

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函,格式自拟);

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(2025年1月份以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件));

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函,格式自拟);

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

**注:供应商在投标(响应)时,按照规定提供相关承诺函(详见附件),无需再提交上述证明材料。**

3.2 所投产品若属于医疗器械,则须符合《医疗器械监督管理条例》(国务院第739号)和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相关规定,取得医疗器械注册证(或医疗器械产品备案登记证),若所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明材料或情况说明。

3.3 投标人若为境内生产企业的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（所投产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证；所投产品属于第一类医疗器械：具有有效的医疗器械生产备案凭证）。若所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。

3.4 投标人若为代理商（经销商）的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相适应的经营资格（所投产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）。若所投产品属于第一类医疗器械或所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。

3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标文件提交截止时间）；在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。（注：开标后由采购人现场查询并保存查询结果，信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。）

3.6 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【以“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东信息为准】。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件

1. 时间：凡符合资格要求的投标人（供应商）请于公告发布之日起至投标文件递交截止时间前下载招标文件。

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)

3. 方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)下载招标文件

4. 售价：0 元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 09 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)。

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 09 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布。

招标公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到濮阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在开标当天投标截止时间前，登

录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>),在线准时参加开标活动并进行文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密,因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

2. “温馨提醒:濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口,各交易主体可以申请电子营业执照,通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见:

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>”

#### 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1、采购人:台前县人民医院

地址:河南省濮阳市台前县城关镇顺河街 007 号

联系人:赵慕臻

联系电话:0393-2213376

2、采购代理机构信息(如有)

名称:河南龙华工程咨询有限公司

地址:郑州市金水区农业路 37 号

联系人:陈小雨

联系方式:13781314316

3. 项目联系方式:

联系人:陈小雨

联系方式:13781314316

发布人:河南龙华工程咨询有限公司

发布时间:2025 年 09 月 04 日

## 第二章 投标人须知

### 供应商须知前附表

| 条款号   | 条款名称                | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 采购人                 | 采购人：台前县人民医院<br>地址：河南省濮阳市台前县城关镇顺河街 007 号<br>联系人：赵慕臻<br>联系电话：0393-2213376                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.3 | 采购代理机构              | 名称：河南龙华工程咨询有限公司<br>地址：郑州市金水区农业路 37 号<br>联系人：陈小雨<br>联系方式：13781314316                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.4 | 项目名称                | 台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设项目-皮肤科、功能检查科一批设备项目                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.5 | 预算金额<br>(最高限价)      | 4480000.00元(第一标段(包)：2580000.00元；第二标段(包)：1900000.00元)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.6 | 采购方式                | 公开招标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.1 | 资金来源                | 政府专项债，已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.2 | 出资比例                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1 | 采购内容                | 台前县人民医院新区综合医院医疗设备购置及信息化建设项目-皮肤科、功能检查科一批设备，具体内容详见招标文件                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2 | 质量要求                | 符合国家行业标准，并满足采购人需求（没有国家标准的，应符合部颁标准或行业标准。没有国家标准、部颁标准或行业标准的，应能满足院方的使用要求）。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.3 | 交货及安装期限<br>(合同履行期限) | 合同签订后 30 天内安装调试完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.1 | 供应商资格要求             | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；<br>(1)具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；<br>(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2023或2024年度经审计的财务审计报告或基本开户行银行开具的资信证明，公司成立不足一年的从成立之日算起）；<br>(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；<br>(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2025年1月份以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件））；<br>(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>承诺函，格式自拟）；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p><b>注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。</b></p> <p>2、所投产品若属于医疗器械，则须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院第 739 号）和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相关规定，取得医疗器械注册证(或医疗器械产品备案登记证)，若所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。</p> <p>3、投标人若为境内生产企业的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 739 号） 相适应的生产资格（所投产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证；所投产品属于第一类医疗器械：具有有效的医疗器械生产备案凭证）。若所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。</p> <p>4、投标人若为代理商（经销商）的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第739号）和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相适应的经营资格（所投产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）。若所投产品属于第一类医疗器械或所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。</p> <p>5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）、中国执行信息公开网（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）、国家企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标文件提交截止时间）；在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。（注：开标后由采购人现场查询并保存查询结果，信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。）</p> <p>6、其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【以“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东信息为准】。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          | 7、本次招标不接受联合体投标。<br><b>注：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体<br>投标            | 不接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5   | 付款方式                     | 甲方在货到安装验收合格后，支付全部货款的100%，付款前乙方需向甲方开具合法合规的发票。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.10  | 投标预备会                    | 采购人不再统一组织投标预备会。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11  | 偏离                       | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.1 | 供应商提出问题的<br>截止时间         | 递交投标文件的截止之日10日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.2 | 采购人书面澄清<br>的时间           | 递交投标文件的截止之日15日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.3 | 供应商要求澄清<br>招标文件的截止<br>时间 | 投标截止时间 15 日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1   | 构成投标文件的<br>其他材料          | 按招标文件要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3.1 | 投标有效期                    | 60日历天（从投标截止之日算起）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4   | 投标保证金                    | 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，投标保证金不再收取。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.5.3 | 投标文件签字和<br>盖章要求          | （1）所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。<br>（2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章或签字。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1.1 | 递交投标文件<br>截止时间           | 截止时间：2025年09月28日10 时00分（北京时间）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.1 | 开标时间                     | 开标时间：2025 年 09 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.2.1 | 电子投标文件编<br>制要求           | 1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在首次投标文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，投标文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台 <a href="https://www.pysggzy.cn/">https://www.pysggzy.cn/</a> ”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。<br>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上招标程序。<br>2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。 |
| 5.2.2 | 电子投标文件递<br>交方式           | 在投标文件递交截止时间前，供应商登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                | <p>保证文件正常递交，请供应商错峰上传，投标文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台<a href="https://www.pyssggzy.cn/">https://www.pyssggzy.cn/</a>”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.2.3 | 电子标书解密方式       | <p>解密方式：网上解密</p> <p>1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<a href="https://www.pyssggzy.cn/">https://www.pyssggzy.cn/</a>)按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请投标人熟悉网上投标程序。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.1.1 | 资格审查委员会及评标委员会  | <p>资格审查委员会：采购人代表1-3人。</p> <p>评标委员会：共 7 人,其中招标人代表 2 人,抽取专家 5人。</p> <p><b>注：本项目采用异地评标。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1   | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1-3名中标候选人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.3   | 履约保证金          | 不收取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /     | 其他说明           | <p>1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微企业供应商的投标报价20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见招标文件附件）。</p> <p>2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。</p> <p>4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p> <p>5、代理费用收费标准：本项目招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002号文件规定标准的80%收取，由中标人一次性支付给采购代理机构代理服务费用。</p> |
|       | 本项目所属行业        | 工业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **1. 总则**

### **1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 预算金额（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购方式：见投标人须知前附表。

### **1.2 资金来源和落实情况**

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

### **1.3 采购内容、质量要求、交货及安装期限**

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货及安装期限：见投标人须知前附表。

### **1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；
- (3) 为本项目提供采购代理机构服务的；
- (4) 与本项目的采购代理机构机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的采购代理机构机构相互控股或参股的；
- (6) 与本项目的采购代理机构机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的；
- (10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

## **1.5 付款方式**

见合同条款及供应商须知前附表。

## **1.6 费用承担**

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

## **1.7 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **1.8 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## **1.9 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.10 投标预备会**

见投标人须知前附表。

## **1.11 偏离**

见投标人须知前附表。

# **2. 招标文件**

## **2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招

**标文件予以澄清。**

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>) 将澄清内容予以发布, 但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间。

供应商应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容, 因供应商未及时查看而造成的后果自负。

## **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以修改招标文件。如有修改, 应在濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>) 将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时, 以最后在濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>) 发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容, 因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## **3. 投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

投标文件应包括内容:

详见招标文件第六章“投标文件格式”。

### **3.2 投标报价**

3.2.1 报价为一次性报价, 投标文件提交截止时间后不得更改。投标报价不得超过招标人公布的最高限价, 否则其投标无效。

3.2.2 投标人的投标报价应包括合同履行期限内所发生的一切费用。

3.2.3 如报价表中的单价乘以数量不等于总价时, 以单价为准修正总价; 总价数字表示的数据与文字表示的数据不一致时, 以文字表示的数据为准; 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

3.2.4 在评审过程中, 评标委员会发现投标人的报价有可能影响货物质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在合理的时间内提供说明, 并提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### **3.4 投标保证金（无）**

### **3.5 投标文件的制作**

3.5.1 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在首次投标文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 <https://www.pyssggzy.cn/>” 阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。

注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上招标程序。

3.5.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

3.5.3 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

3.5.4 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。

## **4. 投标**

### **4.1 投标文件的递交**

4.1.1 投标人必须在投标截止时间前通过濮阳市公共资源交易平台 <https://www.pyssggzy.cn/> 上传加密的电子投标文件，本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件，视为自动放弃其投标。

### **4.2 投标文件的修改与撤回**

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至濮阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.1 条规定进行编制和递交。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址濮阳市公共资源交易平台 <https://www.pyssggzy.cn/>，投标人（供应商）无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅濮阳市公共资源交易中心网站首页。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

### 6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

## **7. 合同授予**

### **7.1 定标方式**

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以选择排名第二的投标人为中标人，依此类推，也可以重新招标。如中标候选人均放弃中标资格时，采购人将重新进行招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

### **7.2 中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### **7.3 履约保证金**

不收取

### **7.4 签订合同**

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

### **8.2 不再招标**

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对供应商的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **9.5 投诉、质疑、处罚**

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.5.3 供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**9.6 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。**

## **10. 注意事项**

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，采购人不负有任何责任。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

#### 10.5 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格，并追究其违约责任。

### 11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

### 第三章 评标办法（综合评估法）

#### （一）资格审查表

| 条款号            | 评审因素                          | 评审标准          |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| 资格<br>评审<br>标准 | 1 具有独立承担民事责任的能力               | 符合供应商须知前附表的规定 |
|                | 2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度         | 符合供应商须知前附表的规定 |
|                | 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力         | 符合供应商须知前附表的规定 |
|                | 4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录         | 符合供应商须知前附表的规定 |
|                | 5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|                | 6 本项目的特定资格要求                  | 符合供应商须知前附表的规定 |
|                | 7 其他要求                        | 符合招标文件要求      |

#### （二）形式审查表

| 条款号            | 评审因素    | 评审标准                            |
|----------------|---------|---------------------------------|
| 形式<br>审查<br>标准 | 1 投标人名称 | 提供企业法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 |
|                | 2 签字盖章  | 符合第六章“投标文件格式”的签字盖章规定            |
|                | 3 其他要求  | 符合招标文件要求                        |

#### （三）符合性审查表

| 条款号             | 评审因素              | 评审标准                    |
|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 符合性<br>审查<br>标准 | 1 报价唯一            | 只能有一个有效报价               |
|                 | 2 投标内容            | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定 |
|                 | 3 质量要求            | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定 |
|                 | 4 交货及安装期限（合同履行期限） | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定 |
|                 | 5 投标有效期           | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项   |

|  |   |      |                         |
|--|---|------|-------------------------|
|  |   |      | 规定                      |
|  | 6 | 投标报价 | 符合第二章“供应商须知”第 1.1.5 项规定 |
|  | 7 | 其他要求 | 符合招标文件要求                |

#### (四) 综合评分办法细则

| 评分因素                   | 评分内容                   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报价评分标准<br>(30 分)       | 投标报价得分 (30 分)          | <p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%（计算保留两位小数，第三位按四舍五入处理。）</p> <p>（小型和微型企业产品、残疾人福利性单位的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。注：评审价格=投标报价×（1-C1）；C1 为小、微型企业的价格扣除因素（C1 的取值为 20%）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 技术部分<br>评分标准<br>(50 分) | 技术参数<br>响应情况<br>(43 分) | <p>(1) 所投货物技术性能指标完全符合招标文件要求的，得 40 分，</p> <p>(2) 本次投标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。</p> <p>(3) 标注“★”系指不允许负偏离的实质性要求，存在一项负偏离按无效投标处理；标注“#”系指主要性能指标要求条款，存在一项负偏离扣 5 分；</p> <p>(4) 所投货物技术性能指标中标注“★”和“#”的条款，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检验报告或产品说明书或技术白皮书(datasheet)、彩页或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。</p> <p>(5) 其他技术性能指标为一般技术条款，投标人须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检验报告或产品说明书或技术白皮书(datasheet)、彩页或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，每有一项不满足扣 2 分，扣完本项评分为止。</p> <p>注：投标人必须对招标文件采购需求中列明的技术要求内容作出对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并在投标文件格式“《技术偏差表》”中的“偏差说明”处填写“正偏离或符合或负偏离”，然后在“《技术偏差表》”中“技术偏差索引”处列明在投标文件第几页、在检验报告或产品说明书或技术白皮书(datasheet)或彩页等第几条并在相应位置中做出醒目标注，评标委员会未在该处找到“正偏离或符合”依据的，视为负偏离。</p> |

|                        |                   |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                   | 所投产品具有临床或科研实用价值的先进技术、功能或独特优势的，每有一项加 1 分，最多加 3 分。（投标文件中提供证明材料复印件或扫描件，不提供者不得分）                                                                                        |
|                        | 售后服务技术方案<br>(4 分) | 以采购需求售后服务基本要求为参考进行评审打分。<br>售后服务计划(包括服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施等)全面、详尽、符合项目特点，完全满足项目要求的，得 4 分;售后服务计划符合项目特点，基本满足项目要求的，得 2 分;不符合项目特点、无法保障货物正常运行和维护的，不得分。        |
|                        | 备品备件保障措施<br>(3 分) | 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的得 3 分;缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的，基本能够满足项目要求的，得 1 分;完全不能满足项目要求的，不得分。                                                                            |
| 商务部分<br>评分标准<br>(20 分) | 类似业绩<br>(6 分)     | 自 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)投标产品同品牌同型号业绩合同，每提供一份得 1 分，最多得 6 分。评审时每一份业绩需同时提供合同，不提供或提供不全者不得分。（合同必须显示合同价，否则不得分）。                                                      |
|                        | 安装调试<br>(3 分)     | 以采购需求中安装、调试的基本要求为参考进行评审打分。<br>安装调试的方案(安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备)内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施的得 3 分;有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求的得 1.5 分;安装调试方案不完备，不能满足需求的，不得分。 |
|                        | 培训方案<br>(3 分)     | 以采购需求中培训的基本要求为参考进行评审打分。<br>培训方案内容详实具体，培训时长充分且高效、人数充足，满足项目实施的得 3 分;有较具体的培训方案，内容较详实，培训时长基本满足项目需求、人数基本满足项目实施的得 1.5 分;培训方案欠完备，内容一般，培训时长及人数基本不能满足需求的，不得分                 |
|                        | 质保期<br>(4 分)      | 质保期满足招标文件要求的，不得分;在满足招标文件基础上再延长 1 年得 1 分;延长 2 年得 2 分;延长 3 年得 4 分。注:延长不足 1 年者,不得分。承诺中标后提供原厂保修承诺书(提供承诺书)。                                                              |
|                        | 优惠承诺<br>(2 分)     | 质保期外服务承诺符合项目特点，全面、具体、详细、切实对采购人有利的得 2 分;承诺不太全面、不太具体或者针对性不太强,对采购人有利处影响小，得 1 分;承诺不全面、不具体或者针对性不强，对采购人没有切实有利影响的，不得分。                                                     |
|                        | 节能清单产品<br>(1 分)   | 除政府采购强制节能产品外, 投标产品为节能产品政府采购品目清单内产品，每有一项加 0.5 分，最多加 1 分。                                                                                                             |
|                        | 环保清单产品<br>(1 分)   | 所投产品为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加 0.5 分，最多加 1 分。<br>投标人须在招标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。                         |

## **1.评标方法与标准**

### **1.1 本次招标采用综合评分法。**

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求,并按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐 1-3 名中标候选人。如最后得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### **1.2 评标委员会负责具体评标事务,并独立行相关职责。**

### **1.3 评标步骤**

#### **(一)资格审查**

开标结束后采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的,不再进行评标。

#### **(二)形式评审**

评标委员会对所有符合资格审查的投标人的投标文件进行形式评审,以确定是否满足招标文件的要求。

#### **(三)符合性评审**

评标委员会对所有符合资格审查和形式评审的投标人的投标文件进行符合性评审,以确定是否满足招标文件的要求。

#### **(四)详细评审**

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法细则,对初步评审合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

1、本次评标采用综合评分法。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求,按评标委员会评出的综合得分,由高到低顺序排列,推荐 1-3 名中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分:然后汇总每个投标人的得分,计算得分平均值,以平均值由高到低进行排序,按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68 号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141 号)的规定,对满足价格扣

除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3、投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 第四章 合同条款及格式

（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

（合同格式仅供参考）

1. 以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

2. 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方按照\_\_\_\_\_采购项目结果，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

### 一、合同标的

1. 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物。

| 序号                       | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|--------------------------|------|-----------|----|----|-------|-------|
| 1                        |      |           |    |    |       |       |
| 2                        |      |           |    |    |       |       |
| 3                        |      |           |    |    |       |       |
| 合计：人民币（大写）_____元（¥_____） |      |           |    |    |       |       |

2. 上表规定的详细配置内容详见采购文件。

### 二、合同价款

1. 本合同项下总价款为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

2. 本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3. 本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，按以下第\_\_\_\_\_项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到\_\_\_\_\_（条件）时，一次性全额付款，即人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）；

（2）分期付款：合同签订后\_\_日内支付\_\_\_\_\_%，即人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）；产品交付后\_\_日内支付\_\_\_\_\_%，即人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）；产品经验收合格后日内支付\_\_\_\_\_%，即人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）；

4. 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格 及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

5. 甲方付款前乙方应出具合法的发票。

### 三、交货和验收

1. 交货时间：\_\_\_\_\_

对于 甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》，作为本合同的补充。

2. 交货地点：\_\_\_\_\_

在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。

3. 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

4. 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

5. 乙方在甲方完成现场验收之日起\_\_\_\_\_个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的

个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。

6. 乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

7. 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

### 三、乙方保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

2. 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准。

3. 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

4. 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

### 四、保修条款

1. 本合同所购货物免费保养维修期为 年。

2. 免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

### 五、合同解除

1. 乙方逾期交付货物超过\_\_\_\_\_日的。

2、\_\_\_\_\_

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

### 六、违约责任

1. 乙方逾期交货的，每延误一日则必须向甲方偿付合同总价款\_\_\_\_\_的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的 10%。如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。

2. 乙方所交付的货物品种、型号等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方

支付合同价款总额 10%的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

3. 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标（响应）文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 10%向甲方承担违约责任。

#### 七、争议解决方式

1. 因货物质量问题发生争议的，应当邀请甲方认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 八、合同组成部分

采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

#### 九、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

**甲方（盖章）：**

**乙方（盖章）：**

地址：

地址：

法定代表人/代理人：

法定代表人/代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：

签订地点：

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 合同基本条款

### 一 说明

1.1 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国民法典》。

### 二 货物条款

2.1 甲、乙双方应将采购文件、响应文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

### 三 技术资料

3.1 甲方向乙方提供所竞标采购的货物等有关技术资料。

3.2 乙方须按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 乙方响应文件中注明产品为进口的，须提供海关商检等货物合格证明。

### 四 质量保证

4.1 乙方根据合同要求交货后，必须定期跟踪落实产品的使用情况，在保质期内出现质量问题的，无条件更换。提供服务专线，并有专人负责以方便工作联系和服务。负责人姓名：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_。

4.2 产品及服务应符合本采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.3 乙方应保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由乙方承担。

4.4 所有产品必须为正规厂家生产的全新、合格、无侵权货品，符合国家有关安全、环保、包装标准。

4.5 乙方所供应的产品应不低于采购文件规定的技术质量相关要求，否则视为不合格产品，甲方有权退货、并拒付货款；如发生上述情况，甲方不承担乙方由此产生的任何费

用，并对其给甲方造成的损失保留追索权利。

4.6 对于双方存在争议的产品，甲方有权随机抽取相同产品 1 件（套）送质检部门（由甲方指定）检测，所需经费（含差旅费用和检测产生的相关费用及样品费用等）由乙方承担，乙方同时须补齐被抽取作为检测样品的产品。

4.7 未尽事宜按国家现行有关规范、标准执行。

## 五 配送及验收

5.1 配送及验收：详见合同正文第 6 条。

## 六 交货期及交货方式

6.1 交货期及交货方式：详见合同正文第 7 条。

## 七 付款方式

7.1 付款方式：详见合同正文第 5.2 条。

## 八 违约责任

8.1 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方自行负责交涉并承担全部责任。

8.2 甲方发出供货通知后，乙方未在合同规定的时间内送达指定地点的，影响临床用药的，每逾期半小时至 2 小时以内的，按本批货物金额的 5% 计算违约金，逾期 2 小时以上的，按本批货物金额的 10% 计算违约金。违约金优先从履约保证金中扣罚，不足的从货款中扣罚。如逾期达 3 次，报经财政部门同意后，甲方有权单方解除合同。

8.3 乙方送货工作人员不遵守甲方管理规定，做出有损甲方形象和利益的事情，每次按本批货物金额的 5% 计算违约金。

8.4 在包装、运输、装卸等环节不符合国家相关要求的，甲方有权拒收货物，每次按本批货物金额的 5% 计算违约金。

8.5 货物质量验收不合格，每次按本批货物金额的 10% 计算违约金，达两次的按下文第 6 条处理。

8.6 有下列行为之一的，报经财政部门同意后，甲方有权单方取消其中标资格、解除合同，按本项目的合同总金额（ 元）的 3% 计算扣减违约金，因所供产品质量不合格导致其他损失的，乙方应赔偿所有相关损失。

- (1) 提供任何虚假资料的。
- (2) 未经甲方同意，擅自提高药品供货价格的；
- (3) 私自转让协议给其他厂商进行供货的；
- (4) 验收发现所供药品质量不合格达两次以上的；
- (5) 把甲方验收不合格退货的药品重新供应给甲方的；
- (6) 所供应的药品为假药、劣药的；
- (7) 乙方对药品安全及药品质量等各项检查不严格，造成甲方重大损失，影响监管安全的；
- (8) 在合同期内，非甲方原因，不能按合同及采购要求供货次数达到 3 次；
- (9) 将本项目转让、分包给他人的；
- (10) 不按响应文件服务承诺有关条款约定履行的。

8.7 如乙方存在以上违约情形，违约金优先从履约保证金中扣减，如因小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位无需缴纳履约保证金或履约保证金扣除后不足部分，则从货款中扣减。

## 九 不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十 合同争议解决

10.1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费由乙方先行垫付。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

10.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，可选择如下方式之一进行解决：

☐ 向台前县仲裁委员会申请仲裁；

☒ 向台前县人民法院提起诉讼。

10.3 甲乙双方以诉讼方式解决争议的，违约方应当承担守约方为诉讼而支出的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公告费、差旅费等。

## 十一 合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。

11.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

## 第五章 采购需求

### 第一标段（包）：

| 豫东北院区(中频药物导入仪) |                                                                         |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一              | 总体要求                                                                    |     |
| 1              | 符合国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册标准，具备完整的医疗器械注册证、生产许可证及相关质量认证。                    | 具备  |
| 2              | 设备具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能，避免电击风险；电极片采用医用级材料，无过敏隐患。                          | 具备  |
| 3              | 适配多种类型药物（如抗炎、保湿、修复类），支持不同浓度溶液或凝胶导入；兼容面部、身体等多部位治疗。                       | 具备  |
| 4              | 支持中频电疗与药物导入双功能，确保药物透皮吸收效率。                                              | 具备  |
| 5              | 数量                                                                      | 1 台 |
| 二              | 技术要求                                                                    |     |
| 1              | 防漏电设计                                                                   | 具备  |
| 2              | 导入频率：2.3kHz±10%，中频频率：3.2KHz±10%                                         | 具备  |
| 3              | 脉冲宽度范围：100 μs~200 μs                                                    | 具备  |
| 4              | 智能控制：具备治疗时间倒计时、强度自动递增功能，避免皮肤刺激。                                         | 具备  |
| 5              | 预设方案：多种预设治疗模式及自定义编辑模式                                                   | 具备  |
| 6              | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供铭牌或说明书证明                                               | 具备  |
| 三              | 售后服务                                                                    |     |
| ★1             | 整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录                  | 具备  |
| 2              | 中标后，提供厂家保修承诺                                                            | 具备  |
| 3              | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命        | 具备  |
| 4              | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                 | 具备  |
| 5              | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式 | 具备  |
| 6              | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                    | 具备  |

| (皮肤图像检测分析系统) |                                                                  |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 一            | 总体要求                                                             |     |
| 1            | 符合国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册标准，具备完整的医疗器械注册证、生产许可证及相关质量认证。             | 具备  |
| 2            | 采用非侵入式检测技术，光源符合安全标准（如无紫外线、蓝光伤害），确保患者及操作人员安全。                     | 具备  |
| 3            | 检测结果需具备重复性和稳定性，误差率 $\leq 5\%$ ；支持多维度皮肤参数分析，数据结果可追溯。              | 具备  |
| 4            | 兼容多种分析模式（如痤疮、色斑、皱纹等专项检测）。                                        | 具备  |
| 5            | 支持一键生成检测报告，报告内容直观易懂。                                             | 具备  |
| 6            | 内置患者数据库，支持数据加密存储、批量导出及对比分析                                       | 具备  |
| 7            | 数量                                                               | 1 台 |
| 二            | 技术要求                                                             |     |
| 1            | 镜头类型：光学镜头                                                        | 具备  |
| 2            | 全脸像素： $\geq 6000$ 万像素高清摄像头，支持微距拍摄                                | 具备  |
| 3            | 配备多光谱光源（如白光、偏振光、紫外光、荧光等），实现皮肤表层及深层结构可视化                          | 具备  |
| 4            | 镜头配置：广角镜头覆盖全脸检测，微距镜头支持局部细节（如毛孔、皱纹）高倍放大观察。                        | 具备  |
| 5            | 分析功能：具备分析色斑、纹理、血管、紫外线色斑、卟啉等深度检测功能                                | 具备  |
| 6            | 自动标识问题区域，提供定量分析数据。                                               | 具备  |
| 7            | 分屏对比、镜像对比、三屏幕对比、历史对比、容积对比                                        | 具备  |
| 8            | 报告生成：自动生成图文并茂的检测报告，报告模板可个性化编辑。                                   | 具备  |
| 9            | 数据管理：支持数据云端存储、多设备同步；提供数据统计分析功能（如科室患者肤质分布、常见问题趋势）。                | 具备  |
| 10           | 光谱光源：白光 LED 光源、交叉偏振、平行偏振、UVA 光源、近红外光源                            |     |
| 11           | 设备预期使用寿命： $\geq 8$ 年，提供铭牌或说明书证明，近半年内生产的设备                        | 具备  |
| 三            | 售后服务                                                             |     |
| ★1           | 整机质保期 $\geq 3$ 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录    | 具备  |
| 2            | 中标后，提供厂家保修承诺                                                     | 具备  |
| 3            | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命 | 具备  |

|   |                                                                         |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                    | 具备 |

| (Nd: YAG 激光治疗仪) |                                                                  |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 一               | 总体要求                                                             |     |
| 1               | 符合国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册标准，提供完整的医疗器械注册证、生产许可证及相关安全认证。             | 具备  |
| 2               | 具备激光安全防护装置（如急停开关、钥匙锁定、过温报警），防止误操作；配备专用激光防护眼镜，保障操作人员及患者安全。        | 具备  |
| 3               | 支持多种治疗模式（如连续波、脉冲模式），适配不同皮肤类型的色素性疾病。                              | 具备  |
| 4               | 核心部件（如激光发生器、冷却系统）具备高稳定性。                                         | 具备  |
| 5               | 数量                                                               | 1 台 |
| 二               | 技术要求                                                             |     |
| 1               | 激光类型：掺钕钇铝石榴石（Nd:YAG）激光                                           | 具备  |
| 2               | 波长：至少 1064nm，双波长（1064nm、532nm）更佳，满足不同皮肤组织穿透需求。                   | 具备  |
| 3               | 脉冲能量：单脉冲能量范围 50~800mj，支持连续可调。                                    | 具备  |
| 4               | 脉冲宽度：脉宽最窄达 4ns                                                   | 具备  |
| 5               | 重复频率：1~10Hz                                                      | 具备  |
| 6               | 光斑：2mm-10mm 可调                                                   | 具备  |
| 7               | 开关方式：Q 开关                                                        | 具备  |
| 8               | 安全保护系统：激光器关闸保护系统双重保护                                             | 具备  |
| 9               | 能量：≥1000mj                                                       | 具备  |
| 三               | 售后服务                                                             |     |
| 1               | 整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录           | 具备  |
| 2               | 中标后，提供厂家保修承诺                                                     | 具备  |
| 3               | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命 | 具备  |
| 4               | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级          | 具备  |

|   |                                                                         |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                    | 具备 |

| (脉冲二氧化碳点阵激光) |                                                              |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 一            | 总体要求                                                         |     |
| 1            | 符合国家食品药品监督管理总局（NMPA）医疗器械注册标准及相关法规要求，具备完整的医疗器械注册证、生产许可证等资质文件。 | 具备  |
| 2            | 具备完善的安全防护机制，如急停装置、激光安全锁、过温保护等，确保操作人员及患者安全。                   | 具备  |
| 3            | 仪器核心部件（如激光发生器、控制系统）需具备高稳定性和耐用性。                              | 具备  |
| 4            | 支持多种治疗模式切换，适配不同皮肤类型、疾病及美容需求（如瘢痕修复、皱纹改善、皮肤重建等）。               | 具备  |
| 5            | 数量                                                           | 1 台 |
| 二            | 技术要求                                                         |     |
| 1            | 光源：脉冲二氧化碳激光                                                  | 具备  |
| 2            | 波长：≥10600nm                                                  | 具备  |
| 3            | 激光器类型：金属射频激光管                                                | 具备  |
| 4            | 重复频率：可调范围，支持连续、单脉冲、超脉冲模式                                     | 具备  |
| 5            | 光斑模式：具备点阵扫描模式，光斑直径、密度、形状（如方形、圆形）可调节，图形尺寸连续可调，单光斑直径≤0.8mm。    | 具备  |
| 6            | 脉宽：可调节，范围 2ms~1000ms                                         | 具备  |
| 7            | 激光能量：扫描模式：2mj~150mj；脉冲模式：≥30mj                               | 具备  |
| 8            | 配备冷却系统                                                       | 具备  |
| 9            | 扫描方式及密度：同时具备离散、单次、连续扫描；密度连续可调。                               | 具备  |
| 10           | 智能调节：支持能量密度、脉冲宽度等参数的精准调节                                     | 具备  |
| 11           | 脉冲间隔：可调节                                                     | 具备  |
| 12           | 治疗手具：F=50mm，F=100mm，光学图形扫描器、超脉冲治疗、切割通用手具                     | 具备  |
| 13           | 排烟系统：搭配吸烟机                                                   | 具备  |
| 14           | 提供设备备用二氧化碳气瓶≥2 瓶                                             | 具备  |
| 三            | 售后服务                                                         |     |
| ★1           | 整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录       | 具备  |

|   |                                                                         |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺                                                            | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命        | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                    | 具备 |

| (强脉冲光治疗仪) |                                                                                                                   |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一         | 总体要求                                                                                                              |     |
| 1         | 设备须符合国家食品药品监督管理总局（NMPA）、医疗器械注册管理办法等相关法规要求，具备完整的医疗器械注册证、生产许可证及产品合格证明。                                              | 具备  |
| 2         | 具备安全防护机制，包括但不限于能量过载保护、温度实时监控、冷却保护等功能，避免对患者造成灼伤等不良反应。                                                              | 具备  |
| 3         | 需满足皮肤美容科常见需求，如针对色斑、血管性疾病、脱毛、肤质改善等场景，具备多模式治疗功能。                                                                    | 具备  |
| 4         | 设备需配备直观的操作界面，支持医护人员快速调整参数（如波长、能量密度、脉冲宽度等），并具备患者数据记录与管理功能。                                                         | 具备  |
| 5         | 数量                                                                                                                | 1 台 |
| 二         | 技术要求                                                                                                              |     |
| (一)       | 光源类型：氙灯                                                                                                           | 具备  |
| (二)       | 技术参数                                                                                                              | 具备  |
| 1         | 波段：采用脉冲强光（IPL）技术，波长范围覆盖 400-1200nm，针对色素性、血管性、胶原性问题，滤波片可换、可调。                                                      | 具备  |
| 2         | 光斑大小：至少包含三种不同尺寸的光斑                                                                                                | 具备  |
| 3         | 脉冲：独立可调多脉冲技术                                                                                                      | 具备  |
| 4         | 波形：完美脉冲光技术（OPT）                                                                                                   | 具备  |
| 5         | 脉宽：2~20ms，步长 0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定；脉冲间隔：5~150ms，任意可设；子脉冲间隔可单独设定、能量密度：5~40J/cm <sup>2</sup> ，步长 1J/cm <sup>2</sup> | 具备  |
| 6         | 冷却系统：治疗头自带冷却系统                                                                                                    | 具备  |
| 7         | 频率：“单次”、“0.5Hz”、“1Hz”、“2Hz”、“3Hz” 五档可以选择                                                                          |     |

|     |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 8   | 终端输出能量： $\geq 252\text{J}$                                              |    |
| (三) | 设备预期使用寿命： $\geq 8$ 年，提供铭牌或说明书证明，近半年内生产的设备。                              | 具备 |
| 三   | <b>售后服务</b>                                                             |    |
| ★1  | 整机质保期 $\geq 3$ 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录           | 具备 |
| 2   | 中标后，提供厂家保修承诺                                                            | 具备 |
| 3   | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命        | 具备 |
| 4   | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                 | 具备 |
| 5   | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6   | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                    | 具备 |

| 豫东北院区(聚集超声仪) |                                                                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 一            | <b>总体要求</b>                                                         |     |
| 1            | 设备须符合国家食品药品监督管理局（NMPA）、医疗器械注册管理办法等相关法规要求，具备完整的医疗器械注册证、生产许可证及产品合格证明。 | 具备  |
| 2            | 具备安全防护机制，包括但不限于能量过载保护、温度实时监控、操作异常报警等功能，避免对患者造成灼伤、神经损伤等不良反应。         | 具备  |
| 3            | 可作用于真皮层、浅筋膜层、SMAS 筋膜层，能改善面部松弛、皱纹、脂肪层管理等问题，还可促进皮肤胶原蛋白再生。             | 具备  |
| 4            | 数量                                                                  | 1 台 |
| 二            | <b>技术要求</b>                                                         |     |
| (一)          | 能量源：高能量聚焦超声，可实现连续或脉冲式发射                                             | 具备  |
| (二)          | 核心技术参数：                                                             | 具备  |
| 1            | 注册证内容:适用于缓解疼痛、改善局部血液循环。                                             | 具备  |
| 2            | 配备不同规格、深度的治疗探头 $\geq 4$ 个（涵盖 1.5mm~4.5mm），满足不同层次治疗需求。               | 具备  |
| 3            | 超声手具间距：可调，0.1mm 步进。                                                 | 具备  |
| 4            | 脉冲宽度： $< 50\text{ms}$                                               | 具备  |
| 5            | 超声炮治疗头发射频率： $\geq 10\text{HZ}$                                      | 具备  |
| (三)          | 设备预期使用寿命： $\geq 10$ 年，提供铭牌或说明书证明                                    | 具备  |

|    |                                                                        |    |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 三  | 售后服务                                                                   |    |
| ★1 | 整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录                 | 具备 |
| 2  | 中标后，提供厂家保修承诺                                                           | 具备 |
| 3  | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命       | 具备 |
| 4  | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                | 具备 |
| 5  | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6  | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                   | 具备 |

## 第二标段（包）：

| 豫东北院区(Nd: 十二导联心电分析系统) |                                                           |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 一                     | 总体要求                                                      |     |
| 1                     | 符合国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册标准，提供完整的医疗器械注册证、生产许可证              | 具备  |
| 2                     | 在运动负荷过程中，实时监测受试者的心率、心电等电生理信息，从而全方位的准确评估心脏健康状况             | 具备  |
| 3                     | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备  |
| 4                     | 数量                                                        | 1 台 |
| 二                     | 技术要求                                                      |     |
| 1                     | 配备运动平板 1 台(运动平板为专业医用跑台，产品注册证中产品组成中应载明运动平板，)               | 具备  |
| 2                     | 跑台承重：≥150Kg，自动纠偏系统，紧急制动开关                                 | 具备  |
| 3                     | 跑台速度范围：0-15Km/h；坡度范围：0-20%；                               | 具备  |
| 4                     | 无电刷交流变频电机，无噪声，耐用，不需要维护，设计寿命≥10000 小时                      | 具备  |
| 5                     | 无须定期校正，永不跑偏                                               | 具备  |
| 6                     | 无线数字信号心电采集器                                               | 具备  |
| 7                     | 蓝牙通讯，实时无线传输受测者 12 导联运动心电图                                 | 具备  |
| 8                     | 采样率每秒每通道≥2000 点                                           | 具备  |
| 9                     | 强大滤波性能，有效屏蔽基线干扰、肌电干扰及电源噪声                                 | 具备  |
| 10                    | 提供基线漂移、肌电干扰及电源和网络噪声抑制                                     | 具备  |
| 11                    | 电极阻抗检测技术；（请提供软件截图证明或检测报告）                                 | 具备  |
| 13                    | 全中文操作软件                                                   | 具备  |
| 14                    | 全信息运动心电监测                                                 | 具备  |
| 15                    | 实时十二导运动前静止心电图自动分析诊断；                                      | 具备  |
| 16                    | 实时十二导运动中心电图监测，即时数据分析（波形放大分析和 ST 段改变及斜率测量显示）               | 具备  |
| 17                    | 实时心电图防失真处理，高采样率心电图真实显示；                                   | 具备  |
| 18                    | 实时自动心律失常和心肌供血不足的提示预警恢复模式；                                 | 具备  |
| 19                    | 实时心电各级时间同步显示；                                             | 具备  |
| 20                    | 实时十二导心电图即时打印；                                             | 具备  |
| 21                    | 心电图滤波及电极脱落报警；（提供软件截图）                                     | 具备  |

|    |                                                                         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 22 | 6 分钟步行试验                                                                | 具备 |
| 23 | 内置接口调试软件：                                                               | 具备 |
| 24 | 运动平板或塌车调试软件（不少于 10 个品牌）                                                 | 具备 |
| 25 | 预置多种运动方案：系统应内多种标准运动方案，可自定义多种运动方案；                                       | 具备 |
| 26 | 分析报告                                                                    | 具备 |
| 27 | 报告及描述自动生成；                                                              | 具备 |
| 28 | 12 导联 ST 段自动识别和计算因 J 点变化引起的 ST-T 段的改变，J 点及 ST 段可再分析测量；                  | 具备 |
| 29 | 有全程 ST 段及斜率趋势图；信号平均心电图；ST/HR loop 图；MET 及心率、血压、负荷、SP02、MET 同步趋势图        | 具备 |
| 30 | 静态心电图可再分析测量，自动诊断及 QT 间期、QT 离散度测量分析；                                     | 具备 |
| 31 | 心率失常分析；                                                                 | 具备 |
| 32 | 全息浏览图功能，过往病例对比功能                                                        | 具备 |
| 33 | 多种编辑方式及可选报告：                                                            | 具备 |
| 34 | 运动血压监测                                                                  | 具备 |
| 35 | 通过有线或无线方式完成与计算机的数据通讯与控制，运动血压趋势显示                                        | 具备 |
| 36 | 血压测试时间可协议设置（即多种测试时间选择方案）                                                | 具备 |
| 37 | 可同步自动及手动血压测量，并可兼容其它品牌运动血压                                               | 具备 |
| 三  | <b>售后服务</b>                                                             |    |
| 1  | 整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录                  | 具备 |
| 2  | 中标后，提供厂家保修承诺                                                            | 具备 |
| 3  | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命        | 具备 |
| 4  | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                 | 具备 |
| 5  | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6  | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                    | 具备 |

| 豫东北院区(运动心肺测试仪) |                                                                                                              |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一              | 总体要求                                                                                                         |     |
| 1              | 具有独立的医疗器械注册证                                                                                                 | 具备  |
| 2              | 具备医疗器械注册证。要求运动心电和运动肺功能均为常见品牌                                                                                 | 具备  |
| 3              | 主机使用年限 $\geq 10$ 年，并提供铭牌，近半年内生产的设备                                                                           | 具备  |
| 4              | 设备用途：通过对受测者同步 12 导联运动心电图和每次呼出气体进行分析和监测，可用于功能性运动容量的评价、疾病的诊断及判断治疗；并可供患者进行下肢主动性康复训练，也可进行心肺康复有氧训练                | 具备  |
| 5              | 数量                                                                                                           | 1 台 |
| 二              | 技术要求                                                                                                         |     |
| (一)            | 工作站系统                                                                                                        | 具备  |
| 1              | 一体化可移动式台车，集成并可以存放所有硬件设备，方便患者各种姿态下的检测                                                                         | 具备  |
| 2              | 品牌计算机，双屏显示，彩色激光打印机                                                                                           | 具备  |
| 3              | 运动踏车系统                                                                                                       | 具备  |
| 4              | 承重： $\geq 160\text{Kg}$ ；功率范围：6-999 瓦特                                                                       | 具备  |
| 5              | 速度范围：30-130rpm                                                                                               | 具备  |
| 6              | 具备通讯接口：电气隔离式的 RS-232 接口，由运动心电分析系统内置的运动方案控制运动踏车脚踏阻力（非踏车屏幕手动选择运动方案）                                            | 具备  |
| 7              | 具有电子刹车功能                                                                                                     | 具备  |
| 8              | 内置多种运动协议，兼容目前市场上大部分品牌跑台及踏车                                                                                   | 具备  |
| #9             | 无线数字信号心电采集器                                                                                                  | 具备  |
| 10             | 蓝牙通讯，实时无线传输受测者运动心电图。无线传输距离 $\geq 10$ 米                                                                       | 具备  |
| 11             | 强大滤波性能，有效屏蔽基线干扰、肌电干扰及电源噪声                                                                                    | 具备  |
| 12             | 气体采集分析器                                                                                                      | 具备  |
| 13             | 流量传感器类型：为双向压差式。压差发生器数量 $\geq 10$ 个，流速范围：0-18L/s、容量范围 0-20L，流速精度： $\pm 2\%$ 或 50 mL/s、容量精度 $\pm 2\%$ 或 50 mL。 | 具备  |
| 14             | 氧传感器：氧化学电池，范围： $\geq 0 - 25\% \text{ O}_2$ ，反应时间（T90）： $< 150$ 毫秒，分辨率： $0.01\%$ ，精确度： $\pm 0.05\text{Vo}1\%$ | 具备  |
| 15             | 二氧化碳传感器：红外，范围：0-15%，反应时间（T90）： $< 150$ 毫秒，分辨率： $\leq 0.01\%$ ，精确度： $\pm 0.05\%$                              | 具备  |
| 16             | 气体采样：每次一口气呼吸过程中均进行呼出气干燥，采用 NAFION 管进行                                                                        | 具备  |

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17  | 环境传感器:温度范围: 0-50°C, 气压范围: 400-800 mmHg, 湿度范围:0-100%, 精确度: $\pm 0.003\%$          | 具备 |
| 18  | 气体采集分析器:通讯方式: USB 有线通讯方式, 无需外部供电                                                 | 具备 |
| 19  | <b>运动血压</b>                                                                      | 具备 |
| 20  | 测量方法: 听诊法 (DKA MODE) 及示波法 (OSC MODE)                                             | 具备 |
| 21  | 测量范围: 听诊法 (收缩压:40-270mmHg, 舒张压:20-160mmHg); 示波法 (收缩压:40-260mmHg, 舒张压:20-160mmHg) | 具备 |
| 22  | 测量精度: $\leq \pm 3\text{mmHg}$                                                    | 具备 |
| 23  | 脉率显示:测量范围(40-200BP), 测量精度: +1BPM                                                 | 具备 |
| 24  | 充气时间:血压袖带充气时间 $\leq 15\text{S}$                                                  | 具备 |
| 25  | 过压保护:袖带压力超过 280mmHg 时, 能快速排气                                                     | 具备 |
| 26  | 具备 RS232 接口, 支持手动触发测量血压及由系统控制测量血压并实时回传血压数值                                       | 具备 |
| 27  | 具备液晶显示屏, 显示实时数据与波形                                                               | 具备 |
| (二) | <b>软件功能及参数</b>                                                                   | 具备 |
| 1   | 全中文操作软件: winXP/7/10 操作系统                                                         | 具备 |
| 2   | 全信息运动心电监测                                                                        | 具备 |
| 2.1 | 实时十二导运动前静止心电图自动分析诊断                                                              | 具备 |
| 2.2 | 实时十二导运动中心电图监测, 即时数据分析 (波形放大分析和 ST 段改变及斜率测量显示)                                    | 具备 |
| 2.3 | 实时心电图防失真处理, 高频率无切迹光滑的心电图真实显示                                                     | 具备 |
| 2.4 | 实时自动心律失常和心肌供血不足的提示预警恢复模式                                                         | 具备 |
| 2.5 | 实时心电、血压、血氧、代谢当量、最大耗氧量、各级时间同步显示                                                   | 具备 |
| 2.6 | 实时十二导心电图即时打印或存图                                                                  | 具备 |
| 3   | 心电图滤波及电极脱落报警                                                                     | 具备 |
| 4   | 内置接口调试软件: 运动踏车或运动平板调试软件 (不少于 10 个品牌), 可选运动平板系统 (运动平板为专业医用运动平板, 需经过注册检验)          | 具备 |
| 5   | 预置多种运动方案                                                                         | 具备 |
| 6   | 分析报告                                                                             | 具备 |
| 7.1 | 报告及描述自动生成                                                                        | 具备 |
| 7.2 | 12 导联 ST 段自动识别和计算因 J 点变化引起的 ST-T 段的改变, J 点及 ST 段可再分析测量                           | 具备 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.3 | 有全程 ST 段及斜率趋势图；信号平均心电图；ST/HR loop 图；MET 及心率、血压、负荷、SP02、MET 同步趋势图                                                                                                                                                                                                                                          | 具备 |
| 7.4 | 静态心电图可再分析测量，自动诊断及 QT 间期、QT 离散度测量分析                                                                                                                                                                                                                                                                        | 具备 |
| 7.5 | 心率失常分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 具备 |
| 8   | 多种编辑方式及可选报告                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 具备 |
| 8.1 | 12 导联、6 导联、3 导联心电图等多种图形显示打印                                                                                                                                                                                                                                                                               | 具备 |
| 8.2 | 多项可选式打印报告，并能进行打印预览                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 具备 |
| 8.3 | A4 或 B5 纸张、横纵向、背景格或坐标纸打印可选                                                                                                                                                                                                                                                                                | 具备 |
| 9   | 网络传输和数据库统计                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 具备 |
| 10  | 运动血压测量, 由操作系统控制，自动生成趋势图                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具备 |
| 11  | 设定报告模式、多种编辑及打印方式，可预览或自动打印全部报告                                                                                                                                                                                                                                                                             | 具备 |
| #12 | 运动肺功能测量参数：吸气肺活量 (VCIN)、用力肺活量 (FVC)、一秒量 (FEV1)、用力呼气峰流速 (PEF)、75%用力呼气流速 (MEF75)、50%用力呼气流速 (MEF50)、25%用力呼气流速 (MEF25)、每分钟最大通气量 (MVV)、潮气量 (VT)、实时氧气成分值 (FO2)、实时二氧化碳成分值 (FCO2)、呼气的氧气成分平均值 (FEO2)、呼气的二氧化碳成分平均值 (FECO2)、吸气的氧气成分平均值 (FIO2)、吸气的二氧化碳成分平均值 (FICO2)、呼气末时刻氧气成分值 (FETO2)、呼气末时刻二氧化碳成分值 (FETCO2)、呼吸频率 (BF) | 具备 |
| 13  | 计算参数：一秒率 (FEV1%M)、分钟通气量 (VE)、呼气时氧气分压 (PEO2)、呼气时二氧化碳分压 (PECO2)、吸气时氧气分压 (PIO2)、吸气时二氧化碳分压 (PICO2)、呼气末时刻氧气分压 (PETO2)、呼气末时刻二氧化碳分压 (PETCO2)、摄氧量 (VO2)、二氧化碳排出量 (VCO2)、氧通气当量 (EqO2)、二氧化碳通气当量 (EqCO2)、呼吸交换律 (RER)、呼吸储备 (BR)、死腔潮气比 (VD/VT)、公斤摄氧量 (VO2/kg)、心排量 (Qtc)、梅脱值 (METs)                                      | 具备 |
| 14  | 图表曲线图分析：常规通气曲线、分钟最大通气量曲线、流速流量环曲线、气道激发试验曲线等                                                                                                                                                                                                                                                                | 具备 |
| 15  | 辅助分析功能：测试终止原因分析、运动极值分析、有氧阈值分析、无氧阈值分析、斜率分析、动态流速流量环分析、RPE 量表分析、基础代谢率分析、营养代谢分析                                                                                                                                                                                                                               | 具备 |
| 16  | 具有终止原因分析、运动极值分析、无氧阈分析、呼吸代偿点分析、斜率分析、动态流速环分析、RPE 量表分析、基础代谢分析、营养代谢分析、自动诊断分析等辅助分析功能。                                                                                                                                                                                                                          | 具备 |
| 17  | 数据对比功能：可对同一受试者多次测试的静态和动态肺参数指标进行横向对比                                                                                                                                                                                                                                                                       | 具备 |

|      |                                                                            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 18   | 自定义报警及停止功能; 达到临界值后报警提示, 或自动停止运动测试                                          | 具备 |
| 19   | 定标                                                                         | 具备 |
| 19.1 | 环境定标、流量定标和成分定标功能; 成分定标采用两瓶标准气体定标, 实时显示浓度-时间曲线                              | 具备 |
| 19.2 | 具备手动定标功能, 可完成环境定标、流量定标和成分定标等定标功能。                                          | 具备 |
| 19.3 | 具备全自动及全手动定标功能。具备一键全自动环境定标、流量定标、成分定标                                        | 具备 |
| (三)  | <b>配置要求</b>                                                                |    |
| 1    | <b>台车主机(含电脑及双屏显示器) 1 台</b>                                                 | 具备 |
| 2    | 肺功能数据采集单元 1 个                                                              | 具备 |
| 3    | 血氧模块+耳夹血氧探头 1 套                                                            | 具备 |
| 4    | 压差流量传感器 $\geq 10$ 个                                                        | 具备 |
| 5    | 数据传输线 1 套                                                                  | 具备 |
| 6    | 气体采样管 1 条                                                                  | 具备 |
| 7    | 面罩 2 个                                                                     | 具备 |
| 8    | 打印机 1 台                                                                    | 具备 |
| 9    | 运动心电采集单元 1 套                                                               | 具备 |
| 10   | 运动血压 1 套                                                                   | 具备 |
| 11   | 功率车 1 台                                                                    | 具备 |
| 三    | <b>售后服务</b>                                                                |    |
| 1    | 整机质保期 $\geq 3$ 年, 在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作, 并根据医院要求提供相应记录            | 具备 |
| 2    | 中标后, 提供厂家保修承诺                                                              | 具备 |
| 3    | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训, 直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止, 提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命         | 具备 |
| 4    | 维修保障: 中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码, 软件终身免费升级                  | 具备 |
| 5    | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应, 6 小时内提供维修方案及报价, 24 小时内到达现场, 提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6    | 到货时间: 国产设备合同签订后 30 天内                                                      | 具备 |

| 豫东北院区(肺功能测试系统) |                                                                                                                                                                                                           |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一              | 总体要求                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1              | 符合国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册标准，提供完整的医疗器械注册证、生产许可证及相关安全认证。                                                                                                                                                      | 具备 |
| 2              | 用途：用于对人体的肺功能参数进行测量。常规肺通气功能模块适用于患者进行通气功能测试。                                                                                                                                                                | 具备 |
| 二              | 技术要求                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1              | 肺通气功能检查，包括：流速容量环；潮气量；呼吸频率；最大肺活量：用力肺活量；一秒量；二秒量；三秒量；一秒率；通气量；深吸气量；补呼气量；补吸气量；吸气峰值流速；呼气峰值流速；吸气肺活量；呼气肺活量；最大通气量等                                                                                                 | 具备 |
| 2              | 实时快速一口气气体稀释法残气测定，包括 RV-SB 一口气弥散残气、TLC-SB 一口气法肺总量、RV%TLC-SB 残总比等                                                                                                                                           | 具备 |
| 3              | 实时快速一口气法弥散功能检查：包含 FRC-SB 功能残气、FRC/TLC-SB 功能残气比、%CO Hb 一氧化碳血红蛋白、DLCO-SB 一口气弥散量、KCO 比弥散（弥散率）即每升肺泡容积的一氧化碳弥散量、VA Alveolar volume，肺泡量、FICO 吸气一氧化碳浓度、DLCOc-SB 血红蛋白校正后一口气弥散量、KCOc 血红蛋白校正后弥散率、Hb Hemoglobin，血红蛋白等 | 具备 |
| 4              | 采用一口气呼吸法，弥散检测同步弥散残气测定，参数结果同时获取，包括 RV 残气量、FRC 功能残气量、TLC 肺总量、残总比等                                                                                                                                           | 具备 |
| 5              | 支持支气管激发试验，配备系统一体化激发给药设备                                                                                                                                                                                   | 具备 |
| 6              | 采用高精度双向压差式流量传感器或超声传感器                                                                                                                                                                                     | 具备 |
| 7              | 传感器手柄恒温电加热，具备温度自动补偿可防冷凝                                                                                                                                                                                   | 具备 |
| 8              | 流量范围 0-16 L/s，分辨率 0.01L/s，其精度为±2%                                                                                                                                                                         | 具备 |
| 9              | 容积 0-10L，分辨率 0.001L，精度±3%；                                                                                                                                                                                | 具备 |
| 10             | 具备肺弥散功能检查                                                                                                                                                                                                 | 具备 |
| 11             | 检查参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）。                                                                                                                                                                     | 具备 |
| 12             | 采用一口气呼吸法，弥散实时监测气体浓度                                                                                                                                                                                       | 具备 |
| 13             | 弥散检测采用 CO/CH4 或 CO/He 的混合气体，无需额外气体，成本更低；CO/CH4 或 CO/He 气体分析器为红外原理或电化学分析原理，测量范围 0-0.3%，精度±1%，分辨率 0.001%；                                                                                                   | 具备 |
| 14             | 具备支气管反应性测定                                                                                                                                                                                                | 具备 |
| 15             | 气道激发试验测试：PD10, PD15 或 PC20、PD20 测算，具备肺功能测试系统控制一体化激发试验喷药功能，软硬件一体无需外接；                                                                                                                                      | 具备 |

|    |                                                                                                                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | 配备与激发试验相匹配的自动雾化给药设备，雾化流速 $\geq 6\text{L/min}$ ，雾化压力 $\leq 1.5\text{ bar}$ ，雾化率 $\geq 240 \pm 20\text{mg/min}$ 或 $\geq 0.15\text{ml/min}$ ，平均颗粒直径 $< 10\mu\text{m}$ | 具备 |
| 17 | 雾化残留液量 $\leq 2\text{ ml}$ ；                                                                                                                                        | 具备 |
| 18 | 具备自动药物补偿功能，当患者出现配合不佳时导致药物吸入不够，系统会识别异常并补偿缺失的药物，协助患者达到激发操作要求                                                                                                         | 具备 |
| 19 | 预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值。                                                                                                                                     | 具备 |
| 20 | 提供标准气体气瓶 $\geq 2$ 个                                                                                                                                                | 具备 |
| 三  | <b>售后服务</b>                                                                                                                                                        |    |
| 1  | 整机质保期 $\geq 3$ 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录                                                                                                      | 具备 |
| 2  | 中标后，提供厂家保修承诺                                                                                                                                                       | 具备 |
| 3  | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录，提供设备设计使用寿命                                                                                                    | 具备 |
| 4  | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                                                                                                            | 具备 |
| 5  | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式                                                                                            | 具备 |
| 6  | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                                                                                                               | 具备 |

| 豫东北院区(直立倾斜试验系统) |                                                                                                                      |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一               | <b>总体要求</b>                                                                                                          |    |
| 1               | 符合国家药品监督管理局 (NMPA) 医疗器械注册标准，提供完整的医疗器械注册证、生产许可证。                                                                      | 具备 |
| 2               | 适用范围：适用于临床筛查辅助诊断晕厥或直立不耐受患者的病因。                                                                                       | 具备 |
| 二               | <b>技术要求</b>                                                                                                          |    |
| 1               | 软件功能：                                                                                                                | 具备 |
| 1.1             | 患者数据登记模块，具有病例管理功能。对监测数据（心电数据、血压数据、心率数据、呼吸数据）的读取、存储、回放、浏览、输出功能。倾斜床设备操控软件模块。内存 4GB 及以上，硬盘 300GB 以上，屏幕分辨率 1600*900 及以上； | 具备 |
| 1.2             | 能够对接医院 HIS 系统，具备患者预约登记功能，可自行预设检查方案；                                                                                  | 具备 |
| 1.3             | 可根据患者情况，在倾斜试验过程中灵活执行预设置的试验方案，调整时长。                                                                                   | 具备 |
| 1.4             | 可查看心电散点图、心率变异性（包含时域参数和频域参数）、血压变异分析数据。                                                                                | 具备 |

|      |                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| ★1.5 | 具备心电，血压，心率，呼吸率实时同步监测；                                 | 具备 |
| 1.6  | 心电模块可对倾斜试验过程中患者的心电数据读取、存储、回放、浏览和输出；                   | 具备 |
| 1.7  | 血压模块可对倾斜试验过程中患者的血压数据读取、存储、回放、浏览和输出；                   | 具备 |
| 1.8  | 可对倾斜试验过程中患者的呼吸数据读取、存储、回放、浏览和输出；                       | 具备 |
| 1.9  | 具备报警功能，检测时，数据超出安全范围后，将通过声音和显示报警；                      | 具备 |
| 1.1  | 试验结束后可自动生成诊断报告，包括血压、心率、心电波形、呼吸率等，并可对报告进行编辑，支持打印；      | 具备 |
| 1.11 | 同步显示血压及心电图数据，同步显示血压趋势图及实时心律趋势图，通过床体运行轨迹同步显示血压数据和心电数据； | 具备 |
| 1.12 | 在系统数据遭受破坏的情况下，可提供数据恢复；                                | 具备 |
| 1.13 | 具备扩展功能，可联接逐波连续血压、TCD、脑氧仪等设备，实现数据同步；                   | 具备 |
| 1.14 | 具有对床体高度、角度进行校准维护功能；                                   | 具备 |
| 1.15 | 系统需具备用户访问控制措施，确保只有授权用户可以登录；                           | 具备 |
| 1.16 | 内置软件，非光盘安装，出厂前安装调试完成；                                 | 具备 |
| 2    | 心电：                                                   | 具备 |
| 2.1  | 应符合国家医药心电诊断行业标准 YY-1079；                              | 具备 |
| 2.2  | 导联：标准 12 导联；                                          | 具备 |
| 2.3  | 心率显示范围为：20bpm~300bpm；                                 | 具备 |
| 2.4  | 报警范围：30bpm~300bpm；                                    | 具备 |
| 2.5  | 增益：2.5mm\mv 5 mm\mv 10 mm\mv 20 mm\mv 等；              | 具备 |
| 2.6  | T 波最大幅值：1.2mv；                                        | 具备 |
| 3    | 血压：                                                   | 具备 |
| 3.1  | 测量方法：示波法                                              | 具备 |
| 3.2  | 自动测量间隔：1min ~30min；                                   | 具备 |
| 3.3  | 测量范围：0mmHg~280 mmHg；                                  | 具备 |
| 3.4  | 报警范围：收缩压 0mmHg~280mmHg，舒张压 0mmHg~280mmHg；             | 具备 |
| 3.5  | 最大袖带压：不大于 40kPa（300 mmHg）；                            | 具备 |
| 3.6  | 具有预设充气值功能（自动升压技术），提高病人舒适性，减少测量时间；                     | 具备 |
| 4    | 呼吸率：                                                  | 具备 |
| 4.1  | 测量范围：20bpm~120bpm；                                    | 具备 |
| 4.2  | 报警范围：上限 16bpm~120bpm，下限 15bpm~119bpm；                 | 具备 |
| 4.3  | 分辨率：≤1bpm；                                            | 具备 |
| 5    | 倾斜试验床体：                                               | 具备 |

|     |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 | 安全带装置：固定带可调节和锁定，适应不同体型患者；                                               | 具备 |
| 5.2 | 电动床倾斜调节角度范围 0° – 90° ；                                                  | 具备 |
| 5.3 | 电动床从 0° – 90° 范围正常起落速度≤15 秒；                                            | 具备 |
| 5.4 | 床体紧急回落速度时间≤5 秒；                                                         | 具备 |
| 5.5 | 配备紧急回落操作手柄；                                                             | 具备 |
| 5.6 | 脚踏板可移动，适应于不同身高患者；                                                       | 具备 |
| 5.7 | 电动床载重：工作载荷不大于 135kg；                                                    | 具备 |
| 三   | <b>售后服务</b>                                                             |    |
| 1   | 整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录                  | 具备 |
| 2   | 中标后，提供厂家保修承诺                                                            | 具备 |
| 3   | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命        | 具备 |
| 4   | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级                 | 具备 |
| 5   | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6   | 到货时间：国产设备合同签订后 30 天内                                                    | 具备 |

## 第六章 投标文件格式

(本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，与本采购项目无关的，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。)

\_\_\_\_\_（项目名称及第 标段（包））

# 投标文件

采购项目编号：

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（投标人自行编制目录）

# 一、投标函及投标函附录

## （一）投标函

\_\_\_\_\_（采购人）：

\_\_\_\_\_（投标人全称）授权\_\_\_\_\_（委托代理人姓名）为本项目委托代理人，参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称及第 标段（包））\_\_\_\_\_（采购项目编号）招标的有关活动，并对相关服务进行投标。为此承诺如下：

1. 提供招标规定的全部投标文件。
2. 投标总报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_，（小写）\_\_\_\_\_。
3. 如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。
4. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
5. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
6. 本项目投标有效期从投标截止之日起 60 日历天。
7. 如果下列情况发生之一时，我方将放弃投标资格：
  - （1）我方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。
  - （2）我方提供虚假材料。
  - （3）我方因其自身原因未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
8. 若我方中标，我方愿意按照招标文件参照的标准支付采购代理机构服务费等费用。
9. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

地址：

邮政编码：

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 投标函附录

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 项目名称及第 标<br>段（包）   |            |
| 投标人名称              |            |
| 投标报价               | 大写：<br>小写： |
| 投标质量               |            |
| 交货安装期限<br>（合同履行期限） |            |
| 投标有效期              |            |
| 质保期                |            |
| 备注                 |            |

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、分项报价表

项目名称及第 标段（包）：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

金额单位：元（人民币）

| 序号                          | 货物名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 |
|-----------------------------|------|----|------|----|-------|----|----|----|----|----|
| 1                           |      |    |      |    |       |    |    |    |    |    |
| 2                           |      |    |      |    |       |    |    |    |    |    |
| 3                           |      |    |      |    |       |    |    |    |    |    |
| ...                         |      |    |      |    |       |    |    |    |    |    |
| ...                         |      |    |      |    |       |    |    |    |    |    |
| 投标总价：大写：_____<br>小写：_____ 元 |      |    |      |    |       |    |    |    |    |    |

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 设备配置清单一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
|----|------|----|----|------|-------|
|    |      |    |    |      |       |
|    |      |    |    |      |       |
|    |      |    |    |      |       |
|    |      |    |    |      |       |
|    |      |    |    |      |       |
|    |      |    |    |      |       |
|    |      |    |    |      |       |

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

易损件、备品备件报价表

供应商名称：

采购编号：

单位： 人民币元

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 市场单价 | 质量保证期内单价 | 质量保证期外单价 |
|----|-----|------|----|------|----------|----------|
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |
|    |     |      |    |      |          |          |

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 技术偏差表

| 序号  | 名称 | 招标文件中技术要求 | 响应实际技术要求<br>(供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写) | 偏差说明(无<br>偏离/正偏离<br>/负偏离) | 偏离简述 | 技术偏差索引 |
|-----|----|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------|--------|
| 1   |    |           |                                     |                           |      |        |
| 2   |    |           |                                     |                           |      |        |
| 3   |    |           |                                     |                           |      |        |
| 4   |    |           |                                     |                           |      |        |
| 5   |    |           |                                     |                           |      |        |
| 6   |    |           |                                     |                           |      |        |
| 7   |    |           |                                     |                           |      |        |
| 8   |    |           |                                     |                           |      |        |
| ... |    |           |                                     |                           |      |        |

注：

1、供应商必须对应采购文件“第五章 采购需求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

商务偏差表

| 序号  | 名称 | 招标文件中商务要求 | 响应实际商务要求<br>(供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写) | 偏差说明<br>(无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离简述 |
|-----|----|-----------|-------------------------------------|-----------------------|------|
| 1   |    |           |                                     |                       |      |
| 2   |    |           |                                     |                       |      |
| 3   |    |           |                                     |                       |      |
| 4   |    |           |                                     |                       |      |
| 5   |    |           |                                     |                       |      |
| 6   |    |           |                                     |                       |      |
| 7   |    |           |                                     |                       |      |
| 8   |    |           |                                     |                       |      |
| ... |    |           |                                     |                       |      |

注：

1、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

2、本表内容不得擅自删减。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书

#### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（单位电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附法定代表人身份证正反面扫描件

## （二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人全称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为本单位的合法代理人，以本单位的名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及第 标段（包））的投标，委托代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限： 本授权书至投标有效期结束前始终有效

委托代理人无转委托权

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子签章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附委托代理人身份证正反面扫描件

#### 四、技术部分 (格式自拟)

## 五、综合材料

### 1、资格审查资料

资格审查相关证明文件（附招标文件第三章评标办法初步评审中“1. 资格性审查”所规定需要提交的资格证明文件相应的复印件或扫描件）。

### 2、按招标文件要求应提交的其他资料或供应商自认为有必要附入的其它资料。

### 3、反商业贿赂承诺书

#### 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称及第 标段（包））采购项目编号为：\_\_\_\_\_）  
采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 4、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称及第 标段（包））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
- 3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

**（提醒：如果投标人不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》）**

## 5、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）**

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 6、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

## 六、供应商认为有必要附的其他材料

## 附件

### 濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致(采购人):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未曾做出虚假采购承诺;
- (七)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(电子签章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或电子签章):

日期: 年 月 日

注:1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3、供应商在投标(响应)时按照规定提供信用承诺函,无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供证明材料,以核实供应商承诺事项的真实性。

4、供应商在中标(成交)后,应将上述要求由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、代理机构核验。经核验无误后,由采购人、代理机构发出中标(成交)通知书。