


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>李斌</u>	
	职称： <u>工程师</u>	
	工作单位： <u>洛阳环锦光源有限公司</u>	
项目信息	项目名称：汝阳县人民医院 64 排 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：780,000.00 元	
	供应商名称：河南友恒医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由，应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等)</u> 业主单位原有GE OPTIMA 660 CT台，现需采购该设备配套球管。由于该设备球管国内无替代产品，为保证整机的兼容性和匹配性，需采购原厂配套球管，河南友恒医疗科技有限公司为该地区唯一供应商，建议采用单一来源采购方式从该供应商处采购该球管。	
专业人员签字		日期 <u>2024 年 6 月 24 日</u>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。