

版本号	2025-A 版
合同编号	20250725
签订日期	2025 年 07 月 25 日

购销合同

采 购 方： 汝阳县中医院 (以下简称甲方)

经 办 人：





供 货 方： 河南豫卫专用车有限公司 (以下简称乙方)

经 办 人：黄建会



甲、乙双方就救护车采购事宜，依据项目编号（汝政采-2025-168）中标通知书、《中华人民共和国民法典》相关规定，达成如下协议：

一、采购品目、型号、数量及金额（人民币）

序号	产品名称	规格车型	厂牌型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	救护车（监护型）	江铃福特 V362 中轴中顶汽油	GKQ5036XJH T6	2	229000	458000
合同总金额		大写：肆拾伍万捌仟元整				
		小写：458000.00				

二、采购配置详细参数

见附件——车辆配置参数。

改装底盘车出厂日期需在三个月之内（合同签订之日起前三个月内的车辆）。

三、交车地点、日期

3.1、甲乙双方约定交车地点：

☐ 甲方来乙方公司自提；

☒ 乙方送货到汝阳县中医院。

3.2、甲乙双方约定交车日期为：签订合同 30 日内。

四、付款方式

4.1、从交付当日算起，甲方需在 30 日历天内 向乙方支付车辆全款。

乙方交付当日向甲方出具机动车销售发票，收到甲方合同款后，向甲方移交车辆所有手续原件（底盘及救护车合格证、保修手册、备用钥匙）。

4.2、乙方账户信息：

甲、乙双方就救护车采购事宜，依据项目编号（汝政采-2025-168）中标通知书、《中华人民共和国民法典》相关规定，达成如下协议：

一、采购品目、型号、数量及金额（人民币）

序号	产品名称	规格车型	厂牌型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	救护车（监护型）	江铃福特 V362 中轴中顶汽油	GKQ5036XJH T6	2	229000	458000
合同总金额		大写：肆拾伍万捌仟元整				
		小写：458000.00				

二、采购配置详细参数

见附件——车辆配置参数。

改装底盘车出厂日期需在三个月之内（合同签订之日起前三个月内的车辆）。

三、交车地点、日期

3.1、甲乙双方约定交车地点：

☐ 甲方来乙方公司自提；

☒ 乙方送货到汝阳县中医院。

3.2、甲乙双方约定交车日期为：签订合同 30 日内。

四、付款方式

4.1、从交付当日算起，甲方需在 30 日历天内向乙方支付车辆全款。

乙方交付当日向甲方出具机动车销售发票，收到甲方合同款后，向甲方移交车辆所有手续原件（底盘及救护车合格证、保修手册、备用钥匙）。

4.2、乙方账户信息：

公 司 名 称：河南豫卫专用车有限公司

开 户 行：中国工商银行郑州花园北路支行

账 号：1702420509200045620

五、售后保障

5.1、救护车底盘以及救护车改装部分及配备专用设备质保期 6 年或 13 万公里（以先到者为准），维修保养：首保后按照保养手册和相关要求，救护车维修保养与同类车实行同等待遇。

5.2、甲方也应按照厂家官方保修手册规定进行保养、维修。质保期外，乙方有偿提供维修、改装升级服务。

六、权利与义务

6.1、乙方向甲方出售的车辆，质量须符合国家颁布的车辆质量标准。

6.2、合同执行过程中，严格遵守采购文件要求及双方约定事项。

6.3、从车辆交付后甲方请在 90 个工作日内完成车辆上牌工作，超出时间后造成不能上牌的，责任由甲方承担，如需乙方协助，则所有费用由甲方承担。如因乙方原因造成未能及时上牌由乙方承担。

6.4、甲方应对所购车辆当场验收，对所购车辆的功能及外观进行认真检查和确认，如有异议，应当场向乙方提出；如无异议，双方签署《车辆验收单》，即为该车辆正式交付，车辆正式交付之时起，该车辆的所有风险责任由乙方转移至甲方。

七、违约责任

7.1、若乙方公司延迟交货，每延迟一天需支付合同总价的 0.05%作为违约金。

7.2、若甲方延迟付款，每延迟一天需支付应付金额的 0.05%作为违约金。

八、不可抗力

不可抗力是指人为或自然灾害等其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应及时向对方通报理由,在提供相应证明后,可允许延期履行、部分履行或不履行,并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

九、争议解决方式

8.1、因车辆的质量问题发生争议,由质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担,鉴定费用由甲方先行垫付。

8.2、合同产生争议,由双方协商解决,协商或调解不成可向甲方所在地法院提起诉讼。

十、其他

本合同一式肆份,甲方贰份、乙方贰份。本合同须甲乙双方授权代表签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律法规及政策另有规定的,从其规定。

十一、附件

附件为甲乙双方约定的车辆配置参数,是本合同唯一附件,双方授权代表签字即生效。

注:此合同扫描件与合同原件具有同等法律效应!

甲 方 (盖章):

乙 方 (盖章)

授权代表 (签字):

授权代表 (签字):

2025 年 7 月 25 日

2025 年 07 月 25 日

附件:救护车参数

救护车技术参数及性能配置要求

一、基本要求:

- 1、车型: 投标车型必须为救护车。
- 2、功能: 主要用于运输和抢救病人。
- 3、上牌要求: 投标单位所投标车辆应具备国家发改委目录公告, 能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。
- 4、驾驶证要求: C1 驾照即可驾驶。
- 5、工作条件: 车辆应适应全国自然条件, 适应户外作业的需求。
- 6、舒适配置: 多功能方向盘、定速巡航、日间行车灯、倒车雷达后视。
- 7、搭载车载指挥中心调度系统, 须与汝阳县 120 急救指挥中心匹配的车载终端, 包括主机、前、后摄像头。

二、底盘要求:

1. 车辆尺寸: 整车长(mm): 5341; 整车宽(mm): 2040; 整车高: 2465; 轴距(mm): 3300。(客车底盘改装)
2. 排放标准: 国六、排气量: 1997ml、功率: 汽油 162kw; 总质量(kg): 3220、整备质量(kg): 2225、乘员数: 8 人
- 3、燃油种类: 汽油; 变速器: 手动变速器, 中控台集成式换挡杆。
- 4、最高时速: 170Km/h, 轮胎: 215/65R16C, 铝合金轮毂。
- 5、刹车系统: 前通风盘式, 后实心盘式, ABS, 四轮碟刹。驱动方式: 前置前驱。

三、车辆主要配置

- 1、防抱死制动系统 (ABS)
- 2、制动力分配系统 (EBD)
- 3、车辆维护警告系统
- 4、中控门锁
- 5、驾驶室 3 座椅
- 6、驾驶员安全气囊
- 7、定速巡航
- 8、驾驶室电动车窗
- 9、后双开门

10、为保持车身颜色的一致性，车辆前后保险杠与车辆同色（原厂定制）。

11、二把原厂钥匙

12、驾驶室原厂冷暖系统、原厂备胎、高位刹车灯、备原厂工具

四、内饰装配系统

1、医疗舱内饰：内饰车顶采用高强度、抗冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的一次成型吸塑工艺材料，防火标准：B1 级标准；；车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力。

2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗），一次成型吸塑工艺 1 套。

3、舱内左侧双 10L 氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，一次成型吸塑工艺 1 套。

4、医疗舱隔断医疗柜，柜体表面无尖锐边角，采用圆边处理 1 套。

5、舱内多用医药吊柜：一次成型吸塑工艺蓝色抗辐射推拉窗 1 套。

6、舱内左侧长医疗柜一次成型吸塑工艺：平台边缘突出，1 套。

7、输液挂钩：2 个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤 1 套。

8、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞 1 套。

9、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用隔音材料，降低医疗舱噪音。

10、医疗舱内饰采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用皮质软包。

11、医疗柜体开门、抽屉闭合处采用铝合金拉手锁，产品外露不应有明显斑点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固圆整光滑不应有裂纹。

12、医用地板：医用铝合金地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，医用地板下置 PVC 阻燃板 1 套。

五、空调排风系统

1、空调系统：前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架 1 套。

2、双向换气扇：车厢内换气次数 30 次/小时，排气量 7.5m³/min 1 套。

3、暖风系统：暖风独立控制、可调节风速 1 套。

六、照明、消毒系统

1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能 1 套。

2、医用射灯：3*1W 色温中性白 2 套。

3、顶部照明灯：LED 高亮照明灯 2 套。

4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光 1 套。

七、一体化智能电源控制系统

7.1 救护车电源系统必须为一体化智能电源控制系统。

7.2、一体化智能电源控制系统接口参数配置：

- 1)、配置 2 路最大支持 300A 直流输入口，可支持车载主副蓄电池接入；
- 2)、配置 3 路（带 10A 保险保护）可扩展至 30A 直流输出口，可支持医疗舱环境照明灯光和直流插座接入；
- 3)、配置 5 路（带 5A 保险保护）可扩展至 30A 直流输出口，可支持医疗舱门控灯、输液灯、换气扇、后照明灯、消毒灯等接入；
- 4)、配置 1 路交流输出口，输出电压：220V，功率：1500W，波形：纯正弦波，频率：约 50HZ，可供医疗舱的交流用的设备使用；
- 5)、配置 9 路触发信号接口，可支持医疗舱内控制开关面板接入；
- 6)、配置 1 路串行通讯口，支持 modbus 协议通讯，可与上位机操作软件进行通信；
- 7)、配置 1 路交流输入口，可支持在蓄电池亏电的情况下对其充电和供医疗舱的交流用的设备使用；
- 8)、配置 4 路（带 20A 保险保护）可扩展至 30A 和 ≥ 2 路（带 15A 保险保护）可扩展至 30A 直流输出口，可支持医疗舱直流插座接入；

7.3、一体化智能电源控制系统功能要求

- 1)、直流输入电压报警：过压报警：15.02V；低压报警：10.49V；低压关机：9.98V
- 2)、输出功率过载报警保护：瞬时功率：105.2%预警，120.6%报警，180.1%瞬时关断
- 3)、过温报警保护：温度：45.2° C 预警并启动风速扇热；75.5° C 报警并瞬时关断
- 4)、设备保护：可监控系统输入（出）电压、总电流、功率、运行温度，超出预设告警值，蜂鸣器间歇发出响声提醒用户；如超出过载值，系统会瞬时关断起到保护设备作用，LCD 显示屏显示相应的告警代码，蜂鸣器一直发出响声提醒用户；
- 5)、智能充电：支持三段式充电：恒流、恒压、浮充，输出最大电流 15.8A、电压 14.6V、功率 180W
- 6)、自动关机：整机在输入的触发信号断开 5 分钟后，系统能够自动关机，时间可以通过串口设置。
- 7)、显示信息：前面板带 LCD 显示屏，可显示当前直流输入电压，输出电压、频率、负载率，电池剩余容量，报警代码等信息；

8)、为了适应不同的医疗救护场景,便于蓄电池充放电智能管理须支持不少于4情景预设与调用,如输入电压智能趋势分析、固定电压阈值运行模式等,调用方式可以支持拨码开关和串口设置;

9)、UPS 切换时间:4.9ms,系统在市电输入与逆变输出间自动切换不影响医疗舱设备运行,从而实现对医疗舱交流不间断供电;

10)、不间断供电:在直流输入电压12.6V(即车辆启动状态)且无交流电输入状态下,可实现96小时不间断输出交流电压220V、功率1200W。

7.4、一体化智能电源控制系统逆变系统

逆变器输出功率1500W,纯正弦波逆变电源:集逆变、自动充电于一体,并集成在一体化智能电源控制系统内,无需另行安装(提供实物图片证明并且附有内部布局说明图),正弦波输出,稳频稳压,纹波小,为了确保救护车上各种医疗设备等精密仪器的稳定安全运行。

7.5、交/直流插座

组合插座、可接三/二孔的多功能插座5个,12V交流插座2个。

八、担架、座椅系统

1、右侧安装单人后背可调节式座椅1套、长条坐柜1套。

2、自动上车担架:自动上车担架1套。

3、自动上车担架配套担架平台:采用优质不锈钢材料制作,辅助担架上下车1套。

九、医疗警示外观系统

1、车顶部蓝色镶嵌式警灯1套,警灯总成蓝色警灯罩6件

车尾上部警灯1套,警灯总成5件

2、左右两侧爆闪警示灯:3套。

3、尾部LED警灯:2套。

4、驾驶室安装警报、警灯控制器;工作方式:警报器面板控制;警报器音调调节灯控制1套。

5、医疗舱玻璃窗膜1套。

6、车身外观:安装客户要求定制1套。

十、供氧系统

1、氧气管道:采用医用管作为氧气管道,无缝焊接,壁厚1.5mm 1套。

2、氧气瓶10L、钢质无缝,含固定支架,2套。

3、湿化器快速转换接口,插头体总成(氧气) 2套。

4、湿化器:流量调节阀和湿化杯连为一体,湿化杯可以360°旋转1套。

5、氧气终端:吸氧用终端连接湿化器,呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头1套。