

汝州市临汝镇卫生院康复设备采购项目

招标文件

采购项目编号：汝财招标采购-2025-29



采购人：汝州市临汝镇卫生院

采购代理机构：河南煜韬工程管理有限公司

日期：二零二五年八月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 供应商须知.....	5
第三章 评标办法（综合评分法）	14
第四章 采购内容及要求.....	20
第五章 合同条款及格式.....	35
第六章 投标文件格式.....	51

第一章 招标公告

汝州市临汝镇卫生院康复设备采购项目

招标公告

项目概况

汝州市临汝镇卫生院康复设备采购项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》（网址：www.rzggzy.com）上获取招标文件，并于2025年9月9日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：汝财招标采购-2025-29
- 2、项目名称：汝州市临汝镇卫生院康复设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3985040.00 元

最高限价：3985040.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	汝州市临汝镇卫生院康复设备采购项目	3985040.00	3985040.00

- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1 采购内容：康复设备一批
- 5.2 资金来源：自筹资金
- 5.3 交货期：签订合同后 60 日历天内供货及安装调试完毕
- 5.4 质量要求：合格
- 5.5 质保期：自验收合格之日起一年
- 5.6 招标范围：采购内容及要求包含的全部内容（详见招标文件）
- 5.7 标段划分：本项目共划分为 1 个标段

- 6、合同履行期限：同交货期

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务制度(提供 2024 年度经审计合格的财务审计报告，若供应商为新成立企业，提供近三个月财务报表或其基本户开户银行出具的资信证明)；

3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2025 年以来任意三个月的公司纳税证明和社保缴纳证明)；

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函, 格式自拟)；

3.5 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大的违法记录的书面声明(提供承诺函, 格式自拟)；

3.6 提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”各网站查询结果页面截图。不得有不良记录。（执行财库【2016】125 号文）；

3.7 供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商（经销商）的须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.8 本项目不接受联合体投标, 不得转包。

三、获取招标文件

1、时间：2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 8 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com）

3、方式：①供应商须在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）注册入库。操作说明：

<http://www.rzggzy.com/HNRZ/ServiceInteraction/indexMore.do?id=fdd6c8fc-bb0a-4c07-8715-d29609fc7a80>），并办理‘数字证书（CA）’；②登录交易系统选择进入计划投标的项目，下载电子采购文件（gef 格式），或者访问网站‘交易信息’找到并点开项目招标或采购公告，下载电子招标采购文件（gef 格式）；③电子采购文件（gef 格式）使用‘电子投标人工具箱’打开，电子投标人工具箱的安装包下载和使用说明见网站‘办事服务’-‘下载专区’和‘系统操作指南’。

4、售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025 年 9 月 9 日 8 时 30 分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 9 月 9 日 8 时 30 分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《汝州市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（www.rzggzy.com）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、受理投诉监督管理部门：汝州市财政局

联系电话：0375-6862799

邮箱地址：rzcgb406@163.com

联系地址：汝州市望嵩中路 116 号

2、供应商在主体诚信库中自行上传企业相关资质、业绩等证明材料，并自行承担真伪责任。供应商主体诚信库信息作为资格审查和评标依据，在中心网站予以公示接受社会监督。

3、本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子投标文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议活动。

4、供应商应当在开标会议活动开始前，登录开标会议大厅，在线准时参加开标会议活动并进行电子投标文件解密。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：汝州市临汝镇卫生院

地址：汝州市临汝镇

联系人：赵女士

联系方式：13939950090

2、采购代理机构信息

名称：河南煜韬工程管理有限公司

地址：汝州市风穴路街道广育路 203 号南楼 3 楼

联系人：王女士

联系方式：19937506933

3、项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：19937506933

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名 称：汝州市临汝镇卫生院 联系人：赵女士 联系方式：13939950090
2	采购代理机构	名 称：河南煜韬工程管理有限公司 联系人：王女士 联系方式：19937506933
3	项目名称	汝州市临汝镇卫生院康复设备采购项目项目
4	交货期	签订合同后 60 日历天内供货及安装调试完毕
5	招标范围	采购内容及要求所包含的全部内容（详见招标文件）
6	资金来源	自筹资金
7	出资比例	100%
8	资金落实情况	已落实
9	采购内容	康复设备一批
10	质保期	自验收合格之日起一年
11	质量要求	合格
12	供应商资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1 具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务制度(提供 2024 年度经审计合格的财务审计报告，若供应商为新成立企业，提供近三个月财务报表或其基本户开户银行出具的资信证明)； 3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2025 年以来任意三个月的公司纳税证明和社保缴纳证明)；

		3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函, 格式自拟); 3.5 参加政府采购活动近三年内, 在经营活动中没有重大的违法记录的书面声明(提供承诺函, 格式自拟); 3.6 提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”各网站查询结果页面截图。不得有不良记录。(执行财库【2016】125号文); 3.7 供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证; 供应商为代理商(经销商)的须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证; 3.8 本项目不接受联合体投标, 不得转包。
13	踏勘现场	不组织
14	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止之日 10 日前
15	招标人澄清的时间	递交投标文件截止之日 15 日前
16	分包	不允许
17	构成招标文件的其他材料	招标文件所作的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。
18	投标有效期	投标文件截止之日起 60 日历天
19	投标保证金、履约保证金、质量保证金	不收取
20	签字或盖章要求	供应商在制作投标文件时, 应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章(包括企业电子印章及法人电子签章), 无法电子签章的地方, 可以上传加盖公章的扫描件。
21	投标文件份数	本项目为全流程电子化交易项目, 供应商只需要递交电子投标文件, 不用再提供纸质投标文件;
22	投标截止时间及地点	时间: 2025 年 9 月 9 日 8 时 30 分 (北京时间) 地点: 全国公共资源交易平台 (河南省·汝州市) 电子交易系统

23	开标时间和地点	同投标截止时间及地点
24	是否退还投标文件	否
25	评标委员会的组建	评标委员会构成:业主代表 1 人, 相关的经济、技术专家 4 人组成。 评标专家确定方式: 经济、技术专家应在开标前从相关的评标专家库中随机抽取确定。
26	是否授权评标委员会确定中标人	否, 推荐的中标候选人数量: 3 名
27	采购代理服务费	采购代理服务费由中标供应商支付, 其中采购代理服务费以中标价为标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[2023]002 号) 文件规定, 由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付。
28	结果公告	结果公告将在招标公告发布的同一媒介发布
29	招标控制价	人民币大写: 叁佰玖拾捌万伍仟零肆拾元整; 小写: 3985040.00 元。 投标报价高于最高限价的, 投标将被否决。
30	投标文件的递交	1. 本项目为全流程电子化交易项目。 2. 使用浏览器访问-全国公共资源交易平台(河南省·汝州市)(网址:www.rzggzy.com), 第一步: 点击网站首页右上角‘市场主体登录’, 登录交易系统选择进入计划投标的项目, 点击‘我要投标’, 下载当前项目或标段的‘电子投标响应文件(壳文件)’; 第二步: 使用‘电子投标人工具箱’打开电子投标响应文件, 编辑投标信息并导入投标文件, 然后使用数字证书(CA)进行签章并固化, 最后进入‘我要投标’页面, 上传已固化的电子投标文件(gef 格式), 上传过程自动加密。 3. 供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题, 投标文件未在投标截止时间前成功上传的, 其投标文件不予接收。
31	标的所属行业	工业

总则

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、交货期和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 是否组织联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；
- (3) 为本项目提供采购代理服务的；
- (4) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (6) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的；
- (10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 采购代理服务费由中标供应商支付，其中采购代理服务费以中标价为标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002 号）文件规定，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

不召开。

1.10 分包

不允许分包。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 采购内容及要求
- (5) 合同条款及格式
- (6) 投标文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在质疑期限内要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在发布公告的媒介发布更正公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间

不足 15 天且影响投标文件的编制的，将顺延提交首次投标文件截止之日。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间 15 天前，采购人可以在发布公告的媒介以更正公告形式修改招标文件，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有供应商具有约束力。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

各供应商应注意及时关注发布公告的媒介上发出的公告信息，自行下载招标文件的澄清与修改，因供应商自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果由供应商自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权书
- 三、分项报价明细表
- 四、技术规格偏离表
- 五、资格审查资料
- 六、技术部分
- 七、综合部分
- 八、反商业贿赂承诺书
- 九、投标诚信承诺
- 十、中小企业声明函

3.2 投标报价

投标报价要唯一。

3.3 投标有效期

在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4 资格审查资料

供应商在编制投标文件时，应按照招标文件要求提供资格要求的资料，以证实各项资格条件能继续满足投标资格要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.5 备选投标方案

不接受

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

4. 开标

4.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的开标时间和地点开标。

4.2 开标程序

开标时，由供应商使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。

5. 评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6. 合同授予

6.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.2 中标通知

在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知供应商被确定中标；中标人在接到招标代理机构通知后应在 1 个工作日内领取中标通知书；中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

6.3 签订合同

6.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 15 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。无论是国库集中支付还是预算单位自行支付的政府采购合同，采购人都要自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内，将政府采购合同在《河南省政府采购网》上公告，合同签订 1 个工作日内报本级财政部门备案。政府采购合同公告内容包括合同的约定资金支付方式、时间、条件和逾期支付资金的违约责任等，但涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

6.3.3 供应商在中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。（详见附件）

7. 重新招标和不再招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 通过资格性审查的供应商不足三家的。

7.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，采购人可以不再进行招标。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9. 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应按照中华人民共和国财政部令第94号规定的程序进行质疑和投诉，但须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其它内容：见供应商须知前附表。

附件 1:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法（综合评分法）

条款号		评审因素	评审标准
1	资格评审标准	供应商资格	符合第二章“供应商须知前附表”中供应商资格要求规定 注：以供应商主体诚信库上传的证明材料作为资格审查和评标依据，未通过资格评审者不允许进入符合性评审。
2	符合性审查标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标文件格式	符合文件中第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价（不能超过最高限价）
		投标文件签字盖章	投标文件符合招标文件要求签字盖章
		交货期	符合第二章“供应商须知前附表”
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”
		实质性要求和条件	满足招标文件要求
分值构成 (总分100分)			报价部分：30分 技术部分：40分 综合部分：30分

评分因素	评分内容	评分标准
报价部分 (30 分)	报价分 (30 分)	本项目以满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下面公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 最终得分计算保留小数点后两位。 2. 供应商的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 注：根据财库{2022}19号文件的通知，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业参与价格分计算价=小微企业报价×（1-10%）。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》并同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。没有提供证明材料的报价投标人将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。同一供应商（包括联合体），小微企业产品、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 （注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人在规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
技术部分 (40 分)	技术指标 响应情况 (40 分)	1、供应商提供的产品技术参数及要求符合招标文件技术参数要求，全部满足得40分。 2、技术指标或功能要求每有一条标“★”项不满足扣1.5分，每有一条非标“★”项不满足扣0.5分，扣完为止，最低得0分。 注：（1）技术参数中可以提供原厂彩页或官网截图或产品功能截图或资质证书等证明材料的，不得提供虚假证明材料。 （2）供应商提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件、彩页（生产厂家印刷）及产品说明资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。

综 合 部 分 (30 分)	实施方案 (10分)	根据各供应商提供的实施方案(包括但不限于安装调试方案、质量保证措施、项目进度安排及人员配置及分工等)进行综合评审: 第一档: 实施方案科学完整, 可操作性强, 得 10 分; 第二档: 实施方案科学完整, 具备可操作性, 得 7 分; 第三档: 实施方案完整, 可操作性一般, 得 4 分; 第四档: 实施方案不完整, 可操作性差, 得 1 分; 第五档: 没有提供不得分。
	培训方案 (10分)	根据各供应商提供的临床及工程师培训方案(包括但不限于培训方案的布置、拟投入的培训人数、计划培训时长、满足于项目需要等)进行综合评审: 第一档: 培训方案内容详实具体, 培训时长充分且高效、人数充足, 满足项目需要, 得 10 分; 第二档: 有较具体的培训方案, 内容较详实, 培训时长基本满足项目需求、人数基本满足项目需要, 得 7 分; 第三档: 培训方案基本完备, 内容简单, 培训时长及人数基本满足需求, 得 4 分; 第四档: 培训方案欠完备, 不能满足项目需要, 得 1 分; 第五档: 没有提供不得分。
	售后服务 (10分)	根据各供应商提供的对质量保证的服务内容、标准及承诺(包括但不限于响应时间、维修时间、应急措施以及项目质量保证体系及风险控制体系的情况)进行综合评审: 第一档: 准确先进、切实可行的得 10 分。 第二档: 适用的、先进的得 7 分。 第三档: 简单、可行的得 4 分。 第四档: 存有不符与可行性的得 1 分。 第五档: 没有提供不得分。

1. 评审方法

本项目采用综合评分法, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评审程序

2.1 评审工作按以下程序进行:

- (1) 投标文件初审;
- (2) 澄清有关问题;
- (3) 比较与评价;
- (4) 推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

3. 投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令 87 号)四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家，不得评标。”资格审查内容：第三章评标办法评审方法前附表“资格审查标准”。

3.1 资格性检查

3.1.1 依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，采购人依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

3.2 符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

4. 澄清有关问题

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 比较与评价

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修

改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人在规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3 按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.4 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.5 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6. 评审结果

6.1 评标委员会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

6.2 评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

6.2.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第四章 采购内容及要求

序号	产品名称	数量	技术参数
1	脑循环电刺激仪	2	1. ★两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激； 2. 头箍式电极可调节，适用不同头围人群； 3. 液晶触摸屏+一键飞梭。 4. 头箍电刺激装置脉冲宽度 $400\mu s \pm 120\mu s$ ，脉冲周期 $18ms \sim 46ms$ ，频率 $21Hz \sim 56Hz$ ； 5. 头箍电刺激装置输出强度 $0mA \sim 30mA$ 可调； 6. 8 种内置肢体神经肌肉电刺激处方； 7. 肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率 $4000 \pm 400Hz$ ，调制频率在 $0.03 \sim 1.2Hz$ 范围内； 8. 肢体神经肌肉电刺激装置输出强度 $0mA \sim 100mA$ 可调； 9. 治疗时间 $1 \sim 99min$ 连续可调，步长 $1min$ ； 10. 开路报警功能，确保治疗安全。
2	低频神经肌肉电刺激仪	2	1. ★八路电流输出可选，每路可连接二个电极片； 2. 5.7 英寸液晶触摸显示屏； 3. 脉冲宽度 $80 \sim 400\mu s$ 范围内可调，调节步长 $10\mu s$ ； 4. 频率 $1 \sim 180Hz$ 范围内连续可调，步长 $1Hz$ ； 5. 仪器的上升时间： $0s \sim 2s$ ，步长为 $0.5s$ ； 6. 仪器的维持时间： $0s \sim 20s$ ，步长为 $1s$ ； 7. 仪器的下降时间： $0s \sim 2s$ ，步长为 $0.5s$ ； 8. 仪器的断电时间： $2s \sim 50s$ ，步长为 $1s$ ； 9. 治疗时间 $1 \sim 99min$ 可调，步长 $1min$ ，默认 $20min$ ； 10. 最大输出电流： $140mA$ (峰值电流)，步长 $1mA$ ； 11. ★具有同步/异步输出功能； 12. 开路报警，过电保护确保治疗安全。
3	低频痉挛肌电刺激治疗仪	2	1. ★四通道输出可选，每通道可连接 4 个电极片； 2. 5.7 英寸液晶触摸显示屏； 3. 8 种内置处方，也可自定义处方； 4. 脉冲宽度 $100 \sim 500\mu s$ 范围内可调，调节步长 $10\mu s$ ； 5. 输出周期 $1 \sim 2s$ 连续可调，步长 $0.1s$ ，精度 $\pm 10\%$ ； 6. 延迟时间 $0.1 \sim 1.5s$ 连续可调，步长 $0.1s$ ，精度 $\pm 10\%$ ； 7. 治疗时间 $1 \sim 99min$ 可调，步长 $1min$ ，精度 $\pm 2\%$ ，默认 $15min$ ； 8. 输出强度： $0 \sim 140mA$ (峰值电流范围)，步长 $1mA$ ； 9. 开路报警，确保治疗安全。
4	佩戴式足下垂康复仪	1	1. ★超小型便携主机，可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机也使用，模式默认为上次治疗参数，方便用于床边治疗。 2. 移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、收藏模块和帮助模块组成。 ①蓝牙模块：移动端软件能自动搜索设备、手动连接设备、查看设备详情。 ★②具有三大治疗模块：

			训练模式：可针对无法进行主动训练的患者，从被动训练过渡为步行训练，可以设置脉宽、频率、通断比、治疗时间、输出强度等参数，满足多种临床使用； 步行模式：走路时进行电刺激，恢复神经运动功能，可以设置脉宽、频率、输出强度等参数，可以实时记录行走时小腿屈伸角度和大腿外展角度，还可以记录行走步数、行走距离和行走时间； 评估模式：动态观察步行时角度变化，可以实时记录行走时小腿屈伸角度和大腿外展角度，还可以记录行走步数、行走距离和行走时间； ③收藏模块：可以收藏训练模式下的治疗参数，自定义训练模式； ④帮助模块：包括使用指导和常见问题，方便快速掌握仪器使用。 3. ★移动端软件可以实时显示电流波形输出情况，可直观了解治疗时电刺激输出与间歇情况，实时给予治疗反馈。 4. 输出电流类型：为功能性电刺激电流，波形为双相对称波，电流治疗体验感更舒适。 5. 输出通道：单通道输出。 6. 输出电流：恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化。 7. 输出强度：0mA~100mA 内可调，步长 1mA。 8. ★脉冲频率：1Hz~120Hz 可调，步长 1Hz。 9. ★脉冲宽度：50 μs~500 μs 可调，步长 10 μs。 10. 脉冲的上升时间和下降时间：0.5~5s 范围内可调，步长 0.5s。 11. 脉冲的保持时间：1~30s 范围内可调，步长 1s。 12. 脉冲的间歇时间：2~60s 范围内可调，步长 1s。 13. 治疗时间 1~60min 可调，步长 1min。 14. 主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 15. 采用内置环保锂电池，微型 USB 充电端口，可重复充电使用，充分保证一天 8 小时的工作需求，无需连接电源线。 16. ★电极片为磁扣式连接方式，可以单手快速连接和移除电极片。 17. 具有低电量报警提示功能。 18. 主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。
5	生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站	1	1. ★设备治疗通道数量≥ 8 个，其中电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥ 4 个，8 通道神经肌肉电刺激通道，独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，可同时多部位治疗互不干扰。 2. 具有 2 分 30 秒生物反馈神经肌肉肌力功能评估检测系统，通过比对评估模式，对肌肉的张力、收缩力、耐力进行评估检测，自动生成报告单。 3. EMG 检测范围：2~2000uV。 4. 测量灵敏度：$\leq 1\mu$V。 5. 系统噪音：$\leq 1\mu$V。 6. 通频带宽：20Hz~500Hz (-3dB) (不包括陷波波段)。 7. 差模输入阻抗：$\geq 5M\Omega$。 8. 共模抑制比：≥ 100dB。 9. ★至少包含单面波、双面波、交互波等电刺激输出波形。（提供产品技术要求、第三方检测报告、官方彩页等相关证明文件）

			10. 电刺激脉宽：50-800us 可调； 11. ★电刺激频率：1-400HZ 可调；（可做频率为 1Hz 和 4Hz 交替的内啡肽镇痛及肌肉痉挛放松和频率超 100Hz 的 TENS 止痛电流）； 12. 电刺激强度范围：≥90mA 可调。 13. 治疗模式至少包含：电刺激（循环电刺激）、触发电刺激、生物反馈、反馈刺激等。 14. ★触发电刺激治疗模式具有自动阈值和手动阈值设置功能。 15. ★具有肌肉耐力训练、肌肉放松训练，痉挛肌治疗、双部位生物反馈训练、肌肉协同性训练治疗等特殊治疗方案。 16. 预置不少于 10 个针对不同神经肌肉训练需要的多媒体场景动画治疗方案，提高患者治疗依从度与患者治疗效果自我评价。 17. 自主化治疗方案及治疗参数编辑功能：（刺激波形，输出电流，脉冲宽度、脉冲频率，上升下降时间、休息时间、循环次数）用户均可自编程，独有的个性化方案制定。 18. 具有治疗部位（肩颈、上肢、腰腹、下肢等）电极片贴放示意图，确保操作准确性。 19. 病人信息与数据管理：记录每一位病人的治疗全过程，可进行储存、查看、评估报告打印。 20. 可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。 21. 动态参数调整：治疗中动态调节电刺激输出频率和脉宽。增加患者的治疗精准度与适应性。 22. 具有异常情况语音警报和文字提示功能。整机一体化结构，18.5 英寸大屏幕显示，显示器可 180° 度旋转，方便医患双方观看显示屏幕。
6	中频干扰电治疗仪	2	1. ★双路三维干涉波（共 12 个电极）输出； 2. 吸附式电极，负压吸引压 80~300mmHg 连续可调； 3. 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15 回/分、30 回/分、60 回/分）和自动模式，可模拟拔罐、按摩等。 4. 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到 30mmHg，便于取下电极，1min 后自动变为 OFF，20s 后又变为上次治疗所设定吸引压值； 5. 顶板自动加热功能； 6. 输出频率（基频）为 2kHz、3kHz、4kHz、5kHz 可调节； 7. 干涉波差频频率 1~120Hz； 8. 在 500Ω 额定负载下输出的电流有效值不大于 50mA； 9. 五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； 10. ★六种向量可调节：OFF、1、2、3、4、5； 11. 四种扫引时间可调节：1/f、15 秒、30 秒、60 秒； 12. ★调制模式共 6 种：0、25%、50%、75%、100%，巴斯特； 13. 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； 14. 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

7	红外偏振光治疗仪	1	1. ★独立双通道输出，双通道联动输出，输出参数可独立调节； 2. 智能化触控操作系统，五大模式自由切换； 3. 10.4 寸彩色液晶中英文触摸屏； 4. ★波长范围：600nm~1600nm； 5. ★功率调节：10%~100%连续可调，步长为 5%，19 档位可调； 6. 治疗时间 1~20min 范围内可调，调整步距为 1min，治疗时间结束时有声音提示； 7. 峰值时间 1~9s 可调，低值时间 1~9s 可调； 8. 5 种治疗头可供选配； 9. 治疗头最大输出光功率为 2900mW。 10. ★手控停止开关：配备病人手控停止装置
8	气压弹道式体外冲击波治疗仪	1	1. 采用气压弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗； 2. 机重不大于 10Kg； 3. 7 英寸彩色液晶中英文触摸屏； 4. 内置治疗图示，提供专业治疗方案建议； 5. 人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作； 6. 治疗强度 1~4bar 可调，步长 0.1bar； 7. 治疗频率 1~17Hz 连续可调，步长 1Hz； 8. ★最大能量密度 6.5mJ/mm ² ，±20%； 9. 具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及痛点定位； 10. 可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头供用户选择。
9	磁振热治疗仪	1	1. ★独立四通道输出，参数可独立调节； 2. ★磁场强度：磁感应强度在 10mT~50mT 的范围内可调，步长为 10mT，误差为±10%； 3. ★振动频率： (1) 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 四种频率可调，误差±2Hz。振动时间 2s，振动周期 2s、3s、4s、5s 可调； (2) 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 循环扫引，误差±2Hz。振动时间 5s，振动周期 10s、12s、14s、16s 可调； 4. 治疗温度 40℃、46℃、52℃、58℃共 4 级可调，精度：±3℃； 5. ★无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 6. ★软件含有内置处方，具有三种治疗模式多种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数； 7. 治疗时间 1~99min 可调，以 1min 为单位设定； 8. 具有多种安全保护装置： (1) 输入过流保护装置； (2) 输出过流保护装置； (3) 双重过温度保护装置。
10	空气波压力循环治疗仪	2	1. 可以同时连接 2 个 4 腔气囊； 2. ★6 种专业的气压治疗模式可选； 3. ★设备压强可在 5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位 Kpa 和 mmHg 可进行转换； 4. 治疗时间 1min-99min 连续可调，满足临床上的治疗需求；

			5. 特制叠加式双层结构气囊； 6. ★具备实时压力监测功能； 7. 充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护； 8. 若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护。
11	振动理疗仪	1	1. 可伸缩式理疗头，治疗时振动连续输出，可加快局部代谢速度有效缓解疼痛及降低肌张力改善肌肉紧张。 2. 采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性且可长时间连续使用。 3. ★钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形，有效保障治疗深度和设备寿命。 4. ★治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握和防止操作者烫伤。 5. 为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm 四档可调，转速误差±5%，有效针对临床不同需要促进肌肉力量募集或降低肌张力。 6. 治疗头振动幅度可达 6mm，误差±10%，治疗深度可达 0-60mm，表层和深层组织均可治疗。 7. 主机尺寸（长×宽×高）：280mm×125mm× 56mm，允差±20mm。 8. 按摩头直径：Φ 15mm，Φ 25mm，Φ 35mm，允差±5%。 9. 噪声：正常 作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dBA。 10. 设备重量为 2.5kg，整体重心于机头部位，最大程度降低手柄尾端振动幅度，治疗时设备重量施加于人体，无需操作者费力施压，轻松来回移动，便捷省力操作。 11. 电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于 5kg。 12. 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者。 13. 输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效。
12	吸附式点刺激低频治疗仪	1	1. ★10.4 英寸彩色液晶触摸显示屏； 2. 12 组电路输出，最多可治疗 24 个治疗点； 3. 脉冲频率范围：1Hz~999Hz； 4. 负载为 500Ω 时，仪器最大输出电流有效值应不大于 50mA； 5. 脉冲宽度：SSP 电极时为 50μs，普通电极时为 150μs； 6. 治疗时间：1min~99min 可调，步长 1 min； 7. ★采用特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极； 8. ★负压性能，工作压力设置范围在 5KPa-40KPa 内可调； 9. ★多种操作模式可供选择，包含无创针灸、低频电疗等模式可选，也可选择自由设置各类参数； 10. ★提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示； 11. ★八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F 低、1/F 高、1/F 广域； 12. ★一体式悬挂网架，便于电极的放置； 13. 治疗结束输出强度自动归零并声音提示。
13	角度尺	1	结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体；材质：ABS；外形尺寸/cm：34

			×17×5; 测量器具共 5 件适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。
14	关节活动测量表	1	18×8×9cm 表盘直径≥6.5cm, 表盘旋转角度 360° 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度
15	医用诊疗床	4	1. 结构型式: 床面、床架、床垫、电机、遥控 2. 静电喷塑架, 安全稳定 3. PU 面料内置高回弹海绵床面 2 块, 内部高回弹海绵厚 35mm 一次性成型, 固定在床架上, 承载 4000N 均布静载荷。 4. 医用慢速推杆电机 2 台, 推力大, 噪音低。负载推杆速度 3mm/s 5. 电动推杆最大推力: 8000N; 最大拉力 6000N 6. 电动推杆自锁力(推): 8000N; 自锁力(拉): 6000N 7. 电动推杆行程: 0~100mm; 0~150mm 8. 电动推杆防护等级: IP54; 认证标准: CE/UL 9. 限位开关: 内置; 过载保护: 有 10. 控制方式: 手柄点动控制 11. 输入功率 100VA 12. 规格: 201×119×54~79cm, 13. 床面高度升降范围: 54~79cm 14. 前床面翻转角度 0° ~85° 15. 床面尺寸 190×119cm 16. 前床面尺寸 75×119cm, 17. 后床面尺寸 120×119cm 18. 额定载荷: ≤170kg 19. 配有 4 个 3 寸医用轮, 且带有 4 个脚轮起落手柄, 方便移动。 ★具有第二类医疗器械产品注册证
16	诊查床	8	结构型式: 床面、床架、垫子 材质: 静电喷塑架、高回弹海绵、PU 床面 参考规格(cm): 190×69×65 参考床面尺寸(长×宽)cm: 190×69 床面高度 cm: 65 额定载荷: ≥135.0kg
17	电动起立床	1	床体尺寸: 2070mm*830mm*530mm 直立位扶手板高度调节范围: 0~700mm 扶手板到床板的垂直距离: 300mm 1. 控制方式: 手柄点动控制 2. 床面参考尺寸: 1870×622mm 3. 床面参考高度: 530mm 4. 起立角度: 0° ~85° 可调 5. 平均角速度 1.2° /S 6. 脚踏板上下调整角度: 脚踏板背屈: 0° ~25°、跖屈 0° ~30°, 允差±5°; 脚踏板内外调整角度: 脚踏板内翻: 0° ~40°、外翻 0° ~30°, 允差±5° 7. 电源: AC220 50/60Hz

			8. 输入功率：100VA 9. 额定负载≤170kg，升降架安全工作载荷：220kg 10. 电动推杆最大推力：8000N；最大拉力 6000N 11. 电动推杆自锁力（推）：8000N；自锁力（拉）：6000N 12. 电动推杆行程：0~400mm 13. 电动推杆防护等级：IP54；认证标准：CE/UL 14. 限位开关：内置；过载保护：有 15. 医用慢速推杆电机 1 台，推力大，噪音低。负载推杆速度 3mm/s 16. PU 面料内置高回弹海绵床面 1 块，内部高回弹海绵厚 35mm 一次性成型，固定在床架上, 承载 4000N 均布静载荷 17. 绑带可移动，可拆卸 18. 配有 4 个 4 寸医用轮，且带有 4 个脚轮起落手柄，方便移动。 ★具有第二类医疗器械产品注册证
18	牵引网架	1	结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚 参考规格(cm)：200×114×220 参考床面高度(cm)：46 床面宽度(cm)：104 水平网架额定载荷：≥80.0kg 绳索、吊带额定载荷：≥50kg 床面额定载荷：≥135.0kg 材质：静电喷塑架、尼龙绳、吊带、塑料滑轮、PU 面料内置高回弹海绵
19	PT 凳	6	结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；外形尺寸 58×58×37~57cm；带液压油缸，360° 旋转；额定承载：≥2000N；
20	踝关节矫正训练器	1	1. 39×34×3~18cm，额定承载量 135kg； 2. 材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强； 3. 表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围 15 度、25 度、30 度、35 度四档； 4. 矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
21	肋木	1	规格(cm)：98×50×215 肋木杠直径(mm)：Φ32 肋木杠间距离(mm)：120 额定载荷(kg)：135 材质：静电喷塑钢架
22	股四头肌训练椅	1	1. 结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块 2. 材质：静电喷塑架、镀铬件 3. 座垫高度(cm)：64 4. 座面宽度(cm)：53 5. 升降支架调节范围(cm)：0~15 6. 小腿垫调节范围(cm)：0~47 7. 助小腿支架摆动角度：120° 8. 力手柄调节范围(cm)：0~28

			9. 座位额定载荷(kg): ≥ 135 10. 座位垫水平放置时额定载荷(kg): ≥ 55 11. 配重块质量(kg): 4LB/块 12. 配重块数量: 4 块 13. 参考规格(cm): $100 \times 105 \times 122$
23	上下肢主被动康复训练器(上下肢)	2	1. 上下肢型主被动康复训练器, 双电机设计, 可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 2. 上肢训练工作臂可 180° 旋转, 方便进行上肢或下肢训练; 3. 上肢训练器高度可调节: $0 \sim 150\text{mm}$ 可调, 满足不同身高患者选择最佳高度进行训练; 4. 小腿支架长度可调: 根据患者的小腿长, 选择最佳固定位置, 有效防止膝关节外倾; 5. 显示屏: 8 英寸液晶电容屏, 旋转角度可自由调节及锁定, 显示直观, 操作简便; 6. ★不少于四种训练模式: 包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择, 主动模式与被动模式可智能切换, 满足临床不同治疗需求; 7. ★在主被动训练中, 设备可根据患者运动状态自动切换主动和被动模式, 且自动切换时具有语音切换提示, 主动模式和被动模式的指示在整个训练过程中连续显示; 8. 痉挛缓解速率在 1~5 档范围内可调, 步长为 1; 9. ★具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能, 痉挛识别灵敏度 10 级可调; 10. 设备具有手动急停开关, 触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。 11. 训练时间可调: $1 \sim 120\text{min}$ 可调, 满足不同患者的训练时长的需求; 12. 速度调节范围: 被动运动中, 运动速度 $5 \sim 60\text{r/min}$ 可调; 13. 阻力等级: 主动模式与助力模式下, 电机阻力 $0 \sim 24$ 档可调; 14. 训练方向转换: 训练过程中, 具备方向转换功能, 满足不同方面的训练; 15. 训练结果分析: 训练结束后, 系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。
24	上下肢情景互动系统	1	1. 显示器: 43 寸液晶显示屏, 分辨率 1920×1080 ; 2. 电脑主机配置: (1) 操作系统: 正版 Windows 10, 多核处理器, 内存容量 8G, 硬盘空间不小于 256GB, 高品质双 HDMI 接口传输线; 3. 软件系统: (1) 具有患者个人数据库功能, 方便管理患者信息及记录患者病程; (2) 可自动记录患者训练信息多种内容并提供打印报表功能; (3) 多种游戏包括: 超级玛丽, 环岛旅行, 星际探险, 田园轨迹, 神奇电视, 竞速跑酷, 竞速自行车; (4) 特有的游戏影子模式, 可以与自身历史数据进行竞赛对比; (5) ★特有的游戏 AI 模式, 可以与机器人进行竞赛对比, 提高趣味性 ; (6) 系统最多可以支持 4 台设备通过局域网连接进行多人游戏;

			(7)★游戏具有加油提示，停止警告提示； 4. ★传感器：使用可充电式蓝牙 4.0 传感器，20Hz 采样率，无线连接，可连续工作 10 小时，充电锂电池，通讯距离 10 米。
25	四肢联动康复训练器	1	1.最大承重：200kg； 2.手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm，适用不同臂长的患者使用； 3.手柄采用手托式设计，相比于棍状设计，能避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤； 4. ★手柄旋转角度五档可调：-20°，-10°，0°，10°，20°，满足患者不同前臂角度使用； 5. ★使用电磁控阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练； 6.电磁阻力等级可调：1~10 级可调，同时训练过程中阻力可调节，可随时进行训练调整，适合肌力提升训练； 7. 训练时间可设置：1~99min 可调； 8. 训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数，并具备数据统计功能，训练结束后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等多种数值；
26	平衡功能评估及训练系统	1	1. 本产品主要由软件、传感器及训练架组成； 一、软件 2. ★本产品具备蓝牙连接功能； 3. 软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划； 4. 软件中有多种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度； 二、硬件 5. 本产品配备 55 寸一体机； 6. ★训练架采用双轴设计，符合人体工程学设计，安全稳定； 7. ★训练架在竖直方向摆动角度分为 3 档可调，分别是 0°、6°、11°，实现静态与动态平衡训练； 8. ★训练架的摆动阻力分 5 档可调，实现动态平衡进阶训练，满足不同阶段的患者的治疗需求； 9. 训练架垂直方向高度可调，调节范围为 0~33cm，误差为±10%； 10. 训练架的高度调节方式为气弹簧调节； 11. 训练架的承载能力：脚踏板最大承重为 2000N；腰部固定带的最大承重为 1000 N； 12. 训练架的脚部固定装置使用弹簧开关设计，一踢一踩即可开关该装置。
27	迈步互动训练系统	1	1. ★10 个感应点，捕捉正前、左前、右前，正中左脚、正中右脚、左侧、右侧、正后、左后、右后位置 2. ★多种训练模式：单脚负重、单脚迈步、侧迈步、踏步训练，增强自动态平衡能力 3. ★训练结合趣味性的虚拟情景反馈游戏 4. 双扶手设计的站立架，坚固耐用，预防跌倒

			5. 超大尺寸显示器，满足训练者视觉反馈的需要 6. 与计算机有线连接，保证数据稳定传输 7. 双重显示连接状态：指示灯及软件界面图标 8. 提供详细的训练报告版本，记录训练者康复进度，以图表、数据等形式显示 9. 软件为全中文操作界面，且操作过程配有文字和图片演示，易学易懂 10. 兼容性强，可搭配天轨悬吊系统、平衡系统、步态系统进行补充训练
28	抽屉式阶梯	1	外形尺寸/cm: 60×32×40 展开尺寸: cm: 60×40×117 第一层尺寸: cm: 60×32×40 第二层尺寸: cm: 56×30×30 第三层尺寸: cm: 52×30×20 第四层尺寸: cm: 48×30×10 相邻台阶距离: 10cm 阶梯踏板额定承载: 135kg 材质: 多层板
29	训练用阶梯 (双向)	1	材质: 不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 结构型式: 扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围 (cm): 0~25 扶手杠侧向额定载荷(kg): ≥70 梯面高度: 10 cm、11 cm、12 cm, 深 28cm 阶梯额定载荷(kg): ≥135 参考规格 (cm): 337×83×120~147
30	平行杠 (配 矫正板)	1	参考规格 (cm): 335×86~118×75~104.5, 矫正板坡度 15° 参考质量: 138.0kg 结构型式: 杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 材质: 不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 杠杆直径 (cm): Φ3.5 杠杆宽度调节范围 (cm): 86~118 高度调节范围 (cm): 75~104.5 额定载荷 (kg): ≥ 135 矫正板坡度: 15°
31	助行架	1	参考规格 (cm): 55×48×80~96 参考质量: 2.5kg 扶手宽度 (cm): 44 额定承载质量 (kg): 135 支脚高度调节范围: 8 档
32	站立架	1	结构形式: 台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 材质: 木板、静电喷塑架、PU 面料内置高回弹海绵 肘部垫宽度 (mm): ≥50 肘部垫额定承载质量 (kg): ≥80

			臀部垫和绑带额定承载质量(kg): ≥ 135 参考规格(cm): $143 \times 60 \times 105$ 参考质量: 34.0Kg
33	巴氏球	1	参考规格(cm): $\Phi 75$ 左右, 参考质量: 2.0kg 左右;
34	抛接球	1	参考规格(cm): $40 \times 40 \times 101$ 参考质量: 14.0Kg 结构型式: 体操棒、抛接球、木架 材质: 木制 体操棒规格(cm): $\Phi 3 \times 100$ 体操棒数量: 4 个 抛接球直径(cm): 20 抛接球数量: 3 个 操棒侧向可承受最大荷载(n): ≥ 100
35	系列沙袋 (绑式)	1	$65.5 \times 36 \times 73$ cm, 沙袋重量(kg)及个数: 2(1kg2个)、3(1.5kg2个)、4(2kg2个)、5(2.5kg2个)、6(3kg2个)共10个。
36	系列哑铃 (卧式)	1	1. 参考规格(cm): $84 \times 50 \times 86$ 2. 参考质量: 37.0kg 3. 结构型式: 哑铃、哑铃架 4. 材质: 静电喷塑架、钢 5. 哑铃规格: 质量, 5LB, 4个。4LB, 4个。3LB, 4个。2LB, 4个。1LB, 2个
37	电动升降 OT 桌	1	1. 大推力静音医用电机, 升降平稳、安静。 2. 升降控制开关, 使得高度调节更方便。 3. 尺寸: $1500 \times 800 \times 720-1180$ mm 4. 升降范围(cm): 72-118 5. 升降速度(mm/s): 40 6. 最大负载(N): 1250 7. 噪音分贝(dB): < 50 8. 电源: 220V 50Hz
38	智能砂磨板	1	★1. 提供不少于7款的趣味互动游戏 ★2. 10寸高清触摸平板电脑 ★3. 设备之间可互联进行竞赛训练 4. 砂磨板倾斜度、高度手动可调 5. 不少于384个光点阵列, 间距小于40mm 6. 提供4种智能磨具 7. 轨迹引导训练模式, 轨迹可自定义设计 8. 提供不少于10种常用训练轨迹, 包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、曲线等轨迹 9. 记录用户信息的数据库, 无纸化管理 10. 自动生成并保存训练报告, 训练数据全纪录, 跟踪康复进度 11. 多种训练轨迹可组合成训练方案
39	智能木插板	1	★1. 提供不少于7款的趣味互动游戏 ★2. 10寸高清触摸平板电脑

			★3. 设备之间可互联进行竞赛训练 4. 不同大小的插棍可训练手掌抓握能力及手指对捏能力 5. 不同游戏可满足形状认知、记忆、镜像等训练内容 6. 训练过程中提供灯光提示，指引患者训练 7. 记录用户信息的数据库，无纸化管理 8. 自动生成并保存训练报告，训练数据全纪录，跟踪康复进度 9. 多种训练轨迹可组合成训练方案 10. 便携式设计，可在治疗室、病房、门诊使用
40	智能指梯板	1	★1. 提供不少于 5 款的趣味互动游戏 ★2. 10 寸高清触摸平板电脑 ★3. 设备之间可互联进行竞赛训练 4. 电容式感应器识别手指动作，无需佩戴任何配件 5. 指梯板阶梯不少于 10 级 6. 满足拇指屈伸训练、四指屈肌训练、四指伸肌训练、十指联合训练、双指交替训练、抬腕训练等多功能设计 7. 训练过程中提供灯光提示，指引患者训练 8. 记录用户信息的数据库，无纸化管理 9. 自动生成并保存训练报告，训练数据全纪录，跟踪康复进度 10. 便携式设计，可在治疗室、病房、门诊使用
41	OT 综合训练工作台	1	参考规格 (cm): 180×98×97 参考质量: 90.0kg 左右操作面板: (参考) 47×33 (长×宽) cm 后操作面板: (参考) 97×33 (长×宽) cm 操作面板调节范围: 46cm~81cm 材质: 板材为环保免漆多层板, 厚度 18mm; 脚轮品牌为“易得力”, 尺寸为 4 寸; 组件: 立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器 (手指)、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。
42	模拟作业工具	1	模拟工具: 30 个
43	吞咽神经肌肉低频电刺激仪	1	1. 具有双路电疗输出通道, 每通道可独立设置治疗参数, 可同时满足 2 名患者治疗。 2. 仪器最大输出电流有效值应不大于 80mA, 有效预防电灼伤, 保障患者安全。 3. 特制双向脉冲方波, 脉冲频率范围 20Hz~100Hz, 适用于吞咽相关肌群兴奋收缩。 4. ★采用微秒级脉宽, 且脉宽在 $100\mu s \sim 400\mu s$ 范围可调, 通过低脉宽的脉冲电流输入人体, 有效刺激吞咽相关肌群收缩。 5. 具有脉冲上升/下降时间自定义功能, 提供肌肉生理性收缩的适应阶段, 避免电流突变, 使治疗舒适安全。 6. 脉冲的通断时间分别可调, 可调节输出与放松时间占比, 预防肌肉疲劳, 满足不同程度吞咽功能障碍患者需求。 7. 治疗结束后有声音提醒功能, 治疗时间调节范围: 1min ~99min。

			8. ★具有专用的手持电极，可进行移动式口腔内/外电刺激，且可更换多种电极头（包括但不限于棉签电极、单球电极、双球电极、板状电极等），用于进行口面部不同部位及治疗面积的电刺激。 10. ★电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。 11. 可适配 2 组固定式贴片电极，且具有电极放置图示，用于进行面颌部及颈部的经皮电刺激。
44	言语训练卡片	1	规格：40×26×10 内含：呼吸放松训练一本，舌尖侧推运动一本，发声放松训练一本，共鸣放松训练一本，构音语音能力评估一本，训练手册一本，早教机一台。
45	认知康复训练与评估软件	1	一、认知康复训练与评估软件： 1. ★认知能力评估：包括蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、简易精神状态检查量表（MMSE）、神经行为认知状况测试量表（NCSE） 2. ★认知能力训练：包括注意训练、记忆训练、知觉训练、思维训练、计算训练五大方面，多款游戏 3. 注意训练：至少包含持续训练、选择训练、转移训练、分配训练、广度训练 4. 记忆训练：至少包含即刻回忆、延迟回忆、延迟再认 5. 知觉训练：至少包含空间关系、视觉失认、单侧忽略 6. 思维训练：至少包含逻辑推理、概念形成、概念同化 7. 计算训练：至少包含数字理解、四则运算 8. ★物联网功能，可进行数据的上传、下载、同步服务 9. 上传与下载：本地数据库与云端数据库组成双数据库，可双向交互信，配网后，本地用户数据可自动上传到云端；也可从云端下载数据到本地 10. 同步：当前客户端软件的数据可自动同步到另外一个接入同一个物联网的客户端软件 11. 具备用户管理模块，可切换、搜索、编辑、新增、删除用户 12. 训练游戏自带操作教程，方便使用 13. 训练游戏难度自适应，可根据患者的训练情况自动调整训练难度 14. 可根据评估结果自定义训练方案，可选择、添加和删除方案，以及重命名方案名称 15. 评定报告、训练报告、方案报告存储在历史记录中，并能查看、打印、删除记录 16. 软件自带密码锁屏功能，医生可自行设置锁屏密码 二、可升降一体机 1. 可升降一体机整体尺寸（长×宽×高）：120cm×80cm×120cm 2. 可电动上下升降 0.65~1.2 米，屏幕可电动前后翻转 90° 3. 电脑配置不低于：内存 8GB；固态硬盘 128GB；43 寸可触摸屏幕 4. 设备高度自带记忆功能，可一键调节到习惯使用高度 5. 内置一体式控制主机，主机自带一键还原功能 6. 训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调等

			7. 配备键盘鼠标
46	台车	11	台面尺寸:420x400mm 台面厚度:3mm 台面高度:830mm 脚轮:3 寸静音 脚轮底座:260±10mm 铁丝筐:310*200*140mm
47	电动牵引床	1	1. 智能化控制系统的牵引驱动装置, 内置治疗处方, 可针对颈、腰进行选择治疗; 2. 彩色 LCD 触摸显示屏, 可左右旋转; 3. 采用智能牵引绳操控技术, 牵引绳的收放更加自如; 4. 参数设置: 牵引力、治疗时间、牵引速度、预张力; 5. 在设定牵引力后微电脑可持续监测施加于患者身上的实际牵引力大小; ★6. 五种牵引治疗模式: 间歇模式、渐进模式、渐退模式、间断模式、循环渐进牵引模式; ★7. 自定义模式: 提供多种自定义存储方案; 8. 数字显示实际的牵引力、治疗时间、休息时间; 9. 治疗阶段随时显示 (渐进、渐退、牵引、暂停); 10. 输入患者体重, 自动显示牵引力体重百分比, 便于临床安全范围参照; 11. 具有急停开关安全保护措施, 便于患者在治疗过程中紧急事件的处理; 12. 床体分离技术: 最大减少摩擦损耗, 使作用力直接作用于人体, 实现多体位治疗, 达到最佳疗效; 13. 颈部牵引装置: 采用 V 形枕骨设计, 患者在卧位下进行颈部牵引, 改良的颈椎牵引带, 枕骨区域固定, 前额搭扣的设计让牵引力直接作用于枕部和前额, 避免颞颌关节疼痛的发生; 14. 床体六段调节, 通过牵引姿势的调整, 让治疗达到最佳疗效; 15. 头部折段: 配有呼吸孔, 枕部位置可进行上下调节; 16. 上肢部位可根据治疗需要进行调节; 17. 腰部折段可根据治疗需要进行上下调节; 18. 背部折段可根据需要进行机械调节; 19. 床体的高度可通过电动脚踏开关调节。
48	云健康复软件	1	1. 实现康复科信息化智能管理, 可支持 PC 端、pad 端、移动端登录。 2. APP 满足多角色登录需求: 医生端、治疗师端、护士端、管理者端, 不同登陆者管理权限不同。 3. 软件可实现康复科全流程信息化智能管理, 医嘱消息、患者消息、质控消息自动推送到 APP 医生端, 打开消息详情可直接处理消息事件无须返回工作台。 4. 支持移动端患者管理、治疗全景查看、患者排班、治疗医嘱、统计分析功能、下达治疗方案功能、治疗执行、消息中心。 5. 支持收费项目定义医保规则, 包括总限额、冲突项目等, 支持提醒功能。

		6. 可通过 APP 进行患者评估：内置 100 余份评定量表，覆盖了常用的格拉斯哥昏迷量表、简明精神状态检查 (MMES)、日常生活活动能力评定 (ADL 评定)、肌张力评估、Brunnstrom 运动功能评估表、肌力评估等评估量表。 7. 支持患者评估记录查询、评估报告打印、评估报告对比观察；评估量表配置管理。 8. 具有辅助康复文书编辑功能，配备文书常用词、常用范本，支持用户自定义常用词编辑功能，支持文书导出功能。 9. 康复文书编辑，支持入院初评、中评、末评，治疗记录有变更时智能提醒一键导入功能，评估量表结果与条目可提取插入到文书中。 10. 支持对患者、医院设备进行治疗排班，不同类型治疗排班可设置不同排班时长，实时加载排班参数，并支持移动端及大屏显示。 11. 治疗项目、治疗方案、治疗频次配置；支持治疗方案治疗时间段、治疗时长、缓冲时长配置；支持配置每个治疗师负责的治疗方案。 12. 患者全局浏览视图，门诊、住院患者管理，包括：患者详情、评估量表、康复文书、治疗方案、收费记录、治疗单。 13. 满足科室绩效考核要求，为工作量、奖金计算提供统计数据，包括：住院治疗明细、门诊治疗明细、工作量统计、月度汇总统计等。 14. 支持按年、按月、按日统计分析科室运营指标，指标包括：治疗量、治疗金额、在院患者数、离院患者数、新增患者数、未完成治疗数以及每个治疗师工作量统计。
--	--	---

第五章 合同条款及格式

(具体以中标人与采购人签订为准)

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: _____(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均

应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请 仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

采购项目编号：

供应商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权书
- 三、分项报价明细表
- 四、技术规格偏离表
- 五、资格审查资料
- 六、技术部分
- 七、综合部分
- 八、反商业贿赂承诺书
- 九、投标诚信承诺
- 十、中小企业声明函

一、投标函

（采购人名称）_____：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标报价为人民币大写_____，小写_____元，交货期_____，质量要求_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标报价表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、响应招标文件合同条件规定的权利和义务及本项目的技术标准要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系方式：

日期：

投标函附录

项目名称	
供应商名称	
投标报价（元）	大写： 小写：
交货期	
质量承诺	
质保期	
投标有效期	
其它说明	

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

二、法定代表人身份证明（适用于法人直接投标）

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权书（适用于授权代理人投标）

本人 _____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权人身份证复印件

供应商：（电子签章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

日期：

三、分项报价明细表

序号	货物名称	品牌	规格 型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1							
2							
3							
...							
合计:							

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价表”报价合计相等。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

四、技术规格偏离表

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
1					
2					
3					
...					

注：供应商应对照招标文件技术规格要求，反映所提供货物和服务对招标文件的技术规格要求的全部正/负偏离情况。（优于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求的为负偏离）未在本表中做出偏离说明的项目，视为与招标文件要求一致；在本表中做出偏离说明的项目，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并提供详细资料。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：

五、资格审查资料

六、技术部分

投标产品质量及技术证明文件

注：格式由供应商自行拟定，应包含以下内容：

- 1、产品详细配置清单
- 2、产品技术规格说明书及有关资料或有关技术方案（加盖生产厂家公章）
- 3、投标货物的产品彩页

七、综合部分

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）_____采购标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

九、投标诚信承诺

致：_____（采购人）_____

我方在此承诺，我方将严格按照招标文件要求和相关法律法规进行投标，并保证在投标有效期内，我方的投标文件一直保持有效，我方保证所有投标信息的真实和准确。如我方发生以下情况，愿意承担因我方就此引起的一切法律后果，如取消中标资格，赔偿采购人全部损失，接受政府部门处罚等。

- 1) 投标有效期内撤销投标文件的；
- 2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- 3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- 4) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- 5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 6) 法律、行政法规规定的其他情形。

特此承诺！

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

十、（一）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业所属行业）行业____；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）____；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业____；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）____；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，本声明函可删除）

（二）关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

说明：若是监狱企业则需提供证明文件，若不是监狱企业则不需要提供。

（三）关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （盖单位公章）

日期：

说明：若是残疾人福利性单位则需提供上述残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购 促进中小企业发展的政府采购政策。