

表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	卢氏县人民医院
拟采购产品名称	卢氏县人民医院能力提升设备采购项目
拟采购产品金额	1300000.00 元
采购项目所属项目名称	高端电子胃、肠镜
采购项目所属项目金额	1300000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 进口设备图像清晰度高, 密封性好, 返修率低, 目前国产电子胃肠镜在制造工艺, 图像清晰度、稳定性及耐用性等方面与进口设备具有一定差距。进口胃肠镜镜身较细, 灵活性好, 更安全可靠。进口胃肠镜具有深度放大功能, 并且具有筛查早期肿瘤用的 NBI 智能光学染色功能, 更适用于临床观察、诊断、治疗。目前, 国产设备无法满足。综上所述, 依据相关法律法规, 特拟申请购买进口产品。	
三、专家论证意见	
高清电子胃肠镜系统、国产设备目前占有率不高, 在清晰度, 操作性等方面与进口设备存在较大差距进口设备对消化道疾病诊断、微小组织等方面优势明显。 同意采购高端电子胃肠镜进口设备 专家签字: 董伟 2023 年 11 月 8 日	



从事专业 Speciality	电子	
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	三门峡市工程系列中级专 业技术职务任职资格评审 委员会	姓名 董庆丰 性别 男 Full Name Sex
评审通过时间 Time Of Adoption	2008.12	出生年月 1973.03 籍贯 Birthdate Native Place
发证单位 Issuing Authority	三门峡市人民政府	工作单位 三门峡市中心医院 Work Unit
文件号		证书编号 C10160080900001 Credentials No. 2009 年 4 月 23 日