

3.1磋商报价明细表

序号	物资名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	应急型警用急救箱	(一) 机箱设备技术要求: 1、采用冷轧钢板材质, 钢板厚度1mm; 2、自带声光报警灯, 具备开门报警功能; 3、可存储急救包、AED等用品, 取用方便; (二) 心脏急救设备技术要求: 1、投标产品采用低能量双相波技术, 支持成人和儿童除颤模式, 可一键相互切换, 波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 2、投标设备可选的动态能量调节范围内为(以说明书为准), 成人最大输出能量200J, 提高抢救成功率的同时, 有效降低对心肌细胞的损伤。 3、投标设备具有电极片收纳仓, 采用开盖开机, 确保操作人员快速准确开机。 4、投标产品为减少误操作并快速救治, 设备主机按键数量≤5个。 5、投标设备主机具备稳定性和除颤性能可靠性, 投标产品近三年无生产质量不良事件(已提供承诺函, 详见11.2.4近三年无生产质量不良事件承诺书P343), 投标型号为品牌最新技术产品, 详见医疗器械注册证。 6、投标设备整机(含电池和电极片)重量$2.0 \pm 0.3\text{Kg}$。 7、投标设备主机具备优异的抗冲击/跌落性能, 机器六面均可承受$>1.5\text{ m}$跌落冲击。 8、投标设备提供设备状态指示图标: 采用图形窗口显示不同自检状态结果(√或×), 红绿色盲亦可准确判断。 9、防尘防水级别为IP66。 10、投标产品新电池, 开始分析到设备可选择的最大能量电击准备完成的时间<5秒。 11、投标设备具有晃动干扰检测和起搏检测功能, 且充电过程中持续分析心律。 12、投标产品支持中英文双语, 可一键快速切换中英文, 符合公共领域使用要求。 13、投标设备具有用户自检和设备自检功能, 支持每日、每周、每月设备自检和开机自检。	个	25	19500	487500

	14、投标产品主机具有彩色显示屏，支持显示操作动作指导、ECG（心电图）、剩余CPR时间、请拨打120、黏贴电极片、请勿接触患者等指示功能。 15、投标产品显示屏中具有状态显示栏，具有符号标志显示电池电量、网络信号强度、开机总工作时长、除颤次数、录音状态功能。 16、投标设备可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，支持无线导出自检、抢救数据和抢救报告。 17、投标产品可存储最大可存储4000份每日自检报告，最大可存储40000条操作日志。 18、投标产品主机设备支持GPS及北斗定位系统，方便设备管理。 19、投标产品主机设备支持内置无线数据传输功能，可将急救数据和抢救数据（包括心电、阻抗和录音数据）无线传输到远程管理平台。 20、投标产品电池容量$\geq 4200\text{mAh}$，在室温环境下，电池待机寿命≥ 5年。 21、投标产品室温环境下，电池可支持最大能量放电≥ 300次，且可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后还可持续40分钟工作时间和至少15次除颤充放电。 22、投标产品不可电击心律进行分析和心肺复苏引导的时间≥ 12小时。 23、投标产品主机可自动识别成人、儿童电极片，并可根据电极片类型自动选择对应的除颤模式。 24、投标产品具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。 25、AED管理系统需为制造厂家自主开发的管理软件，能够提供设备一站式管理、精确定位、实时监控、设备预警、精细化人员管理等智能服务，拥有完整的知识产权和专利； 26、AED智能管理系统可提供AED信息接口，具备将系统AED数据无障碍接入120急救调度平台/互联急救平台管理功能。 27、AED智能管理系统支持志愿者资质证书审核和信息批量导入及导出功能，发生紧急事件时，可通过微信小程序一键呼救在AED智能管理系统中注册过的周围志愿者或经过急救培训的人员。 28、AED智能管理系统具有急救事件实时反馈功能，开机抢救病人时即刻反馈，在AED地图上显示急救状态，系统自动通过电话			
--	---	--	--	--

		、短信和邮件的方式即刻通知AED关联管理人员。 29、AED智能管理系统系统支持定期向采购方或业主自动推送设备巡检报告，推送周期可动态配置，至少支持周、月度、季度、半年度四种频次的周期报告，满足采购方的不同需求； 30、AED智能管理平台移动端应用具有独立的急救演练模式。 （三）警用急救包： 1、警用急救包由常规急救用品和警用止血包构成； 2、包体材质：900D牛津布，PU防水涂层，YKK尼龙拉链，高纤尼龙平纹加密织带。 3、尺寸：16×11×5cm，重量：155g 4、产品材料：壳聚糖止血材料 5、产品规格：KL15g 6、细菌内毒素：<0.5EU/ug 7、pH值：5-6 8、脱乙酰度：60-63% 9、动力黏度：15-18mPa·s 10、肝素化血液凝血时间：≤48s 11、紧急条件下止血时间：5-8min 12、适用范围：全身各个部位不受限制。 13、用于控制紧急条件下人体表面各个部位严重出血的紧急处置，特别是动、静脉破损造成的中、重度出血，可有效防止因大量失血对生命造成的伤害。 14、止血原理：带正电荷的小颗粒与带负电荷的红细胞交叉结合，达到快速止血的效果。 15、我公司提供国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构出具的检测报告（报告首页须具有CMA认证标识）的复印件并加盖投标人公章，并在报告体现产品关键技术参数。（详见11.1.2应急型警用急救箱（急救包）检测报告、彩页P157-163）				
2	电子血压计（普通型）	1、测量原理：示波法（具备听诊功能） 2、显示：7段LCD 3、测量位置：上臂 4、适应手臂周长：12~50cm（标配袖带22~32cm） 5、压力测量范围：0~300mmHg，脉搏测量范围：40~200次/分 6、测量精度：压力精度：±3mmHg（±0.4kPa）；脉搏测量精度：±5%	套	68	1400	95200

		7、测定精度：平均差±5mmHg；标准偏差8mmHg				
3	医用 电子 血压 计(台 式)	功能要求： 1、测量原理：示波法 2、适应臂周范围：17~42cm 3、测量范围：血压量程：0~299mmHg； 脉搏数：40~200次/分 4、手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 5、 测量精度：压力显示精度：±3mmHg (±0.4KPa)；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者） 6、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 7、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒自动上下调节≥10度） 8、平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值 9、二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 10、ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 11、臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 12、语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 13、通信数据输出：USB数据传输 14、精度保障：符合中国高血压指南要求的认证网(http://www.dableducational.org)上查询证明材料	套	2	24000	48000
合计						630700

供应商(盖章)：河南卓畅医疗器械有限公司

法定代表人(签章)：祝凯凯

日期：2025年10月24日