

单一来源专家论证意见表

项目名称	商丘市中心医院 GE CT 750HD 更换球管项目
采购人	商丘市中心医院
代理机构	商丘众益招标采购服务有限公司
采购金额	135 万元
论证时间	2025年 8月 13日
专家 2 意见	1. 该机所使用的球管为专机专用部件, 为该机器的核心部件, 使用专用部件可以, 为使用安全性和影像质量提供客观保障。 2. 保证购置球管单一来源供应商为河南阔派医疗器械有限公司, 该公司证件手续必须齐全, 有效且无问题。 3. 购置球管必须与 GE 750HD 要求匹配, 并且通过与该厂家的设备进行匹配性测试, 建议采用此产品。 专家姓名: 黄文杰 职称: 主任医师 工作单位: 商丘市第一人民医院