

单一来源专家论证意见表

项目名称	商丘市中心医院 GE CT 750HD 更换球管项目
采购人	商丘市中心医院
代理机构	商丘众益招标采购服务有限公司
采购金额	135 万元
论证时间	2025年 8月 13 日
专家 4 意见	1. 本次采购球管单一来源供应商为河南润液物科技有限公司, 该公司必须证件齐全。 2. 更换的球管必须与 GE 750HD 兼容匹配, 且必须为 GE 原厂认证并且通过多家医院设备的匹配性测试。 3. 合同、服务周期内严格执行服务承诺, 保证影像质量。 专家姓名: 祁以中 职称: 主任医师 工作单位: 商丘市第三人民医院