

睢县人民医院医疗设备采购项目

进口产品专家论证意见

时间:2024年10月30日

一、基本情况	
申请单位	睢县人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜系统
拟采购产品金额	125 万
采购项目所属项目名称	睢县人民医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目资金	
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取	
☒ 3.其它	
目前国产内镜图像处理装置与进口产品在技术方面存在较大差距,如1、进口产品兼容性更好可兼容软性气管镜、硬质气管镜、胃肠镜等,国产品牌无此功能。2、进口产品具备窄带光成像观察等功能,更加便于临床诊治。 国产电子支气管镜与进口产品技术方面存在较大差距,1、进口产品图像更加清晰,有助于临床诊治。2、进口产品具有更大的钳子管道,兼容更多的手术器械,开展更多的内镜下治疗。3、进口产品具备窄带光成像观察功能,国产品牌无此功能。4、进口产品全防水的内镜接头极大降低设备的故障率。 综上所述,进口内窥镜系统稳定性更好,图像清晰,可以满足临床气管镜检查和相关手术治疗的需要,减少漏诊率。同时进口内窥镜在操纵性方面优于国内产品,在治疗中可以保持良好的手术视野,节省手术时间并提高手术效率,。目前进口品牌内窥镜市场份额占据了市场的绝大多数,也充分说明了进口品牌在图像清晰度、稳定性、操作性等各个方面都具有较大的行业优势。 为保障气管镜下诊治的成功率、效率及安全性,降低医疗风险,更好的为广大患者服务,对该设备采购进口产品。	
三、专家论证意见	
经技术专家论证,进口内镜检查系统在各方面均优于国内生产的内镜检查系统,且该设备不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》,该项目可以采购进口产品 专家签字:  2024年10月30日	