

睢县人民医院医疗设备采购项目

进口产品专家论证意见

时间 2024 年 10 月 30 日

一、基本情况	
申请单位	睢县人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜系统
拟采购产品金额	125 万
采购项目所属项目名称	睢县人民医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目资金	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
目前国产内镜图像处理装置与进口产品在技术方面存在较大差距，如 1、进口产品兼容性更好可兼容软性气管镜、硬质气管镜、胃肠镜等，国产品牌无此功能。2、进口产品具备窄带光成像观察等功能，更加便于临床诊治。 国产电子支气管镜与进口产品技术方面存在较大差距，1、进口产品图像更加清晰，有助于临床诊治。2、进口产品具有更大的钳子管道，兼容更多的手术器械，开展更多的内镜下治疗。3、进口产品具备窄带光成像观察功能，国产品牌无此功能。4、进口产品全防水的内镜接头极大降低设备的故障率。 综上所述，进口内窥镜系统稳定性更好，图像清晰，可以满足临床气管镜检查和相关手术治疗的需要，减少漏诊率。同时进口内窥镜在操纵性方面优于国内产品，在治疗中可以保持良好的手术视野，节省手术时间并提高手术效率，。目前进口品牌内窥镜市场份额占据了市场的绝大多数，也充分说明了进口品牌在图像清晰度、稳定性、操作性等各个方面都具有较大的行业优势。 为保障气管镜下诊治的成功率、效率及安全性，降低医疗风险，更好的为广大患者服务，对该设备采购进口产品。	
三、专家论证意见	
国产内镜检查系统在成像清晰度，成像早，对焦、精确度，镜体最大弯曲度及运行稳定性，使用寿命等方面均与同类型进口设备存在较大的技术差距，为了保证医院诊疗质量，满足患者对优质医疗服务的需求。该项目可以采购进口产品。 专家签字：苏明凯 2024 年 10 月 30 日	