

专家姓名:

李国用

工作单位:

郑州人民医院

专家意见:

采购人所采购的血液透析设备, 由于患者急危重症、肝肾衰竭患者以救治为主, 对设备质量、稳定性、精准度等方面要求高, 技术要求可自动调整透析液流量与有效血流量相匹配、置换液量与有效血流量相匹配、在线 Kt/V 监测、血压监测、治疗过程中机器能降低血流速度、停止超滤、测量血压自动补液; 动脉血压测量范围至少包含 $-200 \sim +200$ mmHg, 准确度 7 mmHg, 静脉压 $-30 \sim +300$ mmHg, 准确度 7 mmHg, 肝素泵 $0.5 \sim 10$ ml/h 等要求, 目前国产产品与进口产品差距较大, 暂不满足上述技术要求, 采购人以临床需要, 为保障患者安全, 同意采购进口产品。

专家签字:

李国用

2016 年 2 月 25 日