

专家姓名: 高雪利

工作单位: 郑州市第三人民医院.

专家意见:

采购单位现有血液透析滤过机2台,为进口产品,为保证操作的统一性、治疗的连续性及患者的安全性,同意采购进口产品.

进口产品通常采用高精度的容量式超滤控制系統(而非流量計式),能够精准控制患者的脱水量,可有效避免因超滤误差导致的低血压、肌肉痉挛或容量负荷过重;

进口设备相比国产设备具有更灵敏的空气探测、漏血检测及电导度监测系统。

且进口设备相较国产设备故障率更低、寿命更长,无形中可降低医院后期的维护成本。

综上,同意采购单位采购进口产品。

专家签字: 高雪利

2016年2月25日