

专家姓名: 梁灏齐

工作单位: 河南省医疗器械检验所

专家意见:

目前, 国产血液透析机, 在压力  
监测准确度达不到  $> \text{mmHg}$ , 肝素精  
度也不到  $0.5 \text{ml/h}$ , 在主机交互方面  
与进口产品也存在一定差距, 不能  
满足特殊病人的透析要求, 同  
意采购进口血液透析机。

专家签字:

2026年2月25日