

### 进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市中医院
拟采购产品名称	血液透析设备
拟采购产品金额	225000
采购项目所属项目名称	荥阳市中医院购置血液透析设备采购项目
采购项目所属项目金额	225000
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：我院血液透析中心现有进口血液透析机 2 台，采购同类进口透析设备可保证治疗的连续性、操作的统一性及患者的安全性，实现科室同质化管理。进口设备通常采用高精度的容量式超滤控制系统（而非流量计式），能够精准控制患者的脱水量，有效避免因超滤误差导致的低血压、肌肉痉挛或容量负荷过重，这对高龄和心血管不稳定的患者尤为重要；具备更灵敏的空气探测、漏血检测及电导度监测系统，多重冗余的报警机制能最大程度杜绝体外循环失血和透析液污染等严重医疗事故的发生。进口品牌核心部件（如血泵、马达、主板）制造工艺成熟，故障率低，寿命长。在每日高强度的使用频率下，平均无故障工作时长，设计使用寿命通常可达 8-10 年以上，避免了频繁维修或提前报废的隐形成本。</p>	

专家签到表

项目名称：荥阳市中医院购置血液透析设备采购项目				
采购人：荥阳市中医院			论证时间：2026年2月25日（北京时间）	
序号	姓名	单位名称	专业	联系方式
1	李国印	郑州市人民医院	医助	1383813352
2	梁毅方	河南省医学科学院	医学装备	13513719821
3	高雪利	郑州市第三人民医院	医工	15939239237
4				
5				