

12、报价明细表

单位：人民币元

序号	投报 货物 名称	品牌 及型 号	技术配置参数	单 位	数 量	单 价	小 计	备 注
1	置膳 食纤 维测 定仪	格哈 特 FT12	1 用途：用于食品中可溶性膳食纤维、不溶性膳食纤维、总膳食纤维等含量及饲料/谷物/植物样品中粗纤维及洗涤纤维、木质素含量的测定。 2 性能要求： 2.1 总则： 2.1.1 符合国标GB 5009.88-2023、GB 5413.6-2010和GB/T 5009.10-2003的规定，快速合理地分析总膳食性纤维、可溶性和非可溶性膳食纤维及粗纤维或者洗涤纤维含量。 2.1.2▲ 内置微电脑系统全自动操作：可以设定≥9个程序，全自动洗涤，自动搅拌，完全无需手动，确保分析结果的准确稳定。 2.1.3▲ 批处理量：每批可同时处理≥10个样品。 2.1.4 加热模式：采用耐酸碱腐蚀的远红外快速加热板。 2.1.5 测量范围：0-100%纤维含量。 2.1.6 重现性≤1%RSD 2.1.7 功率≤2000W。 2.2 环境条件： 2.2.1 电源：220V±10%，50HZ 2.2.2 环境温度：10℃-40℃ 2.2.3 相对湿度：20%-85%RH 2.3. 技术指标： 2.3.1 整机采用特殊防化学腐蚀材料，保证在常年	台	1	539800.00	539800.00	

新乡市疾病预防控制中心购置膳食纤维测定仪项目1分包

		连续工作中不会被所使用溶剂腐蚀。 2.3.2 全自动程序控制操作，可预先设置好所有操作步骤，包括加热功率、试剂添加量、洗涤时间、搅拌间隔时间、水洗次数等，自动执行，没有人因素的干扰。 2.3.3 采用电子温控一体化恒温远红外加热板，微晶玻璃材质保证防酸防碱，透热耐破损。 2.3.4 分析过程容器完全密闭，但必须是常压工作 2.3.5 带有冷却水自动控制系统，在不需要冷却水的中间过程中阀门自动关闭，节约用水。 2.3.6 声讯警示提醒系统各种出错，方便及时调整处理。 2.3.7 玻璃材质夹不锈钢底的加热容器，既能清楚显示整个分析过程中样品的实际状态，又坚固耐用 2.3.8▲ 配套可同时批处理≥ 10个样品酶解法膳食纤维测定系统，系统满足酶解及过滤要求，可以同时检测总膳食纤维、可溶性膳食纤维、不溶性膳食纤维。 2.3.9▲ 过滤方式：纤维滤袋或砂芯滤瓶，装样后无需封口来防止样品溢出，使用简单方便。 2.3.10 主机须包括安装和使用必须的所有附件包括：各种管道及连接器和移取工具。 2.4、▲ 仪器配置 2.4.1 全自动纤维分析仪1套（包括批处理≥ 10个样品常压工作主机1台）； 2.4.2 酶解法膳食纤维测定系统1套（包括批处理≥ 10个样品酶解振荡及过滤装置各1台）； 2.4.3 附件及备品1套（包括纤维滤袋≥ 2套，试剂桶2个，滤袋支架≥ 12个，动力源装置1台，灰化装				
--	--	---	--	--	--	--

新乡市疾病预防控制中心购置膳食纤维测定仪项目1分包

		置1套，专用酶解瓶12个，连续加酶移液器1支，膳食纤维检测酶盒≥1套）。仪器维护包1套					
报价金额合计		大写：伍拾叁万玖仟捌佰元整 小写：539800.00					

- 注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；
2. 供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、配置、参数须详细填写；
3. 报价金额合计=Σ单价×数量。

投标供应商（电子签章）：河南德熙生物研发科技有限公司

法定代表人（电子签章）：

日 期： 2025 年 06 月 11 日

