

## 单一来源采购方式专家论证意见书

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 项目意见       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 信阳市人民医院 40 排 CT 球管采购项目 |
|            | 供应商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 哈尔滨伯尼特商贸有限公司           |
| 专家人员信息     | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 何效伟                    |
|            | 职称                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 律师                     |
|            | 工作单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 河南银辉律师事务所              |
| 申请单一来源采购理由 | <p>佳能（原东芝）AQUILION/RXL CT 机所使用的 CT 球管，型号为 CXB-750D，是该机型专用配套的消耗性配件，对于整体 CT 机的运转，图像采集，成像质量的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性。其他品牌、型号球管无法替代使用。CT 球管是消耗性配件，当达到使用寿命时将无法继续运转。更换新的配件后整机设备方可继续运转。佳能 CXB-750D CT 球管是由日本佳能医疗生产的原厂全新部件。佳能医疗 CT 球管产品在国内唯一授权经销商是哈尔滨伯尼特商贸有限公司。为确保后期设备的良好使用及完善的售后保障服务，建议采购原厂配件，拟采用单一来源的采购方式进行采购。</p> |                        |
| 专家人员论证意见   | <p>据介绍，球管为 CT 关键部件有一定使用年限到期后必须更换。原 CT 为进口佳能医疗产品。建议选择原牌，鉴于球管产品在国内是唯-投标商。只有单一来源采购。</p>                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 专家人员签字     | <p style="text-align: center;">何效伟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |

2022 年 5 月 31 日