

单一来源采购方式专家论证意见书

项目意见	项目名称	信阳市人民医院 40 排 CT 球管采购项目
	供应商名称	哈尔滨伯尼特商贸有限公司
专家人员信息	姓名	王 磊
	职称	高级审计师
	工作单位	信阳市中心医院
申请单一来源采购理由	佳能（原东芝）AQUILION/RXL CT 机所使用的 CT 球管，型号为 CXB-750D，是该机型专用配套的消耗性配件，对于整体 CT 机的运转，图像采集，成像质量的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性。其他品牌、型号球管无法替代使用。CT 球管是消耗性配件，当达到使用寿命时将无法继续运转。更换新的配件后整机设备方可继续运转。佳能 CXB-750D CT 球管是由日本佳能医疗生产的原厂全新部件。佳能医疗 CT 球管产品在国内唯一授权经销商是哈尔滨伯尼特商贸有限公司。为确保后期设备的良好使用及完善的售后保障服务，建议采购原厂配件，拟采用单一来源的采购方式进行采购。	
专家人员论证意见	① 属于专用配件，具有不可替代性。 ② 其他品牌、型号无替代品。 ③ 拟采用单一来源的采购方式进行采购。	
专家人员签字	王 磊	

2022 年 5 月 31 日